

ALEGATO 'A'



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

(Ospedale Riuniti P.O. Annunziata - P.O. M. Santo - P.O. S. Barbara)

U.O.C. Gestione Forniture e Servizi e Logistica

Tel. 0984 681931 - Fax 0984 681936

Cod. Fisc. :01987250782

Pratica N.00041 Del 16/02/2017

Procedura negoziata telematica per la fornitura di nr. 1 Ecografo portatile - U.O.C. Pronto Soccorso, OBI e TRIAGE dello S.O. Annunziata - Importo totale a base d'asta: Euro 30.000,00 esclusa Iva.

Elenco Aggiudicazioni Ordinate Per Fornitore

Fornitore Disposan S.r.l.
N° 776

Lotto N° 1 Lotto unico -
Importo totale a base d'asta: Euro 30.000,00 esclusa Iva

Voce N° 1	Ecografo portatile aventi le seguenti caratteristiche:						
Codice Convergente	P20680	Numero Repertorio	1440151				
Prezzo Unitario	29.253,000000	Quantità numero	1,00	Costo Voce	29.253,00	Costo Ivato	35.688,66
Prezzo Confezione	29.253,000000	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

Voce N° 2	Sonda lineare multifrequenza a larga banda da 10 a 5 Mhz						
Codice Convergente	P19626	Numero Repertorio	1443891				
Prezzo Unitario	0,000001	Quantità numero	1,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato	0,00
Prezzo Confezione	0,000001	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

Voce N° 3	Sonda convex multifrequenza a larga banda da 5 a 2 Mhz						
Codice Convergente	P21636	Numero Repertorio	1443853				
Prezzo Unitario	0,000001	Quantità numero	1,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato	0,00
Prezzo Confezione	0,000001	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

Voce N° 4	Sonda cardiologica a larga banda da 1 a 5 Mhz						
Codice Convergente	P21556	Numero Repertorio	1443894				
Prezzo Unitario	0,000001	Quantità numero	1,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato	0,00
Prezzo Confezione	0,000001	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

Golli

				Totale Fornitore	
Imponibile	29.253,00	IVA	6.435,66	Costo	35.688,66

Eule

AUGATO "B"

Richiesta di offerta n°1515025 - Passo 6 di 6

RIEPILOGO

DETTAGLIO LOTTI

DOCUMENTAZIONE DI GARA

RICHIESTE AI PARTECIPANTI

SCHEDE TECNICHE

FORNITORI INVITATI

Id Negoziazione:	1515025
Nome iniziativa:	Procedura negoziata per la fornitura di "n. 1 Ecografo Portatile" - U.O.C. di Pronto Soccorso e OBI e TRIAGE dello S.O. Annunziata.
Tipologia di procedura:	negoziata
Soglia di rilevanza comunitaria:	sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura:	Telematica (on line)
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
RUP (Responsabile Unico del Procedimento):	
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.IVA: 01987250782 Indirizzo: San Martino COSENZA (CS)
Punto Ordinante	Nome: DOMENICO FUOCO Telefono: 0984681933 Fax: 0984681936
Soggetto stipulante	Nome: DOMENICO FUOCO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA
Codice univoco ufficio - IPA:	ZAVERW
Inizio presentazione offerte:	01/03/2017 12:10
Termine ultimo presentazione offerte:	23/03/2017 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	08/03/2017 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore):	30/06/2017 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	20
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Beni e Servizi per la Sanità (BSS - Beni e Servizi per la Sanità)
Numero di Lotti:	1
Numero fornitori invitati:	2282

RDO_1515025Lettera_Invito.rtf

[Handwritten signatures and initials]

ALLEGATO n. C

Procedura negoziata per la fornitura di "n. 1 Ecografo Portatile" - U.O.C. di Pronto Soccorso e OBI e TRIAGE dello S.O. Annunziata.

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.

Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.

Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su **Aggiudica provvisoriamente**.

Se compare la scritta **Aggiudicatario** non è più possibile cambiare la designazione.

Per prendere visione del dettaglio delle offerte (economica e tecnica) premere il link nell'intestazione di ciascun lotto.

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			

CHIUDI SEDUTA PUBBLICA

Offerte

Offerente	Lotto 1		
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio complessivo	Miglior offerta
FORMEDICAL CO. SRL	Offerta esclusa		
DISPOSAN SRL	29850,00 Euro	98,00	Aggiudicatario provvisorio
Punteggio massimo:		98,00	

INSERISCI NOTE

INDIETRO

NOTE RELATIVE ALLA GARA

In allegato Relazione Tecnica

Icona	Significato
	Documento non inviato telematicamente
	Documento approvato
	Documento approvato con nota inserita
	Documento non approvato
	Documento non approvato con nota inserita
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione con note inserite
	Valutazione documento non accessibile
	Documento non accessibile
	Link al download di un documento firmato
	Link al download di un documento; ogni formato (word, excel, pdf..) ha una sua icona apposita.

Handwritten signatures and initials in blue ink.


AUGATO "D" v


Spett.le U.O.C. Gestione Forniture, Servizi e Logistica

SEDE

Oggetto: parere di conformità ecografo portatile

	Ecografi Offerti	Disposan modello EDGE2 (Sonosite)	For Medical modello Samsung
1	Sistema ecografico digitale portatile ad elevata risoluzione con scansioni lineari, convex, settoriale, TEE multiplano, trans vaginale, intraoperatorio, a matita (CW);	OK	NO SCANSIONE TEE
2	Completo delle seguenti modalità di lavoro: M-Mode, B-Mode, Armonica Tissutale, Compounding Imaging, Doppler PW & CW, Doppler PW-TDI, Color & Power Doppler	OK	OK
3	Deve avere caratteristiche specifiche di portabilità, utilizzo ed avere dimensioni le più ridotte possibili e la massima maneggevolezza	DIMENSIONI 32,6 cm x 30,7 cm x 6,4 cm (lunghezza x profondità x altezza)	lunghezza 36 cm, profondità 29 cm, Altezza 7,5 cm,
4	Monitor compatto non inferiore 12" ad elevata risoluzione;	OK	OK
5	Deve avere la possibilità di lavorare anche in assenza di alimentazione elettrica utilizzando una batteria interna ricaricabile a ioni di litio della durata non inferiore alle 3 ore per garantire prolungate sessioni di esame a letto del paziente e durante i trasferimenti;	AUTONOMIA BATTERIA FINO A 4 ORE	AUTONOMIA DI 90 MINUTI
6	Deve essere particolarmente robusto e solido ed in grado di mantenere l'integrità anche in caso di eventuali urti e/o cadute;	OK, CERTIFICAZIONE DI CRASH TEST DA UN METRO DI CADUTA	NON ADOTTA NESSUNA TECNOLOGIA PER LA RESISTENZA AD URTI E CADUTE
7	Deve essere pronto all'utilizzo in tempi molto rapidi dall'accensione per essere operativo eventualmente anche subito dopo il suo spostamento	IL SISTEMA SI ACCENDE IN 15 SECONDI, 0 SECONDI DA STAND BY	ACCENSIONE DA SPENTO NON SPECIFICATA
8	Tastiera QWERTY alfanumerica e Trackpad con tasto di selezione per utilizzo e navigazioni semplici;	OK	NO TRACKPAD, MA TRACK BALL
9	Tastiera resistente ai liquidi, impermeabile con possibilità di agevole sanificazione per ridurre il rischio di veicolare infezioni, (indicare il materiale);	TASTIERA SIGGILLATA ELASTOMERICAMENTE, CON MATERIALE SILICONICO, IL PANNELLO Può ESSERE TOTALMENTE SANIFICATO PER IMPEDIRE IL TASFERIMENTO DI	TASTIERA NON PROTETTA, QUINDI SOGGETTA A DANNEGGIAMENT O IN PRESENZA DI LIQUIDI E QUINDI NON SANIFICABILE



		INFENZIONI	
10	Deve essere il più leggero possibile, (indicare peso dell'ecografia compreso batteria ed una sonda collegata);	PESO COMPLETO DI BATTERIA 4,1 KG	PESO COMPLETO CON BATTERIA 5,6 KG
11	Deve disporre di trasduttori leggeri e dotati di connettori pinless di rapida installazione;	OK	NON PINLESS
12	Il connettore delle sonde non deve aggiungere ingombro al sistema;	IL CONNETTORE ALLOGGIANDO ALLA BASE DELL'APPARECCHIO, SCOMPARE E NON AGGIUNGE INGOMBRO	IL CONNETTORE AGGIUNGE INGOMBRO
13	Software integrato proprietario;	IL SISTEMA EDGE 2 UTILIZZA UN PROPRIO SISTEMA OPERATIVO, SVILUPPATO E DISTRIBUITO DA SONOSITE FUJIFILM	NO, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS
14	Archivio interno immagini/dati paziente su memoria interna e supporto di memoria	MEMORIA SOLIDA INTERNA DA 16 GB	OK
15	Il sistema deve garantire la massima robustezza in particolare le sonde ecografiche devono essere in grado di sopportare eventuali cadute senza subire danni, necessario per il regime, anche, di urgenza in cui tali presidi vengono utilizzati	STRUTTURA IN LEGA DI MAGNESIO, MOLTO LEGGERA E RESISTENTE ALLO STESSO TEMPO, DOTATO DI SONDE CON CAVO ARMATO E CRASH TEST DA UN METRO DI CADUTA	STRUTTURE IN MATERIALE COMPOSITO, NESSUNA CERTIFICAZIONE SULLA ROBUSTEZZA E RESISTENZA A URTI E CADUTE DELLE SONDE
16	Sistema per la individuazione e enfattizzazione dell'ago;	DOTATO SI SOFTWARE STEEP NEEDLE PROFILE	NESSUN SOFTWARE SPECIFICATO
17	Uscite USB per la trasmissione diretta di immagini e clips a un PC Windows o Mac	OK	OK
18	Supporto di connessione IN/OUT eventualmente rimovibile per il collegamento di periferiche con uscite VGA, DVI, Video Composito, S-Video	OK	NON RIMUOVIBILE
19	Possibilità di ricarica della batteria con sistema ad induzione senza necessità di collegamento del cavo di alimentazione;	OK	NO
20	Carrello dedicato completo di stampante bianco e nero e triplo connettore.	OK	NO, POSSIBILITA' DI COLLEGARE SIMULTANEAMENTE SOLO 2 TRASDUTTORI SUL CARRELLO

Galilei *per* *7h* *Galilei*

Dopo aver visionato le schede tecniche e aver dato corso alla prova pratica, eseguita il giorno 06 Aprile 2017, viene compilata la griglia di valutazione

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

	Modello offerto	Disposan Modello EDGE 2 (Sonosite)	For Medical modello Samsung My Sono U6
1	Caratteristiche Tecnico-costruttive qualitative	DALLE SCHEDE TECNICHE VALUTATE	DALLE SCHEDE TECNICHE VALUTATE
	Punti 15	15	7
2	Dimensioni e peso dell'ecografo NB: il peso dell'ecografo sarà verificato durante la prova pratica compreso batteria e sonda (la più pesante) collegati	IL PESO DELL'ECOGRAFO INCLUSO DI BATTERIA E' DI 4,1	IL PESO DELL'ECOGRAFO INCLUSO DI BATTERIA E' DI 5,6 KG
	Punti 5	5	3
3	Caratteristiche tecniche delle sonde	TRASDUTTORI MOLTO RESISTENTI, DOTATI DI CAVO ARMATO E CRASH TEST DA 1 METRO DI CADUTA E POSSIBILITA' DI INTERCAMBIARLE SENZA SPEGNERE L'ECOGRAFO, QUANDO LO STESSO NON E' ALLOGGIATO SUL CARRELLO	LE SONDE AGGIUNGONO INGOMBRO AL SISTEMA E NON SONO CON TECNOLOGIA PINLESS
	Punti 5	5	2
4	Prova pratica in loco, ergonomia e praticità d'uso e caratteristiche tecniche ulteriori, migliorative non espressamente richieste nel capitolato tecnico	L'ECOGRAFO EDGE 2 E' MOLTO LEGGERO E DI DIMENSIONI RIDOTTE, QUESTO AIUTA MOLTO PER QUANTO RIGUARDA LA TRASPORTABILITA', INOLTRE E' MOLTO INTUITIVO E FACILE DA UTILIZZARE, OTTIMA IMMAGINE ANCHE SUGLI ANGOLI DIFFICILI E LE SONDE SI	L'AZIENDA NON SI E' PRESENTATA PER ESEGUIRE PROVA PRATICA

Golube

Ph

Ph

Golube

		POSSONO INTERCAMBIARE SENZA SPEGNERE L'ECOGRAFO, QUESTO IN SITUAZIONI DI EMERGNZA E' FONDAMENTALE	
	Punti 20	18	0
5	Garanzia e programma di manutenzione durante il periodo di garanzia	OFFRE UN DETTAGLIATO PROGRAMMA DI MANUTENZIONE , POSSIBILITA' DI MULETTO IN CASO DI GUASTO PER TUTTA LA DURATA DELLA GARANZIA CHE E' DI 5 ANNI	DURATA DELLA GARANZIA STANDARD, PROGRAMMA DI MANUTENZIONE, OFFRE LA POSSIBILITA' DEL MULETTO IN CASO DI GUASTO
	Punti 10	10	4
6	Assistenza tecnica in Regione Calabria e comunque ad una distanza da Cosenza non superiore a 300 Km $\pm 10\%$	Ok	Ok
	Punti 5	5	5
	Punteggio Totale	58	21

La ditta Disposan raggiunge il punteggio di 58 Punti.

La ditta Formedical non avendo raggiunto il punteggio minimo di qualità (30 punti), è da ritenersi esclusa.

Cosenza, 26.04.2017

Dr. Scivano Pietro



