

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 685/AV4 DEL 11/12/2014**

**Oggetto: FORNITURA DI N. 2 PORTATILI PER RADIOGRAFIA DA CORSIA –
AFFIDAMENTO 2014 (CIG Z8E11911B2)**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

DATO ATTO della coerenza e compatibilità economica del presente programma di spesa, secondo quanto dichiarato dal rispettivo responsabile mediante sottoscrizione di scheda di budget e del Direttore UOC Bilancio mediante attestazione in calce al presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di aggiudicare alla Ditta General Medical Merate SPA la fornitura di n. 2 portatili per radiografia da corsia destinati all'UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "A. Murri" di Fermo per l'importo complessivo € 44.408,00 (36.400,00 + IVA 22%), in esito alla procedura ex art. 125, comma 11 Dlg.vo n. 163/2006;
2. di rinviare per il dettaglio delle specifiche tecniche di fornitura all'offerta preliminare del 26/09/2014 così come integrata con nota del 07/11/2014, riassunta nel prospetto allegato;
3. di individuare il Direttore dell'UOC Diagnostica per immagini A.V.4, Dott.ssa Annamaria Totò, responsabile dell'esecuzione del contratto ovvero persona da questo formalmente delegata; fermo il supporto tecnico giuridico dell'U.O.C. Acquisti e Logistica per gli aspetti di gestione del rapporto negoziale;

4. di imputare la somma di € 44.408,00 (36.400,00 + IVA 22%) nella contabilità dell'AV. 4 di Fermo (conto di riferimento: 0102020401- Aut. AV4 Invest.1- Sub 1) nella quota di budget assegnata agli investimenti già prevista nella Determina di programmazione n. 618/AV4 del 17/11/2014, dando atto che la spesa è coerente ed economicamente compatibile con il budget di esercizio 2014;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/1991 e dell'art.28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di dare atto, ai fini della repertorizzazione nel Sistema Attivo Salute, che la presente determina rientra nei casi "aggiudicazioni definitive di forniture";

Firma

Il Direttore Area Vasta 4

Dott. Alberto Carelli

La presente determina consta di n.6 pagine di cui n. 1 pagina di allegato.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(UOC ACQUISTI E LOGISTICA AV4)

Normativa di riferimento: Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale); D.G.R.M. 1704/2005, ex art. 3 della L.R. 13/2003 (Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR); D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ex art. 125; D.M. n. 332 del 27/08/1999 "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del S.S.N.: modalità di erogazione e tariffe".

Nel piano investimenti di questa Area Vasta dell'anno 2014 è previsto l'acquisto di n. 2 apparecchi portatili da assegnare all'UOC Diagnostica per immagini del P.O. di Fermo per l'esecuzione di esami radiografici direttamente al posto letto dei pazienti degenti nelle varie Unità Operative (Prot. n. 2014/68).

In data 08/09/2014 si avviava attività istruttoria volta a definire i requisiti tecnici minimi dell'apparecchiatura e i servizi accessori da considerare inclusi nella fornitura. A tal fine si acquisiva dettagliata relazione tecnica dell'ing. Elisa Bitti. (documentazione agli atti).

Si accertava preliminarmente, come risulta agli atti, l'inesistenza di convenzioni CONSIP di identico oggetto come pure della disponibilità dello stesso su MePa.

In data 18/09/2014 si procedeva alla pubblicazione di un avviso sul profilo aziendale, con termine di scadenza il 27/09/2014, volto ad acquisire manifestazione d'interesse finalizzata all'affidamento per un importo complessivo presunto inferiore a € 40.000,00 + IVA, ai sensi dell'art.125 comma 11 D.lgs. 163/2006. Al predetto avviso rispondevano n. 2 operatori economici, giudicati entrambi idonei a quanto richiesto. Con lettera d'invito del 04/11/2014 ns. prot. 34644 (doc.to agli atti), entrambi gli operatori economici venivano invitati a formulare offerta definitiva entro l'11/11/2014.

All'apertura delle due offerte pervenute, nella seduta pubblica del 13/11/2014, veniva dichiarata provvisoriamente aggiudicataria la Ditta General Medical Merate SPA corrente in Seriate (BG), come da verbale del 13/11/2014 (doc.to agli atti), in riferimento alle seguenti offerte:

N.	CONCORRENTE	IMPORTO COMPLESSIVO
1	BURGATTI SPA	€ 45.750,00 (37.500,00 + iva 22%)
2	GENERAL MEDICAL MERATE SPA	€ 44.408,00 (36.400,00 + iva 22%)

Tanto premesso e preso atto della coerenza e compatibilità economica della spesa complessiva di € 44.408,00 (36.400,00 + IVA 22%) secondo quanto dichiarato dal Direttore dell'UOC Bilancio, Dott. Luigi Stortini, in calce al presente atto, si propone al Direttore AV4 l'adozione del seguente schema di determina:

- di aggiudicare alla Ditta General Medical Merate SPA la fornitura di n. 2 portatili per radiografia da corsia destinati all'UOC Diagnostica per Immagini del P.O. "A. Murri" di Fermo per l'importo complessivo € 44.408,00 (36.400,00 + IVA 22%), in esito alla procedura ex art. 125, comma 11 Dlg.vo n. 163/2006;
- di rinviare per il dettaglio delle specifiche tecniche di fornitura all'offerta preliminare del 26/09/2014 così come integrata con nota del 07/11/2014, riassunta nel prospetto allegato;
- di individuare il Direttore dell'UOC Diagnostica per immagini A.V.4, Dott.ssa Annamaria Totò, responsabile dell'esecuzione del contratto ovvero persona da questo formalmente delegata; fermo il supporto tecnico giuridico dell'U.O.C. Acquisti e Logistica per gli aspetti di gestione del rapporto negoziale;
- di imputare la somma di € 44.408,00 (36.400,00 + IVA 22%) nella contabilità dell'AV. 4 di Fermo (conto di riferimento: 0102020401- Aut. AV4 Invest.1- Sub 1) nella quota di budget assegnata agli investimenti già prevista nella Determina di programmazione n. 618/AV4 del 17/11/2014, dando atto che la spesa è coerente ed economicamente compatibile con il budget di esercizio 2014;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/1991 e dell'art.28 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

- di dare atto, ai fini della repertorizzazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “aggiudicazioni definitive di forniture”.

Fermo, 18/11/2014

Il Funzionario Istruttore

Dott.ssa Paola Piccioni

Il Direttore UOC Acquisti e Logistica

Dott. Fulvio De Cicco

Si attesta che la spesa derivante dall'adozione del presente atto ha l'effettiva disponibilità economica all'interno della quota di budget di esercizio 2014 (autorizzazioni n. 1 sub 1)

Il Responsabile Controllo di Gestione

Dott. Luigi Stortini

Il Direttore UOC Bilancio

Dott. Luigi Stortini

- ALLEGATI -

Oggetto	<i>n. 2 apparecchi portatili destinati all'esecuzione di esami radiografici direttamente al posto letto dei pazienti degenti nelle varie U.O.O. del P.O. "A. Murri"</i>
Descrizione tecnica	<p><u>Modello TMS320 + 24II</u> <u>Ditta produttrice: Technix spa</u> <u>Unità radiografica ad alta frequenza (32 kw), particolarmente indicata in corsia e sala operatoria, controllata da microprocessore composto da:</u> <u>monoblocco H.F. 32 KW ad anodo rotante;</u> <u>Fuoco piccolo tubo RX 0.8 mm.</u> <u>Fuoco grande tubo RX 1.3 mm.</u> <u>Modi operativi: tecnica dei 2 punti (kV e mAs) e modalità APR con 32 esami (4 cartelle da 8 esami).</u> <u>Parametri radiografici su un display alfanumerico LCD 4 linee X 20:</u> - kV da 40 a 1225 - mA da 50 a 320 in accordo con la selezione dei KV; - mAs da 0.1 a 220- time da 1 msec. A 2,2 sec. in accordo con la selezione dei mAs. <u>Interfaccia programmabile in 5 lingue diverse.</u> <u>Rete: 115/230 V +- 10%, 50/60 Hz, con adattamento automatico in funzione della tensione di linea.</u> <u>Connessione tramite presa standard.</u> <u>Completo di:</u> <u>D.A.P. (Dose Area Product) Misurazione dose tramite camera circolare.</u> <u>Visualizzazione dose su display e predisposizione interfaccia stampante.</u> <u>Stampante termica per DAP.</u> <u>Comando a distanza con cavo per erogazione Rx.</u></p>
Servizi accessori	<ul style="list-style-type: none"> - Consegna, installazione completa, fornitura della documentazione manualistica, formazione e addestramento del personale sanitario e tecnico, esecuzione di tutte le prove necessarie ai fini della verifica di conformità. - Garanzia, decorrente dalla data del collaudo finale con esito positivo, di durata almeno pari a 24 mesi e in regime "Full- risk tubo radiogeno incluso". - Disponibilità a stipulare, a seguito della scadenza del periodo di garanzia, un eventuale contratto di manutenzione ed assistenza tecnica, su entrambi i sistemi o su uno di essi.