

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA LC-MS/MS PER LA DETERMINAZIONE DIRETTA SENZA NECESSITA' DI PREVENTIVA DERIVATIZZAZIONE DI GLIFOSATE E AMPA IN ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO AI SENSI DELL'ART. 66 DLGS 50/2016

1. DENOMINAZIONE STAZIONE APPALTANTE

CAP HOLDING, di seguito anche solo *la Stazione Appaltante*.

2. INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO

La Stazione appaltante ha la necessità di conoscere la disponibilità sul mercato di fornitori in grado di approvvigionare il laboratorio analisi acque potabili del Centro Ricerche di Gruppo Cap di un sistema LC-MS/MS necessario alla determinazione di glifosate, AMPA per iniezione diretta senza necessità di preventiva derivatizzazione; con la stessa strumentazione è intenzione della stazione appaltante implementare i metodi analitici per la determinazione di PFAS e interferenti endocrini, in particolare Estrone, Estradiolo, Bisfenolo- α in acque destinate al consumo umano. Si riporta di seguito la descrizione di massima delle esigenze della stazione appaltante. È da precisare sin d'ora che lo scopo ricognitivo che caratterizza l'indizione della presente consultazione preliminare di mercato non darà luogo ad alcun diritto in capo agli operatori economici che esprimano il loro interesse a parteciparvi, ma prefigura la semplice volontà per la società CAP HOLDING SPA di reperire informazioni e conoscenze sul mercato di riferimento nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e concorrenza. Nel dettaglio la presente consultazione del mercato avrà ad oggetto, in particolare dell'approfondimento di:

- 1) Caratteristiche tecniche e prestazionali nonché configurazione strumentale al fine di rispondere ai requisiti richiesti per l'analisi di glifosate e AMPA per iniezione diretta senza necessità di derivatizzazione oltre che determinazione di PFAS, Estrone, Estradiolo, Bisfenolo- α in acque destinate al consumo umano;
- 2) Servizio di assistenza tecnica: tipologie di copertura, tempistiche di intervento tecnico a risoluzione di guasti.

La consultazione preliminare di mercato non comporta quindi il riconoscimento di alcuna forma di compenso, in qualunque modo denominato, relativamente alla partecipazione alla stessa.

Con la consultazione preliminare di mercato non è indetta alcuna procedura di affidamento e - per questo motivo - non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio o altre classificazioni di merito. Ugualmente, la consultazione preliminare di mercato non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo ciascuna amministrazione che si riserva la facoltà di seguire anche altre forme di affidamento.

2.1 DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO

La stazione appaltante intende confrontarsi con il mercato in merito all'individuazione di una azienda in grado di fornire un sistema LC-MS/MS necessario al laboratorio analisi acque potabili del Centro Ricerche Gruppo Cap (struttura sita in via Circonvallazione Est n°1 c/o Parco Idroscalo ingresso Est– Segrate (MI) per potere effettuare la determinazione di anioni e cationi in acque destinate al consumo umano; in dettaglio, l'azienda dovrà fornire:

- 1) Sistema LC-MS/MS da banco di ultima generazione per cui è assicurata la disponibilità di ricambi per almeno 10 anni, completo di tutte le parti hardware e software necessarie per il funzionamento e compimento di tutte le procedure di analisi. Lo strumento dovrà essere configurato per eseguire analisi quantitative di microinquinanti emergenti, in particolare Glifosate e AMPA per iniezione diretta senza necessità di preventiva derivatizzazione, oltre che l'analisi di PFAS e di interferenti endocrini (Estrone, Estradiolo, Bisfenolo- α , etc...) ai limiti di prestazione LOQ e LR previsti per le acque potabili dalla normativa vigente o in corso di approvazione.
- 2) Autocampionatore con capacità di alloggiamento di almeno 100 posti.
- 3) Software della versione più recente in commercio in grado di gestire il sistema ed operante in sistema Windows
- 4) Servizio di assistenza tecnica e manutenzione effettuato da tecnici specializzati: il servizio dovrà fornire supporto da remoto e garantire tempi di intervento entro 3 giorni lavorativi dalla segnalazione di guasto. Sarà positivamente valutata la possibilità che l'azienda, in caso di guasto non risolvibile entro 5 giorni lavorativi, fornisca modulo sostitutivo per garantire la continuità di servizio del laboratorio.

Il sistema deve garantire per ciascun analita il raggiungimento dei limiti di Quantificazione su matrici acquose indicati dalle normative vigenti: D.Lgs. n.31/01 e s.m.i. – D.M. del 14 giugno 2017, bozza di nuova direttiva UE per acque destinate al consumo umano.

La fornitura richiesta dovrà essere comprensiva di trasporto, movimentazione, installazione, collaudo nonché di training per i tecnici di laboratorio che utilizzeranno lo strumento.

La formazione degli operatori di laboratorio dovrà essere ponderata in modo tale che vengano illustrate le caratteristiche strumentali della macchina, il suo funzionamento e la risoluzione dei problemi tecnici più comuni.

In caso di indizione di una procedura di gara la stazione appaltante si riserva di modificare, integrare o eliminare in tutto o in parte il fabbisogno espresso, in base a sopravvenute esigenze ovvero sulla scorta di maggiori approfondimenti che dovessero emergere a seguito dell'attività di consultazione.

5. PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di Gruppo Cap S.p.a. (www.gruppocap.it), nell'apposita sezione "Bandi di Gara", nonché sulla piattaforma Sintel.

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici interessati a rispondere alla presente consultazione preliminare di mercato di cui al presente avviso dovranno far pervenire il proprio interesse tramite la funzionalità "*comunicazioni della procedura*" e indicando nel corpo della mail: società, nome e cognome della persona di contatto, riferimento email e telefonico. A seguito della richiesta l'amministrazione si riserva di organizzare specifici incontri di approfondimento presso la propria sede, volti ad esaminare le predette tematiche.

Gli operatori economici interessati possono trasmettere mail di manifestazione di interesse a partecipare alla consultazione preliminare del mercato entro 25 giorni dalla pubblicazione del presente avviso e quindi entro il giorno 05.08.2019. Sarà possibile allegare brochure informative sull'azienda e sui servizi offerti.

9. TRATTAMENTO DEI DATI

Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, ai fini del trattamento dei dati personali e con riferimento alla procedura di gara di che trattasi, si rimanda al Documento informativo ex art. 13 Reg. UE 2016/679 - GDPR - Informativa per trattamento di dati personali raccolti presso l'interessato, disponibile al seguente link: <https://www.gruppocap.it/index/privacy>.

Segrate, 09 Luglio 2019

SETTORE LEGALE APPALTI E CONTRATTI

LA RESPONSABILE

Dott.ssa Laura Carpineti

IL RUP

Dott.ssa Desdemona Oliva