

REGIONE SICILIANA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO

“ PAOLO GIACCONE “

OGGETTO:INDAGINE DI MERCATO SULLA FORNITURA DI UN PROCESSATORE A CIRCUITO CHIUSO PER CAMPIONI ISTOLOGICI, COMPLETO DI SISTEMA ROBOTIZZATO PER LA COLORAZIONE ED IL MONTAGGIO AUTOMATICO ED INTEGRATO DI VETRINI ISTOLOGICI E CITOLOGICI PER L'UNITÀ OPERATIVA DI ISTOLOGIA ED ANATOMIA PATOLOGICA.

Ente: AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
“PAOLO GIACCONE “ – AREA PROVVEDITORATO - VIA ENRICO TOTI N°76 – 90128 PALERMO TELEFONO 091/6555505 – TELEFAX 091/6555502.

Intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato per l'affidamento della fornitura di un **processatore a circuito chiuso per campioni istologici, completo di sistema robotizzato per la colorazione ed il montaggio automatico ed integrato di vetrini istologici e citologici.**

Si fa presente che tale fornitura oltre il processatore dovrà essere completa del materiale di seguito indicato:

- n. 12 filtri/anno per processatore;
- n. 3 filtri/anno per sistema robotizzato per colorazione er montaggio automatico ed integrato ei vetrini istologici e citologici.

A tal fine si intende verificare da parte di una ditta se dispone di un **processatore a circuito chiuso per campioni istologici, completo di sistema robotizzato per la colorazione ed il montaggio automatico ed integrato di**

vetrini istologici e citologici con le caratteristiche di seguito elencate:

1. N.1 processatore a circuito chiuso per campioni istologici con:
 - a. Alcolimetro integrato con misurazione automatica della concentrazione di tutti gli alcool ad ogni processazione;
 - b. Stazione di prefusione della paraffina con sistema automatico di rabbocco delle vasche di lavoro;
 - c. Carico e scarico dei reagenti da taniche acquistabili sul libero mercato.
2. N-1 sistema di robotizzato per la colorazione ed il montaggio automatico ed integrato di vetrini istologici e citologici, con:
 - a. Sistema di colorazione ed immersione e senza reattivi dedicati;
 - b. Passaggio dall'unità di colorazione a quella di montaggio, senza intervento dell'operatore;
 - c. Carico e scarico in sicurezza dei cestelli tramite cassette estraibili, senza apertura del vano reagenti;
 - d. Sistema elettronico di riconoscimento ed avvio automatico del protocollo di colorazione e del relativo protocollo di montaggio;
 - e. Sensore per la rivelazione dei vetrini copri-oggetto spezzati e scarto automatico, senza interruzione del flusso del lavoro.

Qualora si dovessero riscontrare tra le caratteristiche richieste e quelle possedute si chiede cortesemente di segnalare le stesse accompagnando, se del caso, le eventuali incongruenze con le relative e motivate considerazioni.

La Ditta in grado di fornire tale tipologia di sistema o soluzione funzionale equivalente ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs 163/2006, può darne informazione tramite istanza di partecipazione sottoscritta dal Legale

Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro **e non oltre il 10 dicembre 2013** presso l'Ufficio Protocollo dell'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico " Paolo Giaccone " – Via Enrico Toti n°76 -90128 PALERMO;

1. il prezzo orientativo di mercato per la fornitura di cui sopra;
2. relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;.
3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.
4. Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dell'apparecchiatura proposta, il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta;.
5. Elenco accessori;
6. Schede tecniche del materiale di consumo;
7. Copia della certificazione CE relativa al prodotto o all'apparecchiatura offerta secondo la Direttiva Europea 93/42/CEE.
8. Eventuale letteratura in merito all'utilizzo del bene.

La busta contenente la documentazione richiesta dovrà essere indirizzata al Responsabile dell'Area Provveditorato e sul frontalino della stessa dovrà essere riportato in evidenza il nominativo dell'Impresa offerente e la dicitura. *"Indagine di mercato sulla fornitura di un processatore a circuito chiuso per campioni istologici, completo di sistema robotizzato per la colorazione ed il montaggio automatico ed integrato di vetrini istologici e citologici "*.

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi per individuare la presenza di possibili fornitori del sistema richiesto.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all'Unità di Staff di Ingegneria Clinica - Ing. Flavia Costa Telefono 091/6553266 oppure, in alternativa al seguente indirizzo di posta elettronica flavia.costa@unipa.it.

IL RESPONSABILE

AREA PROVVEDITORATO

(Dott. Aldo ALBANO)

www.AlboPretorionline.it 1911/13