

REGIONE SICILIANA

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO

“ PAOLO GIACCONE “

**OGGETTO:INDAGINE DI MERCATO SULLA FORNITURA DI 2  
ASPIRATORI DI LIQUIDI A CIRCUITO CHIUSO.**

**Ente:** AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO

“PAOLO GIACCONE “ – AREA PROVVEDITORATO - VIA ENRICO  
TOTI N°76 – 90128 PALERMO TELEFONO 091/6555500 – TELEFAX  
091/6555502.

Intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato per l'affidamento della  
**fornitura di nr. 2 aspiratori di liquidi a circuito chiuso per l'Unità  
Operativa di Urologia con Litotripsia Extracorporea dell'Azienda  
Ospedaliera-.**

Si fa presente che tale fornitura dovrà essere completa del seguente  
materiale di consumo:

- n. 300/anno kit monogiornata così composti:

- n. 300/anno tubi di aspirazione in PVC medicale (rif. codice In.Cas.

INSH-TAL);

- n. 300/anno filtri passanti grande per aspira liquidi (rif. codice In.Cas.

SD-F-09);

- n. 300/anno cialde disinfettanti monodose da 20 cc di disinfettante (rif.

codice In.Cas. CMDS-01);

- n. 300/anno tamponi assorbenti 10 x 20 cm;

n. 10/anno flaconi 650 cc di soluzione disinfettante per trattamento di

pazienti infetti (rif. codice In.Cas. CMDS-02)

• n. 300/anno kit monogiornata così composti:

- n. 300/anno tubi di aspirazione in PVC medicale (rif. codice In.Cas. INSH-TAL);

- n. 300/anno filtri passanti grande per aspira liquidi (rif. codice In.Cas. SD-F-09);

- n. 300/anno cialde disinfettanti monodose da 20 cc di disinfettante (rif. codice In.Cas. CMDS-01);

- n. 300/anno tamponi assorbenti 10 x 20 cm;

n. 10/anno flaconi 650 cc di soluzione disinfettante per trattamento di pazienti infetti (rif. codice In.Cas. CMDS-02)

A tal fine, intende verificare se codesta ditta dispone di n.2 aspiratori di liquidi organici a circuito chiuso con le seguenti caratteristiche:

- Sistema dotato di n.4 ruote di cui n.2 con freno;
- Capacità del serbatoio di raccolta liquidi di almeno 60 litri;
- Possibilità di aspirare in continuo e anche ad intermittenza;
- Indicatore numerico dei litri aspirati;
- Sistema di disinfezione dei liquidi organici/biologici aspirati infetti;
- Autodisinfezione a circuito chiuso del serbatoio e dei circuiti interni;
- Verifica della quantità parziale/totale del liquido aspirato;
- Disinfezione dei liquidi biologici in tempo reale durante la fase di aspirazione;
- Possibilità di staccare il tubo di scarico in modo tale che durante la fase di aspirazione sia presente soltanto il tubo per aspirare;

- Materiali di consumo dedicati certificati come dispositivi medici.

Qualora si dovessero riscontrare tra le caratteristiche richieste e quelle possedute si chiede cortesemente di segnalare le stesse accompagnando, se del caso, le eventuali incongruenze con le relative e motivate considerazioni.

La Ditta in grado di fornire tale tipologia di sistema o soluzione funzionale equivalente ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs 163/2006, può darne informazione tramite istanza di partecipazione sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro **e non oltre il 12 settembre 2014** presso l'Ufficio Protocollo dell'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" – Via Enrico Toti n°76 -90128 PALERMO;

1. il prezzo orientativo di mercato per la fornitura completa di cui sopra;
2. relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;.
3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.
4. Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dell'apparecchiatura proposta, il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta;
5. Elenco accessori;
6. Schede tecniche degli accessori;
7. Copia della certificazione CE relativa al prodotto o all'apparecchiatura offerta secondo la Direttiva Europea 93/42/CEE.

8. Eventuale letteratura in merito all'utilizzo del bene.

La busta contenente la documentazione richiesta dovrà essere indirizzata al Responsabile dell'Area Provveditorato e sul frontalino della stessa dovrà essere riportato in evidenza il nominativo dell'Impresa offerente e la dicitura. "Indagine di mercato sulla fornitura di nr. 2 aspiratori di liquidi a circuito chiuso".

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi per individuare la presenza di possibili fornitori del sistema richiesto.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente al Servizio di Ingegneria Clinica - Ing. Flavia Costa Telefono 091/6553266 oppure, in alternativa al seguente indirizzo di posta elettronica [flavia.costa@unipa.it](mailto:flavia.costa@unipa.it).

IL RESPONSABILE

AREA PROVVEDITORATO

( Dott. Aldo ALBANO )