



DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N.

1004

del 14 DIC. 2017

Atti n. 1572/2017 all. 1

avente come oggetto: "CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU 1 ANALIZZATORE PER IMMUNOCHEMICA IN USO PRESSO L'UOC COORDINAMENTO DEI TRAPIANTI CON LA DITTA LAGITRE PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 (CIG Z512111EF6)".

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. Esposizione del contenuto della determinazione

Preso d'atto offerta contratto full-risk post garanzia per un analizzatore per immunochimica in uso presso l'UOC Coordinamento dei Trapianti

2. Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate

Determinazione n. 1400 del 24/06/2014

Offerta n. 104/14 del 05/05/2014 della ditta Lagitre allegata in atti 1841/2013

3. Attestazione contabile

La presente determinazione comporta oneri pari a € 23.277,60 IVA 22% compresa

Pratica gestita da: Ing. Maria Miloro

Responsabile del procedimento
UOC Ingegneria Clinica
Ing. Gianpaolo Valente





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. **004** del **14 DIC. 2017** Pag. 2
Atti n. 1572/2017 all. 1

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € 23.277,60 sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2017	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	TOTALI
SAN	452020	201702888		€ 7.759,20	€ 7.759,20	€ 7.759,20	€ 23.277,60
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Il Direttore della UOC Economico-Finanziaria

(Dr. Roberto Alberti)

www.albopretorionline.it





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. **1004** del **14 DIC 2017** Atti n. 1572/2017 all. 1

OGGETTO: "CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SU 1 ANALIZZATORE PER IMMUNOCHEMICA IN USO PRESSO L'UOC COORDINAMENTO DEI TRAPIANTI CON LA DITTA LAGITRE PER IL PERIODO 01/01/2017 - 31/12/2019 (CIG Z512111EF6)"

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTO il vigente "Regolamento delle funzioni di gestione da parte dei dirigenti delegati della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico", approvato con determinazione n. 2719 del 22/12/2016;

PREMESSO CHE:

- presso la UOC Coordinamento dei Trapianti è in uso un analizzatore per immunochimica prodotto dalla Luminex Corp;
- per l'apparecchiatura sopra indicata è necessario assicurare il servizio di manutenzione preventiva e prevedere interventi su chiamata al fine di mantenere le condizioni iniziali di buon funzionamento e di sicurezza, verificate e certificate all'atto dell'installazione, ed evitare guasti critici e prolungati fermi macchina;
- il D.P.R. 14/01/97 impone che la manutenzione dei dispositivi medici sia svolta secondo piani di manutenzione dettagliati e documentati. Questo concetto è ripreso nei requisiti di accreditamento per le strutture sanitarie della Regione Lombardia, indicati come OGITEC03, OGITEC04 e OGITEC11;
- per le apparecchiature costruite a partire dall'entrata in vigore del D.lgs. 332/2000 (attuazione della Direttiva 98/79/CEE in materia di dispositivi medico-diagnostici in vitro) tali interventi manutentivi devono essere svolti dal fabbricante, o da terzi da lui autorizzati e formati, poiché la mancata osservanza di tale obbligo comporterebbe la decadenza dell'assunzione di responsabilità da parte del fabbricante, attestata dalla dichiarazione di conformità, circa la rispondenza dell'apparecchiatura ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 1 del citato D.lgs. 332/2000, concernenti anche l'affidabilità ed il corretto funzionamento dell'apparecchiatura;

PRESO ATTO che durante la procedura per la fornitura dell'apparecchiature in parola, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara, la ditta Lagitre srl, distributrice dei prodotti Luminex Corp, ha presentato offerta allegata in atti 1841/2013, con la quale si impegnava ad effettuare il servizio di manutenzione triennale post-garanzia al prezzo di € 19.080,00 IVA 22% esclusa;

CONSIDERATO che tale proposta di contratto prevede visite di manutenzione programmata, controlli funzionali, tutte le attività di manodopera per la manutenzione correttiva, illimitati interventi tecnici su chiamata; sono incluse le ore di viaggio, le ore di lavoro effettuate e le spese di trasferta, nonché tutte le parti necessarie alle riparazioni;

DATO ATTO che a far data dal 01/01/2017, come richiesto dalla UOC Ingegneria Clinica, la ditta Lagitre srl ha provveduto a mantenere le apparecchiature in parola;

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica;





DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1004 del 14 DIC, 2017 Atti n. 1572/2017 all. 1

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Gianpaolo Valente, Direttore dell'UOC Ingegneria Clinica;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. stipulare per il periodo 01/01/2017 al 31/12/2019 il contratto di assistenza e manutenzione su un analizzatore per immunochimica in uso presso la UOC Coordinamento dei Trapianti con la ditta Lagitre srl alle condizioni di cui all'offerta n. 104/14 del 05/05/2014 allegata in atti 1841/2013;
2. nominare, quale responsabile del procedimento, il direttore dell'UOC Ingegneria Clinica, Ing. Gianpaolo Valente;
3. nominare quale Direttore dell'Esecuzione del contratto il direttore dell'UOC Ingegneria Clinica, Ing. Gianpaolo Valente;
4. di dare atto che il costo complessivo di € 23.277,60 IVA 22% inclusa sarà imputata nel BPE per gli anni 2017, 2018 e 2019;
5. di dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);
7. di disporre l'invio della presente determinazione alle unità operative interessate.

IL DIRETTORE
UOC INGEGNERIA CLINICA
Ing. Gianpaolo Valente

