

Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

18841/5-00AA.
Prot. /Comm

Palermo 29/08/2018

AVVISO : INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO, STECCHE PER IMMOBILIZZAZIONE PER ARTI PER L'UOC DI ORTOPEDIA PEDIATRICA DELL'AZIENDA

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO – UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233 – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808321 – PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it intende avviare un'indagine conoscitiva di mercato per l'affidamento della fornitura dei seguenti dispositivi rivolta ad invitare gli operatori economici che fossero interessati alla procedura di gara da indire a mezzo RDO su MEPA per addivenire alla fornitura in questione secondo il fabbisogno annuo:

Stecca per immobilizzazione riutilizzabile e lavabile a 30°, costituita da una sottile anima di alluminio corrugata, ondulata a memoria di forma, da uno strato di polietilene anallergica e foderata internamente con tessuto non irritante (cotone). Traspirante e radiotrasparente, regolabile e adattabile. Deve consentire la regolarizzazione dell'angolo di bloccaggio e un facile posizionamento.

- N. 1250 pz stecca palmare per polso mis. xs
- > N. 1250 pz stecca palmare per polso mis. s
- N. 1250 pz stecca palmare per polso mis. m
- N. 1250 pz stecca palmare per polso mis. l
- N. 1250 pz stecca per gomito con angolo regolabile mis. xs
- N. 1250 pz stecca per gomito con angolo regolabile mis. s
- N. 1250 pz stecca per gomito con angolo regolabile mis. m
- N. 1250 pz stecca per gomito con angolo regolabile mis. l

- N. 1250 pz stecca posteriore per caviglia con angolo regolabile mis. xs
- N. 1250 pz stecca posteriore per caviglia con angolo regolabile mis. s
- N. 1250 pz stecca posteriore per caviglia con angolo regolabile mis. m
- N. 1250 pz stecca posteriore per ginocchio con angolo regolabile mis. l

Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito www.ospedalirtiuntipalermo.it sezioni bandi.

- 1. il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;
- 2. relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;.
- 3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.
- 4. Scheda tecnica dei prodotti riportanti il prodotto esatto ed il produttore del dispositivo proposto, il codice CND e il numero di registrazione ministero della Salute ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche del dispositivo offerto;

A tal fine l'Impresa concorrente è pregata di indicare:

- 1. Se codesta ditta dispone di dispositivi aventi <u>caratteristiche collimanti</u> con quelle descritte nell' allegata scheda tecnica (-Allegato A-);
- Acquisire il riscontro al questionario di cui all'allegata scheda tecnica (-Allegato A-), con relativi data sheet sintetici descrittivi delle tipologie di sistemi holter commercializzati (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l'invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);
- 3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

1) consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;

2) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare nell'apposita colonna.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche dovrà essere fornita riscontrando al questionario tecnico allegato, e deve seguire l'ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica (seconda colonna SI/NO), così come le specifiche tecniche in riferimento a ciascuna caratteristica relativamente al dispositivo commercializzato (terza colonna) e le segnalazioni rilevate, argomentando eventuali equivalenze (quarta colonna).

Le ditte sono invitate altresì a sintetizzare in ultimo, eventuali aspetti di esclusività, nonché aspetti migliorativi del dispositivo in commercio ed eventualmente proposto, e altresì l'eventuale necessità di utilizzo clinico mediante materiale consumabile dedicato mono e pluriuso, con relativa indicazione del costo medio di mercato (non il prezzo di listino).

Si precisa che tale indagine è finalizzata alla raccolta di informazioni di carattere tecnico ed economico in funzione di un'eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste, nell'ottica della futura procedura di gara.

La partecipazione non comporta oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura in argomento

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO e- mail aldo.albano@villasofia.it.

IL RESPONSABILE
AREA PROYVEDITORATO
(Dott. Aldo ALBANO)

ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MATERIALE SPECIALISTICO, STECCHE PER IMMOBILIZZAZIONE PER ARTI PER L'UOC DI ORTOPEDIA PEDIATRICA

NR.	CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA)	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
1	Stecca per immobilizzazione riutilizzabile e lavabile a 30°,			
	costituita da una sottile anima		×	
	di alluminio corrugata,			2
	ondulata a memoria di forma,			*
- 5	da uno strato di polietilene			5
7 Y	anallergica e foderata	e .		g ^{a, xan} ar g
¥	internamente con tessuto non		• s	
	irritante (cotone). Traspirante			
	e radiotrasparente, regolabile e			145
	adattabile. Deve consentire la			
	regolarizzazione dell'angolo			
	di bloccaggio e un facile			
	posizionamento			

QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTRARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO