



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato

Prot. 5588/5

Palermo 03-07-2019

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE TRIENNALE DI CAMICI STANDARD CHIRURGICI STERILI IN TNT IDROREPELENTE E TRASPIRANTE

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO – UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233 – 90146 PALERMO TELEFONO 091/7808231 – PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it rende noto che, per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura inerente la fornitura di camici standard chirurgici sterili in TNT idrorepellente e traspirante per le UU.OO. e Servizi Aziendali.

Caratteristiche tecniche minime

CAMICI STANDARD CHIRURGICI STERILI IN TNT IDROREPELENTE E TRASPIRANTE

Camici chirurgici sterili in TNT, idrorepellente, con rinforzo anteriore e avambraccio, forniti di 4 lacci (2 interni e 2 esterni) per vestizione con tecnica sterile. Misure S-M-L-XL

I camici dovranno essere confezionati singolarmente e possedere i seguenti requisiti:

- *barriera di protezione alla penetrazione batterica in senso bidirezionale;*
- *idrorepellenza;*
- *capacità di traspirazione;*
- *rilascio di particelle minimo;*
- *corpo: unico pezzo, privo di cuciture;*
- *inserti aggiuntivi sul corpo (allacciature, maniche, polsini, ecc.): fissati con cuciture doppie e interne o altro materiale con fori completamente riempiti dal filo di cucitura, oppure con robuste saldature non incollate, continue lungo la lunghezza senza interruzioni della barriera batterica;*
- *allacciature ben fissate senza cuciture, da allacciare sia internamente che esternamente su un fianco in modo tale da consentire la vestizione senza l'ausilio di personale protetto sterilmente;*
 - *maniche attaccate sul corpo del camice preferibilmente termosaldate o con cuciture interne, doppie e piatte, tali da permettere ampi movimenti ed avere lunghezza adeguata alla taglia;*
- *polsini elasticizzati in maglia tubolare elasticizzata, anallergici, di lunghezza non inferiore agli 8 cm.;*
- *chiusura posteriore del collo regolabile (velcro o equivalenti) e bordo dalla scollatura rinforzato;*
- *piegatura tale da consentire all'utilizzatore di indossare il camice senza l'ausilio di terze persone;*
- *protezione di tutte le posture di lavoro soprattutto lungo le parti di chiusura che devono essere comunque posizionate sul fianco;*

- *copertura della schiena totale ottenuta mediante completa sovrapposizione, da fianco a fianco, dei due lembi posteriori*
- *confezionato in doppio involucro sterile facilmente apribile garantendo l'asepsi del prodotto;*
- *cartellino anticontagio*

I prodotti offerti dovranno essere conformi ai requisiti minimi previsti dagli standard Europei EN 13795 parte 1, 2, 3.

IMBALLAGGIO ESTERNO

L'imballaggio esterno deve permettere il trasporto ottimale del prodotto; deve garantire:

- la sterilità e l'integrità del prodotto;
- un'efficace barriera contro polvere ed umidità;
- il riconoscimento del prodotto tramite etichettatura;

CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA DEL PRODOTTO

Il prodotto dovrà essere in **doppia confezione**.

Tutti i prodotti dovranno essere, perfettamente identificabili mediante apposita etichetta adesiva, al fine di permettere la tracciabilità del prodotto, in triplice copia scritta in lingua italiana che deve indicare i seguenti dati:

- descrizione;
- nome commerciale;
- codice;
- nome produttore;
- luogo di produzione;
- metodo di sterilizzazione;
- numero di lotto;
- data di sterilizzazione, di scadenza e/o validità;
- dicitura "sterile";
- simbolo "monouso";
- numero di pezzi per confezione;
- indicazione marchio CE;
- indicazione "LATEX FREE".

Le confezioni non devono presentare difetti, lacerazioni o qualsiasi altra traccia di manomissione. La Ditta dovrà attestare che gli impianti ed il processo di produzione sono conformi a quanto previsto dalle norme ISO 9001 ed EN 13485.

Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito www.ospedaliriuntipalermo.it sezioni bandi.

La Stazione appaltante invita pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla "consultazione" fornendo i contributi ritenuti necessari. In particolare, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione allegata al presente avviso.

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

Si rappresenta che:

- la procedura di gara non sarà suddivisa in lotti;

- i fabbisogni e gli strumenti per farvi fronte sono rilevabili dalla documentazione allegata;
- la Stazione appaltante valuterà le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte nel contesto dei contributi forniti;
- la Stazione appaltante procederà all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora a conclusione dell'istruttoria ravvisi la sussistenza dei relativi presupposti e non ritenga quindi percorribili le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte;
- la stazione appaltante, infine, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente "consultazione" è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016.

La presente "consultazione" non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati.

La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente "consultazione", nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento.

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente "consultazione" per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, *"a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza"* (art. 66 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016)

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitati, (indicare nell'oggetto: "fornitura di camici standard chirurgici sterili in TNT idrorepellente e traspirante per le UU.OO. e Servizi Aziendali" – ed il numero di protocollo del presente avviso.), a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro **e non oltre il 22/07/2018**:

1. il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;
2. relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;
3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.
4. Questionario tecnico (allegato A) e Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dell'apparecchiatura proposta, il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta;

A tal fine l'Impresa concorrente è pregata di indicare:

1. Se codesta ditta dispone di apparecchiature aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell' allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-);
2. Acquisire il riscontro al questionario di cui all'allegata scheda tecnica (-**Allegato A**-), (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l'invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);

3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- 1) consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;
- 2) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo PEC:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it

L'invio deve avvenire in un'unica spedizione, (non superiore a 25 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF bianco e nero:

- 1.manifestazione di interesse;
- 2.elenco dei documenti richiesti e sopraindicati;
- 3.cartella (zippata) con tutta la documentazione.


In caso di file PDF ottenuti da scansioni, si consiglia, per limitare la dimensione degli allegati, di impostare lo scanner ad una risoluzione massima di 100dpi.

Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni da specificare in apposita relazione.

La partecipazione alla presente "consultazione" non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura in argomento.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all'Area Provveditorato dell'Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO e- mail aldo.albano@villasofia.it od in assenza Geom. Antonino Campagna telefono 0917808231 e mail: a.campagna@villasofia.it

IL RESPONSABILE
AREA PROVVEDITORATO
(Dott. Aldo ALBANO)



ALLEGATO A

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

NR.	CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTICA RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PROPOSTO (ALLEGANDO SCHEDA TECNICA)	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICHE RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTANDO LE EVENTUALI EQUIVALENZE
1	barriera di protezione alla penetrazione batterica in senso bidirezionale			
2	idrorepellenza			
3	capacità di traspirazione			
4	rilascio di particelle minimo;			
5	corpo: unico pezzo, privo di cuciture			
6	inserti aggiuntivi sul corpo (allacciature, maniche, polsini,ecc.): fissati con cuciture doppie e interne o altro materiale con fori completamente riempiti dal filo di cucitura, oppure con robuste saldature non incollate, continue lungo la lunghezza senza interruzioni della barriera batterica;			
7	allacciature ben fissate senza cuciture, da allacciare sia internamente che esternamente su un fianco in modo tale da consentire la vestizione senza l'ausilio di personale protetto sterilmente;			
8	maniche attaccate sul corpo del camice preferibilmente termosaldate o con cuciture interne, doppie e piatte, tali da permettere ampi movimenti ed			

	avere lunghezza adeguata alla taglia;			
9	polsini elasticizzati in maglia tubolare elasticizzata, anallergici, di lunghezza non inferiore agli 8 cm.;			
10	chiusura posteriore del collo regolabile (velcro o equivalenti) e bordo dalla scollatura rinforzato			
11	piegatura tale da consentire all'utilizzatore di indossare il camice senza l'ausilio di terze persone;			
12	protezione di tutte le posture di lavoro soprattutto lungo le parti di chiusura che devono essere comunque posizionate sul fianco;			
13	copertura della schiena totale ottenuta mediante completa sovrapposizione, da fianco a fianco, dei due lembi posteriori			
14	confezionato in doppio involucro sterile facilmente apribile garantendo l'asepsi del prodotto			
15	cartellino anticontagio			
16	conformi ai requisiti minimi previsti dagli standard Europei EN 13795 parte 1, 2, 3.			
17	prodotto in <u>doppia confezione.</u>			
18	prodotti perfettamente identificabili			

QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO