



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
U.O.C. Provveditorato

Prot. 9046/5

Palermo, 30-08-2019

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 LACCI EMOSTATICI PNEUMATICI PER IL COMPLESSO OPERATORIO DEL PO VILLA SOFIA**

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO – UNITA' OPERATIVA PROVVEDITORATO – VIALE STRASBURGO n°233 – 90146 PALERMO  
TELEFONO 091/7808231 – PEC:[appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it) rende noto che, per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura inerente la fornitura delle seguenti apparecchiature elettromedicali per il Complesso Operatorio del P.O. Villa Sofia dell'A.O.O.R. Villa Sofia -Cervello Palermo:

- N. 2 LACCI EMOSTATICI PNEUMATICI
- CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE
- - ☞ laccio emostatico pneumatico idoneo per l'esecuzione di interventi chirurgici di ortopedia, chirurgia plastica, chirurgia vascolare, con interessamento di arti inferiori e superiori, ovvero per tutte le procedure di sala operatoria che richiedano l'interruzione del flusso ematico controllo sulla pressione applicata e sui tempi di applicazione
  - ☞ presenza di allarmi visivi e acustici per la perdita di pressione ,
  - ☞ autocompensazione della pressione
  - ☞ sensori per il rilievo della pressione minima di occlusione
  - ☞ disponibilità di n. 12 bracciali pluriuso (n. 6 per ciascuna apparecchiatura) sagomati, varie misure, in grado di adattarsi alla conformazione dell'arto superiore e/o inferiore, del paziente e soprattutto di occludere il flusso di sangue a pressioni inferiori.

Al fine di fornire il contributo richiesto, si allega al presente avviso la documentazione redatta in bozza e disponibile sul sito [www.ospedaliriuntipalermo.it](http://www.ospedaliriuntipalermo.it) sezioni bandi.

La Stazione appaltante invita pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla “consultazione” fornendo i contributi ritenuti necessari. In particolare, sono oggetto di contributo gli aspetti disciplinati dalla documentazione allegata al presente avviso.

Sarà cura dei soggetti interessati al presente avviso evidenziare i contributi per i quali ritengano motivatamente sussistenti aspetti meritevoli di tutela della segretezza dal punto di vista tecnico e commerciale.

Si rappresenta che:

- la procedura di gara non sarà suddivisa in lotti;
- i fabbisogni e gli strumenti per farvi fronte sono rilevabili dalla documentazione allegata;
- la Stazione appaltante valuterà le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte nel contesto dei contributi forniti;
- la Stazione appaltante procederà all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, qualora a conclusione dell'istruttoria ravvisi la sussistenza dei relativi presupposti e non ritenga quindi percorribili le soluzioni alternative ragionevoli eventualmente proposte;
- la stazione appaltante, infine, rimane disponibile a fornire ulteriori informazioni che gli operatori economici potrebbero richiedere nel rispetto dei principi di trasparenza e par condicio.

L'affidamento della fornitura oggetto della presente “consultazione” è subordinato ad eventuale, successiva e separata procedura espletata ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016.

La presente “consultazione” non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Stazione appaltante nei confronti dei soggetti interessati.

La Stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio interrompere, sospendere o revocare la presente “consultazione”, nonché interrompere la consultazione di uno o più dei soggetti interessati, in qualsiasi momento.

La Stazione appaltante si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito della presente “consultazione” per la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, *“a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”* (art. 66 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016)

Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitati, (indicare nell'oggetto: “fornitura di n. 2 lacci emostatici pneumatici” – ed il numero di protocollo del presente avviso. ), a presentare apposita istanza di partecipazione alla procedura in oggetto sottoscritta dal Legale



Rappresentante o da altra persona abilitata ad impegnare l'Impresa e presentare la documentazione di seguito indicata, da far pervenire entro **e non oltre il 19/09/2019**:

1. il prezzo orientativo di mercato (non di listino) per la fornitura completa di cui sopra;
2. relativo stralcio dei prezzi di listino in vigore;
3. Sintetica presentazione dell'impresa e dati di riferimento ed elenco delle principali forniture analoghe effettuate nell'ultimo triennio con rispettivo importo, data e destinatario.
4. Questionario tecnico (allegato A) e Schede tecniche riportanti il modello esatto ed il costruttore dell'apparecchiatura proposta, il codice CIVAB, ove esistente, e la descrizione dettagliata delle caratteristiche tecniche della strumentazione offerta;

A tal fine l'Impresa concorrente è pregata di indicare:

1. Se codesta ditta dispone di apparecchiature aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica (-Allegato A-);
2. Acquisire il riscontro al questionario di cui all'allegata scheda tecnica (-Allegato A-), (non è richiesto in tale fase di indagine di mercato l'invio di manuali, o altra documentazione voluminosa);
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno essere inoltrate con una delle seguenti modalità:

- 1) consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Azienda sito in Viale Strasburgo, 233, cap 90146 Palermo;
- 2) mediante casella di posta elettronica certificata (PEC), intestata al candidato, al seguente indirizzo  
PEC:[appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it](mailto:appaltieforniture@pec.ospedaliriunitipalermo.it)

L'invio deve avvenire in un'unica spedizione, (non superiore a 25 MB) con i seguenti allegati solo in formato PDF bianco e nero:

- 1.manifestazione di interesse;
- 2.elenco dei documenti richiesti e sopraindicati;
- 3.cartella (zippata) con tutta la documentazione.

In caso di file PDF ottenuti da scansioni, si consiglia, per limitare la dimensione degli allegati, di impostare lo scanner ad una risoluzione massima di 100dpi.


Qualora codesta ditta dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute, voglia cortesemente segnalare le eventuali discrasie, supportando se del caso, con motivate considerazioni

da specificare in apposita relazione.

La partecipazione alla presente “consultazione” non determina alcuna aspettativa o diritto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera ed i contributi resi non danno diritto ad alcun compenso o rimborso ed è finalizzata ad incrementare il livello di concorrenza ed rendere più trasparenti le condizioni di partecipazione alla procedura in argomento.

Per ulteriori informazioni in merito al contenuto del presente avviso potranno essere richieste direttamente all’Area Provveditorato dell’Azienda Ospedaliera nella persona del Responsabile del Procedimento Dott. Aldo ALBANO e- mail [aldo.albano@villasofia.it](mailto:aldo.albano@villasofia.it) od in assenza Geom. Antonino Campagna telefono 0917808231 e mail: [a.campagna@villasofia.it](mailto:a.campagna@villasofia.it)

IL RESPONSABILE  
AREA PROVVEDITORATO  
( Dott. Aldo ALBANO )



## ALLEGATO A

### CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA

<b>SCHEDA TECNICA PER CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO</b>				
<b>CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER L'ACQUISIZIONE DI: NR. 2 LACCI EMOSTATICI PNEUMATICI PER IL COMPLESSO OPERATORIO DEL PO VILLA SOFIA</b>				
NR.	CARATTERISTICA RICHIESTA	INDICARE IL POSSESSO DELLA CARATTERISTIC A RICHIESTA (SI/NO)	DESCRIVERE E SPECIFICARE LE CARATTERISTICHE RICHIESTE PER L'APPARECCHIATUR A PROPOSTA (ALLEGANDO ANCHE DATA SHEET)	MOTIVARE EVENTUALI DISCRASIE TRA LE CARATTERISTICH E RICHIESTE E QUELLE POSSEDUTE ARGOMENTAND O LE EVENTUALI EQUIVALENZE
1	laccio emostatico pneumatico idoneo per l'esecuzione di interventi chirurgici di ortopedia, chirurgia plastica, chirurgia vascolare, con interessamento di arti inferiori e superiori, ovvero per tutte le procedure di sala operatoria che richiedano l'interruzione del flusso ematico			
2	controllo sulla pressione applicata e sui tempi di			

	applicazione			
3	presenza di allarmi visivi e acustici per la perdita di pressione			
4	autocompensazione della pressione			
5	sensori per il rilievo della pressione minima di occlusione			
6	disponibilità di n. 12 bracciali pluriuso (n. 6 per ciascuna apparecchiatura) sagomati, varie misure, in grado di adattarsi alla conformazione dell'arto superiore e/o inferiore, del paziente e soprattutto di occludere il flusso di sangue a pressioni inferiori			

**QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTARE SPECIFICA DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO**

**ELENCARE EVENTUALI ASPETTI QUALITATIVI DELL'APPARECCHIATURA PROPOSTA SE NON PRECEDENTEMENTE CONSIDERATI**


**ELENCARE EVENTUALE MATERIALE CONSUMABILE MONOUSO E PLURIUSO (specificando il nr. di utilizzi previsto) DEDICATO ALL'APPARECCHIATURA E RELATIVO COSTO, SPECIFICANDO (se applicabile) IL QUANTITATIVO MINIMO ANNUO**



**EVENTUALMENTE DA ORDINARE AL FINE DI RICEVERE L'APPARECCHIATURA IN  
COMODATO D'USO GRATUITO**


**QUALORA LA PRESENTE SCHEDA TECNICA DOVESSE INDIVIDUARE UNO  
SPECIFICO PRODOTTO, SI CHIEDE DI INOLTARE SPECIFICA DICHIARAZIONE  
DI ESCLUSIVITA' E RELAZIONE TECNICA DETTAGLIATA DELLO STATO  
DELL'ARTE PER LA TIPOLOGIA DI UTILIZZO CLINICO RICHIESTO**

--