ALL. "B"

Procedura negoziata per acquisto di n. 8 Poltrone per Chemioterapia - U.O.C. di Oncologia Medica dello S.O. Annunziata.

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.
Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.
Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su **Aggiudica provvisoriamente**.
Se compare la scritta **Aggiudicatario** non è più possibile cambiare la designazione.
Per prendere visione del dettaglio delle offerte (economica e tecnica) premere il link nell'intestazione di ciascun lotto.

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			

ATTIVA SEDUTA PUBBLICA

Offerte

Offerente	Lotto 1		
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio complessivo	Miglior offerta
GIOIA HOSPITAL SRL	Offerta esclusa		
GIVAS	Offerta esclusa		
PC SERVICE DI MARINO SIMONE &. C.	Offerta esclusa		
SO.ME.DIR.	Offerta esclusa		
GARDHEN BILANCE S.R.L. A SOCIO UNICO	**11200,00 Euro**	**93,11**	**Aggiudicatario provvisorio**
5.9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM	9272,00 Euro	80,00	Aggiudica provvisoriamente
Punteggio massimo:		**93,11**	

INSERISCI NOTE | INDIETRO

NOTE RELATIVE ALLA GARA

Lotto 1
In allegato Relazione Tecnica

Icona	Significato
	Documento non inviato telematicamente
	Documento approvato
	Documento approvato con nota inserita
	Documento non approvato
	Documento non approvato con nota inserita
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione
	Link a pagina di valutazione del documento / punteggio della commissione con note inserite
	Valutazione documento non accessibile

Icona	Significato
	Documento non accessibile
	Link al download di un documento firmato
	Link al download di un documento; ogni formato (word, excel, pdf..) ha una sua icona apposita.

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
STABILIMENTO OSPEDALIERO "MARIANO SANTO"

U.O.C. di ONCOLOGIA

DIRETTORE: Dr. Salvatore Palazzo
Tel. 0984.681587

Spett.Azienda Ospedaliera
U.O.Gestione Forniture e Logistiche

Dirigenti di 1° Livello

Dr. Rosalbino Biamonte
Resp. U.O.S. Tumori Femminili: Prevenzione, Diagnosi e Trattamento
Tel. 0984.681590 - 0984.681586

Dr. Serafino Conforti
Resp. U.O.S. Terapie Ambulatoriali e Continuità Assistenziale Post-Trattamento (Follow-up)
Tel. 0984.681589 - 0984.681596

Dr.ssa Virginia Liguori
Resp. U.O.S. Day - Hospital
Tel. 0984.681591 - 0984.681592

Dr.ssa Candida M. Mastroianni
Resp. U.O.S. Letti ad Alto Carico Assistenziale
Tel. 0984.681978

Dott.ssa Rosanna De Simone
(Incarico Professionale di Alta Specializzazione sul Sistema Informatico)
Tel. 0984.681978

Dr. Aldo Filice
(Incarico Professionale di Alta Specializzazione sui Tumori dei Giovani)
Tel. 0984.681978

Dr. Antonio Rovito
(Incarico Professionale di Alta Specializzazione sui Tumori Rari)
Tel. 0984.681588

Dr.ssa Silvia Ceniti
Tel. 0984.681978

Dr.ssa Caterina Manfredi
Tel. 0984.681978

Dr. Salvatore Turano
Tel. 0984.681978

Dr.ssa Angela Piattelli (Psiconcolagia)
Tel. 0984.681978

Segreteria

Tel. 0984.681597
Fax 0984.681797

OGGETTO: Relazione tecnica per l'acquisto di N° 8 poltrone per Chemioterapia –U.O.Oncologia , P.O.dell'Annunziata Azienda Ospedaliera di Cosenza

Sono state esaminate le documentazioni tecniche relative all'acquisto di poltrone per Chemioterapia delle seguenti Ditte :

1) 5.9 SRL CARE WEIGHTING SYSTEM
2) GARDHEN BILANCE S.R.L: A SOCIO UNICO
3) GIOIA HOSPITAL SRL
4) GIVAS
5) PC SERVICE DI MARINO SIMONE 6 C.
6) SO.ME.DIR.

1 **SRL CARE WEIGHTING SYSTEM** = CONFORME con le caratteristiche richieste

Punteggio Griglia di valutazione:

a. Caratteristiche Tecniche.....30

b. Ergonometria,innovazioni e caratteristiche migliorative..... 0

c. Garanzia.....10

TOTALE.....40

2 **GARDHEN BILANCE S.R.L: A SOCIO UNICO** = CONFORME con le caratteristiche richieste

Punteggio Griglia di valutazione:

a. Caratteristiche Tecniche.....30

b. Ergonometria,innovazioni e caratteristiche migliorative.....20

c. Garanzia.....10

TOTALE..... 60

per il punto b si precisa :

- cuscineria asportabile completamente,fissata al sottostante piano in HPLtramite bottoni ad innesto rapido,particolarmente vantaggioso sia per una più profonda pulizia sia la sostituzione in caso di usura.
- Ampia gamma di accessori disponibili

Gabriele

333 (Ricettario Oncologia) Tip. Publidea Policoro MT

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
STABILIMENTO OSPEDALIERO "MARIANO SANTO"

U.O.C. di ONCOLOGIA

DIRETTORE: Dr. Salvatore Palazzo
Tel. 0984.681587

Dirigenti di 1° Livello

Dr. Rosalbino Biamonte
Resp. U.O.S. Tumori Femminili: Prevenzione, Diagnosi e Trattamento
Tel. 0984.681590 - 0984.681586

Dr. Serafino Conforti
Resp. U.O.S. Terapie Ambulatoriali e Continuità Assistenziale Post-Trattamento (Follow-up)
Tel. 0984.681589 - 0984.681596

Dr.ssa Virginia Liguori
Resp. U.O.S. Day - Hospital
Tel. 0984.681591 - 0984.681592

Dr.ssa Candida M. Mastroianni
Resp. U.O.S. Letti ad Alto Carico Assistenziale
Tel. 0984.681978

Dott.ssa Rosanna De Simone
(Incarico Professionale di Alta Specializzazione sul Sistema Informatico)
Tel. 0984.681978

Dr. Aldo Filice
(Incarico Professionale di Alta Specializzazione sui Tumori dei Giovani)
Tel. 0984.681978

Dr. Antonio Rovito
(Incarico Professionale di Alta Specializzazione sui Tumori Rari)
Tel. 0984.681588

Dr.ssa Silvia Ceniti
Tel. 0984.681978

Dr.ssa Caterina Manfredi
Tel. 0984.681978

Dr. Salvatore Turano
Tel. 0984.681978

Dr.ssa Angela Piattelli (Psiconcolagia)
Tel. 0984.681978

Segreteria

Tel. 0984.681597
Fax 0984.681797

3 **GIOIA HOSPITAL SRL** = NON CONFORME con le caratteristiche richieste:la scheda tecnica descrive KIT 3 RUOTE per Basamento ma senza freni compresi

4 **GIVAS** = NON CONFORME con le caratteristiche richieste:

- Modello AP4195: le ruote mancano dei freni
- Modello AP4096:le ruote mancano di freni
- Modello MR5160:manca di movimentazione in Trendelemburg regolabile elettricamente e pulsiera elettrica sul piano poltrona

5 **PC SERVICE DI MARINO SIMONE & C.** = NON CONFORME con le caratteristiche richieste: Manca di depliant illustrativi, nessuna illustrazione degli elementi utili alla valutazione (scheda tecnica non esaustiva)

6 **SO.ME.DIR.**= NON CONFORME alla richiesta: manca asta porta flebo,braccioli regolabili,pulsiera altezza poltrona, inoltre è indicato che questa poltrona è ideale per SPA,PODOLOGIA,Estetica,Fisioterapia (scheda tecnica non esaustiva)

Distinti saluti

Cosenza 18/12/2015

Dssa Virginia Liguori
Responsabile DH- U.O.Oncologia
Azienda Ospedaliera- Cosenza

AZIENDA OSPEDALIERA - COSENZA
Dr.ssa Virginia Liguori
Matricola N. 10050