ALLEGATO "E"

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

(Ospedali Riuniti dell'Annunziata – Mariano Santo e S. Barbara di Rogliano)
Codice Fiscale e Partita IVA - 01987250782
Sede Legale via S. Martino – 87100 Cosenza
UOSD INGEGNERIA CLINICA
E Mail ingcli@aocs.it

Cosenza, 13 Novembre 2014

Prot. n.1254/INGCLI /9/A

Direttore UOC Gestione Forniture, Servizi e Logistica
Dr. Teodoro GABRIELE

Oggetto : **PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA SSD DI PARTO ANALGESIA DELL'U.O.C. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIADELLO S.O. DELL'ANNUNZIATA**
- Lotto 3 – acquisto sistema di monitoraggio
- RDO 323314

Si comunica che in data 09 Giugno 2014 sono stati consegnati dalla Ditta GIOIA HOSPITAL di Gioia Tauro (RC) con DDT n.54 del 09 Giugno 2014 n. 2 Monitor pazienti modello PG-M60 S/N A043E001425 e S/N A043E0011426 Marca Progetti di cui al Ns ordine Prot.0012756del 21 Maggio 2014 ; tali monitor non possono essere accettati in quanto non corrispondenti con il capitolato di gara nei seguenti punti :

1. non sono touch screen;
2. non eseguono l'analisi delle aritmie su 4 derivazioni in contemporanea ;
3. non eseguono l'analisi della fibrillazione atriale;
4. l'autonomia delle batterie è di solo 60 minuti e non di 3,5 ore come richiesto ;
5. non consente di effettuare il bed to bed.

Nonostante i ripetuti incontri con la ditta con gli operatori sanitari , la stessa aveva sempre rassicurato sull'opportunità di dare chiarimenti in merito alle criticità evidenziate.

In considerazione che le lungaggini temporali non giustificano più ulteriori attese di chiarimenti dalla Ditta aggiudicataria e che le apparecchiature poste in gara sono indispensabili e necessarie ad attivare i n.2 posti di terapia sub- intensiva post-chirurgica dell'UOC di Ostetricia e Ginecologia, si comunica che i monitor consegnati dalla ditta Gioia Hospital sono disponibili per essere ritirati dalla stessa facendo riferimento alla Capo Sala di Anestesia Sigra Chiara Iezzi al seguente Tel. 0984 681 254 .

In ragione di quanto sin qui dichiarato , considerato che tali monitor non possono essere accettati né collaudati , si chiede alla SV di procedere con il percorso amministrativo per l'assegnazione successiva delle apparecchiature di cui al lotto n.3 e di cui all'identificativo di gara RDO 323314 .

Distinti saluti.

Il Responsabile della SSD
Anestesia ed Analgesia in Ostetricia e Parto Analgesia Interaziendale
Dr. Pino Pasqua

AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA – SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA

Il Direttore dell'IOSD
Ingegneria Clinica
Ing. Roberto STEFANO

Allegati: Capitolato Tecnico debitamente firmato dal Direttore dell'UOSD Ingegneria Clinica e dell'UOC Nefrologia e Dialisi

Direttore: Ing. Roberto STEFANO
Cell: 3315713056
Tel. 0984 681 081
Fax 0984 21 980

Tecnici: Geom. Aldo BAFFA SCIROCCO Tel.0984 681 080

Coll. Amm.vo: Valerio M. CAPUTO Tel. 0984 681 082
Ass. Amm.vo: Gisella RIZZUTI Tel .0984 681 084
Ass. Amm.vo: Pasquale NIGRO Tel. 0984 681 083