AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

U.O.C. Farmacia

Cosenza 03.03.16

Al Responsabile f.f. U.O. Economato

Oggetto: RDO N.1123009 per la fornitura di Sacche di Protezione Sostanze Fotosensibili, per l'U.O.C di Farmacia dell'A.O. di Cosenza. Giudizio conformità tecnica.

Con riferimento alla RDO ME.PA n.1123009, visionata ed esaminata la documentazione tecnica presentata dalle n.3 ditte in gara, si esprime il seguente giudizio di conformità tecnica:

Ditta	Giudizio di conformità
ARIES	Conforme
BBraun	Non Conforme in quanto non dispositivo medico (manca CND)
FE.MA	Non Conforme in quanto non trasparente e non è stato specificata la presenza del foro nella parte chiusa e della striscia adesiva nell'estremità aperta.

Il Dirigente Farmacista
U.O.C. Farmacia
(Dr.ssa Carmela Oriolo)
Carmela Oriolo