AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

(Ospedale Riuniti P.O. Annunziata - P.O. M. Santo - P.O. S. Barbara)

U.O.C. Gestione Forniture Servizi e Logistica

Tel. 0984 681931 - Fax 0984 681936

Cod. Fisc. :01987250782

Pratica N.00205 Del 13/11/2015

Procedura negoziata per acquisto di un ecocolordoppler portatile - U.O.C. di Neonatologia e T.I.N. dello S.O. Annunziata - Importo totale a base d'asta: € 65.000,00 esclusa iva.

Elenco Aggiudicazioni Ordinate Per Fornitore

Fornitore N° 104 **PHILIPS S.P.A.**

Lotto N° 1

Voce N° 1	Sistema ecocardiografico compatto portatile ad alte prestazioni:						
Codice Convergente	CX50 Numero Repertorio 214673						
Prezzo Unitario	63.600,000000	Quantità numero	1,00	Costo Voce	63.600,00	Costo Ivato	77.592,00
Prezzo Confezione	63.600,000000	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

Totale Fornitore

Imponibile	**63.600,00**	**IVA**	**13.992,00**	**Costo**	**77.592,00**

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

(Ospedali Riuniti dell'Annunziata – Mariano Santo e S. Barbara di Rogliano)
Codice Fiscale e Partita IVA - 01987250782
Sede Legale via S. Martino – 87100 Cosenza
UOSD INGEGNERIA CLINICA
E Mail ingcli@aocs.it

Cosenza, 09 febbraio 2016

Prot. n. 161/INGCLI /9/A

Al Presidente della Commissione di Gara
Dr Teodoro GABRIELE

Oggetto : **GARA MEPA RDO N. 1024460 del 09 Dicembre 2015 Procedura negoziata per l'acquisto di un Ecocardiografo Color Doppler Portatile per le necessità dell' UOC di Neonatologia e TIN del PO Annunziata**

Si invia unita alla presente la relazione tecnica di gara debitamente firmata dalla commissione tecnica e si restituisce il plico con le offerte tecniche.

Distinti saluti .

IL DIRETTORE DELL'UOSD. INGEGNERIA CLINICA

Ing. Roberto STEFANO

Allegati: - -Relazione Tecnica debitamente firmata dalla Commissione Tecnica
- plico con gli allegati tecnici di gara

Direttore: Ing. Roberto STEFANO
Cell: 3315713056
Tel. 0984 681 081
Fax 0984 21 980

Tecnici: Geom. Aldo BAFFA SCIROCCO
Tel.0984 681 080

Coll. Amm.vo: Valerio M. CAPUTO Tel. 0984 681 082

Ass. Amm.vo: Pasquale NIGRO Tel. 0984 681 083

RELAZIONE TECNICA

Analizzate le offerte pervenute delle seguenti ditte :

1. PHILIPS ;
2. ESAOTE;
3. SONOSCAPE.

si evince quanto segue :

La ditta Philips ha offerto un ecografo portatile modello CX50 , la ditta Esaote a offerto un ecografo portatile il modello My Lab Alpha eHD e la ditta SONOSCAPE ha offerto un ecografo portatile modello S9PRO.

Solo la ditta PHILIPS ha ottemperato alla prova pratica dell'apparecchiatura offerta il 15 Dicembre 2015 come previsto dal disciplinare di gara , mentre le altre ditte , ESAOTE e SONOSCAPE non hanno ottemperato a tale richiesta di capitolato.

Pur tuttavia si è proceduto alla valutazione qualitativa delle tre offerte pervenute dalla quale è scaturito quanto segue .

1) **Ditta Philips:**
   La Ditta Philips ha offerto il sistema modello CX 50 che risulta totalmente conforme alle caratteristiche richieste del disciplinare di gara;
2) Ditta ESAOTE
   La ditta Esaote, ha offerto il sistema modello My Lab Alfa eHD che non risulta conforme per i seguenti punti:
   A) Alla richiesta di"….in grado di effettuare acquisizioni tridimensionali in tempo reale", il sistema risponde con una tecnologia 3D e 4D disponibile solo su sonde volumetrica convex ed endocavitarie (vds pag 21 relazione tecnica dettagliata) sonde non pertinenti all'uso di un ecocardiografo destinato a questa UOC; tale metodica è ad uso quasi esclusivo delle UO di Ostetricia e Ginecologia; sempre a pag 21 si parla inoltre di "ricostruzione per studio volumetrico
   B) Non è in grado di effettuare imaging Bmode multiplanare cosi come richiesto, in quanto a pag 22 della relazione tecnica dettagliata è chiaramente indicato che il Multiplanar Imaging è un sw per un analisi sui 3 piani ortogonali tra di loro e quindi non liberamente orientabile e soprattutto non in tempo reale.
   C) Alla richiesta di"…Color Doppler multi planare(più piani di scansione contemporanei liberamente orientabili nello spazio…" il sistema offerto risponde con il SW Multiplanar Imaging (pag 22 della relazione tecnica dettagliata) sw che non opera in tempo reale e soprattutto lavora solo ed esclusivamente su piani ortogonali tra di loro;
   D) A pag 33 (punti 9-10-11) della relazione tecnica dettagliata non viene indicato che lo zoom è operativo anche su immagini da cinememory e da archivio;
   E) In nessun punto della relazione tecnica dettagliata si evidenziano quali parametri del Bmode del Doppler e del Colore delle immagini freeze frame e loop richiamate da memoria il sistema offerto è in grado di modificare
3) **Ditta SONOSCAPE**

   La Ditta SONOSCAPE Europe srl ha offerto il sistema modello S9PRO che non risulta conforme per i seguenti punti:
   A) Alla richiesta di"….in grado di effettuare acquisizioni tridimensionali in tempo reale", il sistema risponde con una tecnologia 3D e 4D disponibile solo su sonda volumetrica convex, sonda non pertinente all'uso di un ecocardiografo destinato a questa UOC; tale metodica è ad uso quasi esclusivo delle UO di ostetricia e ginecologia;
   B) Non è in grado di effettuare imaging Bmode multiplanare e Colore multiplanare cosi come richiesto;

C) Non dichiara la capacità di effettuare lo zoom su immagini provenienti da archivio e da cinememory;
D) Non dichiara quali parametri di Bmode-doppler-Colore modifica sulle immagini freezate-loop-e richiamate da memoria;
E) Il carrello offerto non è descritto, non risulta in grado di essere regolato e non si evincono i connettori posti sullo stesso, il sistema è dotato solo di 2 connettori integrati sul sistema stesso.

Dalla valutazione delle offerte tecniche si evince quindi che solo la ditta PHILIPS può essere ammessa alla gara mentre per le Ditte ESAOTE e SONOSCAPE la commissione tecnica propone l'esclusione, non rispondendo le offerte di tali ditte alle necessità tecnologiche per le quali l'UOC di Neonatologia e TIN ha richiesto l'apparecchiatura posta in gara necessaria per la diagnosi ed il follow-up delle cardiopatie congenite dal feto all'età adulta .

	GRIGLIA DI VALUTAZIONE	PHILIPS CX50 PUNTI
1	Caratteristiche tecniche	30
2	Prove dell'apparecchiatura Ergonomia, caratteristiche migliorative non indicate nel capitolato	20
3	Garanzia di 24 mesi e programma di manutenzione durante il periodo di garanzia con indicazioni delle visite programmate durante la garanzia(almeno 1 all'anno) e n.1 verifica di sicurezza elettrica certificata all'anno	5
4	Assistenza tecnica con dislocazione: punto di Reggio Calabria e sede di Bari (distanza da Cs eguale a 180 Km e a 270 Km)	5
	Totale	**60**

Il Direttore dell'UOSD Ingegneria Clinica
Ing. Roberto STEFANO

AZIENDA OSPEDALIERA - COSENZA - INGEGNERIA CLINICA

Il Dirigente Medico
Dr.ssa Maria Lucente

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

(Ospedali Riuniti dell'Annunziata – Mariano Santo e S. Barbara di Rogliano)
Codice Fiscale e Partita IVA - 01987250782
Sede Legale via S. Martino – 87100 Cosenza
UOSD INGEGNERIA CLINICA
E Mail ingcli@aocs.it

Cosenza, 14 Dicembre 2015

Oggetto: **PROCEDURA NEGOZIATA PER ACQUISTO DI N.1 ECOCOLORDOPPLER PORTATILE PER LE NECSSITA' DELL'UOC NEONATOLOGIA DEL PO ANNUNZIATA**
- **Gara RDO 102 44 60 del 09 Dicembre 2015**

Prova dell'Ecografo portatile marca PHILIPS modello CX50 del 15 Dicembre 2015

Si attesta che in data odierna dalle ore 10:00 alle ore 14:00 si è dato corso alla prova pratica dell'apparecchiatura offerta dalla ditta PHILIPS alla presenza della Commissione Tecnica, del rappresentante della Ditta AM Sig. Stefano ROMANI .

La Commissione Tecnica

Ing. Roberto STEFANO

Dr.ssa Mariella Lucente

Per la Ditta PHILIPS

Stefano ROMANI

AZIENDA OSPEDALIERA - COSENZA - INGEGNERIA CLINICA

Direttore: Ing. Roberto STEFANO
Cell: 3315713056
Tel. 0984 681 081
Fax 0984 21 980

Tecnici: Geom. Aldo BAFFA SCIROCCO
Tel.0984 681 080

Coll. Amm.vo: Valerio M. CAPUTO Tel. 0984 681 082
Ass. Amm.vo: Pasquale NIGRO Tel. 0984 681 083

Riepilogo

ID Negoziazione	1024460
Documento di Riepilogo	*RdO_1024460_RiepilogoPA.pdf* Se il pdf dovesse risultare incompleto o illeggibile, seleziona il pulsante RIGENERA
Denominazione iniziativa:	Procedura negoziata per la fornitura di n. 1 Ecocolordoppler portatile - U.O.C. di Neonatologia e T.I.N. dello S.O. Annunziata.
Tipologia di procedura:	Negoziata
Soglia di rilevanza comunitaria:	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura:	Telematica (on line)
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente piu' vantaggiosa
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.IVA: 01987250782 Indirizzo: San Martino COSENZA (CS)
Punto Ordinante	Nome: DOMENICO FUOCO Telefono: 0984681933 Fax: 098476502
Soggetto stipulante	Nome: DOMENICO FUOCO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA Modifica
Codice univoco ufficio - IPA:	ZAVERW
Data e ora inizio presentazione offerte:	18/11/2015 11:48
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	09/12/2015 12:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	25/11/2015 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validita' offerta del Fornitore):	28/02/2016 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	20
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Beni e Servizi per la Sanità (BSS - Beni e Servizi per la Sanità)
Stato iniziativa:	Gara aggiudicata provvisoriamente
Numero lotti:	1
Numero fornitori invitati:	2039 Visualizza

INDIETRO