AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

U.O.C. Geriatria

Cosenza 17.03.16

Al Responsabile f.f. U.O. Economato

Oggetto: RDO N.1116437 per la fornitura in somministrazione di Ausili per Incontinenti varie UU.OO.CC dell'A.O. di Cosenza. Giudizio conformità tecnica.

Con riferimento alla RDO ME.PA n.1116437, visionata ed esaminata la documentazione tecnica presentata dalle n.3 ditte in gara, si esprime il seguente giudizio di conformità tecnica:

Ditta	Giudizio di conformità
FATER	**Conforme**
META srl	**Non Conforme** in quanto ha presentato per la voce n.1 un pannolino fino a 5Kg anziché da 3-6Kg per come espressamente previsto dalla schede tecniche della RDO
DENTAL WORLD	**Non Conforme** in quanto ha presentato per la voce n.1 un pannolino fino a 5Kg anziché da 3-6Kg per come espressamente previsto dalla schede tecniche della RDO

Il Coordinatore Infermieristica
U.O.C. Geriatria
(Dr. Eugenio Borrelli)