AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

U.O.C. Ostetricia e Ginecologia

Cosenza 22.03.16

Al Responsabile f.f. U.O. Economato

Oggetto: RDO N.1119887 per fornitura di n.200 rotoli di carta termica per Elettrocardiografo EPG 3 Project, varie UU.OO.CC. dell'A.O. di Cosenza. Giudizio conformità tecnica.

Con riferimento alla RDO ME.PA n.1119887, visionata ed esaminata la documentazione tecnica presentata dalle n.5 ditte in gara, si esprime il seguente giudizio di conformità tecnica:

Ditta	Giudizio di conformità
Gioia Hospital	**Conforme**
Ceracarta	**Conforme**
Biodiagram	**Conforme**
Biomedical	**Non Conforme** in quanto nella scheda tecnica non è indicata se la carta sia compatibile con l'apparecchiatura in dotazione ed inoltre riporta un diagramma di 70mm anzichè di 72mm come espressamente previsto dalla schede tecniche della RDO
R.A.E di Costantini Graziano	**Non Conforme** in quanto nella scheda tecnica non è indicata se la carta sia compatibile con l'apparecchiatura in dotazione ed inoltre riporta un diagramma di 70mm anzichè di 72mm come espressamente previsto dalla schede tecniche della RDO

Il Coordinatore Infermieristico
U.O.C. Ostetricia e Ginecologia
(Dr. Nicola Benedetto)