AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

U.O.C. Rianimazione
Complesso Operatorio

Cosenza 05.04.16

Al Responsabile f.f. U.O. Economato

Oggetto: RDO N.1111008 per la fornitura in somministrazione di Dispositivi medici monouso di protezione sterili e non, varie UU.OO.CC. dell'A.O. di Cosenza. Giudizio conformità tecnica.

Con riferimento alla RDO ME.PA n.1111008, visionata ed esaminata la documentazione tecnica e verificata la campionatura presentata dalle n.8 ditte in gara, si esprime il seguente giudizio di conformità tecnica:

Ditta	Giudizio di conformità
SO.ME.DIR	**Conforme**
OMNIA HOSPITAL	**Conforme**
BETATEX	**Conforme**
CO.DI.SAN	**Conforme**
BIOTECNOMEDICA del Dr. Antonio Porcaro & C.	**Non Conforme** in quanto dalla prova pratica effettuata, il telo urologico presentato non rispecchia le caratteristiche richieste, in particolare risulta privo di gambali e non sono indicate le misure dello stesso nella relativa scheda tecnica.
META srl	**Non Conforme** in quanto nella campionatura è stato erroneamente presentato un telo oftalmico, anziché un telo urologico per TUR, pertanto, non è stato possibile valutarne la conformità alle caratteristiche previste nella RDO
MEDIC LINE	**Non Conforme** in quanto il cappellino chirurgico presentato non è risultato cucito bensì termosaldato, contrariamente a quanto richiesto nella RDO. Inoltre, da una prova pratica sia il cappellino, sia la cuffia offerti sono risultati poco resistenti.
C.& G. DISTRIB UZIONE srl	**Non Conforme** in quanto il telo urologico presentato non rispecchia le misure minime richieste dalla RDO. Inoltre, da una prova pratica la cuffia offerta è risultata poco resistente.

Il Coordinatore f.f. Infermieristico
U.O.C. Anestesia e Rianimazione
(Dr.ssa Assunta Bartolomeo)

Il Coordinatore f.f. Infermieristico
Complesso Operatorio
(Dr.ssa Maria Teresa Garofalo)