U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
Direttore ad interim: Dr.ssa Cristina Giraldi

Prot. Centro Trasfusionale n°75 Cosenza 19/04/18

Responsabile Ufficio Economato

SEDE

Oggetto: Valutazione tecnica offerte relative ad etichette emocomponenti

In relazione alla gara di acquisto di etichette per emocomponenti, si comunica la valutazione delle schede tecniche inviate dalle Ditte partecipanti:

	DITTA	VALUTAZIONE
1	Grafica Sud	NON VALUTABILE: la scheda tecnica non riporta informazioni sulle caratteristiche richieste
2	Cartil	NON CONFORME: temperatura di esercizio (-30°C) che si discosta molto da quella richiesta (iniziale -80°C e mantenimento **a -50°C**)
3	Computeria sas di Gallitto S.&C	NON CONFORME: temperatura di esercizio (-30°C) che si discosta molto da quella richiesta (iniziale -80°C e mantenimento **a -50°C**)
4	Amore srl	NON CONFORME: temperatura di esercizio (-30°C) che si discosta molto da quella richiesta (iniziale -80°C e mantenimento **a -50°C**)
5	Conforti	NON CONFORME: temperatura di esercizio (-30°C) che si discosta molto da quella richiesta (iniziale -80°C e mantenimento **a -50°C**)
6	La Pitagora di Macrelli Dr. Gian Carlo	NON CONFORME: temperatura di esercizio (-40°C) che si discosta molto da quella richiesta (iniziale -80°C e mantenimento **a -50°C**)

7	PC Service	NON CONFORME: temperatura di esercizio (-40°C) che si discosta molto da quella richiesta (iniziale -80°C e mantenimento **a -50°C**)
8	Ceracarta	NON CONFORME temperatura di esercizio (-40°C) che si discosta da quella richiesta (**-50°C per il mantenimento**) anche se afferma che puo' sopportare picchi di -80°C; l'adesione (temperatura minima di applicazione) è 0°C, mentre è richiesta per superficie sacche di sangue congelato a -80°C.
9	Label 2000	Conforme per la maggior parte delle caratteristiche richieste con temperatura di esercizio dichiarata di -80°C; l'adesione (temperatura minima di applicazione) è 0°C, mentre è richiesta per superficie sacche di sangue congelato a -80°C.
10	Tecnocarta Med	Conforme per la maggior parte delle caratteristiche richieste; con temperatura di esercizio dichiarata di -50°C; l'adesione (temperatura minima di applicazione) è -25°C, compatibile con la superficie di sacche di sangue congelato a -80°C.
11	Staf srl	Conforme per la maggior parte delle caratteristiche richieste; con temperatura di esercizio dichiarata di -50°C; l'adesione (temperatura minima di applicazione) è -20°C, compatibile con la superficie di sacche di sangue congelato a -80°C.

Il Coordinatore Tecnico U.O.C.
(Dr.ssa Rosina Bosco)