ALL. 1

X Compo: gare MEDA T. Gabriele

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

(Ospedali Riuniti dell'Annunziata – Mariano Santo e S. Barbara di Rogliano)
Codice Fiscale e Partita IVA - 01987250782
Sede Legale via S. Martino – 87100 Cosenza
UOSD INGEGNERIA CLINICA
E Mail ingcli@aocs.it

Cosenza, 29 Ottobre 2015

Prot. n°1102/INGCLI/9/A

UOC GFL&S
Dr. Teodoro GABRIELE

OGGETTO: Invio Capitolato tecnico per l'acquisizione di n. 2 ECG per le necessità dell'UOC Ortopedia

In ottemperanza alle necessità sottolineate informalmente dal Direttore dell'UOC ~~Chirurgia Vascolare~~ ORTOPEDIA, si invia unito alla presente il Capitolato tecnico per l'acquisto di n. 2 ECG per le necessità dell'UOC richiedente .

Distinti Saluti

AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA INGEGNERIA CLINICA

Il Direttore dell'UOSD Ingegneria Clinica
Ing. Roberto STEFANO

NB:
Si allega il Capitolato Tecnico debitamente firmato dal Direttore dell'UOSD Ingegneria Clinica e dal Direttore dell'UOC di Ortopedia

Direttore: Ing. Roberto STEFANO
Cell: 3315713056
Tel. 0984 681 081
Fax 0984 21 980

Tecnici: Geom. Aldo BAFFA SCIROCCO Tel.0984 681 080

Coll. Amm.vo: Valerio M. CAPUTO Tel. 0984 681 082
Ass. Amm.vo: Pasquale NIGRO Tel. 0984 681 083

Caratteristiche tecniche di n. 1 elettrocardiografo a 12 canali touchscreen

L'elettrocardiografo richiesto deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche :

- Funzionamento a rete 220V ed a batteria ricaricabile e provvisto di carica batteria integrato completo dei relativi cavi di collegamento elettrico nonché dei relativi cavi pazienti , pinze , pompette , clips ed ogni altro accessorio per l'immediato utilizzo ;
- schermo LCD ad alta risoluzione touchscreeen di dimensioni non inferiore a 9", (indicare se monocromatico o a colori) ;
- acquisizione simultanea di 12 derivazioni ;
- algoritmo di analisi ECG certificato che utilizza criteri di analisi specifici legati a la sesso all'età , quindi per pazienti adulti e pediatrici , per dare l'opportunità al medico un utile ed ulteriore valenza interpretativa ;
- stampa su carta formato A4 dei tracciati ad alta risoluzione dei canali:
    - 3;
    - 4+4;
    - 6+6;
- rilevazione automatica di pacemaker ;
- memorizzazione non inferiore a 40 tracciati con scheda di memoria con capacità di memorizzazione eventi degli ultimi 30 minuti di utilizzo dell'ECG;
- porta USB, porta RJ45 e/o porta RS232 (specificare che può trasmettere gli eventi ECG mediante LAN e/o WLAN);
- deve essere dotato di SW capace di dare già all'operatore una valutazione di lettura dell'ECG ;
- carrello dedicato provvisto di 4 ruote piroettanti di cui una frenabile completo di asta porta cavi ;
- certificato di conformità alle norme sui dispositivi medici 93/42 CEE;
- minimo 100 risme e/o rotoli di carta per stampa ECG (ciò per consentire di utilizzare l'apparecchiatura intanto che gli uffici preposti si organizzino per l'acquisizione del necessario materiale di consumo) ;
- n.1 cavo paziente supplementare;
- indicare caratteristiche migliorative supplementari a quelle indicate ;
- assistenza tecnica nella Regione Calabria e comunque ad una distanza non superiore di 300 Km (+/- 10%)da Cosenza ;
- garanzia non inferiore a 24 mesi con programma di manutenzione di assistenza durante il periodo di garanzia ;

Il costo presunto di un ECG è € 5000,00/00(Euro cinquemilamila/00)+IVA;

MATRICE DI PUNTEGGIO QUALITA'	Punti
Caratteristiche tecniche generali	10
Capacità di memorizzazione eventi	5
Caratteristiche tecniche migliorative non espressamente indicate nel capitolato di gara	5
Prova in loco dell'apparecchiatura	20
Garanzia di 24 mesi e programma di manutenzione durante il periodo di garanzia	5
Distanza del centro di assistenza da Cosenza Assistenza in Regione e comunque ad una distanza da Cosenza non superiore a 300 Km ± 10%	5
TOTALE	**50**

Il Direttore dell'UOSD Ingegneria Clinica
Ing. Roberto STEFANO

AZIENDA OSPEDALIERA - COSENZA - INGEGNERIA CLINICA

Il Direttore dell'UOC Ortopedia
Dr. Gualtiero Cipparrone

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
STABILIMENTO OSPEDALIERO DELL'ANNUNZIATA

Unità Operativa Complessa di ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA *DIRETTORE f.f.: Dr. Gualtiero Cipparrone*

Dr. Enrico Costabile
Dr. Felice Covelli
Dr. Gregorio Greco
Dr. Gaetano Pugliese
Dr. Eugenio Scanga
Dr. Duilio Caruso
Dr. Massimo Colomba
Dr. Alessio Cristiano

Alla c.a. del Dott. Teodoro Gabriele

Oggetto: Richiesta urgente di acquisto di Cardioline

Dato il guasto dell'apparecchio AR 1200 ADV in nostra dotazione e mandato in riparazione il 14/08/2015 e ritornato il 21/10/2015 con la dicitura "RESO NON RIPARATO" da parte della ditta Endo Hospital, si richiede l'acquisto di n°2 apparecchi Cardioline AR 1200 ADV al fine di potere sopperire ad eventuali emergenze o futuri guasti.

Certi di un Vs cortese e sollecito riscontro, si inviano

Distinti saluti

Il Direttore f.f.

G. Cipparrone

Telefoni: 0984.681258-0984.681257 - capo sala 0984.681454 - direttore 0984.681485 - ambulatori: 0984.681440 - pronto soccorso: 0984.681892
e-mail: ortopediannunziata@libero.it