AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

U.O.C Cardiologia Interventistica

Cosenza 13.10.16

Oggetto: RDO MePa n.1342827 per la fornitura di n.100 rotoli carta termica per ECG Mortara Rangoni Eli 230 per U.O.C di Cardiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza. CIG.Z0A1AADDE6.

Con riferimento alla procedura indicata all'oggetto, esaminata la documentazione tecnica presentata dalle n.8 ditte partecipanti, si è giunto al seguente giudizio di conformità dei prodotti offerti:

CONCORRENTE	GIUDIZIO
Mortara	Conforme
Ceracarta	Non conforme in quanto la carta offerta risulta essere lunga 15mt anziché 20mt come richiesto.
Medical Service	Non conforme in quanto la carta offerta risulta essere lunga 15mt anziché 20mt come richiesto.
Gioia Hospital	Conforme
Tecnocarta med	Non conforme in quanto la carta offerta risulta essere lunga 30mt anziché 20mt come richiesto.
Biodiagram	Conforme
RAE di Costantino Graziano	Conforme
For Hospital	Conforme

Il Coordinatore Infermieristico
U.O.C Cardiologia Interventistica
(Sig. Gigetto Albanito)

www.AlboPretorionline.it