



AUGATO 4 A u

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

(Ospedale Riuniti P.O. Annunziata - P.O. M. Santo - P.O. S. Barbara)

U.O.C. Gestione Forniture e Servizi e Logistica

Tel. 0984681931 - Fax 0984681936

Cod. Fisc. : 01987250782

Pratica N.00068 Del 24/04/2018

Procedura negoziata telematica per la fornitura di una sonda ecografica multifrequenza per il sistema ecografico multidisciplinare LOGIQ E9 - U.O.C. di Medicina Nucleare - Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta): Euro 7.000,00 esclusa Iva.

Elenco Aggiudicazioni Ordinate Per Fornitore

Fornitore
N° 1043

GE Medical Systems Italia S.P.A.

Lotto N° 1

**Lotto unico -
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta):
Euro 7.000,00 esclusa Iva**

Voce N° 1	Sonda ecografica di tipo Convex per applicazioni cliniche addominali, pelviche, urologiche, pediatriche compatibile con il Sistema ecografico multidisciplinare Logiq E9 (General Electric)					
Codice Convergente	H40452LE	Numero Repertorio	223163			
Prezzo Unitario	5.512,000000	Quantità numero	1,00	Costo Voce	5.512,00	Costo Ivato 6.724,64
Prezzo Confezione	5.512,000000	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva 22

			Totale Fornitore		
Imponibile	5.512,00	IVA	1.212,64	Costo	6.724,64

luu

A

Imponibile

5.512,00

IVA

1.212,64

Costo

6.724,64

Totale Aggiudicazione

well



AUSGATO 'B



(/opencms/opencms/pagina_carrello.html)



(/opencms/opencms/messaggi/)

FL CRUSCOTTO

ITA

Richiesta di offerta n°1953228 - Passo 6 di 6



(https://)

RIEPILOGO

(HTTPS://)

PAGINA=INIZIATIVAINS_STEPMAIN&SUBMIT=EXECUTESTEP&STEP=6&IDT=1953228&TIPOVIS=RIEPILOGO&BACKPAGE=GET:2272067223&HMAC=814C161FC7F93747B5C830CF6895E621

PAGINA=DOCUMENTAZIONE_STEPMAIN&SUBMIT=EXECUTESTEP&STEP=6&IDT=1953228&TIPOVIS=DOCUMENTAZIONE&BACKPAGE=GET:2272067223&HMAC=814C161FC7F93747B5C830CF6895E621

PAGINA=RICHIESTE_STEPMAIN&SUBMIT=EXECUTESTEP&STEP=6&IDT=1953228&TIPOVIS=RICHIESTE&BACKPAGE=GET:2272067223&HMAC=814C161FC7F93747B5C830CF6895E621

PAGINA=SCHEDE_STEPMAIN&SUBMIT=EXECUTESTEP&STEP=6&IDT=1953228&TIPOVIS=SCHEDE&BACKPAGE=GET:2272067223&HMAC=814C161FC7F93747B5C830CF6895E621

PAGINA=FORNITORI_STEPMAIN&SUBMIT=EXECUTESTEP&STEP=6&IDT=1953228&TIPOVIS=FORNITORI&BACKPAGE=GET:2272067223&HMAC=814C161FC7F93747B5C830CF6895E621

Nome iniziativa:	Procedura negoziata per la fornitura di una "Sonda ecografica tipo Convex" - U.O.C. di Medicina Nucleare.
Tipologia di procedura:	negoziata
Soglia di rilevanza comunitaria:	sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura:	Telematica (on line)
Unità di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
RUP (Responsabile Unico del Procedimento):	
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.IVA: 01987250782 Indirizzo: San Martino COSENZA (CS)
Punto Ordinante	Nome: DOMENICO FUOCO Telefono: 0984681933 Fax: 0984681936
Soggetto stipulante	Nome: DOMENICO FUOCO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA
Codice univoco ufficio - IPA:	ZAVERW
Inizio presentazione offerte:	15/05/2018 10:36
Termine ultimo presentazione offerte:	30/05/2018 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	22/05/2018 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore):	30/10/2018 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	20
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Forniture specifiche per la Sanità (BENI)
Numero di Lotti:	1
Numero fornitori invitati:	2820

RDO_1953228Lettera_Invito.rtf

(https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?

pagina=download&nomeFile=RDO_1953228Lettera_Invito.rtf&tipo=docg&id=1953228&backPage=get:2272067223&HMAC=814C161FC7F93747B5C830CF6895E621

INDIETRO (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOZIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVAINS_STEPMAIN&SUBMIT=ELENCO&IDT=1953228&HMAC=814C161FC7F93747B5C830CF6895E621)

Link Veloci

Supporto

Portale

Contatti

Vetrina Iniziative

(/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html)

Vetrina Bandi

(/opencms/opencms/vetrina_bandi.html)

Catalogo

(/opencms/opencms/categoriaProdotti.html)

Come Iniziare

(/opencms/opencms/come_iniziare.html)

Guide Operative

(/opencms/opencms/supporto_guida.html)

Filmati Dimostrativi

(/opencms/opencms/filmati.html)

Eventi e Formazione

(/opencms/opencms/supporto_Eventi-Formazione.html)

Manutenzione

(/opencms/opencms/manutenzione.html)

Accessibilità

(/opencms/opencms/accessibilita.html)

Note Legali

(/opencms/opencms/note_legali/responsabilita.html)

dal lunedì al venerdì

dalle 9.00 alle 18.00

PA (numero verde unico)

800 753 783

IMPRESA

(per malfunzionamenti sul Portale)

Acquisti in Rete

A LUOGATO ^u C_u

Procedura negoziata per la fornitura di una "Sonda ecografica tipo Convex" - U.O.C. di Medicina Nucleare.

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			

Offerta			
Offerente		Lotto 1	
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio complessivo	Miglior offerta
<u>NUOVA ECOSCAN SRL</u>	Offerta esclusa		
<u>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA</u>	6732,0000 Euro	88,0000	Aggiudica provvisoriamente
Punteggio massimo:		88,0000	

Cosenza 16.07.2018

24
C
C

AUTOGATO 9 D_u

RELAZIONE TECNICA

in merito alle offerte pervenute per la procedura negoziata per la fornitura di una "Sonda Ecografica tipo Convex" – UOC di Medicina Nucleare – Az. Osp. "Annunziata – Mariano Santo – S. Barbara" COSENZA

Il sottoscritto Mario Leporace , dirigente medico specialista in Radiodiagnostica in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questa Azienda Ospedaliera, in qualità di componente esperto , acquisita la documentazione tecnica Gara N. 68/2018 di seguito riporta la relazione tecnica per il lotto in merito ai prodotti proposti dalle aziende partecipanti.

- CONCORRENTE N.1 GE MEDICAL SYSTEM

Sonda ad array convesso modello C1-5-D marca GE

Il trasduttore proposto , marca GE, risulta appropriato al sistema ecografico in dotazione presso la UOC di Medicina Nucleare (Logiq E9 GE) e risponde pienamente alle caratteristiche tecniche minime richieste in particolare appare indicato alle applicazioni addomino – pelviche ed urologiche. Appare inoltre dotata delle specifiche richieste per le applicazioni di un ecografo di alta fascia compresa l'elastografia e la possibilità di scansioni volumetriche. Il range di frequenze è poco ristretto sulle frequenze alte rispetto alla richiesta (1 – 6 Mhz VS 2 – 8 Mhz). Sulla qualità del trasduttore la sonda risponde alle caratteristiche fisiche di ergonomia sulla base della rappresentazione fotografica mentre non sono state fornite informazioni sul peso né sulla qualità d'immagine ottenibile sia in scala di grigi che con il modulo colore.

- CONCORRENTE N. 2 NUOVA ECOSCAN SRL

Non valutabile in quanto non è stato specificato il modello di sonda ma è stata fornita una griglia con multiple sonde di diverso tipo e frequenze, marca GE.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

			CONC. N.1	CONC. N.2
1	FREQUENZA 2 – 8 MHZ	20	18	N/A
2	M-MODE	10	10	N/A
3	B-MODE	10	10	N/A
4	B-FLOW COLORE B-FLOW	10	10	N/A
5	PDI	8	8	N/A
6	ELASTOGRAFIA	2	2	N/A
	TOTALE	60	58	-

MATRICE DI QUALITA'

			CONC. N.1	CONC. N.2
1	TRASDUTTORE DI BASSO PESO	1	N/A	N/A
2	TRASDUTTORE AD ELEVATA ERGONOMIA	1	1	N/A
3	QUALITA' IMAGING 2D SCALA GRIGI	4	N/A	N/A
4	QUALITA' IMAGING 2D COLORE	4	N/A	N/A
	TOTALE	10	1	-

COSENZA, 26/6/2018

IN FEDE
MARIO LEPORACE