

AUGATO "A"



## AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

(Ospedale Riuniti P.O. Annunziata - P.O. M. Santo - P.O. S. Barbara)

**U.O.C. Gestione Forniture e Servizi e Logistica**

Tel. 0984681931 - Fax 0984681936

Cod. Fisc. : 01987250782

### Pratica N.00034 Del 28/02/2018

Procedura negoziata telematica per acquisto apparecchio misurazione gittata cardiaca e ventilatori polmonari - U.O.S.D. Medicina D'Urgenza - Importo presunto: Euro 60.000,00 esclusa Iva.

## Elenco Aggiudicazioni Ordinate Per Fornitore

**Fornitore** Omnia Hospital Office S.r.l.  
**N° 717**

**Lotto N° 1** **Lotto nr. 1 (unico ed indivisibile) -**  
**Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta):**  
**Euro 20.000,00 esclusa Iva.**

<b>Voce N° 1</b>	Apparecchio portatile e compatto per la misurazione della gittata cardiaca e delle resistenze periferiche non invasive						
Codice Convergente	ICON	Numero Repertorio 516299					
Prezzo Unitario	18.430,000000	Quantità numero	1,00	Costo Voce	18.430,00	Costo Ivato	22.484,60
Prezzo Confezione	18.430,000000	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

<b>Voce N° 2</b>	Schermo con indicatore a barre dei range di normalità adattati per ogni paziente						
Codice Convergente	ICON-SCREEN						
Prezzo Unitario	0,000010	Quantità numero	1,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato	0,00
Prezzo Confezione	0,000010	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

<b>Voce N° 3</b>	Carrello completo di cestello , ripiano con maniglia, supporto monitor e canalina passacavi						
Codice Convergente	ICON/SCREEN						
Prezzo Unitario	0,000010	Quantità numero	1,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato	0,00
Prezzo Confezione	0,000010	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

**Lotto N° 2** **Lotto nr. 2 (unico ed indivisibile) -**  
**Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta):**  
**Euro 40.000,00 esclusa Iva.**

*Emilia*

A

<b>Voce N° 1</b>	Ventilatore polmonare particolarmente adatto alla ventilazione invasiva con tecnologia a turbina, di elevate prestazioni, con flusso non inferiore a 200 lt/min., in grado di ventilare pazienti adulti, bambini e neonato (volume corrente a partire da						
Codice Convergente	T75-CO2	Numero Repertorio 470348					
Prezzo Unitario	13.990,000000	Quantità numero	2,00	Costo Voce	27.980,00	Costo Ivato	34.135,60
Prezzo Confezione	13.990,000000	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

<b>Voce N° 2</b>	Carrello proprio predisposto con alloggiamento di una bombola di O2 a bassa pressione da 17 (sette) inclusa nella fornitura						
Codice Convergente	KB033600						
Prezzo Unitario	0,000010	Quantità numero	1,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato	0,00
Prezzo Confezione	0,000010	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

<b>Voce N° 3</b>	Sonda CO2						
Codice Convergente	KB020400	Numero Repertorio 1126948					
Prezzo Unitario	0,000010	Quantità numero	1,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato	0,00
Prezzo Confezione	0,000010	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

<b>Voce N° 4</b>	Adattatori per sonda						
Codice Convergente	KB020300	Numero Repertorio 1127037					
Prezzo Unitario	0,000010	Quantità confezione	1,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato	0,00
Prezzo Confezione	0,000010	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22


<b>Voce N° 5</b>	Tubo ossigeno 3 mt						
Codice Convergente	ALS270091	Numero Repertorio 24749					
Prezzo Unitario	0,000010	Quantità numero	1,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato	0,00
Prezzo Confezione	0,000010	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22


<b>Voce N° 6</b>	Braccio reggitubo						
Codice Convergente	KB024200						
Prezzo Unitario	0,000010	Quantità numero	1,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato	0,00
Prezzo Confezione	0,000010	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

<b>Imponibile</b>	<b>46.410,00</b>	<b>IVA</b>	<b>10.210,20</b>	<b>Costo</b>	<b>56.620,20</b>
-------------------	------------------	------------	------------------	--------------	------------------


**Totale Fornitore**

L. G. G. G.





<b>Totale Aggiudicazione</b>			
Imponibile	46.410,00	IVA	10.210,20
		Costo	56.620,20



consip  
(http://www.consip.it/)Ministero  
dell'Economia e delle Finanze  
(http://www.mef.gov.it/)

AUGATO u Bu



(/opencms/opencms/pagina\_carrello.html)



(/opencms/opencms/messaggi/)

FL CRUSCOTTO ITA

Richiesta di offerta n°1890699 - Passo 6 di 6



(https

(HTTPS://)

RIEPILOGO  
 PAGINA=INIZIATIVAINS\_STEPMAIN&SUBMIT=EXECUTESTEP&STEP=6&IDT=1890699&TIPOVIS=RIEPILOGO&BACKPAGE=GET:2162742988&HMAC=420DCB816B2D6264BE82108349ABAB1  
 PAGINA=DOCUMENTAZIONE\_STEPMAIN&SUBMIT=EXECUTESTEP&STEP=6&IDT=1890699&TIPOVIS=DOCUMENTAZIONE&BACKPAGE=GET:2162742988&HMAC=420DCB816B2D6264BE82108349ABAB1  
 PAGINA=RICHIESTE\_STEPMAIN&SUBMIT=EXECUTESTEP&STEP=6&IDT=1890699&TIPOVIS=RICHIESTE&BACKPAGE=GET:2162742988&HMAC=420DCB816B2D6264BE82108349ABAB1  
 PAGINA=SCHEDE\_STEPMAIN&SUBMIT=EXECUTESTEP&STEP=6&IDT=1890699&TIPOVIS=SCHEDE&BACKPAGE=GET:2162742988&HMAC=420DCB816B2D6264BE82108349ABAB1  
 PAGINA=FORNITORI\_STEPMAIN&SUBMIT=EXECUTESTEP&STEP=6&IDT=1890699&TIPOVIS=FORNITORI&BACKPAGE=GET:2162742988&HMAC=420DCB816B2D6264BE82108349ABAB1

Nome iniziativa:	Procedura negoziata per l'acquisizione di un Apparecchio per la Misurazione della Gittata Cardiac e n. 2 Ventilatori Polmonari per U.O.S.D. Medicina d'Urgenza dello S.O. Annunziata.
Tipologia di procedura:	negoziata
Soglia di rilevanza comunitaria:	sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura:	Telematica (on line)
Unità di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa
RUP (Responsabile Unico del Procedimento):	
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA P.IVA: 01987250782 Indirizzo: San Martino COSENZA (CS)
Punto Ordinante	Nome: DOMENICO FUOCO Telefono: 0984681933 Fax: 0984681936
Soggetto stipulante	Nome: DOMENICO FUOCO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA
Codice univoco ufficio - IPA:	ZAVERW
Inizio presentazione offerte:	09/03/2018 12:41
Termine ultimo presentazione offerte:	30/03/2018 12:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	16/03/2018 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore):	30/09/2018 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	20
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Forniture specifiche per la Sanità (BENI)
Numero di Lotti:	2
Numero fornitori invitati:	2743

RDO\_1890699Lettera\_Invito.rtf

(https://www.acquistinretepa.it/negoiazioni/prv?

pagina=download&amp;nomeFile=RDO\_1890699Lettera\_Invito.rtf&amp;tipo=doc&amp;id=1890699&amp;backPage=get:2162750699&amp;hmac=6c0ec1804e67e2f4add9def5afa2c950)

INDIETRO (HTTPS://WWW.ACQUISTINRETEPA.IT/NEGOIAZIONI/PRV?PAGINA=INIZIATIVAINS\_STEPMAIN&amp;SUBMIT=ELENCO&amp;IDT=1890699&amp;HMAC=420DCB816B2D6264BE82108349ABAB1)

## Link Veloci

Vetrina Iniziative

(/opencms/opencms/vetrina\_iniziative.html)

Vetrina Bandi

(/opencms/opencms/vetrina\_bandi.html)

Catalogo

(/opencms/opencms/categoriaProdotti.html)

## Supporto

Come Iniziare

Guide Operative

Filmati Dimostrativi

Eventi e Formazione

(/opencms/opencms/supporto\_Eventi-Formazione.html)

## Portale

Manutenzione

(/opencms/opencms/manutenzione.html)

Accessibilità

(/opencms/opencms/accessibilita.html)

Note Legali

(/opencms/opencms/note\_legali/responsabilita.html)

## Contatti

dal lunedì al venerdì  
dalle 9.00 alle 18.00

PA (numero verde unico)

800 753 783

IMPRESE

(per malfunzionamenti sul Portale

Acquisti in Rete)



ALLEGATO "C"

Procedura negoziata per l'acquisizione di un Apparecchio per la Misurazione della Gittata Cardiaca e n. 2 Ventilatori Polmonari per U.O.S.D. Medicina d'Urgenza dello S.O.  
Annunziata.

Offerente		Lotto 1		Lotto 2		
Concorren- te	Valore complessi vo dell'offert a	Punteggio complessi vo	Miglior offerta	Valore complessi vo dell'offert a	Punteggio complessi vo	Miglior offerta
<u>BURKE &amp; BURKE</u>	Offerta non inviata			36000,000 0 Euro	83,3200	<u>Aggiudica provvisoriame nte</u>
<u>MAQUET ITALIA</u>	Offerta non inviata			36000,000 0 Euro	73,3200	<u>Aggiudica provvisoriame nte</u>
<u>MEDICAL SERVICE DI GIOVANN I PETRUCC I</u>	Offerta non inviata			29000,000 0 Euro	76,9400	<u>Aggiudica provvisoriame nte</u>
<u>MEDIGAS ITALIA SRL</u>	Offerta non inviata			35700,000 0 Euro	76,5100	<u>Aggiudica provvisoriame nte</u>
<u>OMNIA HOSPITA L OFFICE</u>	19000,000 0 Euro	100,0000	Aggiudicata rio provvisorio	27980,000 0 Euro	98,0000	Aggiudicatari o provvisorio
<b>Punteggio massimo:</b>		100,0000			98,0000	

Cosenza 18.07.2018

*gh*

*Morini*

*Quarta*

*Quarta*

ANBATO "D"

Relazione tecnica comparativa strumentazioni offerte Lotto 2

Caratteristiche richieste	Maquet Servo Air	Medigas Bellavista 1000 + SV neonatale + NIV + Alti flussi	Medical Service Falco 202 SIARE	Burke&Burke Haemigton C3	Omnia Hospital AirLiquide Monnal T75
Ventilatore polmonare particolarmente adatto alla ventilazione non invasiva con tecnologia a turbina, di elevate prestazione, con flusso non inferiore a 200 lt/min., in grado di ventilare pazienti adulti, bambini e neonato (volume corrente a partire da 20 ml) con tecniche sia invasive che non invasive corredata con maschera e/o caschi per NIV	6 Conforme a quanto richiesto	6 Conforme a quanto richiesto (Con opzione Neonatale brochure allegata)	6 Conforme a quanto richiesto	6 Conforme a quanto richiesto	6 Conforme a quanto richiesto
Deve avere circuito a doppio tubo	4 Conforme a quanto richiesto	2 Adattabile con circuito per doppio tubo con dispositivo esterno	4 Conforme a quanto richiesto	4 Conforme a quanto richiesto	4 Conforme a quanto richiesto
Deve avere Monitor touchscreen a colori in grado di visualizzare diverse forme d'onda, parametri di ventilazione, soglie di allarme, oltre che le impostazioni del Respiratore	5 Conforme a quanto richiesto	5 Conforme a quanto richiesto	5 Conforme a quanto richiesto	3 Schermo a colori touch screen presenta però alcuni comandi sul corpo macchina (oltre alla manopola di conferma)	5 Monitor totalmente touch screen con accesso immediato e diretto ai parametri compreso il settaggio degli allarmi
Deve avere integrata la batteria ricaricabile per	5 Conforme	5 Conforme	5 Conforme	5 Conforme	5 Conforme

M...

3

ave

tan



l'eventualità dei trasporti intra-ospedaliero con una autonomia non inferiore a 3 ore					
Deve avere carrello proprio predisposto con alloggiamento di n.1 bombola di O2 a bassa pressione da litri 7(sette) anche questa inclusa nella fornitura e fornitura	2 No presa a bassa pressione	5 Conforme	5 Conforme	5 Conforme	5 Conforme
Deve avere i seguenti metodi di ventilazione : Assistenza/Controllata in Volume, Assistenza/Controllata in Pressione, SIMV, PSIMV, PSV, BIPAP o equivalente, CPAP, PRVC o equivalente, Ventilazione non invasiva, Ossigenoterapia ad alti flussi	No Ossigenoterapia alti flussi 1 Per la nostra unità operative riveste particolare importanza la possibilità di effettuare ventilazioni non invasive e Ossigenoterapia ad alti flussi	4 Conforme a quanto richiesto con opzione Alti flussi (Scheda tecnica allegata)	No Ossigenotrapi ad alti flussi 1 Per la nostra unità operative riveste particolare importanza la possibilità di effettuare ventilazioni non invasive e Ossigenoterapia ad alti flussi	4 Conforme a quanto richiesto	4 Conforme a quanto richiesto
Deve avere SOSPIRONE sia in modalità volumetrica che pressometrica	Non presente 0	2 Presente con opzione Expert ventilation offerta	2 Sospirone presente solo in modalità volumetrica	4 Conforme	4 Conforme
Deve avere Trigger inspiratorio regolabile sia a flusso che a pressione e Trigger espiratorio regolabile al fine di ottimizzare la ventilazione in supporto di pressione	4 Tutti i sistemi offerti sono conformi ed equivalenti	4	4	4	4

*W. Paul*

*7*

*Ente*

*3/1/2000*



con qualsiasi tipologia di Insufficienza respiratoria					
Deve avere PAUSA inspiratoria e PAUSA espiratoria	4	4 Presente con Opzione Expert ventilation offerta	No Pausa espiratoria 2	4	4
Deve avere capacità di monitorare di resistenza, compliance e work of breathing (WOB) del paziente	0	5 Presente nell'opzione Expert monitoring offerta	2 Non presente WOB	5	5
Deve avere Nebulizzatore integrato programmabile e sincronizzato	2	Non integrato, tramite accessorio esterno 1	2	2	2
Deve avere capnografia e capnometria di tipo volumetrico	Non presente 0	CO2 non di tipo volumetrico 1	CO2 non di tipo volumetrico 1	2	2
Prova dell'apparecchiatura offerta	7 Dalla prova pratica lo strumento risulta semplice ed intuitivo. Il sensore di flusso integrato al corpo macchina e il monoblocco espiratorio facilmente estraibile. Qualche perplessità sul settaggio degli allarmi e sull'autotest iniziale	Dalla prova pratica si evince che, sebbene lo strumento possa montare qualsiasi circuito sia doppio tubo che monotubo in commercio, utilizza un sensore di flusso che si collega prossimamente alla Y e Non è integrato nel corpo macchina. Questa caratteristica ci pone, per la nostra esigenza di reparto, in condizioni non ottimali..Software scarsamente intuitivo 1	Interfaccia poco intuitive. Sensore di flusso prossimale risulta complessa la preparazione del respiratore. 1	Dalla prova pratica si evince che, sebbene lo strumento possa montare qualsiasi circuito doppio tubo in commercio, risulterebbe molto più pratico utilizzare un circuito dedicato. Il motivo è che il sensore di flusso si collega prossimamente alla Y e non è integrato nel corpo macchina. Dalla Y del paziente partiranno quindi, oltre al circuito paziente, anche due tubi che si collegano al corpo macchina. Questa caratteristica ci pone, per la nostra esigenza di	10 La strumentazione risulta di semplice gestione, grazie ad un monitor totalmente Touch Screen di immediata comprensione senza alcun tasto sul corpo dello strumento. Gli allarmi sono settabili direttamente toccando la casella corrispondente di monitoraggio nella schermata principale, senza passare per alcun menu esterno. Il blocco valvole espiratoria e sensore di flusso collegati al respiratore sono facilmente

*M. G.*

*✓*

*P. G.*

*5*

*P. G.*

				reparto, in condizioni non ottimali. Autotest non particolarmente intuitive e rapido 2	smontabili con la semplice pressione di un tasto. Il Carrello è facilmente pulibile e dispone di alloggiamenti bombola e umidificatore/riscaldatore. Tutti gli spigoli sono arrotondati per un semplice pulizia. Dotato di aiuto in linea. Autotest semplice e rapido
Garanzia e programma di manutenzione durante il periodo di garanzia che comprenda una verifica funzionale ed una verifica di sicurezza elettrica opportunamente certificate all'anno	Garanzia 36 mesi 5 Tutte le aziende offrono 1 visita e verifica funzionale e sicurezza elettrica per anno.	Garanzia 24 mesi 3	Garanzia 24 mesi 3	Garanzia 36 mesi 5	Garanzia 24 mesi 3
Assistenza tecnica in Regione Calabria e comunque ad una distanza da Cosenza non superiore a 300 km +/- 10%	5 Tutte le aziende dichiarano la sede dell'assistenza tecnica in Regione Calabria	5	5	5	5
<b>TOTALE</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>48</b>	<b>60</b>	<b>68</b>

Lotto N° 1 Omnia Hospital Office: offre Monitor ICON marca Webbit Conforme a quanto richiesto e di ottima qualità. Unica offerta pervenuta.

Dr. VILASINI SILVANO

11/06/2018

*[Signature]*

*[Signature]*