

ALL N° 5



AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



U.O.s. Famacovigilanza e dispositivi medici

Cosenza, 06.07.2018

PERVENUTA ~~ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO~~
ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO
IN DATA 11.07.2018

Alla c.a. direttore U.O.C PEGL
Dott. Teodoro Gabriele

Oggetto: relazione tecnica gara RDO 1979275

In relazione alla gara in oggetto, sono state esaminate le documentazioni e la campionatura presentate dalle ditte partecipanti. Per la valutazione dei dispositivi medici ci si è avvalsi del parere tecnico degli utilizzatori.

Si è pertanto giunti alla seguente valutazione qualitativa

		TCN	CON	DOC	POS	TOT
LOTTO 1 TT A BASSA PRESSIONE CUFFIATI MIS DA 4,5 A 8						
CONVATEC		30	2	5	2	37
DISPOSAN		57	2	5	6	70
DYASET		25	2	1	0	28
F.G SERVICE	Eccessivamente rigido	0	0	0	0	0
LEWIS		25	2	1	0	28

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORTHOMED		30	2	5	6	43
PF MEDICAL	eccessivamente rigidi	20	0	0	0	0
RI&MT		57	2	4	6	69
TELEFLEX	eccessivamente rigidi	20	0	0	0	0
LOTTO 2 SCOVOLINI						
ALPHATEK	non conforme, contiene solo dentifricio e manca di bicarbonato			0	0	0
BIOMATRIX		25	2	3	0	30
F.G SERVICE		57	2	5	6	70
RI&MT		38	2	4	6	50
LOTTO 3 ELETTRODI PREGELLATO POTENZIALI EVOCATI						
FIAB	non specifico ed inidoneo per potenziali evocati auditivi			0	0	0
ORTHOMED		57	2	5	6	70
LOTTO 4						
FIAB	non conformi, trattasi di cavetti per holter				0	0
LOTTO 5						
CAM HOSPITAL		50	1	5	0	56
COLOPLAST	N.C. SENZA FORI LATERALI	0	0	0	0	0

fy

gh

huan

ALL. N°-3

OMNIA		56	2	5	0	63
ORTHOMED		57	1	5	6	69
SUNMEDICAL	MANCA CH 28	0	0	0	0	0
TELEFLEX	MANCA CH 28	0	0	0	0	0

Dr.ssa Rossana Ritacca

