

ALL. N.1

## RELAZIONE TECNICA : GARA RDO N 1923468 VIBRATORE MASTOIDEO

Analizzate le offerte pervenute delle ditte partecipanti alla gara :

- 1 INVENTIS
- 2 MCT




Si evince che tutte le ditte sono idonee alla partecipazione alla gara ma con le differenze di seguito documentate e riassunte nella Matrice di Qualità allegata alla presente relazione .

Nella griglia di valutazione allegata alla presente sono evidenziati i punteggi che qui si riassumono :

- |   |          |             |
|---|----------|-------------|
| 1 | INVENTIS | Punti 69,75 |
| 3 | MCT      | Punti 59,75 |

La Commissione Tecnica .....

Dr. Domenico ROMEI BUGLIARI



MATRICE DI QUALITA'					
GARA MEPA RDO 1923468 DEL 04 MAGGIO 2018: PROCEDURA PER VARIE APPARECCHIATURE LOTTO 1 VIBRATORE VESTIBOLARE MULTIFREQUENZA				DITTE	
		Modello offerto	INVENTIS	MCT	
		PUNTI	Marca INVENTIS mod. VVIB 3F	Marca MCT modello VVS ED500	
1	Frequenza di vibrazione da 50 a 100Hz	25			
2	Ampiezza di vibrazione 1 mm.	25	ok	ok	
3	Prova delle apparecchiature offerta	10	Apparecchiatura pienamente corrispondente alle richieste del disciplinare di gara. Permette una corretta gestione dell'esame che ha un controllo tramite pulsante applicato all'apparecchiatura. La prova è risultata più che soddisfacente facendo scaturire una qualità eccellente dell'apparecchiatura offerta	Apparecchiatura parzialmente corrispondente in quanto ha il controllo del vibratore solo tramite pedaliera. La prova è risultata non completamente soddisfacente proprio per tale problematica dell'apparecchiatura offerta.	
4	Garanzia minima 24 mesi e programma di manutenzione durante il periodo di garanzia che includa una verifica funzionale ed una verifica elettrica opportunamente certificate all'anno	5	ok	ok	
5	Modalità dell'Assistenza Tecnica e tempi di ripristino	5	n.2 corsi di formazione . Aggiornamento gratuito durante la garanzia. Pezzi reperibili per 10 anni dalla cessata produzione dell'apparecchiatura. Tempi di intervento 16 ore lavorative . Tempi risoluzione guasto 24 ore lavorative	tempi intervento 8h ore lavorative, tempo risoluzione guasto 4-5 giorni lavorativi	
		TOTALE	70		

*Ph*

*Della*

*Gubule*

*Celle*



GRIGLIA DI VALUTAZIONE					
GARA MEPA RDO 1923468 DEL 04 MAGGIO 2018 :					
PROCEDURA PER VARIE APPARECCHIATURE LOTTO 1					
VIBRATORE VESTIBOLARE MULTIFREQUENZA					
		Modello offerto	INVENTIS	DITTE	MCT
		PUNTI	Marca INVENTIS mod. VVIB 3F		Marca MCT modello VVS ED500
1	Frequenza di vibrazione da 50 a 100 Hz	25	25		25
2	Ampiezza di vibrazione 1 mm;	25	25		25
3	Prova delle apparecchiature offerta	10	10		1
4	Garanzia minima 24 mesi e programma di manutenzione durante il periodo di garanzia che includa una verifica funzionale ed una verifica elettrica opportunamente certificate all'anno	5	5		5
5	Modalità dell'Assistenza Tecnica e tempi di ripristino	5	3,75		3,75
TOTALE		70	68,75		59,75

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## RELAZIONE TECNICA : GARA RDO N 1923468 OTOCALORIMETRO

Analizzate le offerte pervenute delle ditte partecipanti alla gara :

- 1 LEDISO
- 2 NATUS MEDICAL;
- 3 MCT




Si evince che tutte le ditte sono idonee alla partecipazione alla gara ma con le differenze di seguito documentate e riassunte nella Matrice di Qualità allegata alla presente relazione .

Nella griglia di valutazione allegata alla presente sono evidenziati i punteggi che qui si riassumono :

1	LEDISO	Punti 63,41
2	NATUS MEDICAL	Punti 61,31
3	MCT	Punti 32,5

La Commissione Tecnica .....

Dr. Domenico ROMEI BUGLIARI









MATRICE DI QUALITA'						
GARA MEPA RDO 1923468 : Procedura negoziata varie apparecchiature				DITTE		
OTOCALORIMENTO				NATUS MEDICAL		MCT
				ICS AIRCAL		OTOSYSTEM ED100
		Modello offerto				
		PUNTI				
1	Tasso di flusso dell'acqua da 350 ml a 500 ml al minuto circa	7		OK	OK	NR
2	durata dell'irrigazione programmabile	8		OK	OK	OK
3	temperatura d'irrigazione 30°C per l'irrigazione fredda e 44°C per l'irrigazione calda	7		OK	OK	OK
4	accuratezza all'estremità +/- 1°C;	7		OK	OK	NR
5	stabilità della temperatura +/- 1°C	7		OK	OK	OK
6	tempo di raggiungimento della temperatura non superiore a 180sec	7		OK	OK	NR
7	segnali acustici di avviso e fine irrigazione e di inizio e fine della fissazione	7		OK solo fine irrigazione	OK solo fine irrigazione	NR
8	Prova delle apparecchiatura offerta	10		OK	OK	OK
9	Garanzia minima 24 mesi e programma di manutenzione durante il periodo di garanzia che includa una verifica funzionale ed una verifica elettrica opportunamente certificate all'anno	5		OK	OK	OK
10	Modalità dell'Assistenza Tecnica e tempi di ripristino	5		n.2 corsi di formazione Intervento entro 48 ore . Pezzi reperibili per 10 anni dalla cessata produzione dell'apparecchiatura.Muletto sostitutivo in cso di lungaggini nella riparazione	n.2 corsi di formazione. Pezzi reperibili per 10 anni dalla cessata produzione dell'apparecchiatura.Interviene in un periodo non inferiore a 10 giorni e offre muletto sostitutivo, previa sottoscrizione contratto	tempi intervento 8h ore lavorative, tempo risoluzione guasto 4-5 giorni lavorativi
TOTALE		70				

*Delia*

*Cell*

*7h*  
*Galante*

GRIGLIA DI VALUTAZIONE						
GARA MEPA RDO 1923468 : Procedura negoziata varie apparecchiature		Modello offerto	LEDISO		DITTE	
OTOCALORIMENTO			ACQUA STIM		NATUS MEDICAL ICS AIRCAL	MCT OTOSYSTEM ED100
		PUNTI				
1	Tasso di flusso dell'acqua da 350 ml a 500 ml al minuto circa	7	7		7	NR
2	durata dell'irrigazione programmabile	8	8		8	8
3	temperatura d'irrigazione 30°C per l'irrigazione fredda e 44°C per l'irrigazione calda	7	7		7	7
4	accuratezza all'estremità +/- 1°C;	7	7		7	NR
5	stabilità della temperatura +/- 1°C	7	7		7	7
6	tempo di raggiungimento della temperatura non superiore a 180sec	7	7		7	NR
7	segnali acustici di avviso e fine irrigazione e di inizio e fine della fissazione	7	3,5		3,5	NR
8	Prova delle apparecchiature offerta	10	9		7	3
9	Garanzia minima 24 mesi e programma di manutenzione durante il periodo di garanzia che includa una verifica funzionale ed una verifica elettrica opportunamente certificate all'anno	5	5		5	5
10	Modalità dell'Assistenza Tecnica e tempi di ripristino	5	2,91		2,81	2,5
TOTALE		70	63,41		61,31	32,5



ALL. N. 2



## AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

(Ospedale Riuniti P.O. Annunziata - P.O. M. Santo - P.O. S. Barbara)

U.O.C. Gestione Forniture e Servizi e Logistica

Tel. 0984681931 - Fax 0984681936

Cod. Fisc. : 01987250782

Pratica N.00053 Del 28/03/2018

Procedura negoziata telematica per la fornitura di apparecchiature varie - U.O.C. di Otorinolaringoiatria - Importo presunto: Euro 9.500,00 esclusa Iva.

### Elenco Aggiudicazioni Ordinate Per Fornitore

**Fornitore**  
N° 2756

**Inventis S.r.l.**

**Lotto N° 1**

**Lotto nr 1 (unico) -  
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta):  
Euro 3.000,00 esclusa Iva.**

Voce N° 1		Vibratore vestibolare: frequenza di vibrazione da 50 a 100Hz; ampiezza di vibrazione 1 mm.					
Codice Convergente	10741	Numero Repertorio 53621					
Prezzo Unitario	1.292,700000	Quantità numero	2,00	Costo Voce	2.585,40	Costo Ivato	3.154,19
Prezzo Confezione	1.292,700000	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

		<b>Totale Fornitore</b>			
Imponibile	2.585,40	IVA	568,79	Costo	3.154,19

*Luca*

Fornitore  
N° 2738

Lediso Italia S.r.l.

Lotto N° 2

Lotto nr 2 (unico) -  
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta):  
Euro 5.500,00 esclusa Iva.

Voce N° 1	Otocolorimetro con irrigatore calorico					
Codice Convergente	AQUA-STYM	Numero Repertorio 1366373				
Prezzo Unitario	4.400,000000	Quantità numero	1,00	Costo Voce	4.400,00	Costo Ivato 5.368,00
Prezzo Confezione	4.400,000000	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva 22

				<b>Totale Fornitore</b>		
	Imponibile	4.400,00	IVA	968,00	Costo	5.368,00

*Cee*



			<b>Totale Aggiudicazione</b>	
<b>Imponibile</b>	<b>6.985,40</b>	<b>IVA</b>	<b>1.536,79</b>	<b>Costo</b>
				<b>8.522,19</b>

*Free*

444-153

Procedura negoziata per l'acquisizione di "Apparecchiature varie" - U.O.C. di ORL.

Offerente	Lotto 1			Lotto 2		
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Punteggi o complessivo	Miglior offerta	Valore complessivo dell'offerta	Punteggi o complessivo	Miglior offerta
<u>INVENTIS SRL</u>	2585,400 0 Euro	99,7500	Aggiudicatario provvisorio	Offerta non inviata		
<u>LEDISO ITALIA SRL</u>	Offerta non inviata			4400,000 0 Euro	92,8600	Aggiudicatario provvisorio
<u>M.C.T. DISTRIBUTION &amp; SERVICE SRL</u>	2690,000 0 Euro	88,5800	Aggiudicatario provvisorio	4560,000 0 Euro	60,9200	Aggiudicatario provvisorio
<u>NATUS MEDICAL S.R.L.</u>	Offerta non inviata			4320,000 0 Euro	91,3100	Aggiudicatario provvisorio
<b>Punteggio massimo:</b>		<b>99,7500</b>			<b>92,8600</b>	

Cosenza 28/05/2019

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



