

AUGATO "C"

Gara Viscoelastici Relazione tecnica e punteggi.

Qualità/Prezzo

Elemento prezzo max 30 punti

Elemento tecnico qualità max 70 punti

	Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE		58
	CONFEZIONAMENTO		2
B	Conf. Primario		
	Conf. Secondario		
	ASSISTENZA POST VENDITA		5
C	Assistenza tecnico logistica	1	
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	1	
	Formazione	3	
	DOCUMENTAZIONI		5
D	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	3	
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	2	
	Totale		70

Lotto 1 voce 1

Ialuronato di sodio al 3% e condroitina solfato al 4% peso molecolare 600.000 dalton viscosità dinamica 40.000 cps. Fiala 0.5 ml. Sodio ialuronato 1% peso molecolare 2.400.00 dalton, viscosità dinamica 39.000 cps fiala da 0.55 ml. Sostanza doppia

Offerte:

IBSA FARMACEUTICI ITALIA srl **ESCLUSO. NON CORRISPONDE AL CANTIDATO**

	Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE		
	CONFEZIONAMENTO		
B	Conf. Primario		
	Conf. Secondario		
	ASSISTENZA POST VENDITA		
C	Assistenza tecnico logistica		
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti		
	Formazione		
	DOCUMENTAZIONI		
D	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto		
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo		
	Totale		

Q

1

Cur

Ph Cur

EMMEGI HOSPITAL srl

uCu

	Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE		58
	CONFEZIONAMENTO		
B	Conf. Primario	1	2
	Conf. Secondario	1	
	ASSISTENZA POST VENDITA		
C	Assistenza tecnico logistica	1	4
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	1	
	Formazione	2	
	DOCUMENTAZIONI		
D	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	1	3
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	2	
	Totale		64

Lotto 2 voce 1

Sodio Ialuronato al 3% ,peso molecolare 1.000.000 dalton, ph 7.0+/- 0.4 , fiala da 0.85 ml. Sodio ialuronato al 1.5%, peso molecolare 2.900.000 dalton, ph 7.0+/- 0.4, fiala da 1 ml. Sostanza doppia.

Offerte:

IBSA FARMACEUTICI ITALIA srl

ESCLUSO, NON CORRISPONDE AL CAPITOLATO

	Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE		
	CONFEZIONAMENTO		
B	Conf. Primario		
	Conf. Secondario		
	ASSISTENZA POST VENDITA		
C	Assistenza tecnico logistica		
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti		
	Formazione		
	DOCUMENTAZIONI		
D	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto		
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo		
	Totale		

HOSPITAL INSTRUMENTS UNIPERSONALE

	Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE		58
	CONFEZIONAMENTO		
B	Conf. Primario	1	2
	Conf. Secondario	1	
	ASSISTENZA POST VENDITA		
C	Assistenza tecnico logistica	1	

Eve

2 huli 17h

n c n

	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	1	4
	Formazione	2	
DOCUMENTAZIONI			
D	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	1	3
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	2	
	Totale		67

Lotto 3 voce 1

Acido ialuronico sale sodico al 1.8 5, ph 7.2+/- 0.4, peso molecolare 3.200.000 dalton, viscosità 100.000 pa.s, fiala 0.55 ml. Acido ialuronico sale sodico al 1,4%, ph 7,2+/- 0.4, peso molecolare 3.500.000 dalton, viscosità 80.000 mpa.s, fiala 0.8 ml

Offerte:

EYES FUTURE srl

Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE	
B	CONFEZIONAMENTO	58
	Conf. Primario	1
	Conf. Secondario	1
C	ASSISTENZA POST VENDITA	2
	Assistenza tecnico logistica	1
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	1
	Formazione	1
		2
D	DOCUMENTAZIONI	4
	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	1
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	2
Totale		67

Lotto 4 voce 1

Ialuronato di sodio 1.4 %. Estrazione naturale, peso molecolare 5.000.000 dalton, fiala 0.85 ml, viscosità da 2.000.000 mpas, sheare rate 0.

Offerte:

HOSPITAL INSTRUMENTS UNIPERSONALE

ESCLUSO NON CONFORME AL CAPITOLATO

Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE	
B	CONFEZIONAMENTO	
	Conf. Primario	
	Conf. Secondario	
C	ASSISTENZA POST VENDITA	
	Assistenza tecnico logistica	
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	

3

n° 2

	Formazione		
D	DOCUMENTAZIONI		
	Publicazioni scientifiche prodotto offerto		
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo		
Totale			

AMO ITALY srl

A*	Descrizione	Punti max
B	CARATTERISTICHE TECNICHE	58
	CONFEZIONAMENTO	
B	Conf. Primario	2
	Conf. Secondario	
C	ASSISTENZA POST VENDITA	4
	Assistenza tecnico logistica	
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	
	Formazione	
D	DOCUMENTAZIONI	3
	Publicazioni scientifiche prodotto offerto	
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	
Totale		67

TEC MED srl **ESCLUSO NON CONFORME AL CAPITOLATO**

A*	Descrizione	Punti max
B	CARATTERISTICHE TECNICHE	
	CONFEZIONAMENTO	
B	Conf. Primario	
	Conf. Secondario	
C	ASSISTENZA POST VENDITA	
	Assistenza tecnico logistica	
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	
	Formazione	
D	DOCUMENTAZIONI	
	Publicazioni scientifiche prodotto offerto	
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	
Totale		

DIPO srl **ESCLUSO NON CONFORME AL CAPITOLATO**

A*	Descrizione	Punti max
B	CARATTERISTICHE TECNICHE	
	CONFEZIONAMENTO	
B	Conf. Primario	
	Conf. Secondario	
C	ASSISTENZA POST VENDITA	
	Assistenza tecnico logistica	

u C u

	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti		
	Formazione		
	DOCUMENTAZIONI		
D	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto		
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo		
Totale			

Lotto 5 voce 1

Ialuronato di sodio con caratteristiche visco-adattative al 2.3 %, peso molecolare 3.200.000 dalton, viscosità 1.300.000/12.600.000 mpas. Fiala da 0.5 ml

Offerte:

AMO ITALY srl

	Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE		
	CONFEZIONAMENTO		58
B	Conf. Primario	1	2
	Conf. Secondario	1	
	ASSISTENZA POST VENDITA		
C	Assistenza tecnico logistica	1	4
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	1	
	Formazione	2	
	DOCUMENTAZIONI		
D	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	1	3
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	2	
Totale			67

Lotto 6 voce 1

Ialuronato di sodio 1%. peso molecolare 3.000.000 dalton +/- 1.000.000, osmolarità 300 +/-100, biofermentazione batterica fiala 0.8 ml +/- 0.20 ml

Offerte:

SANIT SUD

ESCLUSO NON CONFORME AL CAPITOLATO

	Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE		
	CONFEZIONAMENTO		
B	Conf. Primario		
	Conf. Secondario		
	ASSISTENZA POST VENDITA		
C	Assistenza tecnico logistica		
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti		
	Formazione		

9 5 hulle 17h

u En

D	DOCUMENTAZIONI		Totale
	Publicazioni scientifiche prodotto offerto		
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo		

SIFI

A*	Descrizione		Punti max
B	CARATTERISTICHE TECNICHE		58
	CONFEZIONAMENTO		
C	Conf. Primario	1	2
	Conf. Secondario	1	
	ASSISTENZA POST VENDITA		
	Assistenza tecnico logistica	1	3
D	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	1	
	Formazione	1	
	DOCUMENTAZIONI		
D	Publicazioni scientifiche prodotto offerto	1	3
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	2	
Totale			66

HOSPITAL INSTRUMENTS UNIPERSONALE

ESCLUSO/ NON CONFORME AL CAPITOLATO

A*	Descrizione		Punti max
B	CARATTERISTICHE TECNICHE		
	CONFEZIONAMENTO		
C	Conf. Primario		
	Conf. Secondario		
	ASSISTENZA POST VENDITA		
	Assistenza tecnico logistica		
D	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti		
	Formazione		
	DOCUMENTAZIONI		
D	Publicazioni scientifiche prodotto offerto		
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo		
Totale			

EMMEGI HOSPITAL srl

A*	Descrizione		Punti max
B	CARATTERISTICHE TECNICHE		58
	CONFEZIONAMENTO		
C	Conf. Primario	1	2
	Conf. Secondario	1	
D	ASSISTENZA POST VENDITA		
	Assistenza tecnico logistica	1	

u En

6 u En 21

u C u

	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	1	3
	Formazione	1	
DOCUMENTAZIONI			
D	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	1	3
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	2	
Totale			66

POLIMEDICA

	Descrizione	Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE	58
	CONFEZIONAMENTO	
B	Conf. Primario	2
	Conf. Secondario	
ASSISTENZA POST VENDITA		
C	Assistenza tecnico logistica	3
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	
	Formazione	
DOCUMENTAZIONI		
D	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	3
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	
Totale		66

TEC MED

	Descrizione	Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE	58
	CONFEZIONAMENTO	
B	Conf. Primario	2
	Conf. Secondario	
ASSISTENZA POST VENDITA		
C	Assistenza tecnico logistica	1.50
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	
	Formazione	
DOCUMENTAZIONI		
D	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	2
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	
Totale		63.50

DIPO ESCLUSO NON CONFORME AL GARIGIOLATO

	Descrizione	Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE	
	CONFEZIONAMENTO	
B	Conf. Primario	
	Conf. Secondario	

gu 7 full 7h

u
C
u

C	ASSISTENZA POST VENDITA		
	Assistenza tecnico logistica		
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti		
	Formazione		
D	DOCUMENTAZIONI		
	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto		
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo		
Totale			

Lotto 7 voce 1

Acido ialuronico di estrazione naturale 1% , peso molecolare 5.000.000 dalton, viscosità 1.000.000 mpas circa osmolarità 320 mosm/Kg

Offerte:

AMO ITALY srl **ESCLUSO NON CONFORME AL CAPITOLATO**

Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE	
B	CONFEZIONAMENTO	
	Conf. Primario	
C	Conf. Secondario	
	ASSISTENZA POST VENDITA	
	Assistenza tecnico logistica	
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	
D	Formazione	
	DOCUMENTAZIONI	
	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	
Totale		

ALFA INTES

	Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE		
B	CONFEZIONAMENTO		58
	Conf. Primario	1	2
	Conf. Secondario	1	
C	ASSISTENZA POST VENDITA		4
	Assistenza tecnico logistica	1	
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	1	
	Formazione	2	
D	DOCUMENTAZIONI		3
	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	1	
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	2	
Totale			67

gr 8 full Alh

cu

ZEISS

Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE	
	CONFEZIONAMENTO	58
B	Conf. Primario	
	Conf. Secondario	2
C	ASSISTENZA POST VENDITA	
	Assistenza tecnico logistica	
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	4
	Formazione	
D	DOCUMENTAZIONI	
	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	3
Totale		67

TEC MED

Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE	
	CONFEZIONAMENTO	58
B	Conf. Primario	
	Conf. Secondario	2
C	ASSISTENZA POST VENDITA	
	Assistenza tecnico logistica	
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	1.50
	Formazione	
D	DOCUMENTAZIONI	
	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	2
Totale		63.50

Lotto 8 voce 1

Sodio ialuronato 3%+ condroitina solfato 4%, peso molecolare 600.000 dalton, viscosità dinamica 40.000 cps, fiala 0.5 ml

Offerte:

EMMEGI HOSPITAL srl

Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE	
	CONFEZIONAMENTO	58
B	Conf. Primario	
	Conf. Secondario	2
C	ASSISTENZA POST VENDITA	

mCu

	Assistenza tecnico logistica	1	4
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	1	
	Formazione	2	
D	DOCUMENTAZIONI		3
	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	1	
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	2	
		Totale	67

TEC MED ESCLUSO NON CONFORME CAPITOLATO

	Descrizione	Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE	
B	CONFEZIONAMENTO	
	Conf. Primario	
	Conf. Secondario	
C	ASSISTENZA POST VENDITA	
	Assistenza tecnico logistica	
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	
	Formazione	
D	DOCUMENTAZIONI	
	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	
		Totale

Lotto 9 voce 1

Acido ialuronico di origine biofermentativa 1,8 % , circa 2.000.000 dalton +/- 1.000.000, viscosità 50.000 +/- 30.000 mpas, osmolarità 300+/- 150 mosm/Kg fiala 1.1 ml

Offerte:

IBSA FARMACEUTICI ITALIA srl ESCLUSO NON CONFORME AL CAPITOLATO

	Descrizione	Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE	
B	CONFEZIONAMENTO	
	Conf. Primario	
	Conf. Secondario	
C	ASSISTENZA POST VENDITA	
	Assistenza tecnico logistica	
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	
	Formazione	
D	DOCUMENTAZIONI	
	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	
		Totale

10

ALFA INTES

A*	Descrizione		Punti max
B	CARATTERISTICHE TECNICHE		58
	CONFEZIONAMENTO		
	Conf. Primario	1	
C	Conf. Secondario	1	2
	ASSISTENZA POST VENDITA		
	Assistenza tecnico logistica	1	
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	1	
	Formazione	1	
D	DOCUMENTAZIONI		4
	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	2	
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	1	
Totale			67

TEC MED ESCLUSO NON CONFORME AL CAPITOLATO

Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE	
B	CONFEZIONAMENTO	
	Conf. Primario	
C	Conf. Secondario	
	ASSISTENZA POST VENDITA	
	Assistenza tecnico logistica	
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	
D	Formazione	
	DOCUMENTAZIONI	
	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	
Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo		
Totale		

DIPO ESCLUSO NON CONFORME AL CAPITOLATO

	DESCRIZIONE		PUNTI MAX
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE		
B	CONFEZIONAMENTO		
	Conf. Primario		
	Conf. Secondario		
C	ASSISTENZA POST VENDITA		
	Assistenza tecnico logistica		
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti		
	Formazione		
D	DOCUMENTAZIONI		
	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto		
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo		
Totale			

Lotto 10 voce 1

Acido ialuronico di origine biofermentativa 1.6 %, osmolarità 300+/- 100 mosm/Kg , viscosità 400 +/-200 mpas, peso molecolare 2.000.000 dalton +/- 1.000.000, fiala 1 ml+/- 0.2 ml

Offerte:

IBSA FARMACEUTICI ITALIA srl

ESCLUSO NON CONFORME CAPITOLATO

A*		Descrizione		Punti max
		CARATTERISTICHE TECNICHE		
B	CONFEZIONAMENTO			
	Conf. Primario			
	Conf. Secondario			
C	ASSISTENZA POST VENDITA			
	Assistenza tecnico logistica			
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti			
	Formazione			
D	DOCUMENTAZIONI			
	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto			
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo			
Totale				

POLIMEDICA

A*	Descrizione		Punti max
B	CARATTERISTICHE TECNICHE CONFEZIONAMENTO		58
	Conf. Primario		2
	Conf. Secondario	1	
C	ASSISTENZA POST VENDITA		5
	Assistenza tecnico logistica	1	
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	1	
	Formazione	3	
D	DOCUMENTAZIONI		4
	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	2	
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	2	
Totale			69

EYES FUTURE srl

		Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE			58
B	CONFEZIONAMENTO			
	Conf. Primario		1	
	Conf. Secondario		1	
C	ASSISTENZA POST VENDITA			2

Cu

12 11 14

u C u

	Assistenza tecnico logistica	1	5
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	1	
	Formazione	3	
D	DOCUMENTAZIONI		4
	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	2	
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	2	
Totale			6P

TEC MED ESCLUSO NON CONFORME CAPITOLATO

Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE	
B	CONFEZIONAMENTO	
	Conf. Primario	
	Conf. Secondario	
C	ASSISTENZA POST VENDITA	
	Assistenza tecnico logistica	
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	
	Formazione	
D	DOCUMENTAZIONI	
	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	
Totale		

DIPO ESCLUSO NON CONFORME CAPITOLATO

Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE	
B	CONFEZIONAMENTO	
	Conf. Primario	
	Conf. Secondario	
C	ASSISTENZA POST VENDITA	
	Assistenza tecnico logistica	
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	
	Formazione	
D	DOCUMENTAZIONI	
	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	
Totale		

Lotto 11 voce 1

Acido ialuronico di origine biofermentativa 1.2 %, peso molecolare 1.500.000 dalton +/- 1500.000, viscosità 2000 mpas +/- 1.500, fiala 1 ml +/- 0.2 ml

13 Culu Ali Culu

Offerte

EYES FUTURE srl

Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE	58
	CONFEZIONAMENTO	
B	Conf. Primario	2
	Conf. Secondario	
C	ASSISTENZA POST VENDITA	5
	Assistenza tecnico logistica	
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	
	Formazione	
	DOCUMENTAZIONI	
D	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	4
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	
Totale		69

Lotto 12 voce 1

Sostanza viscoelastica costituita da ialuronato di sodio Naha, concentrazione 15.5 Mg/ML, viscosità 170 CTU, peso molecolare 2.300.000 dalton, presenza di mannitolo.

Offerte:

MEDISYSTEM ESCLUSO NON CONFORME AL CAPITOLATO

Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE	
	CONFEZIONAMENTO	
B	Conf. Primario	
	Conf. Secondario	
C	ASSISTENZA POST VENDITA	
	Assistenza tecnico logistica	
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	
	Formazione	
D	DOCUMENTAZIONI	
	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	
Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo		
Totale		

POLIMEDICA

Descrizione		Punti max
A*	CARATTERISTICHE TECNICHE	58
	CONFEZIONAMENTO	
B	Conf. Primario	2
	Conf. Secondario	
C	ASSISTENZA POST VENDITA	

u C n

	Assistenza tecnico logistica	1	4
	Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti	1	
	Formazione	2	
D	DOCUMENTAZIONI		4
	Pubblicazioni scientifiche prodotto offerto	2	
	Relazioni tecniche e completezza informazioni sul dispositivo	2	
Totale			68

Cosm
11/12/2019

AZIENDA OSPEDALIERA
DI COSENZA
U.O.C. DI OCULISTICA
Direttore Dott. P.L. FAVA

[Signature]

www.Albopretorio.it

[Signature]

[Signature]