

A rettifica della relazione precedente  
con nota N. Prot. 582 del 16.03.2020



AZIENDA OSPEDALIERA  
"Annunziata - Mariano Santo  
S. Barbara"  
Cosenza



U.O.C. Direzione Medica P.U.  
Direttore Medico P.U.  
Dr. Salvatore De Paola

N. Prot. 597  
Del 18/03/2020

A

Resp.le Economo  
Dr. A. Grano

p.c.

Dir. U.O.C. Direzione Medica P.U.  
Dr. S. De Paola

#### Oggetto: Relazione Procedura acquisto Sfigmomanometri

In relazione alla procedura indetta per l'acquisto di n.80 (ottanta) sfigmomanometri, si comunica che la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Orlando, Dirigente Medico in servizio presso la U.O.C. Direzione Medica P.U., avvalendosi della collaborazione peritale del Referente Infermieristico U.O.C. Cardiologia e UTIC, Sig.ra Caterina Fortuna, ha esaminato e valutato la conformità delle offerte tecniche presentate dalle Ditte partecipanti.

Le caratteristiche tecniche relative agli apparecchi sfigmomanometri da acquistare sono state delineate nella nota N. Prot. 3164 del 18.11.2019 della U.O.C. Direzione Medica P.U.

Le offerte prese in esame sono le seguenti:

- 1) **Medical Service di G. Petrucci:** GIMA - Sfigmo ad aneroide modello London Cod.32726: non conforme perché non presenta tutte le caratteristiche indicate;
- 2) **Gioia Hospital:** GIMA Sfigmo ad aneroide modello Yton Cod.32720: non conforme perché non presenta tutte le caratteristiche indicate;
- 3) **Hospital Service:** GIMA Sfigmo ad aneroide modello Boston Cod.32731: non conforme perché non presenta le caratteristiche indicate;
- 4) **SGM Instruments:** la Ditta invia un catalogo di prodotti senza indicare un prodotto specifico con le caratteristiche richieste;
- 5) **FAS Hospital:** Intermed Attrezzature e Strumenti Medicali LifeMed LF-130 Sfigmomanometro ad aneroide per automisurazione: conforme perché soddisfa le caratteristiche indicate;
- 6) **FIMAD:** Intermed Strumenti Medicali e Ausili Sfigmomanometro ad aneroide Prestige Cod.LF-500: non conforme perché non presenta le caratteristiche richieste e limiti per la misurazione;
- 7) **Biomedical Service** Sfigmomanometro aneroide Cod.BMS32719: non conforme perché non presenta le caratteristiche richieste;

- 8) **A&C Medica:** *GIMA Sfigmo ad aneroide modello London Cod.32725/32726:* non conforme perché non soddisfa le caratteristiche indicate.

Dall'analisi delle proposte di cui sopra è possibile individuare come conforme alle caratteristiche elencate nella succitata nota, l'apparecchio sfigmomanometro *Intermed LifeMed LF-130 Sfigmomanometro ad aneroide per automisurazione* presentato dalla Ditta FAS Hospital.

Si chiede, inoltre, che gli Apparecchi sfigmomanometri acquistati vengano consegnati alla U.O.C. Direzione Medica P.U., che provvederà all'assegnazione sulla base delle richieste pervenute.

Si resta a disposizione e si porgono Distinti Saluti.

Il Dirigente Medico P.U.  
Dr.ssa Annalisa ORLANDO

*Annalisa Orlando 100316*  
AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA  
DIREZIONE MEDICA P.U.  
Dr.ssa Annalisa ORLANDO  
Matr.: 100316