

UOC Prevenzione e Protezione
Direttore : Dr. Lucio Marrocco

prot. N° 45/PPA

Data 21/04/2020

Al R.U.P.
Dr. Alberto Grano
UOC GFSL

Oggetto : valutazione offerta tecnica RDO MEPA n° 2546688 per la fornitura di dispositivi di protezione individuale.

Dall'esame della documentazione tecnica inerente la gara indicata in oggetto, trasmessa per le vie brevi dal Sig. Economo in data 21/04/2020, , si comunica quanto segue :

DITTA MEDITALIA SAS

LOTTO N° 2 :

l'offerta tecnica risulta NON CONFORME a quanto richiesto nel bando di gara. Specificatamente, nella documentazione tecnica non viene attestata la conformità alla norma UNI EN 166:2004/2001. Inoltre, nella documentazione tecnica sono presenti certificati di qualità inerenti dispositivi per gastroenterologia, non attinenti alla richiesta di gara.

LOTTO N° 3 :

l'offerta tecnica risulta NON CONFORME a quanto richiesto nel bando di gara. Specificatamente nella documentazione tecnica viene attestata la norma UNI EN 149 : 2011 + A1 : 2009 anziché la norma UNI EN 149 : 2001 + A1 : 2009. La norma riportata sui documenti tecnici di gara non è presente nell'elenco delle norme UNI EN.

DITTA DDE

LOTTO N° 1 :

l'offerta tecnica risulta NON CONFORME a quanto richiesto nel bando di gara. Specificatamente, sul documento delle specifiche tecniche non si evince la conformità alla norma UNI EN 166:2004/2001. Non vi è corrispondenza fra il certificato di conformità prodotto e la scheda delle specifiche tecniche, circa il modello e il numero di serie del dispositivo offerto. Il suddetto certificato di conformità risulta identico a quello prodotto dalla Ditta DDA per il lotto n° 2.

LOTTO N° 2 :

l'offerta tecnica risulta NON CONFORME a quanto richiesto nel bando di gara. Specificatamente, sui documenti delle specifiche tecniche non si evince la conformità alla norma UNI EN 166:2004/2001. Non vi è corrispondenza fra il certificato di conformità prodotto e la scheda delle specifiche tecniche, circa il modello e il numero di serie del dispositivo offerto. Il suddetto certificato di conformità risulta identico a quello prodotto dalla Ditta DDA per il lotto n° 1 sopra esposto.

LOTTO N° 3 :

l'offerta tecnica risulta NON CONFORME a quanto richiesto nel bando di gara. Specificatamente, nella documentazione inerente le mascherine filtranti FFP3 non si evince che siano conformi alla norma UNI EN 149:2009. Completa risulta essere la documentazione tecnica riguardante le mascherine filtranti FFP2 ma, l'offerta del lotto n° 3, risulta parzialmente soddisfatta.

LOTTO N° 4 :

l'offerta tecnica risulta NON CONFORME a quanto richiesto nel bando di gara. Specificatamente, nella documentazione inerente le tute mono uso integrali idrorepellenti, non si evince che siano conformi alla norma UNI EN 14126:2004 e UNI EN 13688:2013. Inoltre, non viene menzionata l'offerta dei necessari calzari.

DITTA CROMA GIO

LOTTO N° 2 :

l'offerta tecnica risulta NON CONFORME a quanto richiesto nel bando di gara. Specificatamente, nella documentazione, non si evince che siano conformi alla norma UNI EN 166:2004/2001.

DITTA OMNIA HOSPITAL SERVICE

LOTTO N° 1 :

l'offerta tecnica risulta CONFORME a quanto richiesto nel bando di gara.

LOTTO N° 2 :

l'offerta tecnica risulta CONFORME a quanto richiesto nel bando di gara.

DITTA DISPOSAN

LOTTO N° 1 :

l'offerta tecnica risulta CONFORME a quanto richiesto nel bando di gara.

LOTTO N° 2 :

l'offerta tecnica risulta CONFORME a quanto richiesto nel bando di gara.

DITTA L'ANTINFORTUNISTICA

LOTTO N° 2 :

l'offerta tecnica risulta CONFORME a quanto richiesto nel bando di gara.

DITTA LA CASALINDA srl

LOTTO N° 3 :

l'offerta tecnica risulta NON CONFORME a quanto richiesto nel bando di gara. Specificatamente, nella documentazione inerente le mascherine filtranti FFP3 non si evince che siano conformi alla norma UNI EN 149:2009 (aggiornamento del 2001). Completa risulta essere la documentazione tecnica riguardante le mascherine filtranti FFP2 ma, l'offerta del lotto n° 3, risulta parzialmente soddisfatta.

DITTA H.E.D. srl

LOTTO N° 3 :

l'offerta tecnica risulta CONFORME a quanto richiesto nel bando di gara.

DITTA GERHO' ITALIA

LOTTO N° 5 :

l'offerta tecnica risulta CONFORME a quanto richiesto nel bando di gara.

DITTA L.P. PHARMA

LOTTO N° 1 :

l'offerta tecnica risulta CONFORME a quanto richiesto nel bando di gara.

LOTTO N° 2 :

l'offerta tecnica risulta NON CONFORME a quanto richiesto nel bando di gara. Nella documentazione tecnica di gara è presente una offerta per mascherine filtranti.

DITTA STELLA TECNOMEDICA srl

LOTTO N° 4 :

l'offerta tecnica risulta CONFORME a quanto richiesto nel bando di gara.

DITTA PLASTI FOR MOBIL

LOTTO N° 2 :

l'offerta tecnica risulta NON CONFORME a quanto richiesto nel bando di gara. Specificatamente, nella documentazione, non si evince che siano conformi alla norma UNI EN 166:2004/2001.

Geom. Carlo Frugiuele

