

ALL. 1



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata – Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



REGIONE CALABRIA

U.O.C. Gestione Forniture e Servizi e Logistica

Richiesta di Fabbisogno N° 60 Del 05-05-2020

Oggetto SISTEMA ANALITICO PER L'ESECUZIONE, CON TECNOLOGIA DI BIOLOGIA MOLECOLARE, DI ESAMI MICROBIOLOGICI E VIROLOGICI PER ANNI DUE

Richiedente :

Centro Costo

[47] U.O.C. Microbiologia e Virologia Clinica e Molecolare

Notifica N° 1

Testo :

Si richiede avvio di procedura di gara del sistema analitico integrato inserito su Xcontract richiesta fabbisogno nr. 60/2020.

I dispositivi afferiscono a materiale di consumo della UOC Microbiologia e Virologia, non sono inclusi in altre gare regionali espletate né in altre gare Aziendali. I quantitativi espressi si riferiscono ad un fabbisogno biennale presunto.

Si chiede di fare riferimento al Disciplinare di Gara dei dispositivi medici e griglia dei criteri di valutazione allegata.

Si precisa, inoltre, che esiste disponibilità economica.

MITTENTE

Dott.ssa Oriolo Carmela

Inviato il 08/05/2020 12.27

DESTINATARIO

Dott. GABRIELE TEODORO

Letto il 08/05/2020 12.31

ANDA OSPEDALIERA DI COSENZA

SAN MARTINO SNC

7100 COSENZA (CS)

Telefono 0984681931 Fax 0984681936

Partita Iva 01987250782

Richiesta Fabbisogno N° [60 / 2020]

SISTEMA ANALITICO PER L'ESECUZIONE, CON TECNOLOGIA DI BIOLOGIA MOLECOLARE, DI ESAMI MICROBIOLOGICI E VIROLOGICI PER ANNI DUE

Pagina N° 1

Lotto	Voce	Codice Prodotto Classificazione	N° Unità	Prezzo	Descrizione	MM Iva	CC U.M	SS
-------	------	------------------------------------	----------	--------	-------------	-----------	-----------	----

Lotto 1 LOTTO 1

(UNICO ED INDIVISIBILE)

Sistema analitico integrato per l'esecuzione, con tecnologia di biologia molecolare, in urgenza, di esami microbiologici e virologici, della durata di anni DUE.

Importo a base d'asta € 200.000,00 oltre iva

1	XC0031003	400,00	CLOSTRIDIUM DIFFICILE - con rilevazione della Tossina Binaria - tempo di analisi < 60 minuti.	501	1	803
	DM W0105011602			22	NR	
2	XC0031004	400,00	GBS - Streptococco Gruppo B - per esecuzione "intra partum" - tempo di analisi < 45 minuti.	501	1	803
	DM W0105011602			22	NR	
3	XC0031006	1.000,00	Influenza A, Influenza B, RSV - rilevazione e differenziazione in contemporanea - tempo di analisi < 45 minuti.	501	1	803
	DM W0105011602			22	NR	
4	XC0031007	1.000,00	SARS-COV-2 - tempo di analisi < 60 minuti	501	1	803
	DM W0105040519			22	NR	
5	XC0031008	200,00	Streptococco A	501	1	803
	DM W0105011103			22	NR	
6	XC0031010	200,00	Enterovirus	501	1	803
	DM W0105040502			22	NR	
7	XC0031011	80,00	Ebola virus	501	1	803
	DM W0105040528			22	NR	
8	XC0031012	400,00	Chlamydia Trachomatis /Neisseria Gonorrhoeae - rilevazione e differenziazione in contemporanea.	501	1	803
	DM W0105010106			22	NR	
9	XC0031013	600,00		501	1	803
	DM W0105040503			22	NR	
10	XC0031014	800,00	HCV RNA - quantitativo - tempo di analisi < 2 ore	501	1	803
	DM W0105020399			22	NR	
11	XC0031015	800,00	HBV DNA - quantitativo	501	1	803
	DM W0105020216			22	NR	
12	XC0031016	600,00	HIV RNA- quantitativo	501	1	803
	DM W0105030199			22	NR	

Tot.Lotto N°	1	Tot.Unità	6.480,00	Tot.Imponibile	0,00	Tot.Iva	0,00	Tot.Lotto	0,00
--------------	---	-----------	----------	----------------	------	---------	------	-----------	------

Totale Unità	6.480,00	Totale Imponibile	0,00	Totale Iva	0,00	Totale Capitolato	0,00
--------------	----------	-------------------	------	------------	------	-------------------	------

+ SISTEMA IN SERVICE, FULL RISK.

Handwritten signature



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata - Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



REGIONE CALABRIA

UOC Microbiologia e e Virologia

Cosenza 06/05/2020

direttrice ff Farmacia
dr. C. Oriolo

direttore Provveditorato
dr. T. Gabriele

111 SERVICE

Oggetto: Sistema analitico integrato per l'esecuzione, con tecnologia di biologia molecolare, in urgenza, di esami microbiologici e virologici, della durata di anni DUE.

Si richiede la fornitura di una strumentazione analitica integrata, automatizzata, per l'esecuzione della estrazione, amplificazione, quantificazione e rivelamento di DNA/RNA con tecnologia Real Time PCR per la ricerca di agenti patogeni, con reagenti pronti all'uso, in formato mono-determinazione (preferibilmente in cartuccia).

La strumentazione dovrà possedere le caratteristiche di minima sottoindicate:

- Sistema analitico integrato per l'esecuzione, automatizzata, della estrazione, amplificazione, quantificazione e rivelamento di DNA/RNA con tecnologia Real Time PCR;
- Sistema analitico modulare, random access, utilizzabile anche in regime di urgenza, in grado di processare singoli campioni in modo totalmente indipendente;
- Integrazione delle fasi di processamento del campione, amplificazione e rilevazione in un unico dispositivo monouso senza alcun intervento da parte dell'operatore e senza necessità di locali dedicati;
- Monitoraggio delle diverse fasi analitiche comprensivo di controllo interno di estrazione/amplificazione per ogni campione processato;
- reazioni multiplex sul singolo dispositivo;
- esecuzione di test quantitativi e qualitativi;
- identificazione dei singoli campioni mediante lettore bar code;
- caricamento, in continuo e in modo indipendente dei reagenti;
- sistema analitico random access, inteso come possibilità di avviare sullo strumento anche un singolo test in qualsiasi momento, indipendentemente dal tipo di analisi e dallo stato di avanzamento dei test in corso sullo strumento, senza nessuno spreco di reagenti e/o controlli (possibilità di utilizzo h24 con gestione di campioni in regime di urgenza);
- sistema analitico "walk away"; caricato il campione il flusso di lavoro viene gestito in totale autonomia dallo strumento;
- caricamento contemporaneo o in sequenza di almeno 8 test;
- esecuzione contemporanea di protocolli analitici diversi;
- monitoraggio, in continuo, del processo analitico con visualizzazione dei risultati;
- archiviazione e gestione, in locale, dei dati analitici;
- esecuzione di tutti i parametri analitici richiesti;
- rispondenza alle Direttive Europee vigenti in Italia per le apparecchiature diagnostiche in vitro (CE-

C. Oriolo



Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.)

DATI GENERALI RICHIESTA

PROT. N. PR_MIUTG_Ingresso_0151630_20200703
Stato: IN ISTRUTTORIA
Prefettura Competente: MILANO
Valore Appalto: € 198.200,00
Tipo Motivazione Richiesta: FORNITURE E SERVIZI AMMINISTRAZIONI SUBCENTRALI
Tipo Richiesta: COMUNICAZIONE ANTIMAFIA
Note Richiesta: dati ricavati dalla BDNA

DATI ANAGRAFICI

Tipo Società: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Capitale Sociale Delib.: € 100.000,00
Ragione Sociale: CEPHEID S.R.L.
Partita IVA: 07599490963
Codice Fiscale: 07599490963
Provincia Cciaa: MILANO
Indirizzo Sede Legale: VIA MELCHIORRE GIOIA 8 - 20124 MILANO(MI)
Telefono:
Fax:
E-mail:
Note:

SOGGETTI

Qualifica:	CONSIGLIERE
Codice Fiscale:	FRRPTR64S01Z401T
Cognome e Nome:	FARRELL PETER
Sesso:	M
Dati di Nascita:	CANADA 01/11/1964



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

74

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata - Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



REGIONE CALABRIA

U.O.C. Microbiologia e Virologia
Direttore f.f.: Dr.ssa Francesca Greco

ALL. 3

Cosenza 02/07/2020

Al Direttore UOC PEGL

Dott. T. Gabriele

Oggetto: relazione Sistema analitico in Service per l'esecuzione di esami vari e materiale di consumo". Determina n.00519 del 15.05.2020

La Ditta offre un sistema analitico integrato per l'esecuzione automatizzata, estrazione, amplificazione, quantificazione e rilevamento di DNA/RNA in Real-Time PCR, rispondendo a tutti i criteri di valutazione richiesti, in sede di gara, secondo griglia:

- Possibilità di processare un singolo campione alla volta in Random senza sprechi: n.15 punti
- Svolgimento dell'intero processo analitico senza ulteriore intervento dell'operatore: n:10 punti
- Utilizzo di un controllo interno, contenuto nella cartuccia di reazione: n.10 punti
- Conservazione dei reagenti a temperatura ambiente: n.10 punti
- Cartucce pronte all'uso senza ricostituzione: n:15 punti
- Possibilità di vedere le curve di reazione. N:10 punti

Punteggio totale n. 70

Si attesta che il materiale e la strumentazione offerta dalla Ditta CEPHEID SRL SPA sono conformi alla richiesta.

Il componente esperto per la Commissione di Gara

Dr. Maria Vittoria Mauro