

ALL. 1




SERVIZIO  
SANITARIO  
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute  
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA  
"Annunziata - Mariano Santo  
S. Barbara"  
Cosenza



REGIONE CALABRIA

***U.O.C. Gestione Forniture e Servizi e Logistica***

**Richiesta di Fabbisogno N° 80 Del 04-06-2020**

**Oggetto** ACQUISTO REAGENTI PER ESTRAZIONE ACIDI NUCLEICI + ESTRATTORE  
AUTOMATICO MAGNETICO DI ACIDI NUCLEICI IN SERVICE. PER ANNI 3

*Richiedente :*

**Centro Costo**

**[ 46 ] U.O.C. Laboratorio Analisi Chimico - Cliniche**

*Notifica N° 1*

**Testo :**

Si richiede avvio di procedura di gara dei dispositivi medici inseriti su Xcontract richiesta fabbisogno nr. 80/2020.

Tali Dispositivi medici afferiscono a materiale di consumo della UOC Laboratorio Analisi non aggiudicati nelle gare SUA . I quantitativi espressi si riferiscono ad un fabbisogno TRIENNALE presunto. Si allega la griglia di valutazione e si chiede di fare riferimento al Disciplinare di Gara generale dei Dispositivi medici.

Si precisa, inoltre, che esiste disponibilità economica.

MITTENTE	DESTINATARIO
Dott.ssa Oriolo Carmela	Dott. GABRIELE TEODORO
Inviato il 04/06/2020 15.04	Letto il 04/06/2020 15.09

ALL. 2

Spett. Azienda Ospedaliera Cosenza  
UOC Provveditorato ed Economatooggetto: Procedura Negoziata RDO 2586403  
GARA 100/20 MEPA

## RELAZIONE TECNICA

In qualità di Componente Esperto della Commissione di Gara n. 100/20 avente in oggetto "Procedura negoziata telematica per acquisto reagenti per estrazione acidi nucleici + estrattore automatico magnetico in service per anni 3" presso l'UOC Laboratorio Analisi cliniche biomolecolari e di genetica la sottoscritta dott. Marianna Puzzo, in servizio nella stessa UOC, preso in carico il materiale inviato dalle uniche due ditte partecipanti, ha provveduto ad eseguire la seguente operazione di verifica.

Le ditte partecipanti sono la "Diatech pharmacogenetics" srl e "PROMEGA ITALIA" srl e vengono valutate come illustrato nella Tabella di valutazione.

Tabella di valutazione

Criterio	Totale punteggio	Punteggio Effettuato Ditta Diatech pharmacogenetics srl	Punteggio Effettuato Ditta PROMEGA ITALIA srl
Estrazione di DNA compresa tra 50 e 100 ng/ul	10	10	10
Estrazione di RNA ottimizzata per dosaggi quantitativi	20	5	20
Quantizzazione del DNA	10	5	10
Operatività Manuale	10	10	10
Valutazione caratteristiche kit biopsia liquida	10	10	10
Assistenza post vendita	5	5	1
Formazione	5	5	5
TOTALE	70	50	66

La ditta "PROMEGA ITALIA" srl alla voce "Estrazione di RNA ottimizzata per dosaggi quantitativi" viene valutata con il massimo del punteggio in quanto risponde ad una buona performance dei dosaggi quantitativi valutata dal circuito Labnet e da una serie di pubblicazioni ben illustrate nella scheda tecnica di valutazione fornita dalla ditta. Mentre la ditta Diatech pharmacogenetics srl risponde positivamente al quesito ma senza supporto scientifico o tanto meno garanzie per conto di utilizzatori terzi come nel caso della PROMEGA ITALIA srl.

Per ciò che riguarda la quantificazione del DNA entrambi gli strumenti sono in grado di poter apprezzare la quantità prodotta dal processo di estrazione con la seguente differenza analitica:




la Diatech pharmacogenetics srl misura la quantità di DNA attraverso la Densità Ottica mentre PROMEGA ITALIA srl fornisce uno strumento separato; il "Fluorimetro" che analizza la quantità di DNA attraverso l'incorporazione di Dye fluorescenti risultando analiticamente, per concentrazioni al di sotto dei 100 ng/μl, più affidabile e precisa ; per tali ragioni, la ditta PROMEGA ITALIA srl viene valutata con maggiore punteggio rispetto alla Diatech pharmacogenetics srl.


Discorso diverso è per la voce "Assistenza post vendita" per la quale Diatech pharmacogenetics risponde positivamente attraverso una formula Full Risk garantendo in caso di guasti tempo di risposta entro 8 ore lavorative e RISOLUZIONE entro 3 giorni di lavoro attraverso la sostituzione dello strumento con un muletto mentre PROMEGA ITALIA srl garantisce tempo di risoluzione di 5 giorni.

Per tutte le altre valutazioni entrambe le due ditte rispondono in maniera equiparabile.

Cosenza 13/07/2020

il relatore

D. D. A. P. 220  




ALL. 3



## AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

(Ospedale Riuniti P.O. Annunziata - P.O. M. Santo - P.O. S. Barbara)

**U.O.C. Gestione Forniture e Servizi e Logistica**

Tel. 0984681931 - Fax 0984681936

Cod. Fisc. : 01987250782

**Pratica N.00100 Del 04/06/2020**

Procedura negoziata diretta per acquisto reagenti per estrazione acidi nucleici piu' estrattore magnetico in service per la durata di anni tre - U.O.C di Laboratorio Analisi Chimico - Cliniche - Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta): Euro 119.280,00 esclusa Iva.

### Elenco Aggiudicazioni Ordinate Per Fornitore

**Fornitore** **Promega Italia S.r.l.**  
**N° 2358**

**Lotto N° 1** **Lotto nr 1 (unico ed indivisibile) -**  
**Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta):**  
**Euro 119.280,00 esclusa Iva.**

<b>Voce N° 1</b>		Maxwell CSC Blood DNA Kit					
Codice Convergente	AS1321 MAXWELL CSC BLOOD DNA KIT AS1321			Numero Repertorio 1702919			
Prezzo Unitario	312,000000	Quantità numero	33,00	Costo Voce	10.296,00	Costo Ivato	12.561,12
Prezzo Confezione	312,000000	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

<b>Voce N° 2</b>		Maxwell CSC RNA Blood Kit					
Codice Convergente	AS1410 MAXWELL CSC RNA BLOOD KIT AS1410			Numero Repertorio 1685027			
Prezzo Unitario	321,120000	Quantità numero	33,00	Costo Voce	10.596,96	Costo Ivato	12.928,29
Prezzo Confezione	321,120000	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

<b>Voce N° 3</b>		Maxwell CSC DNA FFPE Kit					
Codice Convergente	AS1350 MAXWELL CSC DNA FFPE KIT AS1350			Numero Repertorio 1700035			
Prezzo Unitario	321,120000	Quantità numero	33,00	Costo Voce	10.596,96	Costo Ivato	12.928,29
Prezzo Confezione	321,120000	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22


<b>Voce N° 4</b>		Maxwell CSC RNA FFPE Kit					
Codice Convergente	AS1360 MAXWELL CSC RNA FFPE KIT AS1360			Numero Repertorio 1754440			
Prezzo Unitario	331,200000	Quantità numero	21,00	Costo Voce	6.955,20	Costo Ivato	8.485,34
Prezzo Confezione	331,200000	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

*Handwritten signature*


Voce N° 5	Maxwell RSC LV ccfDNA kit, custom						
Codice Convergente	AX1115 Maxwell RSC LV ccfDNA kit, custom AX1115						
Prezzo Unitario	731,040000	Quantità numero	15,00	Costo Voce	10.965,60	Costo Ivato	13.378,03
Prezzo Confezione	731,040000	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

Voce N° 6	Maxwell CE-IVD Instrument con Quantificatore, codice AS6000						
Codice Convergente	AS1009 Maxwell CE-IVD Instrument con Quantificatore, codice AS6000 AS1009						
Prezzo Unitario	8.000,000000	Quantità numero	3,00	Costo Voce	24.000,00	Costo Ivato	29.280,00
Prezzo Confezione	8.000,000000	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva	22

				<b>Totale Fornitore</b>	
<b>Imponibile</b>	<b>73.410,72</b>	<b>IVA</b>	<b>16.150,36</b>	<b>Costo</b>	<b>89.561,08</b>



			<b>Totale Aggiudicazione</b>	
Imponibile	73.410,72	IVA	16.150,36	Costo
				89.561,08





ALL. 4

Procedura negoziata per l'acquisto di Reagenti per Estrazione Acidi Nucleici +  
Estrattore automatico magnetico in Service per la durata di anni tre - U.O.C.  
Laboratorio Analisi chimico Cliniche.

Offerte			
Offerente	Lotto 1		
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio complessivo	Miglior offerta
<u>PROMEGA ITALIA SRL</u>	73410,72000000 Euro	96,00	Aggiudicatario provvisorio
<u>DIATECH LAB LINE S.R.L. A SOCIO UNICO</u>	77584,32000000 Euro	78,39	Aggiudica provvisoriamente
<b>Punteggio massimo:</b>		<b>96,00</b>	

Cosenza 16/07/2020

*fh*

*D. 111 P. 222*  
*Amici*

*Enle*

*Enle*

