

AUGATO "A"



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA

(Ospedale Riuniti P.O. Annunziata - P.O. M. Santo - P.O. S. Barbara)

U.O.C. Gestione Forniture e Servizi e Logistica

Tel. 0984681931 - Fax 0984681936

Cod. Fisc. : 01987250782

Pratica N.00041 Del 05/03/2020

Procedura negoziata telematica per acquisto video-ureterorenoscopi flessibili monouso per urologia - U.O.C. di Farmacia - Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta): Euro 60.000,00 esclusa Iva.

Elenco Aggiudicazioni Ordinate Per Fornitore

Fornitore New Hospital S.r.l.
N° 1173

Lotto N° 1 **Lotto nr. 1 (unico ed indivisibile):**
Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta):
Euro 60.000,00 esclusa Iva.

Voce N° 1	Videoureteroscopia flessibile digitale monouso, diam. esterno da 9,6 fr e canale operativo da 3,6 fr, doppia deflessione passiva, angolo di visione a 120 gradi e linea di visione 0 gradi. Possibilita' di movimento logico e illogico.					
Codice Convergente	PU3022A USCOPE PU3022A	Numero Repertorio	1522665			
Prezzo Unitario	954,000000	Quantità numero	60,00	Costo Voce	57.240,00	Costo Ivato 69.832,80
Prezzo Confezione	954,000000	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva 22

Voce N° 2	Workstation per videoureteroscopia flessibile, display 12,1 LCD, memoria 8 GB					
Codice Convergente	UTV100 EVIEW UTV100	Numero Repertorio	1427207			
Prezzo Unitario	0,000010	Quantità numero	1,00	Costo Voce	0,00	Costo Ivato 0,00
Prezzo Confezione	0,000010	Quantità Confezione	1,00			Codice Iva 22

			Totale Fornitore		
Imponibile	57.240,00	IVA	12.592,80	Costo	69.832,80

luu

FEÜªE¿ñ¿4Piñ2â

≤Ü¿Lñ2â¿4mâ6ç¿<*¿, π°] ^ô¿â¿<`↑/¶|♦|♦¶ç¿↓>'îâ)â)¿dÿjÿè»±§7Σ¿7σçé
J-R*èöü¿-ΓC¿¿¿¿¿4¿?!!%<+Γ#é¿¿¿r, ð=εV¿¿¿¿PtTr¿¿¿¿¿¿¿¿;∞;F¿¿ hœbÄ«♠Σh)♣²îüV2→Ö], ¿vÿ




SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA OSPEDALIERA
"Annunziata - Mariano Santo
S. Barbara"
Cosenza



REGIONE CALABRIA

AUGATO "Cu

Dr. T. Gabriele
UOC PEGI

Oggetto: valutazione RDO 2564129

Il sottoscritto dott. Urso Filippo, in qualità di Esperto Tecnico, Dirigente farmacista della UO di Farmacia, esprime le seguenti valutazioni sulle offerte pervenute per la RDO in oggetto. La valutazione tecnica è stata effettuata insieme allo Specialista Urologo dr. Vincenzo Zaccone, di cui si allega relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

Analizzate le offerte tecniche ed effettuata la prova pratica delle ditte partecipanti alla gara con RDO 2564129 del 08/05/2020, che si elencano qui di seguito, la commissione esprime il proprio parere tecnico dei prodotti offerti attenendosi alla griglia di valutazione (PARAMETRO A-B-C-D) presente nel disciplinare di gara. Vengono attribuiti i seguenti punteggi complessivi.

- 1) Ditta STELLA TECNOMEDICA : punti TOTALI 62
- 2) Ditta NEW HOSPITAL SRL : punti TOTALI 67
- 3) Ditta FOR MEDICAL: punti TOTALI 62

=====

PARAMETRO A - CARATTERISTICHE TECNICHE

(Materiale, funzionalità, dimensioni, maneggevolezza, parametri tecnici specifici, prova pratica) con pre-qualificazione minima di sufficienza di punti 25. Punti max 58

Ditta: STELLA TECNOMEDICA (OTU MEDICAL): PUNTI 51 - Offre un sistema video con centralina di facile utilizzo e integrabile con sistemi visivi STORZ, la centralina dedicata con diverse uscite e, in aggiunta, la possibilità di archiviazione immagini e video essendo associato un digital video recorder Teac ur 4md con 500 gb di memoria (500GB). L'ureterorenoscopia flessibile monouso con diametro esterno da 8,6 Fr e della punta da 7,4 Fr con canale operativo da (3,6 Fr). Doppia deflessione passiva, campo di visione a 100° e angolo di visione 0° - Profondità di campo 2-50 mm. Up/Down 275°/275° ed un Cmos da 160.000 pixel. L'immagine endoscopica presenta una ottima risoluzione, anche se, almeno negli uretroscopi utilizzati per la prova pratica, presentava qualche piccola perturbazione di immagine durante l'utilizzo del laser (interferenze?? disturbo del chip in punta legata alle onde d'urto o all'insulto termico??), questo piccolo

Cur

disturbo lo faceva prediligere di gran lunga nelle procedure diagnostiche con qualche problema nelle manovre operative, specie sotto deflessione spinta, maggiormente nel calice inferiore. Ulteriore limite, insito nella miniaturizzazione dello strumento, è costituito dalla poca rigidità del corpo dello strumento con mancata risposta diretta alle manovre di torsione-rotazione dello stesso. Di contro però, il calibro ridotto consente di utilizzarlo anche con endosheat di calibro minore potendo tornare molto utile nelle procedure da effettuare in ureteri non precedentemente stentati o, comunque, di calibro ridotto. Comodo risulta il blocco della deflessione nella posizione scelta poiché consente maggiore maneggevolezza e ristoro per il primo dito dell'operatore che non deve tenere in tensione la leva di articolazione durante la procedura di polverizzazione dei calcoli. Purtroppo non dispone di pulsanti presenti sulla impugnatura come bilanciamento del bianco e/o acquisizione immagini da potere utilizzare dal campo sterile, necessitando di supporto esterno al campo.

Ditta: NEW HOSPITAL (PUSEN) Punti 57 - Offre la doppia possibilità di una workstation dedicata con monitor HD integrato da 12,1" con possibilità di registrazione video, foto e freeze delle immagini ed una centralina da installare alla colonna endoscopica in dotazione per collegare l'immagine ai sistemi video di sala. L'ureterorenoscopia flessibile monouso ha un diametro esterno da 9,6 Fr e della punta da 9 Fr con canale operativo da 3,6 Fr. Buona la visione. Cmos da 62500 pixel Doppia deflessione passiva, campo di visione a 120° e angolo di visione 0°. Profondità di campo 2-50 mm. deflessione Up/Down 270°/270° con blocco della stessa. Possibilità di scelta tra movimento logico e illogico. L'impugnatura presenta due tasti di settaggio per le varie impostazioni da campo sterile, chiavetta USB da 8 Gb in dotazione per archiviazione foto e video ed una centralina dedicata compatibile con gli attuali sistemi HD con 4 livelli di zoom digitali. Dalla prova pratica del dispositivo si evidenzia una ottima maneggevolezza, buona visione delle immagini ed una ottima rispondenza alla rotazione. La rigidità maggiore del corpo consente una rispondenza immediata di rotazione-torsione della punta e una buona capacità di spinta dello strumento, seppure al prezzo di un maggiore calibro. E' stato possibile risalire direttamente nelle alte vie, senza ausilio di guida o di endosheat, grazie al buon equilibrio di rigidità e flessibilità del corpo dello strumento. La robustezza dello strumento consente inoltre di lavorare in condizione di stress angolare nel calice inferiore per periodi prolungati senza alterazione della qualità di immagine. Molto pratico nel settaggio consentito dai pulsanti presenti sulla impugnatura come bilanciamento del bianco e/o acquisizione immagini il tutto dal campo sterile.

Ditta: FOR MEDICAL (BOSTON SCIENTIFIC)- Punti 52 - Offre una workstation dedicata con monitor integrato da 17" e, in aggiunta, la possibilità di archiviazione immagini e video essendo associato un digital video recorder Teac ur 4md con 500 gb di memoria. Comodo risulta "l'auto-setting" dell'immagine e del bianco. Non altrettanto comoda risulta la impossibilità di salvare le immagini direttamente con utilizzo di tasti presenti sull'ureterorenoscopia, rendendo necessaria la collaborazione esterna per foto e videoclip. L'ureterorenoscopia flessibile monouso ha un diametro esterno da 9,5 Fr e della punta da 7,7 Fr con canale operativo da (3,6 Fr). Cmos da 62.500 pixel. Buona la visione. campo di visione a 85° e angolo di visione 0°- Profondità di campo 2-50 mm. deflessione in UP e Down di 270° ma senza possibilità del blocco durante l'utilizzo della fibra laser. Dalla prova pratica del dispositivo si evidenzia una buona rispondenza alla rotazione, buona maneggevolezza ma scarsa praticità per le operazioni dal campo sterile, specie l'acquisizione di immagini. Ottimo risulta il sistema di valvola antireflusso con possibilità di innesto dell'acqua laterale al canale di inserimento laser/ancillari, compreso nella confezione.

Ut
C
P
fh

u Ci

PARAMETRO B – CONFEZIONAMENTO. Punti max 2 suddivisi:

- Confezionamento PRIMARIO (Punti 1)
- Confezionamento SECONDARIO (Punti 1)

Ditta: STELLA TECNOMEDICA (OTU MEDICAL): Punti 1 - Confezionamento primario idoneo. Il confezionamento secondario dello strumento , se non viene aperto e sfilato bene , può determinare danni irreversibili allo strumento poiché il cuore dello stesso (chip in punta) risulta incastonato in maniera da non subire vibrazioni lesive per lo stesso durante il trasporto e i traumatismi ma, all'atto dell'apertura, può essere controproducente. Considerato il fatto che non si dispone di ferristi dedicati alla branca , tale condizioni potrebbe costituire un limite per rischio rotture degli strumenti non ancora utilizzati.

Ditta: NEW HOSPITAL (PUSEN): Punti 2 - Confezionamento primario e secondario idoneo.

Ditta: FOR MEDICAL (BOSTON SCIENTIFIC) - Punti 2 - Confezionamento primario e secondario idoneo.

=====

PARAMETRO C – ASSISTENZA POST VENDITA . Punti max 5 suddivisi:

- Assistenza tecnico logistica (Punti 1)
- Disponibilità alla sostituzione di dispositivi scaduti/ in scadenza/ obsoleti (Punti 1)
- Formazione (Punti 3)

tu

fh

Ditta: STELLA TECNOMEDICA (OTU MEDICAL): Punti 5 - Dalle relazione presentate si evince che offre un servizio di assistenza di primo livello organizzata attraverso la propria rete di vendita capillare. Disponibilità al ritiro per la sostituzione di dispositivi scaduti e /o in scadenza. Effettua formazione al personale di S.O.

Ditta: NEW HOSPITAL (PUSEN): Punti 5 - Dalle relazione presentate si evince che offre un servizio di assistenza di primo livello organizzata attraverso la propria rete di vendita capillare. Disponibilità al ritiro per la sostituzione di dispositivi scaduti e /o in scadenza. Effettua formazione al personale di S.O.

cu

Ditta: FOR MEDICAL (BOSTON SCIENTIFIC) - Punti 5 - Dalle relazione presentate si evince che offre un servizio di assistenza di primo livello organizzata attraverso la propria rete di vendita capillare. Disponibilità al ritiro per la sostituzione di dispositivi scaduti e /o in scadenza. Effettua formazione al personale di S.O.

=====

==

u CH cu

) In $\Gamma \Gamma w^n \mathbb{O}^J xk \downarrow \Omega \ddot{O} \dot{i} (\pi 3) 8BZ \dot{z} \gg \ddot{e} \ll \varepsilon \sqrt{\hat{o} \circ \mathbb{L} \cdot \text{---} \div} \pm \heartsuit D^a \Delta \triangleright \Theta \ddot{a} \text{---} \Gamma \text{---} c I \leftrightarrow G \Gamma @ \blacksquare U / ^n 1 > \text{---} C \& f \sim \blacktriangle \text{---} \parallel \acute{o} \text{---} 7^2 k = \Delta$

PARAMENTRO D – MIGLIORIE PRODOTTO OFFERTO (Punti max 5)

Ditta: STELLA TECNOMEDICA (OTU MEDICAL): Punti 5 – Si evidenzia una ottima qualità di immagine ed un calibro esterno e della punta ridotto + blocco deflessione in posizione up-down + sistema di acquisizione di immagini TEAC con memoria da 500 gb + monitor medicale sony da 21" full hd

Ditta: NEW HOSPITAL (PUSEN): Punti 3 – Si evidenzia blocco della deflessione in posizione Up/Down, presenza di valvola con diaframma per mancato reflusso di acqua già presente nella confezione.

Ditta: FOR MEDICAL (BOSTON SCIENTIFIC) - Punti 3 sistema di acquisizione di immagini e memoria 500 gb -, ottimo sistema di valvola antireflusso con possibilità di innesto dell'acqua laterale al canale di inserimento laser/ancillari: .

La valutazione complessiva dell'elemento tecnico-qualitativo è qui di seguito riportata:

lotto	OE	caratteristiche tecniche	confezionam. (primario, secondario)	assistenza post vendita	migliorie prodotto offerto	tot.
		58	1	1	5	
			1	1		
				3		
		58	2	5	5	70
1						
	STELLA TECNOMEDICA	51	1	5	5	62
	NEW HOSPITAL SRL	57	2	5	3	67
	FORMEDICAL SRL	52	2	5	3	62

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Cosenza, 06.08.2020

Dr. Filippo Urso

Dr. Vincenzo Zaccone

AUGATO

Procedura negoziata per la fornitura di Dispositivi Medici (Video Ureterorenoscopi flessibili monouso per Urologia) per la durata di anni uno - U.O.C. di Cardiologia Interventistica.

Offerte			
Offerente	Lotto 1		
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Punteggio complessivo	Miglior offerta
<u>NEW HOSPITAL SRL</u>	57240,00000000 Euro	96,25	Aggiudicatario provvisorio
<u>STELLA TECNOMEDICA SRL</u>	55800,00000000 Euro	92,00	<u>Aggiudica provvisoriamente</u>
<u>FORMEDICAL CO. SRL</u>	59211,00000000 Euro	90,27	<u>Aggiudica provvisoriamente</u>
Punteggio massimo:		96,25	

Cosenza 13/08/2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]