

U.O.C Prevenzione e Protezione  
 Direttore Dr. Lucio Marrocco

Cosenza 20.10.20

Prof.



Al Responsabile U.O. Economato  
 sede


**OGGETTO:** Procedura Negoziata Telematica ME.PA N.2640968 per la fornitura annuale, e comunque fino ad esaurimento della somma aggiudicata, in somministrazione di N.100.000 mascherine chirurgiche (lotto 2); – Giudizio conformità tecnica

Su richiesta dell'U.O. Economato, e designazione del Direttore dell'U.O.C Prevenzione e Protezione è stata esaminata la documentazione tecnica delle ditte rimaste in gara nella RDO ME.PA n.2640968 e si è giunti ai seguenti giudizi di conformità:

Lotto n.2 MASCHERINE CHIRURGICHE	
CONCORRENTE	GIUDIZIO
ALGECO POWER	NON Conforme, mancano le certificazioni di conformità, il repertorio, e richiama nelle schede solo la normativa 2014.
BE PARKAGING	NON Conforme, mancano cnd, repertorio, e certificazioni di conformità.
BENEFIS spa	NON Conforme, non risulta essere di tipo IIR sia dalle certificazione, sia dal repertorio del Ministero della Salute.
FISIOSVILUPPI srl	Conforme
FOR.ME.SA. srl	Conforme
FUNNY LAB SRL	Conforme
G.M. FASHION GROUP S.R.L. SEMPLIFICATA	NON Conforme, non risulta essere di tipo IIR ma solo di tipo II.
GDA SRL	NON Conforme, non risulta essere di tipo IIR ma solo di tipo II.
GETAN	Conforme
GI.PI.GI. sas	NON Conforme, la ditta ha offerto un termo scanner
GLF S.A.S DI CIANCIO MARILENA ALESSANDRA & C.	NON Conforme, non risulta essere di tipo IIR ma solo di tipo I.
GM SRL	NON Conforme, non risulta essere di tipo IIR ma solo di tipo II.
GRAFICHE NARDIN S.N.C. DI ITALO E MAURO NARDIN & C.	NON Conforme, mancano CND e Repertorio come viceversa richiesto nel disciplinare di gara.
GRUPPO FB	NON Conforme, mancano le certificazioni di conformità e dal repertorio non risulta essere di tipo IIR.
HESI S.R.L.	NON Conforme, mancano CND e Repertorio come viceversa richiesto nel disciplinare di gara.
HSS SRL	Conforme
ITAPROTECT spa	Conforme
LAVANDERIA INDUSTRIALE CLEAN SERVICE SRL	NON Conforme, mancano CND e Repertorio come viceversa richiesto nel disciplinare di gara.
LICOFARMA S.R.L.	NON Conforme, non risulta essere di tipo IIR ma solo di tipo II.
M.F.B. DI BRUNDU GIOVANNI	NON Conforme, non risulta essere di tipo IIR ma solo di tipo I.
MED	Conforme
MEDICA SRL UNIPERSONALE	NON Conforme, mancano le certificazioni di conformità e dal repertorio non risulta essere di tipo IIR.
MEDIFIX	NON Conforme, dal repertorio non risulta essere di tipo IIR.
ALFAMED srl	Conforme

MOREMA S.R.L.	NON Conforme, manca Repertorio e le certificazioni non sono in lingua italiana
POLONORD ADESTE	NON Conforme, dal repertorio non risultano essere IIR e le certificazioni non sono in lingua italiana
PRINTING WEB	Conforme
PRO-ACTIVE S.R.L.	NON Conforme, manca repertorio ministeriale e conformità UNI 14683:19
QUALIFICA GROUP SRL	Conforme
SANIT SUD SRL	Conforme
SINI-MEDIK NIEDERREITER GMBH	NON Conforme, non risulta essere di tipo IIR ma solo di tipo II.
ASAMEDICAL GROUP SRL	Conforme
BRAND YOU	NON Conforme, non risulta essere di tipo IIR ma solo di tipo II.
CANEPA & CAMPI	Conforme
CLEAN ENERGY SRL	NON Conforme, mancano CND e Repertorio come viceversa richiesto nel disciplinare di gara
D.M. SRL	NON Conforme, mancano CND e Repertorio come viceversa richiesto nel disciplinare di gara
DB MEDICAL	NON Conforme, mancano Repertorio e CND, nonché le certificazioni non sono in lingua italiana
DEMAR HOSPITAL S.R.L.	NON Conforme, dal repertorio non risultano essere IIR, e le certificazioni sono in lingua estera
DI&DI COMPANY S.R.L.	Conforme
FIAB	Conforme
EMA SRLS	NON Conforme, mancano CND e Repertorio come viceversa richiesto nel disciplinare di gara
EXENA SRL	NON Conforme, dal repertorio ministeriale non risultano essere di tipo IIR.
FILAR - OPTOMATERIALS	NON Conforme, non risulta essere di tipo IIR ma solo di tipo II

U.O.C. Prevenzione e Protezione  
(Geom. Carlo Fruguele)




Da "c.frugiuiele@aocs.it" <c.frugiuiele@aocs.it>  
 A "a.grano" <a.grano@aocs.it>  
 Data martedì 27 ottobre 2020 - 09:22

**Fw:R: Notifica Giudizi conformità tecnica - 2640968 - Fornitura in somministrazione Dispositi Monouso in tnt. Ricorso Ditta EXENA srl**

In merito al ricorso sotto indicato e alla produzione del certificato allegato, si rappresenta che, erroneamente, non ci siamo accorti che dall'elenco del Ministero della Salute dei D.M., la mascherina offerta dalla ditta EXENA srl risulta di tipo IIR. Pertanto, si accoglie il ricorso e si chiede la riammissione in gara.

Geom. Carlo Frugiuiele

Da : "a.grano@aocs.it" a.grano@aocs.it  
 A : "c.frugiuiele" c.frugiuiele@aocs.it  
 Cc :  
 Data : Wed, 21 Oct 2020 15:51:45 +0200  
 Oggetto : Fw:R: Notifica Giudizi conformità tecnica - 2640968 - Fornitura in somministrazione Dispositi Monouso in tnt

Ti trasmetto il ricorso della società exena.

Azienda Ospedaliera di Cosenza  
 Il Responsabile U.O. Economato  
 (Dott. Alberto Grano)

Tel. 0984/681608 Fax 0984/681609  
 email. a.grano@aocs.it  
 pec a.grano@pec.aocs.it



Da : comunicazioni@acquistinretepa.it  
 A : A.GRANO@AOCS.IT  
 Cc :  
 Data : Wed, 21 Oct 2020 10:44:50 +0200  
 Oggetto : R: Notifica Giudizi conformità tecnica - 2640968 - Fornitura in somministrazione Dispositi Monouso in tnt

**DETTAGLIO MESSAGGIO RICEVUTO**

<b>Mittente</b>	EXENA SRL
<b>Oggetto</b>	R: Notifica Giudizi conformità tecnica - 2640968 - Fornitura in somministrazione Dispositi Monouso in tnt
<b>Destinatari</b>	
<b>Id iniziativa</b>	2640968
<b>Nome Iniziativa</b>	Fornitura in somministrazione Dispositi Monouso in tnt
<b>Nome Amministrazione</b>	AZIENDA OSPEDALIERA COSENZA
<b>Nome e cognome PO</b>	ALBERTO GRANO
<b>Data ultima per la presentazione delle Offerte</b>	03/10/2020 12:00

Testo

Buongiorno, in allegato estratto dal sito del ministero dove si evince il tipo IIR, è in ns possesso anche la scheda tecnica fornita all'ente certificatore, tale file non può essere inviato a causa della dimensione eccessiva

**Allegato(i)**

elenco dei dispositivi medici tipo iir.pdf (101 KB)



*Al Responsabile U.O. Economato*

*Sede*

**OGGETTO: Valutazione schede telini sterili**

Su nomina della Direzione Sanitaria di P.U., nella persona del Dr. Francesco Rose, ho esaminato le schede tecniche delle n.3 ditte partecipanti alla RDO ME.PA per la fornitura in somministrazione di telini sterili, ed emerso che i prodotti della società Hesi srl non presentano le certificazioni CE richieste in gara.

Viceversa i prodotti offerti dalle ditte Benefis srl e Sanit Sud sono risultati conformi alle caratteristiche di gara.

*Il Referente Infermieristico*  
*U.O.C.M.C.A.E*  
*Dr.ssa Antonella Politano*



92