



OLYMPUS

Spettabile
Azienda Ospedaliera di Cosenza
U.O.C. di Ingegneria Clinica e U.O.S.
Servizi Informatici
Via San Martino,
87100 Cosenza

Segrate, 30 settembre 2020

OFFERTA N° 152-19114-e2

Oggetto: **Offerta di Contratto di Assistenza triennale come da vostra richiesta Prot. 632/INGCLI/7 del 23 luglio 2020**

Con la presente desideriamo proporVi la nostra offerta di contratto "full risk" relativa alle apparecchiature medicali OLYMPUS, in dotazione presso il Vostro Ente.

Il contratto proposto (ALLEGATO 1) prevede l'effettuazione di interventi di manutenzione preventiva ALLEGATO 3), dove le specifiche tecniche dell'apparecchiatura li richiedano ed interventi di manutenzione correttiva con lo scopo di mantenere la completa efficienza delle apparecchiature e l'aggiornamento tecnologico delle componenti soggette ad obsolescenza come descritto nell'ALLEGATO 2.

Si precisa che Olympus Italia S.r.l., in conformità alle esigenze di sicurezza e protezione, si avvale di personale altamente qualificato ed addestrato presso la Casa Madre per effettuare tutti i tipi di intervento previsti e garantisce l'utilizzo di ricambi originali. Il presente contratto viene inviato in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita debitamente firmata per accettazione.

Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro, e con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

PRECISAZIONE PER GLI ENTI PUBBLICI :

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 commi 5 e 6 della L.136/2010 ed onde poter ottemperare agli obblighi di legge, nel caso in cui il Codice Unico Progetto (C.U.P.), relativo all'investimento pubblico sottostante alla procedura per la quale la seguente offerta viene presentata, non sia stato reso noto, Olympus Italia S.r.l. richiede di essere posta al corrente del Codice Unico Progetto relativo alla procedura, oppure del fatto che la procedura non è soggetta ad attribuzione del C.U.P. Inoltre con riferimento alla normativa relativa alla fatturazione elettronica, DM 55/3013, Vi invitiamo a voler cortesemente riportare in ogni documento d'ordine destinato alla nostra Società, il Codice Univoco Ufficio (CUF) di pertinenza.

OLYMPUS ITALIA S.r.l.

Si allega:

Allegato 1 - Contratto di Assistenza Tecnica, Manutenzione

Allegato 2 - Elenco strumentazione in uso e prospetto economico

Allegato 3 - Piano di manutenzione preventiva

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488

Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744



ALLEGATO 1

CONTRATTO FULL RISK DI ASSISTENZA TECNICA e MANUTENZIONE

Il contratto ha lo scopo di mantenere la completa efficienza delle apparecchiature elencate nell'ALLEGATO 2.

Resta inteso che le stesse dovranno risultare funzionanti alla data di inizio del contratto e mantenute secondo le specifiche di utilizzo, in particolare per la disinfezione ad alto livello.

In caso di riscontro di "non riparabilità di uno strumento" durante il periodo contrattuale, si procederà all'esclusione dello stesso dal contratto e la quota residua in dodicesimi del relativo canone, sarà decurtata dall'importo totale fatturato.

Sono esclusi gli accessori, sia forniti con le apparecchiature che separatamente, i quali non prevedano possibilità di interventi manutentivi (né preventivi, né correttivi), ma solo la loro sostituzione, quali ad esempio:

- Accessori transendoscopici (pinze biotiche, boccagli, spazzolini per pulizia e citologia, cannule, aghi, anse per polipectomia e papillosfinterotomia, etc.).
- Cavi di alimentazione e di interconnessione fra le apparecchiature e cavi portaluce.
- Filtri, valvole mono e pluriuso, lampade e quant'altro non connesso in modo integrale agli apparecchi.

SERVIZI PROPOSTI E CONDIZIONI DI FORNITURA

1. Interventi di manutenzione preventiva e correttiva

I sistemi per Endoscopia e Chirurgia Olympus si compongono di apparecchiature diverse che possono essere raggruppate nelle seguenti categorie in base alle caratteristiche e alla tecnologia:

1. Sonde Endoscopiche e Laparoscopiche
2. Dispositivi elettronici per la gestione delle immagini o chirurgici
3. Lavadisinfettatrici

Ogni tipologia richiede un diverso programma di manutenzione preventiva, e la frequenza delle visite è funzione della tipologia degli strumenti, delle modalità e frequenza d'utilizzo.

Per le tipologie 1 e 2, la manutenzione preventiva comporta la verifica funzionale e l'eventuale regolazione delle componenti dell'apparecchiatura con lo scopo di

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488

Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

OLYMPUS

prevenirne i guasti. Precisiamo che i medesimi controlli sono eseguiti anche al termine di ogni intervento correttivo.

La manutenzione preventiva delle apparecchiature del gruppo 3 richiede la sostituzione di parti soggette ad usura ed è prescrittiva per garantire la corretta disinfezione delle attrezzature processate. La frequenza delle visite è scadenzata automaticamente dall'apparecchiatura in funzione delle ore d'utilizzo.

Il presente contratto prevede:

- *N. 1 visita di manutenzione preventiva annuale per le tipologie 1 e 2, mentre per la tipologia 3 la frequenza delle manutenzioni dipende dalle condizioni sopra esposte;*
- *Numero illimitato di interventi su chiamata.*
- *Verifiche di sicurezza elettrica annuali sulla strumentazione elettronica*

Per le considerazioni sopra indicate Olympus Italia si riserva la possibilità di modificare il numero e la frequenza delle manutenzioni preventive.

E' compresa nell'assistenza anche l'eventualità di danneggiamenti accidentali causati da pazienti (morsicature) e da shock meccanici accidentali causati dal personale addetto alla pulizia degli strumenti.

Olympus Italia s.r.l. si impegna ad eseguire l'aggiornamento tecnologico delle apparecchiature oggetto del presente contratto come da ALLEGATO 2.

Resta inteso che, le apparecchiature fornite come aggiornamento tecnologico resteranno di proprietà dell'Ente, mentre le apparecchiature sostituite saranno ritirate da Olympus Italia s.r.l.

N.B. Ad aggiornamento avvenuto vogliate cortesemente emettere a nostro carico la fattura relativa alla cessione della strumentazione aggiornata per un totale di 100 euro per ogni strumento oltre i.v.a

2. Parti di ricambio

Il costo di tutte le parti di ricambio sostituite durante gli interventi eseguiti nell'ambito del presente contratto si deve intendere incluso nel canone ad eccezione dei costi derivanti dalla sostituzione di parti non originali Olympus.

Olympus Italia S.r.l. utilizza solamente parti di ricambio originali. L'utilizzo di ricambi originali e la riparazione delle apparecchiature da parte di personale addestrato sullo strumento specifico, garantisce che le caratteristiche e le specifiche costruttive e di sicurezza siano mantenute, e garantisce gli utilizzatori da eventuali incidenti dovuti ad apparecchiature usurate o fuori specifiche, in conformità alla Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici.

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488
Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

OLYMPUS

3. Danni alle persone ed alla strumentazione

Il presente contratto non include gli interventi che si rendessero necessari a causa di danni dovuti a uso improprio, negligenza o colpa grave, dolo, eventi naturali (incendi, fulmini, alluvioni, terremoti, ecc), così come sono esclusi i danni provocati dall'utilizzo di accessori non forniti da OLYMPUS.

Le parti si danno atto che Olympus Italia S.r.l. non sarà tenuta responsabile di alcun danno eventualmente verificatosi in seguito ad interventi tecnici eseguiti sugli strumenti da personale non espressamente autorizzato.

L'esecuzione di interventi tecnici da parte di personale non autorizzato sugli strumenti comporterà l'esclusione della garanzia per il buon mantenimento delle caratteristiche di funzionalità e sicurezza degli apparecchi, con espressa esclusione di responsabilità per i danni eventualmente derivanti al Cliente e/o a terzi.

L'esecuzione di interventi da parte di personale non autorizzato sugli strumenti integra, altresì, una causa di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c.

La risoluzione per inadempimento deve essere comunicata da Olympus Italia S.r.l. al Cliente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Olympus Italia S.r.l. si riserva ogni diritto di risarcimento degli eventuali danni, costi e spese.

4. Durata del contratto

La validità del presente contratto è di 36 (trentasei) mesi dal **01/01/20** al **31/12/22**

Clausola di Salvaguardia

E' facoltà dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza rescindere il contratto in essere e/o in corso di stipula qualora l'assistenza tecnica dovesse essere affidata all'assistenza tecnica di altro interlocutore designato in seguito a normative Nazionali sopraggiunte, recepite dalle Regioni e finalizzate al processo di aggregazione dei fabbisogni in seno al Dipartimento Tutela della Salute, richiamata la deliberazione del Direttore Generale dell'AO di Cosenza n. 56 del 15 Marzo 2016 che ha approvato il piano certificato dei fabbisogni per le gare centralizzate delle categorie di beni e servizi di cui al DPCM del 24.12.2015 (art.9 Legge 89/2014), considerato che attualmente nessuna iniziativa è attiva presso il soggetto aggregatore, si procede temporaneamente ad approvare integralmente tutte le clausole contrattuali riportate in questa offerta verificata la reale economicità e la qualità dell'assistenza tecnica che dovrà prevedere esclusivamente pezzi di ricambio originali.

Al determinarsi della eventualità che il soggetto aggregatore, SUA, dovesse governare le manutenzioni alle apparecchiature previste in questo contratto, quest'ultimo si terrà concluso entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione formale a cura dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza.

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488
Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

OLYMPUS

5. Validità offerta

La nostra offerta ha una validità di 90 (novanta) giorni dalla data della presente.

6. Apparecchiature inviate per la riparazione

Gli strumenti e/o le apparecchiature oggetto del presente contratto, necessitanti di riparazione dovranno essere resi franco uno dei nostri Riferimenti di Assistenza Tecnica autorizzati - Riferimento Autorizzato di Zona:

**Olympus Italia srl- Via De Gasperi, 6
88068 SOVERATO CZ - tel e fax n. 0967/522032**

Olympus Italia S.r.l. potrà decidere di effettuare un intervento diretto di proprio personale presso il Cliente, nel caso di particolari articoli non facilmente trasportabili (ad esempio: Lavaendoscopi ETD).

Il presente contratto garantisce la riparazione con procedura prioritaria, compatibilmente alle esigenze tecniche di lavorazione.

Olympus Italia S.r.l. si impegna comunque a prestare all'utente, su richiesta, un apparecchio di servizio simile, nel caso eccezionale in cui strumenti comuni richiedessero tempi di riparazione superiori ai 15 (quindici) giorni lavorativi.

I costi derivanti dai danni provocati agli strumenti sostitutivi durante il prestito, saranno gestiti con le stesse modalità e condizioni del presente contratto. Lo strumento sostitutivo deve essere restituito ad Olympus Italia S.r.l. entro 2 giorni dal ricevimento dello strumento riparato. In caso di superamento di tale termine, il prestito gratuito sarà considerato locazione, al costo di € 100 Iva esclusa per ogni giorno di trattenimento.

7. Canone contratto

Per le prestazioni previste dal presente contratto viene stabilito il seguente corrispettivo annuo netto a voi riservato **dettagliato nell' Allegato 2:**

Importo annuo netto	2020	€ 190.421,00 IVA esclusa
Importo annuo netto	2021	€ 203.935,00 IVA esclusa
Importo annuo netto	2022	€ 203.935,00 IVA esclusa
Importo totale		€ 598.290,00 IVA esclusa
Ulteriore sconto dopo rinegoziazione 2020		€ 180.900,00 IVA esclusa
Ulteriore sconto dopo rinegoziazione 2021		€ 193.738,00 IVA esclusa
Ulteriore sconto dopo rinegoziazione 2022		€ 193.738,00 IVA esclusa
Importo totale netto per accettazione triennale		€ 568.376,00 IVA esclusa

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488

Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744



8. PENALI

Nella eventualità che i tempi di riparazione o di fornitura dello strumento sostitutivo non dovessero essere rispettati, per cause imputabili direttamente ad Olympus Italia srl., l'Azienda Ospedaliera potrà addebitare una penale pari al 0,1 % del canone annuale relativo per ogni giorno lavorativo di ritardo. Resta inteso che il totale delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo relativo annuo, fatta salva la reciproca possibilità di rescissione anticipata della copertura contrattuale.

9. I.V.A.

A Vostro carico nella misura prevista dalla legge, non compresa nei prezzi sopra indicati.

10. Pagamento

Il corrispettivo verrà suddiviso e fatturato in rate trimestrali posticipate e ciascuna fattura dovrà essere liquidata a mezzo mandato entro 60 giorni dalla data della stessa, o con le modalità previste dalla L.136/2010 se applicabile.

Si ribadisce che l'esecuzione con frequenza diversa da quanto indicato al § 1, delle visite di manutenzione preventiva in un contratto Full-Risk non può motivare il mancato pagamento delle fatture alla scadenza, essendo le manutenzioni effettuate anche in occasione degli interventi correttivi. La continuità di servizio è comunque garantita dalla copertura di tutti i possibili guasti, ed è compresa anche l'eventuale fornitura di uno strumento sostitutivo.

11. Scadenza termini di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., le Parti espressamente prevedono che il mancato od il parziale pagamento delle fatture alla scadenza integri una causa di risoluzione di diritto del presente contratto.

La risoluzione per inadempimento deve essere comunicata da Olympus Italia S.r.l. al Cliente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Olympus Italia S.r.l. si riserva ogni diritto di risarcimento degli eventuali danni, costi e spese. Il mancato pagamento del corrispettivo entro la scadenza prevista dal presente contratto provocherà automaticamente l'addebito degli interessi legali.

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488


Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

OLYMPUS

12. Controversie

Per qualsiasi eventuale controversia, derivante dall'applicazione o comunque dall'interpretazione del presente contratto, sarà esclusivamente competente a decidere il Foro di Cosenza.

OLYMPUS ITALIA S.r.l.
Società Unipersonale
Un Procuratore



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
Ing. Roberto Stefano


PER ACCETTAZIONE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le Parti espressamente sottoscrivono le seguenti clausole :

- art. 3) Danni alla strumentazione e a Terzi;
- art. 11) Scadenza dei termini di pagamento;
- art. 12) Controversie.

OLYMPUS ITALIA S.r.l.
Società Unipersonale
Un Procuratore



AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
Ing. Roberto Stefano


PER ACCETTAZIONE

OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG
Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488
Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744



ALL. N.2 Contratto assistenza tecnica

N. 152-19114-e

Azienda Ospedaliera Cosenza

Offerta FRI - validità dal 01.01.2020 al 31.12.2023

CODICE	DESCRIZIONE	MATRICOLA	2020	2021	2022
P.O. Annunziata - Gastroenterologia					
E0425502	ETD-3 PLUS PAA LAVADISINFETTATRICE DUE PO	8140668	3.850	3.850	3.850
E0425502	ETD-3 PLUS PAA LAVADISINFETTATRICE DUE PO	8140667	3.850	3.850	3.850
025507	ETD-2 PLUS LAVADISINFETTATRICE	6333	n.a.		
025507	ETD-2 PLUS LAVADISINFETTATRICE	6435	n.a.		
N2116930	CF-Q165L VIDEOCOLON LUNGO SONDA 12,8MM	2500271	4.004	4.004	4.004
020557	TJF-145 VIDEOUDENOSCOPIO SONDA 12,5 M	2500942	4.466	4.466	4.466
N2277462	CV-180 VIDEOPROCESSORE EXERA II OLYMPUS	7779655	1.155	1.155	1.155
N2277252	CLV-180 FONTE DI LUCE EXERA II XENON 300 W	7708793	770	770	770
N3643260	CV-190 VIDEOPROCESSORE HDTV EXERA III	7502249	1.155	1.155	1.155
N3643350	CLV-190 FONTE DI LUCE EXERA III XENON 300W NBI	7550107	770	770	770
N1407230	GIF-1TQ160 VIDEOGASTROSCOPIO SONDA 11,3	2701034	4.389	4.389	4.389
N2116430	GIF-Q165 VIDEOGASTROSCOPIO SONDA 9,2 MM	2106746	4.004	4.004	4.004
N2116430	GIF-Q165 VIDEOGASTROSCOPIO SONDA 9,2 MM	2106747	4.004	4.004	4.004
N2116430	GIF-Q165 VIDEOGASTROSCOPIO SONDA 9,2 MM	2106753	4.004	4.004	4.004
E0425505	TJF-180VR VIDEOD. V-SCOPE C/STARTER KIT S	2101438	5.005	5.005	5.005
N2116930	CF-Q165L VIDEOCOLON LUNGO SONDA 12,8MM	2103674	4.004	4.004	4.004
N2116930	CF-Q165L VIDEOCOLON LUNGO SONDA 12,8MM	2103673	4.004	4.004	4.004
N2116130	GIF-N180 VIDEOGASTROSCOPIO SONDA 4,9 MM	2901588	4.466	4.466	4.466
N2651830	SIF-Q180 VIDEOENTEROSCOPIO SINGLE BALLO	2811359	6.776	6.776	6.776
N2652040	Unità di comando OBCU per SIF-Q180	7800918	847	847	847
N2116530	CF-Q180AL VIDEOCOLON WIDE-ANGLE LUNGO	2907808	4.774	4.774	4.774
N1407230	GIF-1TQ160 VIDEOGASTROSCOPIO SONDA 11,3	2901828	4.389	4.389	4.389
020557	TJF-145 VIDEOD. V-SCOPE	2901680	4.466	4.466	4.466
029340	OFP POMPA DI LAVAGGIO PER CANALE AUSILIA	2915188	231	231	231
029290	KV-5 ASPIRATORE SINGOLO OLYMPUS	21103602	154	154	154
029290	KV-5 ASPIRATORE SINGOLO OLYMPUS	315217	154	154	154
029290	KV-5 ASPIRATORE SINGOLO OLYMPUS	315219	154	154	154
K10001143	OFP-2	21102538	231	231	231
E0424500	UP-21MD STAMPANTE MEDICALE COLORI A6 IN	75321	n.a.		
N3643350	CLV-190 XENON LIGHT SOURCE	7669559	770	770	770
N3643260	CV-190 VIDEO CENTER	7623157	1.155	1.155	1.155
N5374360	OE262H - 26" HD Monitor	7765841	578	578	578
N5374360	OE262H - 26" HD Monitor	7765834	578	578	578
N5374360	OE262H - 26" HD Monitor	7765887	578	578	578
N5374360	OE262H - 26" HD Monitor	7765824	578	578	578
N5374360	OE262H - 26" HD Monitor	7765825	578	578	578
N5374360	OE262H - 26" HD Monitor	7765838	578	578	578

OLYMPUS

CODICE	DESCRIZIONE	MATRICOLA	2020	2021	2022
K10001143	OFP-2 Flushing Pump	21742194	231	231	231
K10001143	OFP-2 Flushing Pump	21742013	231	231	231
N3493240	UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT	7734655	308	308	308
N3493240	UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT	7734586	308	308	308
N3493240	UCR ENDO CO2 REGULATION UNIT	7734581	308	308	308
P.O. Annunziata CL. Pediatrica					
N2116230	GIF-Q180 VIDEOGASTROSCOPIO SONDA 8,8 MM	2900510	4.466	4.466	4.466
P.O. Annunziata - Ostetricia e Ginecologia					
N2277462	CV-180 VIDEOPROCESSORE EXERA II OLYMPUS	7101298	1.155	1.155	1.155
N2277252	CLV-180 FONTE DI LUCE EXERA IIXENON 300 W	7110158	770	770	770
N3829670	UHI-4 INSUFFLATORE UHI-4 PER LAPARO SCOP	7535577	847	847	847
N1014763	CLV-S40 FONTE LUCE 300W XENON OLYMPUS	7906443	616	616	616
N2638640	HD Camera Head, autocl. 12E	7029790	1.617	1.617	1.617
WA53000A	Telescope, 10 mm, 0°, HD	609661	847	847	847
E0497500	Monitor, 21 Inch, Advan	S210IMP0010	308	308	308
P.O. Annunziata Broncologia					
020276	BF-TE2 FIBROBRONCOSCOPIO DISTA	2601260@	3.080	3.080	3.080
N3643260	CV-190 VIDEOPROCESSORE HDTV EXERA III	7404544	1.155	1.155	1.155
N3643350	CLV-190 FONTE DI LUCE EXERA III XENON 300W	7453568	770	770	770
E0427881	SONY LMD-2451MD/HD 24	S01-3107799	385	385	385
N3828930	BF-Q190 BRONCHOVIDEOSCOPE	2400641	4.004	4.004	4.004
N3828830	BF-1TH190 VIDEOBRONCOSCOPIO	2501511	4.389	4.389	4.389
N3821460	BF-MP60 FIBROBRONCOSCOPIO	2440691	3.157	3.157	3.157
N4497760	BF-PE2 FIBROBRONCOSCOPIO	2503312	3.157	3.157	3.157
N4497960	BF-TE2 FIBROBRONCOSCOPIO	2503955	3.157	3.157	3.157
K10021765	CARRELLO WM-NP2	21510669	308	308	308
N3643350	CLV-190 XENON LIGHT SOURCE	7776390	770	770	770
N3643260	CV-190 VIDEO CENTER	7740421	1.155	1.155	1.155
N4506060	EU-ME2 Premier Plus (disc. N4506050)	7713672	3.465	3.465	3.465
N5367260	BF-UC180F EBUS-TBNA ENDOSCOPE	7722379	9.009	9.009	9.009
WD00280A	Endoscan3	W000058	693	693	693
E05-ADD-ETD	WATER SOFTNER ETD	5028160178	193	193	193
WD00223A	ETD4 Basic PAA	16132011	3.850	3.850	3.850
WD00350A	OD9 Printer	15041142	154	154	154
Importo netto parziale annuo a voi riservato			136.329	136.329	136.329

OLYMPUS

CODICE	DESCRIZIONE	MATRICOLA	2020	2021	2022
--------	-------------	-----------	------	------	------

Strumentazione in garanzia nel 2019

P.O. Rogliano Gastroenterologia

K10021765	WM-NP2 CARRELLO SET 1	21856596	308	308	308
N3643260	CV-190 VIDEOPROCESSORE HDTV EXERA III	7842782	1.155	1.155	1.155
N4456530	CF-H185L VIDEOCOLONSCOPIO HDTV EXERA III	2831703	4.004	4.004	4.004
N3643350	CLV-190 FONTE DI LUCE EXERA III XENON 300W	7879588	770	770	770
K10001143	OFP-2	21856578	231	231	231
E0427881	MONITOR 24" SONY LMD-2451MD/HD	3300146	385	385	385
N4456430	GIF-H185 VIDEOGASTROSCOPIO HDTV EXERA II	2833543	4.004	4.004	4.004

Riparazione/aggiornamento comprendente la sostituzione delle seguenti componenti:

025507	ETD-2 PLUS LAVADISINFETTATRICE	6435			
P.O. Rogliano - Gastroenterologia					
E0425512	MiniETD 2 Plus PAA (revisionata)	16943077	2.695	2.695	2.695
			13.552	13.552	13.552

Nuova strumentazione fornita coperta da garanzia fino ad aprile 2020


P.O. Annunziata - Gastroenterologia

N4456430	GIF-H185 VIDEOGASTROSCOPIO HDTV EXERA II	2934104	3.003	4.004	4.004
N3803040	GIF-H190 VIDEOGASTROSCOPIO HDTV EXERA II	2958042	4.158	5.544	5.544
N3803140	GIF-XP190N VIDEOGASTROSCOPIO TRANSNASE	2933944	4.216	5.621	5.621
N3802340	CF-H190L VIDEOCOLONSCOPIO HDTV EXERA III	2943231	4.331	5.775	5.775
N4456530	CF-H185L VIDEOCOLONSCOPIO HDTV EXERA III	2932047	3.003	4.004	4.004
N4456530	CF-H185L VIDEOCOLONSCOPIO HDTV EXERA III	2932048	3.003	4.004	4.004
N4456430	GIF-H185 VIDEOGASTROSCOPIO HDTV EXERA II	2934108	3.003	4.004	4.004
N5992960	TJF-Q190V W/BS (EN)	2800788	4.331	5.775	5.775
N4456430	GIF-H185 VIDEOGASTROSCOPIO HDTV EXERA II	2934105	3.003	4.004	4.004
N3802340	CF-H190L VIDEOCOLONSCOPIO HDTV EXERA III	2943232	4.331	5.775	5.775
N3802740	PCF-PH190L VIDEOCOLONSCOPIO PEDIATRICO	2941403	4.158	5.544	5.544
			40.540	54.054	54.054
Totale Generale			190.421	203.935	203.935
Netto annuo per accettazione triennale			184.708	197.816	197.816
Ulteriore sconto dopo negoziazione			180.900	193.738	193.738

Prezzi IVA esclusa, aliquota IVA a norma di legge a Vostro carico.

OLYMPUS ITALIA S.r.l.

Un Procuratore



OLYMPUS ITALIA S.R.L. - Società unipersonale

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Olympus Europa SE & CO. KG

Via Modigliani, 45 - 20090 Segrate (MI) - Tel +39-0226972.1 - Fax +39-0226972.488

Cap.Soc. € 8.300.000,00 int. vers. - Partita IVA, C.F. e N° Iscriz. Reg. Impr. Milano IT 10994940152 - REA di Milano 1429744

INTERVENTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA

CNT N° _____ DEL _____

MODELLO: _____ S/N _____

R.T. N°	1				
DEL	VISITA				

1	VERIFICA INTEGRITA' STRUTTURALE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	CONTROLLO TENUTA IMPERMEABILITA'	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	CONTROLLO ANGOLAZIONE TERMINALE E REGOLAZIONE TIRANTI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	CONTROLLO VALVOLA CANALE BIOPTICO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	CONTROLLO INNESTO LAVAGGIO FORZATO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	CONTROLLO FUNZIONALITA' TASTI DI COMANDO REMOTO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	CONTROLLO ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DELLA GUAINETTA ESTERNA DEL TRATTO ANGOLABILE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	CONTROLLO ED EVENTUALE SOSTITUZIONE UGELLO INSUFFLAZIONE / LAVAGGIO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	VERIFICA INTEGRITA' LENTINE PORTALUCE E PORTAIMMAGINE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	VERIFICA FASCIO FIBRE PORTALUCE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	VERIFICA FUNZIONALE ASTINA ANGLE' (Solo Duodenoscopi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	VERIFICA FUNZIONALE ZOOM (Modelli Zoom)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	CONTROLLO FUNZIONALE FONTE DI LUCE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	CONTROLLO FUNZIONALE VIDEOPROCESSORE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	CONTROLLO FUNZIONALE DELLE APPARECCHIATURE PERIFERICHE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	CONTROLLO FINALE DI TUTTE LE FUNZIONI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LAVORO ESEGUITO

CONDIZIONE GENERALE STRUMENTO

DATA _____

FIRMA _____

LA MANUTENZIONE PREVENTIVA E' PREVISTA NEL 6° MESE DI OGNI ANNO, PREVIO ACCORDO CON I
RESPONSABILI DEI REPARTI