

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4
N. 824/AV4 DEL 21/11/2016**

Oggetto: POCT PER LABORATORIO ANALISI AMANDOLA - AFFIDAMENTO

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

DATO ATTO della coerenza e compatibilità economica del presente programma di spesa, secondo quanto dichiarato dai rispettivi responsabili mediante sottoscrizione di scheda di budget e dal Direttore UOC Bilancio mediante attestazione in calce al presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. Di affidare in esito a procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgv. 50/2016 (contratti sotto soglia), previa pubblicazione volontaria di avviso di gara, i seguenti point of care (POCT) per il presidio ospedaliero di Amandola, come segue:
 - Ematologia (CIG Z8A1BDDE30) DASIT € 6.973,77 + IVA 22%
 - Chimica clinica (CIG Z5F1BDDF58) De Mori € 32.489,34 + IVA 22%
 - Enzimi cardiaci (CIG ZD91BDDFDF) De Mori € 32.483,70 + IVA 22%
2. Di stabilire che la durata di tali contratti sarà di mesi 24, dall'1/11/2016 al 30/10/2018;
3. Di precisare che trattasi di singole procedure di importo complessivo inferiore ad € 40.000,00 + IVA e pertanto di competenza per valore di Area Vasta, che vengono formalizzate in un unico atto per ragioni di economia procedimentale e sistematicità gestionale;
4. Di imputare la somma di € 87.768,00 IVA 22% compresa, come segue:

Budget	Reagenti	Noleggio	Manutenzione	Totale
2016	8.763,00	642,00	1.666,00	11.071,00
2017	26.263,00	3.860,00	10.004,00	40.127,00
2018	25.018,00	3.215,00	8.336,00	36.569,00
TOT	60.044,00	7.717,00	20.006,00	87.768,00

5. di indicare quale responsabile dell'esecuzione il Direttore UOC Patologia Clinica pro tempore, o suo delegato;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996;
7. di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996;

Firma

Il Direttore della AREA VASTA 4

Dott. Licio Livini

La presente determina consta di n. 12 pagine, di cui n.2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(UOC Acquisti e Logistica)

Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/2005 (Art. 3, comma della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/2005 DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisorio) e successive proroghe; D. Lgv. 50/2016 (Codice contratti pubblici); DPCM 24/12/2015 (obbligo soggetti aggregatori); circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016 (contratti ponte).

In seguito all'evento sismico verificatosi nell'area montana il 24/08/2016, il Presidio Ospedaliero di Amandola veniva dichiarato temporaneamente inagibile, come da documentazione agli atti. Al fine di garantire l'immediata riattivazione dei servizi sanitari essenziali, con particolare riferimento alle attività diagnostiche del laboratorio analisi, in data 2/09/2016 si svolgeva un incontro tra lo scrivente Direttore UOC Acquisti e Logistica Dott. Fulvio De Cicco ed il Direttore UOC Patologia Clinica Dott. Salvatore Licitra, in occasione del quale quest'ultimo rappresentava l'improrogabile necessità di attivare urgentemente presso il presidio ospedaliero di Amandola un sistema denominato *point of care* (POCT), riferito alle seguenti diagnostiche:

1. Ematologia
2. Chimica clinica
3. Enzimi cardiaci ed altri casi d'urgenza

Trattasi di analisi svolta in prossimità del sito di cura ed assistenza del paziente, finalizzato all'esecuzione del test *in loco* così da disporre dei risultati più rapidamente, senza necessità di trasporto dei campioni al laboratorio analisi di riferimento. Ciò comporta che le decisioni diagnostiche e terapeutiche e le ulteriori analisi da effettuare possano essere eseguite con immediatezza. I test POCT sono realizzati attraverso l'utilizzo di strumenti trasportabili, portatili e palmari.

Avviata conseguentemente l'istruttoria, in stretta collaborazione con il sopra citato Direttore UOC Patologia Clinica, veniva individuata quale procedura legittima ed appropriata quella della negoziazione diretta per appalti di importo inferiore ad € 40.000,00 + IVA prevista dall'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgv.

50/2016; pur sussistendo in ogni caso gli elementi di estrema urgenza previste dall'art. 63 comma 2 lett. c) D. Lgv. 50/2016. In ogni caso, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e massima partecipazione, veniva pubblicato avviso sul profilo aziendale, con termine di presentazione delle manifestazioni di interesse fissato alla data del 17/09/2016.

Contestualmente veniva richiesta autorizzazione alla maggior spesa al Direttore di Area Vasta Dott. Licio Livini, che comunicava il nulla osta con nota del 5/09/2016 (doc.to agli atti).

Entro il predetto termine del 17/09/2016 pervenivano n°3 manifestazioni di interesse da parte dei seguenti operatori economici:

1. DASIT
2. Menarini
3. De Mori

Con relazione del 22/09/2016 (doc.to allegato), alla quale si rinvia per ogni maggior dettaglio, il sopra citato Direttore UOC Patologia Clinica, individuava i seguenti affidatari di contratti di durata biennale:

- | | | |
|--|---------|-----------------------|
| 1. Ematologia | DASIT | € 6.973,77 + IVA 22% |
| 2. Chimica clinica | De Mori | € 32.489,34 + IVA 22% |
| 3. Enzimi cardiaci ed altri casi d'urgenza | De Mori | € 32.483,70 + IVA 22% |

Si precisa che ciascuna delle singole procedure del presente atto è di importo inferiore ad € 40.000,00 + IVA e pertanto competenza per valore di Area Vasta (soglia € 50.000,00 + IVA) e che le stesse vengono formalizzate in un unico atto per ragioni di economia procedimentale, oltre che di maggior chiarezza gestionale, essendo tutte afferenti POCT di Amandola gestito a cura dell'UOC Patologia Clinica (laboratorio analisi). Si precisa inoltre, secondo quanto richiesto dal Collegio Sindacale con verbale n. 3 del 01/02/2016, che gli affidamenti del presente atto non costituiscono oggetto di artificioso frazionamento.

Con riferimento alla coerenza e compatibilità economica della spesa complessiva di € 87.768,00 (€ 71.940,18 + IVA 22%) per la durata di mesi 24 – dall'1/11/2016 al 30/10/2018 - si dà atto della verifica della stessa mediante sottoscrizione delle relative schede di budget da parte del Direttore UOC Acquisti e Logistica (reagenti), Direttore UOC Attività Tecniche (manutenzione) e Direttore DMO

(noleggio); confermata dall'attestazione da parte del Direttore UOC Bilancio e UOS Controllo di Gestione in calce al presente documento.

Per completezza istruttoria, si osserva che in seguito ad ulteriore scossa sismica del 30/10/2016 il presidio ospedaliero di Amandola è stato dichiarato inagibile e con ciò chiusi e trasferiti tutti i servizi, compresi quelli medio tempore riattivati dopo il sisma del 24/08/2016 (doc.ti agli atti). Il presidio ospedaliero risulta così trasferito in un ospedale "da campo", al momento in fase di allestimento presso il campo sportivo comunale. L'aggravamento della situazione, così come descritta, conferma ed aggrava la necessità e l'urgenza di procedere all'affidamento di che trattasi.

Per le ragioni sopra esposte, si propone al Direttore AV4 l'adozione della seguente determina:

9. Di affidare in esito a procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgv. 50/2016 (contratti sotto soglia), previa pubblicazione volontaria di avviso di gara, i seguenti point of care (POCT) per il presidio ospedaliero di Amandola, come segue:

- Ematologia (CIG Z8A1BDDE30) DASIT € 6.973,77 + IVA 22%
- Chimica clinica (CIG Z5F1BDDF58) De Mori € 32.489,34 + IVA 22%
- Enzimi cardiaci (CIG ZD91BDDFDF) De Mori € 32.483,70 + IVA 22%

10. Di stabilire che la durata di tali contratti sarà di mesi 24, dall'1/11/2016 al 30/10/2018;

11. Di precisare che trattasi di singole procedure di importo complessivo inferiore ad € 40.000,00 + IVA e pertanto di competenza per valore di Area Vasta, che vengono formalizzate in un unico atto per ragioni di economia procedimentale e sistematicità gestionale;

12. Di imputare la somma di € 87.768,00 IVA 22% compresa, come segue:

Budget	Reagenti	Noleggio	Manutenzione	Totale
2016	8.763,00	642,00	1.666,00	11.071,00
2017	26.263,00	3.860,00	10.004,00	40.127,00
2018	25.018,00	3.215,00	8.336,00	36.569,00
TOT	60.044,00	7.717,00	20.006,00	87.768,00

- di indicare quale responsabile dell'esecuzione il Direttore UOC Patologia Clinica pro tempore, o suo delegato;

- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996;
- di dichiarare il presente atto efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo ASUR ai sensi dell'art. 26 comma 6 LR 26/96
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996;

Fermo, 11/10/2016

Il Funzionario Istruttore

Sig. Domenico Lepidi

UOC ACQUISTI E LOGISTICA
IL DIRETTORE Dott. Fulvio De Cicco

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:

I sottoscritti attestano che la spesa di cui al presente atto, annotata nell'autorizzazione e sub sotto elencate, rientra nella disponibilità del budget 2016 e seguenti, quando assegnati: Aut 1 sub 46-47-48, conto 0501150101 (reagenti); Aut 1 sub 39-40-41, conto 0511020105 (noleggio); 0510020101 Aut 14 sub 79-80 (manutenzione).

IL Responsabile Controllo Gestione

Dott. Daniele Rocchi

Il Direttore UOC Bilancio

Dott. Luigi Stortini

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

UOC: ACQUISTI E LOGISTICA

CONTO n.0501150101

DESCRIZIONE CONTO: REAGENTI – SISTEMA POCT AMANDOLA – LOTTO N.1 EMATOLOGIA

Ditta: DASIT SPA dal 01/11/2016 al 31-10-2018 AUTORIZZAZIONE 1 SUB 47

A	BUDGET ANNO	2016	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA		Euro: 350,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO		Euro:

PRECISAZIONI PER SPESE PLURIENNALI

Spesa complessiva di Euro: 4.203,00 Iva Compresa per il periodo dal 01/11/2016 al 31/10/2018

Anno 2016 Spesa da registrare Euro 350,00 IVA 22% compresa

Anno 2017 Spesa da registrare Euro 2.102,00 IVA 22% compresa

Anno 2018 Spesa da registrare Euro 1.751,00 IVA 22% compresa

Data 03/11/2016

Il Direttore

Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

UOC: D.M.O.

CONTO n.0511020105

DESCRIZIONE CONTO: NOLEGGIO – SISTEMA POCT AMANDOLA – LOTTO N.1 EMATOLOGIA

Ditta : DASIT SPA dal 01-11-2016 al 31-10-2018 AUTORIZZAZIONE 1 SUB 39

A	BUDGET ANNO	2016	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA		Euro: 358,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO		Euro:

PRECISAZIONI PER SPESE PLURIENNALI

Spesa complessiva di Euro: 4.303,00 IVA compresa per il periodo dal 01/11/2016 al 31/10/2018

Anno 2016 Spesa da registrare Euro 358,00 Iva 22% compresa

Anno 2017 Spesa da registrare Euro 2.152,00 IVA 22% compresa

Anno 2018 Spesa da registrare Euro 1.793,00 IVA 22% compresa

Data 03/11/2016

Il Direttore DMO

F.to Dott.ssa Anna Fiorenza Padovani

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

UOC: ACQUISTI E LOGISTICA

CONTO n.0501150101

DESCRIZIONE CONTO: REAGENTI – SISTEMA POCT AMANDOLA – LOTTO N.2 CHIMICA CLINICA

Ditta : A.DE MORI dal 01/11/2016 al 31/10/2018 AUTORIZZAZIONE 1 SUB 46

A	BUDGET ANNO	2016	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA		Euro: 2.570,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO		Euro:

PRECISAZIONI PER SPESE PLURIENNALI

Spesa complessiva di Euro: 30.845,00 Iva Compresa per il periodo dal 01/11/2016 al 31/10/2018

Anno 2016 Spesa da registrare Euro 2.570,00 IVA 22% compresa

Anno 2017 Spesa da registrare Euro 15.423,00 IVA 22% compresa

Anno 2018 Spesa da registrare Euro 12.852,00 IVA 22% compresa

Data 03/11/2016

Il Direttore

Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

UOC: D.M.O.

CONTO n.0511020105

DESCRIZIONE CONTO: NOLEGGIO SISTEMA POCT AMANDOLA – LOTTO N.2 CHIMICA CLINICA

Ditta : A.DE MORI dal 01-11-2016 al 31-10-2018 AUTORIZZAZIONE 1 SUB 40

A	BUDGET ANNO	2016	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA		Euro: 81,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO		Euro:

PRECISAZIONI PER SPESE PLURIENNALI

Spesa complessiva di Euro: 975,00 IVA compresa per il periodo dal 01/11/2016 al 31/10/2018

Anno 2016 Spesa da registrare Euro 81,00 IVA 22% compresa

Anno 2017 Spesa da registrare Euro 488,00 IVA 22% compresa

Anno 2018 Spesa da registrare Euro 406,00 IVA 22% compresa

Data 03/11/2016

Il Direttore DMO

F.to Dott.ssa Anna Fiorenza Padovani

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

UOC: TECNICO

CONTO n.0510020101

DESCRIZIONE CONTO: MANUTENZIONE – SISTEMA POCT AMANDOLA LOTTO N.2 CHIMICA CLINICA

Ditta : A. DE MORI SPA dal 01-11-2016 al 31-10-2018 AUTORIZZAZIONE 14 SUB 79

A	BUDGET ANNO	2016	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA		Euro: 650,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO		Euro:

PRECISAZIONI PER SPESE PLURIENNALI

Spesa complessiva di Euro 7.807,00 Iva Compresa per il periodo dal 01/11/2016 al 31/10/2018

Anno 2016 Spesa da registrare Euro 650,00 IVA 22% compresa

Anno 2017 Spesa da registrare Euro 3.904,00 IVA 22% compresa

Anno 2018 Spesa da registrare Euro 3.253,00 IVA 22% compresa

Data 03/11/2016

Il Direttore

F.to Ing. Alberto Franca

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

UOC: ACQUISTI E LOGISTICA

CONTO n.0501150101

DESCRIZIONE CONTO: REAGENTI – SISTEMA POCT AMANDOLA – LOTTO N.3 ENZIMI CARDIACI

Ditta : A.DE MORI dal 01-11-2016 al 31-10-2018 AUTORIZZAZIONE 1 SUB 48

		Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA	Euro: 5.843,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO	Euro:

PRECISAZIONI PER SPESE PLURIENNALI

Spesa complessiva di Euro: 24.996,00 IVA compresa per il periodo dal 01/11/2016 al 31/10/2018

Anno 2016 Spesa da registrare Euro 5.843,00 IVA 22% compresa

Anno 2017 Spesa da registrare Euro 8.738,00 IVA 22% compresa

Anno 2018 Spesa da registrare Euro 10.415,00 IVA 22% compresa

Data 03/11/2016

Il Direttore

Dott. Fulvio De Cicco

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

UOC: D.M.O.

CONTO n.0511020105

DESCRIZIONE CONTO: NOLEGGIO SISTEMA POCT AMANDOLA – LOTTO N.3 ENZIMI CARDIACI

Ditta : A.DE MORI dal 01-11-2016 al 31-10-2018 AUTORIZZAZIONE 1 SUB 41

A	BUDGET ANNO	2016	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA		Euro: 203,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO		Euro:

PRECISAZIONI PER SPESE PLURIENNALI

Spesa complessiva di Euro: 2.439,00 Iva Compresa per il periodo dal 01/11/2016 al 31/10/2018

Anno 2016 Spesa da registrare Euro 203,00 IVA 22% compresa

Anno 2017 Spesa da registrare Euro 1.220,00 IVA 22% compresa

Anno 2018 Spesa da registrare Euro 1.016,00 IVA 22% compresa

Data 03-11/2016

Il Direttore DMO

F.to Dott.ssa Anna Fiorenza Padovani

PROPOSTA DI SPESA – BUDGET 2016

UOC: TECNICO

CONTO n.0510020101

DESCRIZIONE CONTO: MANUTENZIONE SISTEMA POCT AMANDOLA – LOTTO N.3 ENZIMI CARDIACI

Ditta : A.DE MORI dal 01-11-2016 al 31-10-2018 AUTORIZZAZIONE 14 SUB 80

A	BUDGET ANNO	2016	Euro:
D	SPESA OGGETTO DI DETERMINA		Euro: 1.016,00
E=C-D	BUDGET RESIDUO		Euro:

PRECISAZIONI PER SPESE PLURIENNALI

Spesa complessiva di Euro: 12.199,00 IVA compresa per il periodo dal 01/11/2016 al 31/10/2018

Anno 2016 Spesa da registrare Euro 1.016,00 IVA 22% compresa

Anno 2017 Spesa da registrare Euro 6.100,00 IVA 22% compresa

Anno 2018 Spesa da registrare Euro 5.083,00 IVA 22% compresa

Data 03/11/2016

Il Direttore

F.to Ing. Alberto Franca

- ALLEGATI -

- a. Specifiche tecniche
 - b. Relazione tecnica di affidamento
-

*Allegato a. - Capitolato d'oneri (specifiche tecniche)***Sub-lotto 1**
Caratteristiche della strumentazione di EMATOLOGIA

- a. Strumento completamente automatico con utilizzo di provette primarie standard con EDTA.
- b. Prelievo del campione da provetta chiusa
- c. Miscelazione automatica del campione ed incorporata
- d. Minimo volume di campione
- e. Utilizzo di capillari per prelievi pediatrici
- f. Reagent pack integrato contenente liquidi di reazione e scarico dedicato
- g. Reagent pack con attacco a baionetta per garantire sicurezza all'operatore
- h. Software remoto per assistenza tecnica
- i. Possibilità di invio risultati tramite mail
- j. Touchscreen di grandi dimensioni
- k. Controlli di qualità a riconoscimento automatico da parte dell'analizzatore tramite codice a barre

PARAMETRI: WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID% GRA%, HGB, RBC, HCY, MCV, RDWcv/sd, MCH, MCHC, PLT, MPV, PCT, PDVcv/sd, P-LCR%, P-LCC; **ISTOGRAMMI:** WBC, RBC, PLT; **PRODUTTIVITA'** 60 test/h

ESAMI RICHEISTI: 1000 esami anno (stima presunta che possa aumentare anche del 30-40%)

Sub-lotto 2
Caratteristiche della strumentazione di CHIMICA- CLINICA

- a. Strumento completamente automatico con utilizzo di provette primarie standard con litio- Eparina su sangue intero.
- b. Prelievo del campione da provetta chiusa
- c. Esecuzione contemporanea di un profilo analitico comprensivo di Na, K, Ca, ALB, ALT, AST, BIL, CREAT, BUN AMILASI CPK GLUCOSIO PCR
- d. Chimica liquida
- e. Calibrazione automatica su ogni profilo, nessun intervento al cambio lotto.
- f. Sistema di CQ integrato.
- g. Volume ridotto di campione (**SANGUE INTERO**)
- h. Prelievo anche per via **capillare**
- i. Rilevazione di emolisi, lipemia, ittero del campione.

Test previsti: 900 determinazioni così suddivise: N°300 profilo 13 parametri; N°300 pannello fegato; N°300 pannello renale

Sub-lotto 3
Caratteristiche strumentazione per la determinazione di enzimi cardiaci ed altri esami in urgenza

- a. Touch screen
- b. Lettura barcode ID campione
- c. Posizionamento di cartucce test/cal fino a 15 che debbono essere munite di barcode per il caricamento automatico nell'analizzatore
- d. Miscelazione automatica e simultanea di 2 campioni con caricamento in continuo dei campioni
- e. Adatto per le provette 13x 75 di maggiore diffusione
- f. Sistema con nessuna esposizione al sangue del paziente e nessun contatto con i rifiuti
- g. Controllo della fase pre-analitica (miscelazione automatica. ID paziente).
- h. Stabilità a bordo : 25 giorni.

N° di esami necessari: Troponina I/T = 500 ; NT-proBNP = 100; b-hcg = 100; D-dimero = 100; Procalcitonina =100

Allegato b. – Relazione tecnica

Sub-lotto 1 Ematologia

Sono pervenuti alla nostra attenzione le offerte preliminari di 3 ditte: Dasit, De Mori e Menarini.

Tutte hanno proposto strumentazione idonea e corrispondente alle specifiche richieste, anche se Menarini propone un'apparecchiatura revisionata e non nuova come le altre. La proposta della ditta Dasit (POCh-100i Sysmex presenta due peculiarità, in particolare la tecnologia è la stessa della strumentazione in uso nel Laboratorio Centrale pertanto si ritiene che i risultati possano essere sovrapponibili a quelli forniti dal laboratorio centrale ed inoltre ha la possibilità di collegamento con il DMS (programma di gestione dell'Ematologia) per cui i risultati possono essere visualizzati anche a distanza da personale specialistico. Si ritiene, pertanto che tale strumentazione debba essere preferita alle altre offerte. La coerenza dei dati e la visualizzazione da remoto sono vantaggi estremamente significativi. Tale preferenza è rafforzata dalla convenienza economica, risultante dalle seguenti quotazioni annue (canone mesi 12 + reagenti):

- Dasit € 3.537,00 + IVA (€ 1.764,00 canone/12 + € 1.773,00/reattivi)
- Menarini € 7.552,00 + IVA
- De Mori € 6.595,60 + IVA

Sub-lotto 2 chimica-clinica

Sono pervenute offerte preliminari di 2 ditte: De Mori e Menarini.

L'offerta della ditta De Mori corrisponde in pieno alle richieste del capitolato con l'aggiunta nell'offerta anche di altri 2 pannelli, in particolare "fegato" e "renale" che nonostante non fosse richiesto in capitolato rappresenta un elemento migliorativo anche in considerazione del Reparto di Emodialisi presente in Ospedale. Inoltre la presenza di controlli integrati nel pannello, le calibrazioni per lotto, la contemporanea possibilità di dosaggio di elettroliti ed il ridotto intervento dell'operatore lo fanno prediligere rispetto alla ditta Menarini che per contro propone controlli e calibratori liofilici (che richiedono una fase di lavorazione manuale), due strumenti per eseguire il pannello richiesto (che rallenta il processo) in quanto gli elettroliti vengono dosati su uno strumento diverso (Spotchem EL) rispetto alla chimica clinica (Spotchem EZ) ed inoltre è reso necessario l'intervento di un operatore nel pipettare il campione che per il personale a cui è dedicato non si ritiene idoneo. Tale preferenza è rafforzata dalla convenienza economica, risultante dalle seguenti quotazioni annue (canone mesi 12 + reagenti):

- De Mori € 7.118,00 + IVA (€ 4.000,00 canone/12 + € 3.118,00/reattivi)
- Menarini € 8.202,55 + IVA (€ 3.960,00 canone/12 + € 4.242,55/reattivi)

Sub-lotto 3 enzimi cardiaci ed altri esami d'urgenza

Sono pervenute offerte preliminari di 2 ditte: De Mori e Menarini.

La ditta De Mori ha presentato uno strumento corrispondente al capitolato in tutte le richieste mentre per la ditta Menarini è previsto un intervento dell'operatore nel campionamento (puntale monouso-25ul) che rallenta la procedura, richiede l'intervento manuale con aumento del rischio dell'operatore stesso. Si ritiene inoltre non idoneo all'uso di personale non di Laboratorio. L'offerta tecnica Menarini è anche carente di uno dei parametri richiesti ed in particolare la "procalcitonina". Pertanto l'offerta Menarini deve considerarsi tecnicamente non idonea, con conseguente preferenza obbligatoria per la ditta De Mori in cui non è richiesto altro intervento dell'operatore se non quello di inserire la provetta di sangue intero.

- De Mori € 17.227,04 + IVA (€ 5.958,32 canone/12 + € 11.268,72/reattivi)
- Menarini € 9.680,00 + IVA (€ 3.840,00 canone/12 + € 5.840,00/reattivi)

(omissis)

Fermo, 22/09/2016

UOC PATOLOGIA CLINICA
F.to Dott. Salvatore Licitra