

Alla c.a. del Direttore A.V. 4  
Dott. Licio Livini

Alla c.a. del Dirigente U.O. SDAP  
Dott. Simone Aquilanti

Fermo, il 11/04/2017

**OGGETTO:** Donazione di un ecografo GE Vscan da parte del CRALD AUSL Ravenna in favore dell'ospedale di campo di Amandola- Parere tecnico.

Con riferimento alla Vs richiesta di parere tecnico in merito alla richiesta di autorizzazione alla donazione in oggetto (nota prot. 352411 del 01/03/2017), inerente le seguenti apparecchiature:

Tecnologia	U.O. destinataria	Valore della donazione (IVA inclusa)
- Ecografo palmare GE modello Vscan e relativi accessori	Ospedale da campo di Amandola	€ 7.320,00

verificato che:

- Il sistema in oggetto risponde alle esigenze espresse dai clinici che operano c/o le strutture da campo collocate ad Amandola;
- Il sistema non necessita di materiale monouso/monopaziente dedicato;
- Il fornitore della tecnologia (SIRI s.p.a.) ha accettato le condizioni di consegna, installazione, collaudo ed assistenza tecnica richieste dal referente tecnico dell'istruttoria, come da mail del 17/03/2017 e successivo riscontro mail del 04/04/2017 (agli atti del referente stesso).

Pertanto si esprime parere favorevole all'accettazione della donazione in oggetto. L'accettazione definitiva ed il nulla-osta all'utilizzo sono subordinati al superamento con esito positivo del collaudo tecnico, che verrà effettuato presso l'ospedale da campo di Amandola.

Si ritiene utile precisare altresì che, in ragione della criticità del dispositivo in oggetto, è auspicabile che la Direzione di Area Vasta, di comune accordo con i referenti clinici e tecnici coinvolti, valuti la migliore collocazione da attribuire al medesimo.

Distinti saluti.

Il Direttore U.O.C. Patrimonio-Nuove Opere-Attività Tecniche  
Ing. Alberto Franca



Istruttore del parere:  
Ing. Elisa Bitti

