

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco
Assente

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquò

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1785 del 12 SET, 2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal **15 SET, 2013**

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

DIREZIONE ATTIVITA' PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Procedura aperta per la scelta del privato contraente per l'affidamento della fornitura di apparecchiature sanitarie da destinare alle UU.OO.CC. di Oculistica dell'A.S.P. di Ragusa. Integrazione e modifica al Capitolato Speciale di Appalto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Umberto Scrofani

IL DIRETTORE
Dott.ssa Gabriella Merlino

Umberto Scrofani

Merlino

Il **12 SET, 2013**, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale, n. 02617 del 05 Dicembre 2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo *Assente*
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza **Sig. Filipponeri Cascone**, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme all'originale in atti
IL SEGRETARIO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Su proposta della Direzione Servizio di Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con delibera n. 1481 del 19/07/2013 è stato disposto l'avvio della procedura di gara per procedura aperta per la scelta del privato contraente per l'affidamento della fornitura di apparecchiature sanitarie da destinare alle UU.OO.CC. di Oculistica dell'A.S.P. di Ragusa come di seguito:

- a) fornitura in noleggio triennale di:
 - lotto n. 1: n. 2 Tomografo a coerenza ottica (OCT);
 - lotto n. 2: n. 1 Microscopio operatorio;
 - lotto n. 3: n. 2 Fluriangiografo;
- b) fornitura in somministrazione di materiale di consumo per vitrectomia, per la durata di anni tre, con l'uso gratuito di n. 6 apparecchiature FACOVITRECTOMO (lotto n. 4);
- c) fornitura in acquisto di:
 - lotto n. 5: n. 3 Fotocoagulatore con lampada a fessura;
 - lotto n. 6: n. 1 Laser yag;
 - lotto n. 7: n. 1 Microscopio endoteliale con pachimetria;
 - lotto n. 8: n. 1 Apparecchio per criochirurgia;
 - lotto n. 9: n. 2 Tomografo con Schelmplug camera e disco di placido;
 - lotto n. 10: n. 2 Sedie operatorie per chirurgo;
 - lotto n. 11: n. 4 Tonometro ad appianazione, n. 3 Tonometro (Tonopen);
 - lotto n. 12: n. 1 Autorefrattometro;
 - lotto n. 13: n. 4 Frontofonometro.

Che con la suddetta deliberazione sono stati, tra l'altro, approvati gli atti di gara e precisamente:

- 1. bando di gara;
- 2. disciplinare di gara, allegato "A";
- 3. capitolato speciale, allegato "B";
- 4. capitolati tecnici, allegati "C, D, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R";
- 5. modello di dichiarazione sostitutiva, allegato "E";

Vista la nota del 10/09/2013 a firma dei Direttori delle tre Unità di Oculistica dell'Azienda, con la quale a seguito di una più attenta valutazione delle necessità funzionali, al fine di ottimizzare le attività chirurgiche delle tre Unità di Oculistica dell'Azienda, chiedono la modifica del capitolato speciale di appalto integrandolo come di seguito:

- relativamente ai lotti per le apparecchiature in noleggio (lotto n. 1, 2, 3, 4 e 5) l'Azienda si riserva la facoltà di optare per la formula del riscatto delle apparecchiature al termine contrattuale del noleggio;
- relativamente al lotto n. 4, la fornitura, triennale, in somministrazione di n. 5000 KIT COMPLETO MONOUSO dovrà essere comprensiva di punte faco da 2,8 mm, da 2,2 mm e da 1,8 mm monouso e sterilizzabili per un numero massimo di 10 (dieci) interventi

- 2. Procedere alla pubblicazione relativa all'integrazione e modifica del capitolato speciale di appalto, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs 163/2006, sulla G.U.R.I., sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.S., all'Albo Aziendale on-line, sul profilo del Committente, all'Albo Pretorio del Comune di Ragusa, sui siti informatici dell'Osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture, sul sito internet dell'Assessorato Regionale della Salute;
- 3. Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Data.....		Esercizio.....	
Importo	Autorizz.	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Attività Economico-Finanziarie		Il Contabile	
.....		

349

U

1. Integrare e modificare il capitolato speciale di appalto come di seguito, al fine di ottimizzare le attività chirurgiche delle tre Unità di Oculistica dell'Azienda:

- relativamente ai lotti per le apparecchiature in noleggio (lotto n. 1, 2, 3, 4 e 5) l'Azienda si riserva la facoltà di optare per la formula del riscatto delle apparecchiature al termine contrattuale del noleggio;
- relativamente al lotto n. 4, la fornitura, triennale, in somministrazione di n. 5000 KIT COMPLETO MONOUSO dovrà essere comprensiva di punte faco da 2,8 mm, da 2,2 mm e da 1,8 mm, monouso e risterilizzabili per un numero massimo di 10 (dieci) interventi

Inoltre le apparecchiature dovranno essere dotate di:

- n. 6 manipoli U/S e n. 1 manipolo da Pars Plana;
- n. 3 manipoli I/A;
- n. 3 cavi per diatermia risterilizzabili;
- n. 3 pinze per diatermia risterilizzabili;
- n. 3 matite da diatermia superficiale risterilizzabili;
- n. 3 matite per endodiatermia risterilizzabili;
- n. 3 chiavi risterilizzabili per avvitare e svitare punte u/s;
- n. 3 coppie di cannule I/A;

- la griglia per l'attribuzione dei punteggi qualità relativi al lotto n. 4 deve essere così modificata:

Requisiti richiesti	punti
Tagli/min vitrectomo: > 5000	6
Controllo statico e dinamico della pressione intraoculare	3
Infusione gas con guida alla miscela controllata dalla consolle	3
Movimenti della punta faco torsionali o ellittici	2
Sorgente laser interna	3
Manipolo faco con n. ceramiche: > 4	16
Modulo luci con lampade allo xenon con filtri colorati per ottimizzare la visione dei tessuti	15
Possibilità di effettuare la faco con punte coassiale minore di 2 mm.	10
Pedale senza fili	2

Inoltre le apparecchiatura dovranno essere dotate di:

- n. 6 manipoli U/S e n. 1 manipolo da Pars Plana;
- n. 3 manipoli I/A;
- n. 3 cavi per diatermia risterilizzabili;
- n. 3 pinze per diatermia risterilizzabili;
- n. 3 matite da diatermia superficiale risterilizzabili;
- n. 3 matite per endodiatermia risterilizzabili;
- n. 3 chiavi risterilizzabili per avvitare e svitare punte u/s;
- n. 3 coppie di cannule I/A;

➤ la griglia per l'attribuzione dei punteggi qualità relativi al lotto n. 4 deve essere così modificata:

Requisiti richiesti	punti
Tagli/min vitrectomo: > 5000	6
Controllo statico e dinamico della pressione intraoculare	3
Infusione gas con guida alla miscela controllato dalla consolle	3
Movimenti della punta faco torsionali o ellittici	2
Sorgente laser interna	3
Manipolo faco con n. ceramiche: > 4	16
Modulo luci con lampade allo xenon con filtri colorati per ottimizzare la visione dei tessuti	15
Possibilità di effettuare la faco con punte coassiale minore di 2 mm.	10
Pedale senza fili	2

Ritenuto di provvedere in merito;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

di:

