


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Arch. Angelo Aliquò

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 1899 del 3 OTT. 2013

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 6 OTT. 2013

IL SEGRETARIO  
Sig. Filipponeri Cascone

**DIREZIONE SERVIZIO TECNICO**

Esecutiva: SI Atto sottoposto a controllo: NO

**OGGETTO:** Intervento tecnico, a seguito prescrizioni INAIL, sulla Risonanza Magnetica SIEMENS MAGNETOM SYMPHONY inv. n. 22944-AO installata presso il Presidio Ospedaliero M.P. Arezzo di Ragusa.  
Ditta SIEMENS S.p.A. di Milano - Importo complessivo € 23.117,80 IVA compresa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
A.S.P. RAGUSA  
SETTORE FACILITY MANAGEMENT  
Ing. Lorenzo Aprile

IL DIRETTORE  
A.S.P. RAGUSA  
SETTORE FACILITY MANAGEMENT  
Ing. Lorenzo Aprile

Il 3 OTT. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquò, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco
- Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che presso la U.O. di Radiologia del Presidio Ospedaliero M.P.A. di Ragusa è installata l'apparecchiatura Risonanza Magnetica SIEMENS MAGNETOM SYMPHONY inv n. 22944-AO;

CHE con mail inviata al Servizio Tecnico in data 19 settembre u.s. la Dott.ssa Anna Rabito rammenta la necessità di effettuare, entro il 30 settembre p.v., dei lavori presso i locali ove è installata la suddetta Risonanza al fine di ottemperare a quanto richiesto dall'INAIL e di cui al verbale allegato alla suddetta mail specificando che, prima di intervenire nei suddetti locali, occorre necessariamente abbassare il campo magnetico dell'apparecchiatura in argomento;

CONSIDERATO che tale operazione deve essere effettuata dai tecnici della Ditta SIEMENS, ditta costruttrice della stessa, che devono provvedere a quanto necessario sia in fase antecedente i lavori sia successivamente agli stessi al fine di lasciare l'apparecchiatura perfettamente tarata e funzionante;

CONSTATATO che l'intervento in argomento non può farsi rientrare tra quelli previsti nel contratto di manutenzione che l'Azienda ha stipulato con la Ditta Siemens trattandosi di intervento avente carattere straordinario e pertanto il Servizio Tecnico ha richiesto con nota n. 1884 del 20/09/2013 apposito preventivo di spesa comprendente tutte le misure necessarie ad abbassare il campo magnetico della Risonanza da effettuarsi prima che le altre ditte interessate ai lavori entrino nei locali interessati;

VISTO pertanto il preventivo n. 200312678 del 24/09/2013 inviato dalla Ditta SIEMENS S.p.A. dell'importo complessivo di € 19.105,62 IVA esclusa comprendente nella prima fase l'abbassamento del campo magnetico per consentir i lavori di adeguamento estrazione aria in sala magnete e, nella seconda fase, il Ramp Up del campo magnetico e tarature necessarie per il normale uso clinico dell'apparecchiatura;

CONSTATATA l'esigenza di procedere con urgenza all'intervento di che trattasi stante i termini prescritti dall'INAIL;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa e che qui si intendono ripetuti e trascritti:

1) Approvare il preventivo di spesa n. 200312678 del 24/09/2013 del 24/09/2013 dell'importo complessivo di € 23.117,80 IVA compresa relativo all'intervento di abbassamento del campo magnetico e successivo ripristino della Risonanza Magnetica SIEMENS MAGNETOM SYMPHONY inv. n. 22944-AO installata nella U.O. di Radiologia del Presidio Ospedaliero M.P.A. di Ragusa;

2) Affidare l'intervento in argomento alla Ditta SIEMENS S.p.A. di Milano;

3) Prendere atto che la spesa relativa rientra nell'autorizzazione n. 270 del bilancio corrente conto di costo 5030301;

4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo data la brevità dei tempi di intervento.

L'estensore  
Dott. Carbonaro

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	270/2		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
..... .....		..... .....	