


\*\*\*\*\*

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1499 del 10 LUG. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio Aricò

DIREZIONE ATTIVITA' PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Esecutiva: SI NO

Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO:** Approvazione verbali di gara relativi alla procedura di gara per procedura aperta per la scelta del privato contraente per l'affidamento della fornitura di apparecchiature sanitarie da destinare alle UU.OO.CC. di Oculistica dell'A.S.P. di Ragusa.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 13 LUG. 2014

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. Umberto Scrofani

IL DIRETTORE

Dott.ssa Gabriella Merlino

Il 10 LUG. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014 e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

Su proposta della Direzione Servizio di Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con deliberazione n. 1481 del 19/07/2013 è stata disposta l'indizione della procedura di gara per procedura aperta per l'affidamento della fornitura di apparecchiature sanitarie da destinare alle UU.OO.CC. di Oculistica dell'A.S.P. di Ragusa, articolata in 13 lotti indivisibili;

Preso atto che alla suddetta gara è stata data idonea pubblicità in quanto: il relativo bando è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. sulla G.U.R.I. sulla G.U.C.E. nella G.U.R.S., all'Albo pretorio del comune di Ragusa, all'albo pretorio "on line" dell'Azienda, all'Albo Aziendale, sul sito internet aziendale [www.asp.rg.it](http://www.asp.rg.it). E sul sito internet dell'Assessorato Regionale della Salute ed il relativo avviso di gara su due quotidiani a diffusione nazionale "La Repubblica" e "Italia Oggi" e su due quotidiani a diffusione locale "La Repubblica Palermo" e "M.F. Sicilia";

Rilevato che l'aggiudicazione è prevista come di seguito:

- a per i lotti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 163/06, previa verifica di conformità tecnica al capitolato speciale di appalto;
- b per i lotti n. 1, 2, 3, 4 e 5 secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei parametri di ponderazione descritti nei rispettivi capitolati tecnici Allegati "C", "D", "F", "G" e "H" e precisamente:
  - qualità punteggio massimo 60
  - prezzo punteggio massimo 40;

Rilevato altresì che l'ammontare a base d'asta dell'appalto in oggetto complessivo presunto è quantificato in complessive € 2.574.650,00 oltre Iva come di seguito articolato:

lotto n. 1	€ 164.250,00 (centosessantaquattromiladuecentocinquanta/00) Iva esclusa;
lotto n. 2	€ 109.500,00 (centonovemilacinquecento/00) Iva esclusa;
lotto n. 3	€ 175.200,00 (centosettantacinquemiladuecento/00) Iva esclusa;
lotto n. 4	€ 1.830.000,00 (unmilioneottocentotrentamila/00) Iva esclusa;
lotto n. 5	€ 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) Iva esclusa;
lotto n. 6	€ 35.000,00 (trentacinquemila/00) Iva esclusa;
lotto n. 7	€ 20.000,00 (ventimila/00) Iva esclusa;
lotto n. 8	€ 12.000,00 (dodicimila/00) Iva esclusa;
lotto n. 9	€ 40.000,00 (quarantamila/00) Iva esclusa;
lotto n. 10	€ 8.000,00 (ottomila/00) Iva esclusa;
lotto n. 11	€ 11.700,00 (undicimilasettecento/00) Iva esclusa;
lotto n. 12	€ 15.000,00 (quindicimila/00) Iva esclusa;
lotto n. 13	€ 10.000,00 (diecimila/00) Iva esclusa;

Rilevato che il bando di gara prevedeva quale termine per la ricezione delle offerte il giorno 25/09/2013, ore 13,00, e fissava per il giorno 15/10/2013, ore 09,00, l'espletamento della I fase della procedura di gara;

Rilevato che il suddetto termine è stato rinviato successivamente, con delibera n. 2065 del 25/10/2013 per l'08/11/2014 alle ore 09,30;

**QUANTIFICARE** la spesa complessiva annua e nel triennio relativa al noleggio attrezzature e somministrazione beni a consumo come segue;  
 Spesa annua **noleggio** € 152.280,40 Iva 22% compresa;;  
 Spesa triennio **noleggio** € 456.841,20 Iva 22% compresa;;

Spesa annua fornitura in somministrazione presunta **mat sanitario** € 650.000,00 Iva compresa;  
 Spesa triennio fornitura in somministrazione presunta **mat sanitario** € 1.950.000,00 Iva compresa;

**QUANTIFICARE** la spesa complessiva relativa all'acquisto delle **attrezzature** in € 257.517,60 Iva 22% compresa (beni inventariabili);

**PREVEDERE** le spese di cui sopra come segue nel bilancio corrente:



- ✓ spesa noleggio periodo Ottobre – Dicembre 2014: € 38.070,10 Iva compresa sul conto economico **504020101** giusta previsione annua di cui alla nota prot. n.245/provv del 12/02/2014 **Aut. n. \_\_\_**;
- ✓ spesa fornitura in acquisto attrezzature: € 257.517,60 Iva compresa sul conto economico **101020501** giusta previsione annua di cui alla nota prot. n.245/provv del 12/02/2014 **Aut. n. \_\_\_**;
- ✓ spesa fornitura in somministrazione materiale sanitario periodo Ottobre – Dicembre 2014: € 160.000,00 Iva compresa sul conto economico **5010105** ove risulta prevista e coperta dal previsionale di competenza della Farmacia;

**DARE ATTO** che per la previsione di spesa di competenza dei prossimi esercizi finanziari si provvederà con successivi atti;

**PROCEDERE** alla formalizzazione dei rapporti contrattuali con le suddette società;

**DARE ATTO** che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione delle Attività di Provveditorato ed Economato.

**DICHIARARE** immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Data.....		Esercizio.....	
Importo	Autorizz.	Ordine	Conto
38.070,10	16/11/14		504020101
257.517,60	30/15		101020501
Visto: Il Responsabile Servizio Economico Finanziarie		Il Contabile	
			

**Ditta Ellebi Medical S.r.l. – offerta del 24/09/2013:**

percentuale di ribasso offerto del 30,05% sull'importo fissato a base di gara di € 20.000,00 per un totale netto ribassato di € 13.990,00 oltre iva;

**LOTTO N. 8:**

fornitura in acquisto di n. 1 APPARECCHIO PER CRIOCHIRURGIA

**Ditta Biomed – offerta n. 13/00070 del 23/09/2013:**

percentuale di ribasso offerto del 31,00% sull'importo fissato a base di gara di € 12.000,00 per un totale netto ribassato di € 8.280,00 oltre iva;

**LOTTO N. 9:**

fornitura in acquisto di n. 2 TOMOGRAFO CON SCHELMPLUG CAMERA E DISCO DI PLACIDO

**Ditta Medisystem S.r.l. – offerta del 23/09/2013 e successiva di miglioramento del 24/03/2014:**

percentuale di ribasso offerto del 5,50% sull'importo fissato a base di gara di € 40.000,00 per un totale netto ribassato di € 37.800,00 oltre iva;

**LOTTO N. 10:**

fornitura in acquisto di n. 2 SEDIE OPERATORIE PER CHIRURGO

**Ditta CB Medical S.r.l. – offerta del 19/09/2013:**

percentuale di ribasso offerto del 63,00% sull'importo fissato a base di gara di € 8.000,00 per un totale netto ribassato di € 2.960,00 oltre iva;

**LOTTO N. 11:**

fornitura in acquisto di n. 4 TONOMETRO AD APPLANAZIONE  
fornitura di n. 3 TONOMETRO (TONOPEN)

**Ditta MedisysteM S.r.l. – offerta del 23/09/2013:**

percentuale di ribasso offerto del 8,37% sull'importo fissato a base di gara di € 11.700,00 per un totale netto ribassato di € 10.720,00 oltre iva;

**LOTTO N. 12:**

fornitura in acquisto di n. 1 AUTOREFRATTOMETRO

**ditta Polyoftalmica.New. – offerta n. 130258 del 16/09/2013:**

percentuale di ribasso offerto del 62,67% sull'importo fissato a base di gara di € 15.000,00 per un totale netto ribassato di € 5.600,00 oltre iva;

**LOTTO N. 13:**

fornitura in acquisto di n. 4 FRONTIFOCOMETRO AUTOMATICO

**ditta Ellebi Medical s.r.l. – offerta del 24/09/2013:**

percentuale di ribasso offerto del 50,10% sull'importo fissato a base di gara di € 10.000,00 per un totale netto ribassato di € 4.990,00 oltre iva;

**LOTTO N. 3:**

fornitura in noleggio, triennale, di n. 2 FLUORIANGIOGRAFO

**Ditta Scandurra S.r.l. – offerta del 18/09/2013:**

percentuale di ribasso del 3,21% sull'importo fissato a base di gara di € 175.200,00 per un totale netto ribassato di € 169.576,08 oltre iva;

**LOTTO N. 4:**

Fornitura, triennale, in somministrazione del sotto elencato materiale di consumo:

quantità annua n. 2500	<b>KIT COMPLETO MONOUSO comprensivo di:</b>
	<b>punte faco da 2,8 mm, da 2,2 mm e da 1,8 mm</b>
quantità annua n. 100	<b>SET VITRECTOMIA ANTERIORE;</b>
quantità annua n. 250	<b>PACK PER VITRECTOMIA POSTERIORE 20 G;</b>
quantità annua n. 300	<b>PACK PER VITRECTOMIA POSTERIORE 23 G;</b>
quantità annua n. 100	<b>PACK PER VITRECTOMIA POSTERIORE 25 G;</b>

uso gratuito di n. 6 apparecchiature FACOVITRECTOMO ognuna dotata di

n. 6 manipoli U/S e n. 1 manipolo da Pars Plana;

n. 3 manipoli I/A;

n. 3 cavi per diatermia risterilizzabili;

n. 3 pinze per diatermia risterilizzabili;

n. 3 matite da diatermia superficiale risterilizzabili;

n. 3 matite per endodiaternia risterilizzabili;

n. 3 chiavi risterilizzabili per avvitare e svitare punte u/s;

n. 3 copie di cannule I/A;

**Ditta Optikon 2000 S.p.a. – offerta del 20/09/2013:**

percentuale di ribasso del 12,70% sull'importo fissato a base di gara di € 1.830.000,00 per un totale netto ribassato (annuo € 532.500,00) nel triennio nel triennio di € 1.597.500,00 oltre iva;

**LOTTO N. 5:**

fornitura in acquisto di n. 3 FOTOCOAGULATORE CON LAMPADA A FESSURA

**Ditta Carl Zeiss S.p.a. – offerta GB20136962 del 18/09/2013:**

percentuale di ribasso offerto del 23,44% sull'importo fissato a base di gara di € 144.000,00 per un totale netto ribassato di € 110.250,00 oltre iva;

**LOTTO N. 6:**

fornitura in acquisto di n. 1 LASER YAG

**Ditta Ellebi Medical S.r.l. offerta del 24/09/2013:**

percentuale di ribasso offerto del 52,88% sull'importo fissato a base di gara di € 35.000,00 per un totale netto ribassato di € 16.490,00 oltre iva;

**LOTTO N. 7:**

fornitura in acquisto di n. 1 MICROSCOPIO ENDOTELIALE CON PACHIMETRIA

**Ditta Medisystem S.r.l. – offerta del 23/09/2013:**

percentuale di ribasso offerto del 8,37% sull'importo fissato a base di gara di € 11.700,00 per un totale netto ribassato di € 10.720,00 oltre iva;

**LOTTO N. 12:**

fornitura in acquisto di n. 1 AUTOREFRATTOMETRO

**ditta Polyoftalmica.New. – offerta n. 130258 del 16/09/2013:**

percentuale di ribasso offerto del 62,67% sull'importo fissato a base di gara di € 15.000,00 per un totale netto ribassato di € 5.600,00 oltre iva;

**LOTTO N. 13:**

fornitura in acquisto di n. 4 FRONTIFOCOMETRO AUTOMATICO

**ditta Ellebi Medical s.r.l. – offerta del 24/09/2013:**

percentuale di ribasso offerto del 50,10% sull'importo fissato a base di gara di € 10.000,00 per un totale netto ribassato di € 4.990,00 oltre iva;

**DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

**APPROVARE** i verbali di gara della Commissione Giudicatrice del 08/11/2013, del 16/11/2013, del 06/12/2013, del 14/01/2014, del 18/01/2014, del 01/02/2014, del 07/02/2014, del 06/03/2014, del 24/03/2014 e del 26/06/2014 relativi alla procedura aperta per la scelta del privato contraente per la stipula dei contratti di fornitura di apparecchiature sanitarie da destinare alle UU.OO.CC. di Oculistica dell'A.S.P. di Ragusa;

**AGGIUDICARE** in via definitiva la fornitura di cui è discorso, in favore delle sotto indicate società, per gli sconti offerti sui prezzi a base di gara e per gli importi netti ribassati a fianco di ciascuno indicati:

**LOTTO N. 1:**

fornitura in noleggio, triennale, di n. 2 TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA (OCT)

**Ditta Zeiss S.p.a. – offerta TS20136963 del 18/09/2013:**

percentuale di ribasso offerta del 28,23% sull'importo fissato a base di gara di € 164.250,00 per un totale netto ribassato di € 117.876,00 oltre iva;

**LOTTO N. 2:**

fornitura in noleggio, triennale, di n. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO

**Ditta Zeiss S.p.a. - offerta TS20136967 del 19/09/2013:**

percentuale di ribasso offerto del 20,55% sull'importo fissato a base di gara di € 109.500,00 per un totale netto ribassato di € 87.000,00 oltre iva;



**Ditta Optikon 2000 S.p.a. – offerta del 20/09/2013:**

percentuale di ribasso del 12,70% sull'importo fissato a base di gara di € 1.830.000,00 per un totale netto ribassato (annuo € 532.500,00) nel triennio di € 1.597.500,00 oltre iva;

**LOTTO N. 5:**

fornitura in acquisto di n. 3 FOTOCOAGULATORE CON LAMPADA A FESSURA

**Ditta Carl Zeiss S.p.a. – offerta GB20136962 del 18/09/2013:**

percentuale di ribasso offerto del 23,44% sull'importo fissato a base di gara di € 144.000,00 per un totale netto ribassato di € 110.250,00 oltre iva;

**LOTTO N. 6:**

fornitura in acquisto di n. 1 LASER YAG

**Ditta Ellebi Medical S.r.l. offerta del 24/09/2013:**

percentuale di ribasso offerto del 52,88% sull'importo fissato a base di gara di € 35.000,00 per un totale netto ribassato di € 16.490,00 oltre iva;

**LOTTO N. 7:**

fornitura in acquisto di n. 1 MICROSCOPIO ENDOTELIALE CON PACHIMETRIA

**Ditta Ellebi Medical S.r.l. – offerta del 24/09/2013:**

percentuale di ribasso offerto del 30,05% sull'importo fissato a base di gara di € 20.000,00 per un totale netto ribassato di € 13.990,00 oltre iva;

**LOTTO N. 8:**

fornitura in acquisto di n. 1 APPARECCHIO PER CRIOCHIRURGIA

**Ditta Biomed – offerta n. 13/00070 del 23/09/2013:**

percentuale di ribasso offerto del 31,00% sull'importo fissato a base di gara di € 12.000,00 per un totale netto ribassato di € 8.280,00 oltre iva;

**LOTTO N. 9:**

fornitura in acquisto di n. 2 TOMOGRAFO CON SCHELMPLUG CAMERA E DISCO DI PLACIDO

**Ditta Medisystem S.r.l. – offerta del 23/09/2013 e successiva di miglioramento del 24/03/2014:**

percentuale di ribasso offerto del 5,50% sull'importo fissato a base di gara di € 40.000,00 per un totale netto ribassato di € 37.800,00 oltre iva;

**LOTTO N. 10:**

fornitura in acquisto di n. 2 SEDIE OPERATORIE PER CHIRURGO

**Ditta CB Medical S.r.l. – offerta del 19/09/2013:**

percentuale di ribasso offerto del 63,00% sull'importo fissato a base di gara di € 8.000,00 per un totale netto ribassato di € 2.960,00 oltre iva;

**LOTTO N. 11:**

fornitura in acquisto di n. 4 TONOMETRO AD APPLANAZIONE

fornitura di n. 3 TONOMETRO (TONOPEN)

**Rilevato** che, come da verbale del 26/06/2014, la Commissione Giudicatrice, rivisti gli atti di gara e valutate le doglianze con riferimento alla eventuale sussistenza di errori materiali e/o valutativi ha esitato negativamente i rilievi mossi dalla società Medicalia S.r.l. confermando quanto precedentemente valutato e definito;

**Preso atto** della regolarità della procedura esperita;

**Ritenuto**, sulla base degli atti in argomento, di aggiudicare in via definitiva, la fornitura di cui è discorso, in favore delle sotto indicate società, per gli sconti offerti sui prezzi a base di gara e per gli importi netti ribassati a fianco di ciascuno indicati:

**LOTTO N. 1:**

fornitura in noleggio, triennale, di n. 2 TOMOGRAFO A COERENZA OTTICA (OCT)

**Ditta Zeiss S.p.a. – offerta TS20136963 del 18/09/2013:**

percentuale di ribasso offerta del 28,23% sull'importo fissato a base di gara di € 164.250,00 per un totale netto ribassato di € 117.876,00 oltre iva;

**LOTTO N. 2:**

fornitura in noleggio, triennale, di n. 1 MICROSCOPIO OPERATORIO

**Ditta Zeiss S.p.a. - offerta TS20136967 del 19/09/2013:**

percentuale di ribasso offerto del 20,55% sull'importo fissato a base di gara di € 109.500,00 per un totale netto ribassato di € 87.000,00 oltre iva;

**LOTTO N. 3:**

fornitura in noleggio, triennale, di n. 2 FLUORIANGIOGRAFO

**Ditta Scandurra S.r.l. – offerta del 18/09/2013:**


percentuale di ribasso del 3,21% sull'importo fissato a base di gara di € 175.200,00 per un totale netto ribassato di € 169.576,08 oltre iva;

**LOTTO N. 4:**

Fornitura, triennale, in somministrazione del sotto elencato materiale di consumo:

quantità annua n. 2500	<b>KIT COMPLETO MONOUSO comprensivo di:</b>
	<b>punte faco da 2,8 mm, da 2,2 mm e da 1,8 mm</b>
quantità annua n. 100	<b>SET VITRECTOMIA ANTERIORE;</b>
quantità annua n. 250	<b>PACK PER VITRECTOMIA POSTERIORE 20 G;</b>
quantità annua n. 300	<b>PACK PER VITRECTOMIA POSTERIORE 23 G;</b>
quantità annua n. 100	<b>PACK PER VITRECTOMIA POSTERIORE 25 G;</b>

uso gratuito di n. 6 apparecchiature FACOVITRECTOMO ognuna dotata di  
**n. 6 manipoli U/S e n. 1 manipolo da Pars Plana;**  
**n. 3 manipoli I/A;**  
**n. 3 cavi per diatermia risterilizzabili;**  
**n. 3 pinze per diatermia risterilizzabili;**  
**n. 3 matite da diatermia superficiale risterilizzabili;**  
**n. 3 matite per endodiatermia risterilizzabili;**  
**n. 3 chiavi risterilizzabili per avvitare e svitare punte u/s;**  
**n. 3 copie di cannule I/A;**



**ditta Medisystem s.r.l.:**

percentuale di ribasso offerto del 32,00%;

**ditta Ellegi Medical Opties s.r.l.:**

percentuale di ribasso offerto del 25,00%;

**ditta Biomed:**

percentuale di ribasso offerto del 6,00%;

**ditta Ellebi Medical s.r.l.:**

percentuale di ribasso offerto del 50,10% (*offerta più bassa*);

**Rilevato** che, per tutto quanto sopra rappresentato, l'aggiudicazione provvisoria dei sottoelencati risulta essere così formulata in favore delle seguenti ditte:

- Lotto n. 1: Ditta Zeiss S.p.a.
- Lotto n. 2: Ditta Carl Zeiss S.p.a.
- Lotto n. 3: Ditta Scandurra S.r.l.
- Lotto n. 4: Ditta Optikon 2000 S.p.a.
- Lotto n. 5: Ditta Carl Zeiss S.p.a.
- Lotto n. 6: Ditta Ellebi Medical S.r.l.:
- Lotto n. 7: Ditta Ellebi Medical S.r.l.:
- Lotto n. 8: Ditta Biomed:
- Lotto n. 9: Ditta Medisystem S.r.l.
- Lotto n. 10: Ditta CB Medical S.r.l.
- Lotto n. 11: Ditta MedisysteM S.r.l.
- Lotto n. 12: ditta Polyoftalmica.New.
- Lotto n. 13: ditta Ellebi Medical s.r.l.

**Rilevato** che:

ai sensi dell'art. 86 e 87 D.Lgs.163/2006 sono risultate anormalmente basse le offerte delle ditte:

- Carl Zeiss S.p.a. per i lotti n. 2, n. 5 e n. 12;
- Polyoftalmica.New per i lotti n. 12 e n. 13;
- Biomed per il lotto n. 12;
- Ellebi Medical S.r.l. per il lotto n. 13;
- Medisystem S.r.l. per il lotto n. 13;

- pertanto con note prot. dal n. 558/provv.to al n. 562/provv.to del 26/03/2014 sono state richieste alle suddette ditte le relative giustificazioni;

- con note di riscontro del 28/03/2014, del 31/03/2014, del 01/04/2014 e del 02/04/2014 tutte le suddette società hanno prodotto quanto richiesto e che, le giustificazioni d'offerta prodotte sono state ritenute idonee e sufficienti giusto verbale del 27/03/2014;

**Rilevato** che con nota prot. n. 46/2014/df del 12/05/2014 e successiva nota prot. n. 56/2014/df del 19/06/2014 la ditta Medicalia S.r.l., seconda in graduatoria per il lotto n. 4, ha trasmesso rilievi contro la formulazione dell'aggiudicazione provvisoria;

**Rilevato** che con nota prot. n. 906/provv.to del 16/05/2014 la Stazione Appaltante ha chiesto la riconvocazione della Commissione Giudicatrice al fine di riscontrare, relativamente al lotto n. 4, i rilievi tecnici mossi dalla società Medicalia S.r.l. prima di procedere all'aggiudicazione definitiva;

**Lotto n. 8:**

**Ditta Optikon 2000 S.p.a.:**

percentuale di ribasso offerto del 18,83%;

**Ditta Biomed:**

percentuale di ribasso offerto del 31,00% (*offerta più bassa*);

**Lotto n. 9:**

**Ditta Nikon Instruments S.p.a.:**

percentuale di ribasso offerto del 5,00%;

**Ditta Medisystem S.r.l.:**

percentuale di ribasso offerto del 5,50% (*offerta più bassa*);

**Lotto n. 10:**

**Ditta SI.STEMA S.r.l.:**

percentuale di ribasso offerto del 10,55%;

**Ditta CB Medical S.r.l.:**

percentuale di ribasso offerto del 63,00% (*offerta più bassa*);

**Ditta I.M. Medical S.a.s.:**

percentuale di ribasso offerto del 17,50%;

**Ditta Ellebi Medical S.r.l.:**

percentuale di ribasso offerto del 30,25%;

**Lotto n. 11:**

**Ditta Scandurra S.r.l.:**

percentuale di ribasso offerto del 1,00%;

**Ditta Medisystem S.r.l.:**

percentuale di ribasso offerto del 8,37% (*offerta più bassa*);

**Lotto n. 12:**

**ditta Polyoftalmica.New.:**

percentuale di ribasso offerto del 62,67% (*offerta più bassa*);

**ditta TopCon Italia:**

percentuale di ribasso offerto del 30,00%;

**ditta Medisystems s.r.l.:**

percentuale di ribasso offerto del 44,13%;

**ditta Carl Zeiss s.p.a.:**

percentuale di ribasso offerto del 53,67%;

**ditta Biomed:**

percentuale di ribasso offerto del 60,00%;

**ditta Ellebi Medical s.r.l.:**

percentuale di ribasso offerto del 40,00%;

**Lotto n. 13:**

**ditta Polyoftalmica.New.:**


percentuale di ribasso offerto del 35,00%;

**ditta Nikon Instruments s.r.l.:**

percentuale di ribasso offerto del 12,00%;

**ditta TopCon Italia:**

percentuale di ribasso offerto del 2,00%;



**Lotto n. 2:**

**Ditta Carl Zeiss S.p.a.:** punteggio conseguito per offerta tecnica 60,00  
punteggio conseguito per offerta economica 36,00  
**punteggio complessivo 96,00 (offerta economicamente più vantaggiosa)**

**Lotto n. 3:**

**Ditta Scandurra s.r.l.:** punteggio conseguito per offerta tecnica 20,00  
punteggio conseguito per offerta economica 36,00  
**punteggio complessivo 56,00 (offerta economicamente più vantaggiosa)**

**Lotto n. 4:**

**Ditta Alcon Italia S.p.a.:** punteggio conseguito per offerta tecnica 27,00  
punteggio conseguito per offerta economica 25,878  
punteggio complessivo 52,878

**Ditta Medicalia S.r.l.:** punteggio conseguito per offerta tecnica 46,00  
punteggio conseguito per offerta economica 36,490  
punteggio complessivo 82,490

**Ditta Optikon 2000 S.p.a.:** punteggio conseguito per offerta tecnica 45,991  
punteggio conseguito per offerta economica 40,00  
**punteggio complessivo 85,991 (offerta economicamente più vantaggiosa)**

**Lotto n. 5:**

**Ditta TopCon Italia:** punteggio conseguito per offerta tecnica 49,32  
punteggio conseguito per offerta economica 5,66  
punteggio complessivo 54,98

**Ditta Carl Zeiss S.p.a.:** punteggio conseguito per offerta tecnica 50,00  
punteggio conseguito per offerta economica 40,00  
**punteggio complessivo 90,00 (offerta economicamente più vantaggiosa)**

**Lotto n. 6:**

**Ditta Polyoftalmica.New:**  
percentuale di ribasso offerto del 38,00%;

**Ditta Carl Zeiss S.p.a.:**  
percentuale di ribasso offerto del 40,07%;

**Ditta Ellebi Medical S.r.l.:**  
percentuale di ribasso offerto del 52,88% (*offerta più bassa*)

**Lotto n. 7:**

**Ditta Nikon Instruments S.p.a.:**  
percentuale di ribasso offerto del 24,20%;

**Ditta Medisystem S.r.l.:**  
percentuale di ribasso offerto del 30,00%;

**Ditta Ellebi Medical S.r.l.:**  
percentuale di ribasso offerto del 30,05% (*offerta più bassa*);

strumento offerto risulta dotato delle seguenti caratteristiche:  
sfera da -20.0 D a +23.0 D.

società TopCon Italia:	<u>conforme</u> ai requisiti minimi richiesti;
società Medisystem S.r.l.:	<u>conforme</u> ai requisiti minimi richiesti;
società Carl Zeiss S.p.a.:	<u>conforme</u> ai requisiti minimi richiesti;
società Biomed:	<u>conforme</u> ai requisiti minimi richiesti;
società Ellebi Medical S.r.l.:	<u>conforme</u> ai requisiti minimi richiesti;

**LOTTO N. 13:**

società Polyoftalmica.New:	<u>conforme</u> ai requisiti minimi richiesti;
società Nikon Instrument S.p.a.:	<u>conforme</u> ai requisiti minimi richiesti;
società TopCon Italia:	<u>conforme</u> ai requisiti minimi richiesti;
società Medisystem S.r.l.:	<u>conforme</u> ai requisiti minimi richiesti;
società Ellegi Medical Optics S.r.l.:	<u>conforme</u> ai requisiti minimi richiesti;
società Biomed:	<u>conforme</u> ai requisiti minimi richiesti;
società Ellebi Medical S.r.l.:	<u>conforme</u> ai requisiti minimi richiesti;

- e che la Commissione ha proceduto alla stesura definitiva delle schede di valutazione tecnica recanti i coefficienti attribuiti in relazione ai lotti in gara dal n. 1 al n. 5;

**Rilevato** quindi che con le note prot. n. 439/provv., n. 440/provv., n. 441/provv., n. 442/provv., n. 443/provv., n. 444/provv., n. 445/provv., n. 446/provv., n. 447/provv., n. 448/provv., n. 449/provv., n. 450/provv., n. 451/provv., n. 452/provv. e n. 453/provv. del 10/03/2014 sono state comunicate, rispettivamente alle società: Polioftalmica. New, Si.Stema S.r.l., Scandurra S.r.l., Nikon Instruments S.p.a., TopCon Italia, Medisystem S.r.l., CB Medical S.r.l., Ellegi Medical Optics S.r.l., Carl Zeiss S.p.a., I.M. Medical S.a.s., Alcon Italia S.p.a., Medicalia S.r.l., Optikon 2000 S.p.a., Biomed e Ellebi Medical S.r.l. le risultanze della fase di gara di cui sopra;

**Rilevato** che, come da verbale di gara del 24/03/2014, la Commissione Giudicatrice ha per ciascun lotto dal n. 1 al n. 5:

- dato lettura dei punteggi di qualità;
- letto le offerte economiche attribuendo i relativi punteggi prezzo;
- proceduto alla sommatoria dei punteggi prezzo e qualità;
- e, per i restanti lotti dal n. 6 al n. 13, ha proceduto alla lettura delle percentuali di ribasso offerte;

**Rilevato** ancora dai citati verbali di cui sopra le seguenti e complessive risultanze finali:

**Lotto n. 1:**

<b><u>Ditta Scandurra S.r.l.:</u></b>	punteggio conseguito per offerta tecnica 48,995 punteggio conseguito per offerta economica 12,714 punteggio complessivo 61,709
<b><u>Ditta Carl Zeiss S.p.a.:</u></b>	punteggio conseguito per offerta tecnica 29,315 punteggio conseguito per offerta economica 35,225 <b>punteggio complessivo 64,540 (offerta economicamente più vantaggiosa)</b>
<b><u>Ditta Ellebi Medical S.r.l.:</u></b>	punteggio conseguito per offerta tecnica 10,425 punteggio conseguito per offerta economica 40,00 punteggio complessivo 50,425

società Ellebi Medical S.r.l.: non conforme ai requisiti minimi richiesti per le seguenti motivazioni:  
carenza nell'offerta tecnica e nella documentazione tecnica del seguente  
requisito minimo prescritto dall'allegato H:  
- Possibilità di effettuare trattamento multispot;

**LOTTO N. 6:**

società Polyoftalmica.New: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società Carl Zeiss S.p.a.: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società Ellebi Medical S.r.l.: conforme ai requisiti minimi richiesti;

**LOTTO N. 7:**

società Nikon Instruments S.p.a.: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società Medisystem S.r.l.: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società Ellebi Medical S.r.l.: conforme ai requisiti minimi richiesti;

**LOTTO N. 8:**

società Optikon 2000 S.p.a.: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società Biomed: conforme ai requisiti minimi richiesti;

**LOTTO N. 9:**

società Nikon Instruments S.p.a.: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società Medisystem S.r.l.: conforme ai requisiti minimi richiesti;

**LOTTO N. 10:**

società SI.STEMA S.r.l.: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società CB MEDICAL S.r.l.: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società I.M. MEDICAL S.a.s.: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società ELLEBI MEDICAL S.r.l.: conforme ai requisiti minimi richiesti;

**LOTTO N. 11:**

società Scandurra S.r.l.: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società Nikon Instruments S.p.a.: non conforme ai requisiti minimi richiesti per le seguenti motivazioni:

la documentazione tecnica prodotta quale oggetto dell'offerta tecnica formulata attiene unicamente al "Tonometro ad appianazione" e nulla si rinviene invece con riferimento all'altro strumento, parimenti costituente il lotto n. 11, rappresentato dal "Tonometro Tonopen

società Medisystem S.r.l.: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società CB Medical S.r.l.: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società Biomed: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società Ellebi Medical S.r.l.: conforme ai requisiti minimi richiesti;

**LOTTO N. 12:**

società Polyoftalmica.New: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società Nikon Instruments S.p.a.: non conforme ai requisiti minimi richiesti per le seguenti motivazioni:

risulta uno strumento non munito della caratteristica tecnica minima richiesta in allegato Q inerente la gamma di misura del potere refrattivo come di seguito richiamato " sfera: da circa -25.0 D a circa +22.0 D con incrementi di 0.12 D o 0.25 D" in quanto lo

- indicazione in ordine alla utilizzazione o meno di "tecnologia SLO" combinata con "tecnologia di acquisizione nel dominio in frequenza";  
- indicazione in ordine al "tempo di acquisizione del cubo maculare";  
società Carl Zeiss S.p.a.: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società Ellebi Medical S.r.l.: conforme ai requisiti minimi richiesti;

**LOTTO N. 2:**

società Carl Zeiss S.p.a.: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società Alcon Italia S.p.a.: non conforme ai requisiti minimi richiesti per le seguenti motivazioni:  
- la carenza nella documentazione costituente l'offerta tecnica e nel carteggio accluso ed inserito nella busta della specifica relazione tecnica volta a comprovare analiticamente la sussistenza o meno dei requisiti minimi indicati nel capitolato tecnico.  
Dall'esame del suddetto carteggio non risulta inoltre consentito estrapolare alcuna specifica indicazione riferibile alla sussistenza o meno di ciascuno dei requisiti tecnici minimi richiesti dalla documentazione di gara per il lotto in esame

**LOTTO N. 3:**

società Scandurra S.r.l.: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società TopCon Italia: non conforme ai requisiti minimi richiesti per le seguenti motivazioni:  
carenza nell'offerta tecnica e nella documentazione tecnica dei seguenti requisiti minimi prescritti dall'allegato F:  
- Acquisizione delle immagini simultanee in fluoresceina e in indocianina;  
- Visualizzazione in tempo reale sul monitor;  
- Acquisizione delle immagini su diversi piani focali per ottenere una risoluzione tridimensionale;  
- Possibilità di eseguire angiografia dinamica.  
società Carl Zeiss S.p.a.: non conforme ai requisiti minimi richiesti per le seguenti motivazioni:  
carenza nell'offerta tecnica e nella documentazione tecnica dei seguenti requisiti minimi prescritti dall'allegato F:  
- Acquisizione delle immagini su diversi piani focali per ottenere una risoluzione tridimensionale;  
- Possibilità di eseguire angiografia dinamica.

**LOTTO N. 4:**

società Alcon Italia S.p.a.: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società Medicalia S.r.l.: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società Optikon 2000 S.p.a.: conforme ai requisiti minimi richiesti;

**LOTTO N. 5:**

società TopCon Italia: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società Carl Zeiss S.p.a.: conforme ai requisiti minimi richiesti;  
società Alcon Italia S.p.a.: non conforme ai requisiti minimi richiesti per le seguenti motivazioni:  
carenza nell'offerta tecnica e nella documentazione tecnica del seguente requisito minimo prescritto dall'allegato H:  
- Possibilità di effettuare trattamento multispot;

- ✓ società Nikon Instruments S.p.a. di Campi Bisenzio (Fi) partecipa per i lotti n. 7, n. 9, n. 11, n. 12 e n. 13 e che la documentazione amministrativa è risultata conforme alle prescrizioni di gara;
- ✓ società TopCon Italia di Paderno Dugnano partecipa per i lotti n. 1, n. 3, n. 5, n. 12 e n. 13 e che la documentazione amministrativa è risultata conforme alle prescrizioni di gara;
- ✓ società Medisystem S.r.l. di Palermo partecipa per i lotti n. 7, n. 9, n. 11, n. 12 e n. 13 e che la documentazione amministrativa è risultata conforme alle prescrizioni di gara;
- ✓ società CB Medical S.r.l. di Cesano Boscone (Mi) partecipa per i lotti n. 10 e n. 11 e che la documentazione amministrativa è risultata conforme alle prescrizioni di gara;
- ✓ società Ellegi Medical Optics S.r.l. di Napoli partecipa per il lotto n. 13 e che la documentazione amministrativa è risultata conforme alle prescrizioni di gara;
- ✓ società Carl Zeiss S.p.a. di Arese (Mi) partecipa per i lotti n. 1, n. 2, n. 3, n. 5, n. 6 e n. 12 e che la documentazione amministrativa è risultata conforme alle prescrizioni di gara;
- ✓ società I.M. Medical S.a.s. di Bologna partecipa per il lotto n. 10 e che la documentazione amministrativa è risultata conforme alle prescrizioni di gara;
- ✓ società Alcon Italia S.p.a. di Milano partecipa per i lotti n. 2, n. 4 e n. 5 e che la documentazione amministrativa è risultata conforme alle prescrizioni di gara;
- ✓ società Medicalia S.r.l. di Treviolo (Bg) partecipa per il lotto n. 4 e che la documentazione amministrativa è risultata conforme alle prescrizioni di gara;
- ✓ società Optikon 2000 S.p.a. di Roma partecipa per i lotti n. 4 e n. 8 e che la documentazione amministrativa è risultata conforme alle prescrizioni di gara;
- ✓ società Biomed di Palermo partecipa per i lotti n. 8, n. 11, n. 12 e n. 13 e che la documentazione amministrativa è risultata conforme alle prescrizioni di gara;
- ✓ società Ellebi Medical S.r.l. di Gioia Tauro (Rc) partecipa per i lotti n. 1, n. 5, n. 6, n. 7, n. 10, n. 11, n. 12 e n. 13 e che la documentazione amministrativa è risultata conforme alle prescrizioni di gara;

Rilevato che, come da verbali di gara del 18/01/2014, del 01/02/2014, del 07/02/2014 e del 06/03/2014 relativi alla II° Fase di gara " *verifica conformità tecnica, valutazione degli aspetti tecnico-qualitativi e assegnazione dei relativi punteggi*" è risultato quanto sinteticamente di seguito riportato circa l'esito del giudizio di che trattasi:

**LOTTO N. 1:**

società Scandurra S.r.l.:

conforme ai requisiti minimi richiesti;

società TopCon Italia:

non conforme ai requisiti minimi richiesti per le seguenti motivazioni:

carenza nell'offerta tecnica e nella documentazione tecnica di quanto segue:

- indicazione in ordine alla sussistenza o meno della "risoluzione trasversale";

/ / 

✓

**Rilevato** che con le seguenti deliberazioni, ai sensi dell'art. 84 del D.lgv. n. 163/2006, nel testo vigente, e dell'art. 282 del D.P.R. n. 207/2010 è stata nominata la Commissione Giudicatrice, nella sua interezza, per l'espletamento della procedura di gara in argomento:

n. 1856 del 30/09/2013	nomina del Presidente della Commissione Giudicatrice;
n. 2065 del 25/10/2013	nomina della Commissione Giudicatrice e rinvio della data di celebrazione della gara per il 08/11/2013;
n. 2194 del 08/11/2013	Sostituzione del Presidente della Commissione Giudicatrice;

**Visti** i verbali di gara della Commissione Giudicatrice del 08/11/2013, del 16/11/2013, del 06/12/2013, del 14/01/2014, del 18/01/2014, del 01/02/2014, del 07/02/2014, del 06/03/2014, del 24/03/2014 e del 26/06/2014 che fanno parte integrante della presente deliberazione;

**Rilevato** che, come da verbali di gara del 16/11/2013, del 06/12/2013 e del 14/01/2014 relativi alla I<sup>a</sup> Fase di gara " *verifica della documentazione amministrativa, presa d'atto delle offerte tecniche ed ammissione dei concorrenti alla gara*" è risultato quanto sinteticamente di seguito riportato:

- **che** entro il termine di scadenza fissato per le ore 13,00 del 25/09/2013, sono pervenuti al protocollo generale dell'Azienda i plichi delle sotto elencate società, come da nota di trasmissione del RUP prot. n. 1787/provv. del 07 novembre 2013:

1) Polyoftalmica. new	Parma	Prot. 0020555 del 23/09/2013
2) SI. Stema S.r.l.	Roma	Prot. 0020556 del 23/09/2013
3) Scandurra S.r.l.	Roccalumera (Me)	Prot. 0020557 del 23/09/2013
4) Nikon Instruments S.p.a.	Campi Bisenzio (Fi)	Prot. 0020632 del 23/09/2013
5) TOPCON ITALIA	Paderno Dugnano	Prot. 0020633 del 23/09/2013
6) Medisystem S.r.l.	Palermo	Prot. 0020676 del 24/09/2013
7) CB Medical S.r.l.	Cesano Boscone (Mi)	Prot. 0020700 del 24/09/2013
8) Ellegi Medical Optics S.r.l.	Napoli	Prot. 0020701 del 24/09/2013
9) Carl Zeiss S.p.a.	Arese (Mi)	Prot. 0020706 del 24/09/2013
10) I.M. Medical S.a.s.	Bologna	Prot. 0020707 del 24/09/2013
11) Alcon Italia S.p.a.	Milano	Prot. 0020708 del 24/09/2013
12) Medicalia S.r.l.	Treviolo (Bg)	Prot. 0020735 del 24/09/2013
13) Optikon 2000 S.p.a.	Roma	Prot. 0020783 del 25/09/2013
14) BIOMED	Palermo	Prot. 0020789 del 25/09/2013
15) Ellebi Medical S.r.l.	Gioia Tauro (Rc)	Prot. 0020807 del 25/09/2013

- **che** dalla verifica della documentazione amministrativa delle suindicate società risulta che:

- ✓ società Polyoftalmica new di Parma partecipa per i lotti n. 6, n. 12 e n. 13 e che la documentazione amministrativa è risultata conforme alle prescrizioni di gara;
- ✓ società SI. Stema S.r.l. di Roma partecipa per il lotto n. 10 e che la documentazione amministrativa è risultata conforme alle prescrizioni di gara;
- ✓ società Scandurra S.r.l. di Roccalumera (Me) partecipa per i lotti n. 1, n. 3 e n. 11 e che la documentazione amministrativa è risultata conforme alle prescrizioni di gara;

M

A