


\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Vito Amato

REGIONE SICILIA  
Assessorato Regionale Sanità



IL SEGRETARIO  
Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Maurizio Aricò

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1962 del 10 OTT. 2014

\*\*\*\*\*

DIREZIONE PROVVEDITORATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Esecutiva: No  
Atto sottoposto a controllo: NO

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 12 OTT. 2014

**OGGETTO:** Revoca RDO n. 437498 e affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ex art. 57 comma 2 lett. b) alla ditta Leica Microsystems Srl All Microscopy and Histology, della fornitura di n. 4 Microtomi rotativi completamente automatici con sistema attivo di raffreddamento solidale al blocchetto durante la fase di taglio, da destinare alle UU.OO. di Istopatologia dell'Asp di Ragusa.

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
Collaboratore Amministrativo professionale esperto  
Dott.ssa Cecilia Leone

*Cecilia Leone*

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA  
Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Gabriella Merlino

*Gabriella Merlino*

\*\*\*\*\*

Il 10 OTT. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, sai sigg.

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme all'originale in atti	IL SEGRETARIO
	_____

**Su proposta** del Servizio Provveditorato:

**Premesso** che i laboratori di Istopatologia dell'ASP di Ragusa necessitano di microtomi rotativi automatici, in sostituzione di quelli in dotazione, ormai obsoleti e malfunzionanti o fuori uso;

**Che** i Direttori delle UU.OO. di Istopatologia degli Ospedali di Vittoria e Ragusa hanno presentato richiesta per complessivi n. 4 microtomi;

**Che** con delibera n. 590 del 21 marzo 2014 è stato autorizzato esperimento di procedura d'acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di n. 4 microtomi rotativi automatici, aventi le caratteristiche indicate dai Direttori delle strutture suddette;

**Considerato** che, con RDO n. 437498, detta procedura è stata esperita, ma che nessuna delle offerte presentate è risultata conforme alle esigenze dei laboratori di Istopatologia dell'ASP, come da allegata nota del 9 giugno 2014, a firma dei Direttori dei laboratori medesimi;

**Vista** la nuova richiesta di microtomi automatici, corredata di caratteristiche tecniche che, per quanto a conoscenza dei Direttori delle UU.OO. di Istopatologia degli Ospedali di Vittoria e Ragusa, risultano essere uniche ed esclusive della ditta *Leica Microsystems Srl All Microscopy and Histology*;

**Rilevato** che la peculiarità dei microtomi richiesti consiste nella presenza di un sistema attivo di raffreddamento solidale al blocchetto durante la fase di taglio (sistema necessario per il taglio del linfonodo sentinella per la velocità di esecuzione);

**Ritenuto**, pertanto, che la presenza di dette apparecchiature, consentirebbe notevole risparmio nei tempi e velocità di esecuzione;

**Atteso** di revocare la RDO n. 437498 sul MEPA;

**Considerato** che il Responsabile del Procedimento, al fine di validare la unicità sul mercato di dette attrezzature, ha pubblicato sulla GUCE e sul sito web Aziendale, un avviso volontario per la trasparenza ex ante, in ordine all'intendimento dell'Amministrazione di acquisire i microtomi aventi le caratteristiche descritte nella allegata richiesta, prodotti e commercializzati da *Leica Microsystems Srl All Microscopy and Histology*;

**Che**, durante il periodo di pubblicazione non è stata presentata eccezione da parte di alcuno, in merito alla unicità dei microtomi descritti;

**Ritenuto** che possa ritenersi sufficientemente accertata la unicità dell'apparecchiatura di cui trattasi e che, pertanto, ricorra il caso del criterio di scelta del privato contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06 (acquisizione di beni protetti da diritti esclusivi);

**Atteso** di avviare negoziazione con *Leica Microsystems Srl All Microscopy and Histology*, mediante invito a presentare offerta, prot. 1494 del 25/08/2014, per la fornitura di n. 4 microtomi aventi le caratteristiche descritte nella allegata richiesta;

**Vista** l'offerta della *Leica Microsystems Srl All Microscopy and Histology* rif. EB/lc/GARA N. 242/CY14 del 3 settembre 2014, corredata da dichiarazione di unicità funzionale e applicativa del prodotto, per la fornitura *chiavi in mano* di:

*N. 4 Microtomi rotativi automatici Leica RM2255 con sistema di raffreddamento Leica Coolclamp Prezzo netto scontato € 12.253,92 cad. oltre iva 22%, in applicazione dello sconto del 44,59% sul prezzo di listino, per un totale complessivo di € 49.000,00 oltre iva;*

**Visto** il parere tecnico favorevole sulla conformità alla richiesta, espresso dal Direttore di Istopatologia dell'Ospedale di Ragusa;

**Ritenuto** congruo il prezzo offerto;

**Sentiti** i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

## DELIBERA

Per le ragioni esposte in narrativa che qui si intendono riportate e confermate:



**Di** revocare la RDO n. 437498 sul MEPA autorizzata con delibera n. 590 del 21 marzo 2014;

**Di** affidare, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 57 comma 2 lett. b), alla società *Leica Microsystems Srl All Microscopy and Histology, con sede in Varese, vicolo S. Michele, 15, P.I. 099336330155*, giusta offerta rif. EB/lc/GARA N. 242/CY14 del 3 settembre 2014, corredata da dichiarazione di unicità funzionale e applicativa del prodotto, la fornitura e installazione di:

*N. 4 Microtomi rotativi automatici Leica RM2255 con sistema di raffreddamento Leica Coolclamp*

Prezzo netto scontato € 12.253,92 cad. oltre iva 22%, in applicazione dello sconto del 44,59% sul prezzo di listino, per un totale complessivo di € 49.000,00 oltre iva, per un totale complessivo iva compresa di € 59.780,00;

**Di** far fronte alla spesa occorrente con l'aut. N. 300 sub 40/2014, assunta con delibera n. 590 del 21 marzo 2014 sul conto di patrimonio n. 101020501 - Attrezzature sanitarie e scientifiche .

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	300110		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

68

M