



## **AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE**

**Piazza Igea n.1 – 97100 Ragusa**

**OGGETTO: Cottimo fiduciario per la fornitura di Presidi di posizionamento e immobilizzazioni dei pazienti in radioterapia.**

**Modifica Capitolato tecnico e nuova scadenza presentazione offerte.**

### **AVVISO**

#### **A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**

Si fa seguito all'Avviso pubblico prot.n.2256 del 11.12.2014 riguardante la sospensione dei termini di presentazione delle offerte, e si rende noto che, ferme restando tutte le informazioni e condizioni contenute nella Lettera – Capitolato pubblicata integralmente con prot. n. 2114 in data 21.11.2014, il relativo Capitolato tecnico è modificato come appresso:

##### **A) SISTEMI DI POSIZIONAMENTO PER IL TORACE / MAMMELLA**

**Caratteristiche tecniche minime**

1) N.3 Piano inclinato per il trattamento del torace e della mammella, radiotrasparente nell'area toracica in modo tale da permettere anche l'ingresso di campi radianti posteriori al torace stesso. Inclinazione regolabile a step, attenuazione minima ed omogenea nella zona di trattamento, supporti speciali per gli arti superiori (nessuna interferenza nella zona sovra clavicolare) avente tutte le zone indicizzate, leggero e facilmente utilizzabile; predisposizione al sistema dia gancio del lettino di trattamento. Predisposizione per l'aggancio di maschere termoplastiche per la mammella.

##### **B) SISTEMI DI POSIZIONAMENTO PER LA PELVI-ADDOME**

**Caratteristiche tecniche minime**

1) N.3 Sistema in materiale radiotrasparente per trattamenti in posizione prona con unico foro per il dislocamento delle anse intestinali, dotato di scala graduata laterale e cuscino di sollevamento pelvico per consentire maggiore confort nel posizionamento dell'addome e pelvi. Dotato di appositi inserti atti a favorire l'ancoraggio al lettino mediante barre di fissaggio.



2) N.3 Sistema per il posizionamento degli arti inferiori dotato di base ancorabile mediante barre di fissaggio , completo di cuscino ergonomico per ginocchia , cuscino ergonomico per piedi, avente tutte le regolazioni indicizzate, leggero e facilmente utilizzabile con possibilità di ancoraggio del paziente.

**C) SISTEMI DI IMMOBILIZZAZIONE DELLA TESTA-COLLO SPALLE PER IMRT E 3D CONFORMAZIONALE.**

Caratteristiche tecniche minime

- 1) N.2 Estensione per IMRT testa-collo-spalle in materiale radiotrasparente e compatibile con lettino di trattamento degli acceleratori lineari in dotazione
- 2) N.2 Base in acrilico di tipo radiotrasparente compatibile con l'estensione IMRT
- 3) N.3 Set di 6 cuscini in polietilene espanso a bassissima densità in forme e colori differenti
- 4) N.10 Maschere preirradiate termoplastiche multiperforate per trattamento testa a 3 punti di aggancio compatibili con le basi di cui al punto sopra.
- 5) N.10 Maschere preirradiate termoplastiche multiforate per i trattamenti testa-collo-spalle a 5 punti di aggancio compatibile con le basi di cui al punto sopra.
- 6) N.3 Retrattori per spalle (per aiutare i pazienti collaborativi nel mantenere le spalle abbassate ).

La nuova scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per le ore 13.30 del giorno 15.01.2015.

Ragusa, li 18.12.2014

**Il Direttore Servizio Provveditorato  
Responsabile Unico del Procedimento**

**D.ssa Gabriella Merlino**