
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

[Signature]

IL SEGRETARIO


Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 882 del 22 APR. 2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2, della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 25 APR. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Procedura aperta, in forma centralizzata, per l'affidamento della fornitura triennale di "materiale per elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca" per le UU.OO.CC. di Cardiologia delle Aziende sanitarie del Bacino "Sicilia Orientale". Approvazione del verbale del 14/04/2015. Revoca aggiudicazione del lotto n. 177 alla società St. Jude Medical Italia S.p.A. e conferma aggiudicazione del lotto n. 214 alla società ID&CO S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Gabriella Merlino

[Signature]

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott.ssa Gabriella Merlino

[Signature]

Il 22 APR. 2015; nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Direttore Servizio Provveditorato, nonché Responsabile del Procedimento, *Dott.ssa Gabriella Merlino*, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con *deliberazione n. 623 del 19/03/2015*, a seguito di procedura di gara aperta per l'affidamento, *in forma centralizzata*, della fornitura triennale di "materiale per elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca", occorrente alle UU.OO.CC. di Cardiologia delle Aziende sanitarie del Bacino "Sicilia Orientale", è stata disposta, *tra l'altro*, l'aggiudicazione in favore delle società *St. Jude Medical Italia S.p.A.* (lotto n. 177) e *ID & CO S.r.l.* (lotto n. 214), come di seguito:

lotto n. 177

- società *St. Jude Medical Italia S.p.A.*: (offerta rif. n. PRAP-0166/2014-1135 dell'01/12/2014);
- Importo complessivo triennale: € 355.740,00, iva esclusa (ribasso del 38,75% sul prezzo a base di gara);

lotto n. 214

- società *ID&CO S.r.l.*: (offerta n. 645/O del 16/10/2014);
- Importo complessivo triennale: € 18.794,00, iva esclusa (ribasso del 62,412% sul prezzo a base di gara);

Rilevato che le società *Biotronik Italia S.p.A.* (nota prot. n. 0379/2015/CRM/rg del 17/03/2015) e *Medtec S.r.l.* (nota del 16/03/2015) hanno mosso dei rilievi in relazione all'aggiudicazione dei lotti n. 177 e 214 in favore rispettivamente delle società *St. Jude Medical Italia S.p.A.* e *ID&CO S.r.l.*, e precisamente:

società Biotronik Italia S.p.A. (nota prot. n. 0379/2015/CRM/rg del 17/03/2015):

- "relativamente al lotto n. 177: non ci risulta che i cateteri offerti dalla società *St. Jude Medical Italia S.p.A.* possiedano la spaziatura richiesta e precisamente 2-8-2cm. (distanza intraelettroica sui cateteri 20 poli);

società Medtec S.r.l. (nota del 16/03/2015):

- "relativamente al lotto n. 214: la società *ID&CO S.r.l.* presenta un prodotto non pienamente rispondente alla richiesta del capitolato tecnico, il quale cita espressamente "Sistema piastre monouso con sezione radiotrasparente" e neppure alle necessità degli Elettrofisiologi; infatti, il prodotto *ID&CO* presenta un cavo totalmente radiopaco che, sottoscopia, durante le procedure elettrofisiologiche, è completamente visibile e può creare notevole disturbo agli operatori";

Rilevato che le suddette osservazioni, con e-mail del 25/03/2015, sono state trasmesse alla Commissione tecnica interaziendale, per le relative controdeduzioni;

Vista, al riguardo, la nota dell'01/04/2015 a firma del Presidente della Commissione Tecnica, *dr.ssa Salvina Meli*, dalla quale risulta, *tra l'altro*, quanto di seguito:

a) "viene accolto il rilievo della ditta *Biotronik* relativamente al prodotto offerto dalla ditta *St. Jude Medical* per il lotto n. 177, in quanto nel capitolato di gara risulta chiaramente espressa la spaziatura richiesta (2-8-2) per l'elettrocatero duodecapolare, spaziatura che in effetti il modello di elettrocatero prodotto dalla ditta *St. Jude Medical* non presenta; si esprime, quindi, parere di non conformità;

✓
b) non viene accolto il rilievo della ditta Medtec S.r.l. relativamente al prodotto offerto dalla ID&CO per il lotto n. 214: le placche offerte rispondono ai requisiti richiesti in capitolato, cioè sono radiotrasparenti. Viceversa, in merito alle caratteristiche del cavo, in capitolato non è inserita alcuna specifica che ne potrebbe motivare l'esclusione. Si ribadisce il parere di conformità espresso”.

Visto il verbale del 14/04/2015 relativo alle “risultanze del riesame delle offerte tecniche delle società St. Jude Medical Italia S.p.A. (per il lotto n. 177) e ID&CO S.r.l. (per il lotto n. 214)”, dalla quale risulta:

- che per il **lotto n. 177** non si procede all'aggiudicazione, essendo in presenza di un'unica offerta conforme (quella della società Biotronik Italia S.p.A.), come previsto dall'art. 11 del capitolato speciale, dichiarando il lotto stesso deserto;
- che per il **lotto n. 214** viene confermata l'aggiudicazione in favore della società ID&CO S.r.l.;

Preso atto di quanto sopra;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di dover provvedere in merito, mediante:

- **revoca** dell'aggiudicazione del lotto n. 177 disposta in favore della società St. Jude Medical Italia S.p.A., con la citata deliberazione n. 623/2015;
- **conferma** dell'aggiudicazione del lotto n. 214 in favore della società ID&CO S.r.l., già dichiarata con la citata deliberazione n. 623/2015;

Rilevato che, in esito alle risultanze del suddetto riesame, risulta, altresì, deserto il lotto n. 177, in quanto in presenza di un'unica offerta conforme, come previsto dall'art. 11 del capitolato speciale;

Atteso di dover provvedere in merito;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per gli aspetti di rispettiva competenza;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

- **approvare** il verbale del 14 aprile 2015 relativo alle “risultanze del riesame delle offerte tecniche delle società St. Jude Medical Italia S.p.A. (per il lotto n. 177) e ID&CO S.r.l. (per il lotto n. 214)” della gara per procedura aperta, in forma centralizzata, per l'affidamento della fornitura triennale di “materiale per elettrofisiologia ed elettrostimolazione cardiaca” per le UU.OO.CC. di Cardiologia delle Aziende sanitarie del Bacino “Sicilia Orientale”;

- **revocare** l'aggiudicazione del lotto n. 177 disposta in favore della società St. Jude Medical Italia S.p.A., con deliberazione n. 623 del 19/03/2015;

- **confermare** l'aggiudicazione del lotto n. 214 in favore della società ID&CO S.r.l., già dichiarata con deliberazione n. 623 del 19/03/2015;

- **dichiarare**, altresì, deserta la procedura di gara per il lotto n. 177, in quanto in presenza di un'unica offerta conforme;

- **rideterminare**, per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, la spesa complessiva presunta, nel triennio, in € 446.698,20 iva compresa, di cui:

- € 383.970,60 iva compresa 22% (presidi medico-chirurgici specialistici) (Conto 501010502);
- € 15.147,60 iva compresa 4% (dispositivi medici impiantabili attivi) (Conto 501010601);
- € 47.580,00 iva compresa 22%
(attrezzature sanitarie e scientifiche: "Pompa irrigazione - lotto 180") (Conto 101020501);

- **rideterminare**, per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, la spesa annua complessiva presunta in € 148.899,40 iva compresa, di cui:


- € 127.990,20 iva compresa 22% (presidi medico-chirurgici specialistici) (Conto 501010502);
- € 5.049,20 iva compresa 4% (dispositivi medici impiantabili attivi) (Conto 501010601);
- € 15.860,00 iva compresa 22%
(attrezzature sanitarie e scientifiche: "Pompa irrigazione - lotto 180") (Conto 101020501);


- **rideterminare**, relativamente ai "presidi medico-chirurgici specialistici", per l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, la spesa complessiva presunta, riferita al periodo maggio - dicembre 2015, in € 85.326,80 iva compresa 22%, che risulta già prevista sul Conto 501010502;

- **trasmettere**, per il seguito di competenza, copia della presente deliberazione alla Aziende sanitarie del Bacino "Sicilia Orientale" aderenti alla gara di cui in discorso (A.S.P. di Catania; A.S.P. di Enna; A.S.P. di Messina; A.S.P. di Siracusa; A.O. "Cannizzaro" di Catania; A.O. "Papardo-Piemonte" di Messina; A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina; A.O.U. Policlinico "V. Emanuele" di Catania; A.R.N.A.S. "Garibaldi" di Catania);

- **dare atto** che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso il Servizio Provveditorato.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dot.ssa Vincenza Piccione



Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	7		
	101/31		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....	 	

191