
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 17 MAG. 2015


IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 978 del 12 MAG. 2015

DIREZIONE PROVVEDITORATO

Esecutiva:
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Revoca delibera n.2197 del 18.11.2013

IL DIRIGENTE

Dr.ssa G. Adriana Cianchino

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Il Responsabile Unico del Procedimento

12 MAG. 2015

Il _____, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta della Direzione Servizio Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura , ne attesta la regolarità formale e la legittimità;



- Premesso che con delibera n. 2197 del 18.11.2013 è stata indetta la procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario, a norma dell'art.125 del D.Lvo 163/2006 , per la fornitura di n° 3 workstation di Anestesia , da destinare alle sale operatorie del P.O. "Civile" di Ragusa ;
- Che , in esecuzione della suddetta delibera , e di quanto espressamente previsto dalla lettera d'invito , si è proceduto all'espletamento della relativa procedura di gara, fino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria;
- Rilevato che , successivamente alla suddetta fase ,sono pervenute numerose contestazioni da parte della Ditta SIRIMED, che dopo un'iniziale ammissione da parte della Commissione Tecnica , era stata esclusa dal prosieguo di gara per la riscontrata mancanza del requisito del "flusso di picco di almeno 120 L/min", espressamente previsto dal capitolato speciale di gara quale requisito minimo ;
- Che, in accoglimento della richiesta della ditta SIRIMED di procedere al riesame dell'apparecchiatura da proporre in visione, in data 9.03.2015, come da allegato verbale , la Commissione Tecnica , all'uopo riconvocata, ha proceduto, in contraddittorio con le Ditte interessate, alla verifica del requisito controverso, relativo al flusso di picco di almeno 120 Lt/min, constatando il raggiungimento del valore richiesto ;
- Vista la allegata nota con cui la Ditta ULTRAMED contesta l'attendibilità della suddetta prova, eseguita a distanza di tempo rispetto alla prima prova pratica effettuata per tutte le ditte concorrenti , e chiede l'annullamento della gara per la violazione della par condicio tra i concorrenti, essendo ormai note le offerte economiche;
- Preso atto degli orientamenti giurisprudenziali che confermano la necessità di rinnovare il procedimento di gara, in caso di illegittima esclusione di un concorrente, accertata dopo l'esame delle altre offerte;
- Rilevata altresì la necessità di provvedere all'acquisizione di altre 3 workstation , in vista dell'imminente apertura del nuovo P.O. "Giovanni Paolo II ",ove le stesse dovranno essere allocate;
- Considerato che nel caso in esame si ravvisano sopravvenute ragioni di interesse pubblico che giustificano la revoca in autotutela della procedura a suo tempo bandita e non ancora aggiudicata in via definitiva;
- Ritenuto pertanto, a seguito di una nuova valutazione delle ragioni di opportunità e pubblico interesse che a suo tempo ne furono il presupposto, di revocare in autotutela la delibera n.2197 del 18.11.2015 con la quale è stata indetta la procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per la fornitura delle attrezzature in oggetto, e in esecuzione della quale sono state effettuate le relative operazioni di gara;
- Ritenuto di riservarsi di esperire , a seguito dell'acquisizione di un nuovo capitolato ,nuova procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario , a norma dell'art.125 del D.lvo 163/2006 , prevedendo l'acquisto di n° 5 workstation per le sale operatorie di Anestesia;
- Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;

- Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che qui s'intendono ripetuti e trascritti:

- 1) Revocare in autotutela la delibera n.2197 del 18.11.2013 con la quale è stata indetta la procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario per la fornitura delle attrezzature in oggetto, e in esecuzione della quale sono state effettuate le relative operazioni di gara;
- 2) Riservarsi di esperire nuova procedura negoziata a mezzo cottimo fiduciario , a norma dell'art.125 del D.lvo 163/2006 ,a seguito dell'acquisizione di nuovo capitolato, prevedendo l'acquisto di 5 workstation per Anestesia da destinare alla U.O di Anestesia;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

215