

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata


IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Arico

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1488 del 16 LUG. 2015

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Determina a contrarre e avvio di procedura in e-procurement sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di n. 6 "Unità pensili gemellari a doppio braccio per Terapia Intensiva Neonatale" e n. 2 "Pensili di Pronto Soccorso completi di lampade scialitiche a led" da destinare rispettivamente all'UTIN e al Pronto Soccorso dell'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto

Dott.ssa Cecilia Leone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott.ssa Maria Sigona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 19 LUG. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 16 LUG. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Arico, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dai sigg.

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione Servizio Provveditorato che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che sono in avanzata fase i lavori di completamento del nuovo Ospedale di Ragusa, intitolato a "Giovanni Paolo II".

Che è obiettivo di questa Azienda pervenire all'apertura del nuovo Presidio Ospedaliero;

Considerato che, al fine del raggiungimento del suddetto obiettivo e a fronte del piano di investimenti presentato, questa Amministrazione ha ottenuto da parte dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana un finanziamento dedicato, giusta la nota prot. n.5°/Dip/0038064 del 06/05/2015, pari ad € 8.000.000,00 per lavori e forniture.

Richiamata la delibera n. 1106 del 27 Maggio 2015 avente per oggetto "Approvazione del piano di acquisti di Attrezzature Sanitarie Elettromedicali da destinare all'Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Nomina del Responsabile del Procedimento" nella quale si prevedono le procedure di gara da adottare al fine della scelta del contraente a cui affidare le forniture ivi descritte;

Vista la suddetta delibera nella quale, tra l'altro, si programma la pubblicazione di RfO sul Mepa per l'acquisto di unità pensili gemellari a doppio braccio per Terapia Intensiva Neonatale e pensili di Pronto Soccorso completi di lampade scialitiche a led, per un importo stimato di € 170.000,00, oltre Iva e si nomina il Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Cecilia Leone, Collaboratore amministrativo professionale esperto del Servizio Provveditorato di questa Azienda;

Preso atto che, a seguito di rivisitazione dei Capitolati tecnici da parte dell'Ingegneria Clinica, si riportano basi d'asta modificate, ma a saldi invariati rispetto al quadro economico riportato in delibera n. 1106 del 27/05/2015;

Considerato che il valore complessivo del contratto, determinato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 163/06 è stato quantificato presuntivamente in € 170.000,00, Iva esclusa;

Rilevato che "le unità pensili gemellari a doppio braccio e i pensili di Pronto Soccorso completi di lampade scialitiche a led" sono presenti sulla vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione come metaprodotto;

Visto l'art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" che disciplina l'utilizzo del MEPA da parte delle Stazioni appaltanti;

Visto l'art. 7 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 con il quale è stato disposto, che al comma 2. "(...) le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328";

Considerato che la suddetta disposizione ha introdotto l'obbligo di ricorrere - ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario - al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi;

Visto l'art. 1 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 in virtù del quale (...) i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Visto il regolamento-tipo approvato dall'Assessorato Regionale della Salute con D.A. n. 01283/13 del 03/07/2013, recepito con deliberazione n. 1652 del 09/08/2013 e successiva di rettifica n. 1659 del 22/08/2013, con il quale sono stati disciplinati i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi e, in particolare, l'art. 13 il quale dispone che "l'Amministrazione è tenuta ad effettuare acquisti di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)";

Vista la delega Prot. N. U-001.1348 del 22/05/2015 del Direttore Generale alla Dott.ssa Maria Sigona - Direttore del Servizio Provveditorato - all'esercizio delle funzioni di acquisto sul MEPA;

Ritenuto, pertanto, di esperire gara elettronica in e-procurement sul mercato digitale della P.A.;

Valutata l'opportunità di adottare quale criterio di aggiudicazione quello di cui all'art. 82 del D.lgs. n. 163/06, vale a dire a favore dell'offerta che presenti il prezzo più basso, previa verifica

di conformità tecnica, in considerazione della circostanza che la lex specialis non lascia margini di definizione dei contenuti dell'appalto in capo all'iniziativa dell'impresa, predefinisce e descrive puntualmente tutti gli elementi progettuali, si svolge mediante operazioni in larga misura standardizzate ed individua in modo preciso il complesso delle prestazioni;

Dato atto, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 163/06, che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cecilia Leone, Collaboratore amministrativo professionale esperto;

Rilevato che, per il presente appalto non si ravvisa l'esistenza di rischi interferenziali ex art. 26 D.Lgs. 81/08 e che, pertanto, non si dà luogo alla predisposizione del D.U.V.R.I.;

Visto il Capitolato Speciale e Tecnico allegato al presente atto;

Rilevato che la stesura del capitolato d'appalto relativo alle suddette attrezzature, descritte nel capitolato di gara, è stata effettuata, in sinergia tra il direttore Sanitario dell'ASP di Ragusa, il Servizio Provveditorato ed il Servizio Tecnico, con la collaborazione del Servizio Ingegneria Clinica, ciascuno per la parte di competenza;

SENTITI i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per gli aspetti di rispettiva competenza;


DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:


1. **Autorizzare** l'esperimento di gara elettronica in e-procurement per l'acquisizione di "unità pensili gemellari a doppio braccio" e "pensili di Pronto Soccorso completi di lampade scialitiche a led";
2. **Approvare** il capitolato speciale e tecnico;
3. **Adottare** il criterio di aggiudicazione di cui all'art. 82 del D.lgs. n.163/06, vale a dire a favore dell'offerta che presenti il prezzo più basso, previa verifica di conformità tecnica, in considerazione della circostanza che la lex specialis non lascia margini di definizione dei contenuti dell'appalto in capo all'iniziativa dell'impresa, predefinisce e descrive puntualmente tutti gli elementi progettuali, si svolge mediante operazioni in larga misura standardizzate ed individua in modo preciso il complesso delle prestazioni;
4. **Prevedere** la spesa complessiva di € 207.400,00 Iva compresa sul bilancio corrente - UAGFV n. 31 sub 1/2015 legata alla Fonte di Finanziamento Cod. 2014/NUOSP;
5. **Dare atto** che la spesa di € 225,00 quale contributo ex art. 1 comma 67 della L. 266/05, dovuto all'Autorità Nazionale Anti Corruzione, da pagare secondo le modalità previste dall'ANAC graverà, per l'esercizio finanziario 2015, sul conto di costo 509010101 - Imposte e tasse (escluso Irap e Ires), aut. N. 69 sub 12;
6. **Pubblicare** sul profilo del Committente avviso sulla RDO di cui al presente atto.

Il Responsabile dell'Istruttoria

Sig.ra Annamaria Ferraro



Data _____		Esercizio _____	
Importo _____	Autorizzato _____	Ordine _____	Conto _____
Visto: Il Direttore del Settore Economico - Finanziario		Il Contabile	
.....		



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

INFORMAZIONI GENERALI	RDO N. PER LA FORNITURA DI UNITA' PENSILI GEMELLARI A DOPPIO BRACCIO PER TERAPIA INTENSIVA NEONATALE E PENSILI DI PRONTO SOCCORSO COMPLETI DI LAMPADIE SCIALITICHE A LED DA DESTINARE ALL'OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II DI RAGUSA
--------------------------	---

STAZIONE APPALTANTE	ASP RAGUSA SERVIZIO PROVVEDITORATO
------------------------	---------------------------------------

Indirizzo sede	Piazza Igea, 1 - 97100 RAGUSA
Telefono sede	0932 234219/224
Profilo di committente	www.asp.rg.it
Delibera a contrarre	N. 2015
Tipo procedura	cottimo fiduciario ex art. 125 163/06 e ss. mm.e ii. in e-procurement su piattaforma MEPA
Valore del contratto ai sensi dell'art. 29/D.Lgs. 163/06	€ 170.000,00 iva esclusa
importo totale dell'appalto a base d'asta, iva esclusa	€ 170.000,00 iva esclusa
CODICI IDENTIFICATIVI DI GARA (CIG)	
Criterio di aggiudicazione	Criterio del prezzo più basso
termine richiesta informazioni complementari e documenti di gara	
termine per il ricevimento delle offerte	ore 13,00

ASP RAGUSA SERVIZIO PROVVEDITORATO	DIRETTORE	Dott.ssa Maria Sigona
	Responsabile unico del Procedimento	Dott.ssa Cecilia Leone
	Telefono RUP	0932 234474
	Fax RUP	0932 234477
	email RUP	cecilia.leone@asp.rg.it
	Referente Tecnico	Ing. Elena Ruscica
	email Ref. Tecnico	elena.ruscica@asp.rg.it
	Funzionario istruttore	Sig. ra Annamaria Ferraro annamaria.ferraro@asp.rg.it

Art. 1
Oggetto dell'appalto

il presente capitolato speciale ha per oggetto la fornitura di:

Lotto 1 base d'asta € 120.000,00 oltre iva:

Sistema pensile gemellare a doppio braccio per Terapia Intensiva Neonatale costituito da due unità porta apparecchiature e di supporto per sistemi infusionali a servizio contemporaneo di n. 2 posti letto.

Dispositivo di ancoraggio a soffitto completo di morsettiere e quanto necessario per il collegamento agli impianti di alimentazione elettrici e dei gas medicali.

lato Monitoraggio / Ventilazione / Infusione (configurazione per ognuno dei posti letto)

Unità pensile a due bracci, costituita da due bracci orizzontali ognuno di circa 750 mm con una estensione massima totale pari a circa 1.500 mm. Realizzati in estruso di alluminio verniciato con assenza di spigoli vivi e fessure per una più semplice ed accurata pulizia e disinfezione e con capacità di carico di almeno 120 Kg.

Ampie possibilità di movimentazione orizzontale con snodi in grado di garantire angoli di rotazione non inferiori a 330° regolabili ad intervalli non superiori a 8° per lo snodo principale e 15° per lo snodo intermedio.

Sistema di blocco per tutti gli snodi di rotazione, pneumatico e continuamente attivo. Sarà considerato elemento preferenziale la presenza contemporanea di un ulteriore dispositivo di blocco degli snodi sullo spostamento orizzontale per rendere la stabilità dell'unità pensile massima e sicura in ogni condizione.

La colonna porta utenze con lunghezza di circa 1250 mm avente integrati tre tubi in acciaio inox del diam. 38 mm. della stessa lunghezza della colonna.

Sulla colonna sono previste n° 6 barre normalizzate orizzontali integrate nella colonna stessa.

Utenze posizionate a scelta della Committente su tutta la lunghezza della colonna e su due pannelli di chiusura continui

N° 2 piani di appoggio con dimensione utile di ognuno di circa 430 x 480 mm e possibilità di posizionamento sulla colonna a qualsiasi altezza: ogni ripiano deve poter ruotare sul punto di aggancio di circa 90°.

Dotati di barre laterali porta accessori e spigoli in gomma anti-urto integrati nel ripiano stesso. E' richiesto un carico utile su ogni piano di circa 40 Kg.

Un piano dotato, inoltre, di un cassetto con possibilità di scorrimento totale durante l'apertura per permettere un facile accesso, ispezionabilità e pulizia/disinfezione all'interno dello stesso.

Sulla parte frontale di un ripiano, maniglie ergonomiche per il posizionamento del pensile e per lo sblocco dei freni pneumatici.

Dotazione prese poste su tutta la lunghezza della colonna e almeno su 3 lati:

- N° 12 Prese elettriche tipo Schuko singolarmente protette, aventi il nodo equipotenziale e lo sportello di chiusura
- N° 2 Presa Ossigeno
- N° 2 Presa Aria Medica 5 bar

- N° 2 Presa Vuoto
- N° 2 prese RJ45 cat. 6
- N° 1 predisposizione per inserimento prese dati / monitoraggio

Accessori a completamento:

- N° 1 sistema di supporto per pompe di infusione/ porta sacche comprensivo di un braccio a doppio snodo, della lunghezza complessiva di circa 60 cm e una capacità di carico di circa 20 Kg
- N° 1 asta porta pompe / sacche in acciaio inox estensibile a quattro ganci
- sistema di illuminazione indiretta a LED con comando di accensione/spegnimento posizionato possibilmente sui bracci di rotazione
- sistema di illuminazione notturna posizionato sotto la colonna
- Dispositivi per la gestione dei cablaggi dall'apparecchiatura all'utenza

Lotto 2 base d'asta € 50.000,00 oltre iva:

Pensile di Pronto Soccorso completo di lampada scialitica a led:

Stativo Pensile composto da una unità pensile a due bracci e da lampada scialitica ad alta efficienza luminosa con un unico aggancio al soffitto, completo di piastre / contropiastre e tutto il necessario per l'ancoraggio a soffitto

Struttura portante e bracci realizzati in lega leggera; costituita da estruso di alluminio verniciato con vernici atossiche e non intaccabili da sostanze disinfettanti/detergenti; priva di spigoli vivi.

2 bracci (3 snodi) della lunghezza totale minima di 1450 mm.

Portata utile di minimo 120 Kg, garantita in qualunque posizione del braccio di sostegno.

Angolo di rotazione di minimo garantito per ogni snodo di 330°, con dispositivo di fine corsa regolabile ogni 12°.

Movimenti dei bracci regolati da freni elettropneumatici azionabili in maniera indipendente per ogni singolo snodo a mezzo di una pulsantiera di facile accesso posta sul fronte della mensola principale.

Caratteristiche accessori e dotazione utenze:

Testata porta utenze elettriche e gas medicali di dimensioni compatte per una facile e veloce sanificazione, completa di sistema di ancoraggio presente su almeno 3 lati della testata stessa per l'inserimento di accessori quali piattaforme, barre normalizzate, bracci porta pompe o monitor aggiuntivi.

2 piattaforme delle dimensioni di circa 500x400 mm, dotata di barre porta accessori perimetrali e di elementi di protezione integrati. Piattaforma dotata di maniglie per lo spostamento/posizionamento dello Stativo Pensile e la regolazione dei freni.

1 Cassetto da posizionare sotto mensola principale

1 Asta porta pompe e bocconi infusionali.

Possibilità di aggancio di ulteriori piattaforme, a scelta anche con aggancio/sgancio rapido con possibilità di aggancio anche sul lato posteriore dello Stativo.

10 prese elettriche, singolarmente protette secondo le norme vigenti.

Possibilità di ampliare il numero delle prese elettriche in qualsiasi momento

1 box bassa tensione completo di predisposizione per prese a bassa tensione.

Dotazione di prese gasmedicali:

- 2 prese Ossigeno
- 2 prese Vuoto
- 2 prese Aria Compressa 5 bar

(ogni linea gas dotata di una valvola di non ritorno)

Possibilità di ampliare il numero delle prese gas in qualsiasi momento

Caratteristiche lampada scialitica:

Lampada scialitica a LED integrata con le seguenti caratteristiche tecniche:

- Illuminazione max 120.000 lux tramite LED
- Maniglie di movimentazione integrate
- Temperatura di colore non inferiore a 5.000K

Art. 2

Equivalenza

In applicazione dell'art. 68, comma 13, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., relativamente alle specifiche tecniche dei beni da acquisire oggetto della presente procedura, le stesse devono intendersi accompagnate dall'espressione "o equivalente".

L'operatore economico che propone soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta tecnica.

Art. 3

Documentazione amministrativa

La documentazione amministrativa è richiesta sulla piattaforma MEPA e si compone di:

- Dichiarazione Sostitutiva dell'atto di notorietà redatta secondo il modello allegato in RDO e firmata digitalmente
- Cauzione provvisoria predisposta come da art. 7 del presente capitolato (da inviare in forma cartacea via posta) a ASP Ragusa – piazza Igea, 1 97100 – RAGUSA
- Eventuale documentazione di avvalimento firmata digitalmente
- Eventuale documentazione RTI firmata digitalmente.

4

Offerta tecnica

L'offerta tecnica è costituita dalla documentazione tecnica che ***deve essere firmata digitalmente.***

Per offerta tecnica, si intende quanto di seguito dettagliato:

1) - Tabella di rispondenza ai requisiti richiesti che deve rispettare l'ordine esposto nella superiore descrizione tecnica, e deve indicare il punto (pagina, paragrafo ecc.) della documentazione tecnica in cui la detta corrispondenza è contenuta e descritta.

- Ampia documentazione tecnica, schede tecniche e/o depliant, rilasciate esclusivamente dal produttore e/o distributore nazionale/importatore, in lingua italiana, attestante le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti. Sarà ritenuta valida ai fini della verifica di conformità esclusivamente la documentazione tecnica redatta dalla ditta produttrice dei prodotti offerti o dal distributore nazionale o dall'importatore. La mancata rilevazione della identificazione del redattore della scheda tecnica, farà ritenere le schede tecniche come anonime e quindi non valutabili.

Non saranno valutate schede tecniche o dépliant recanti correzione dei dati, dati trascritti ex-novo o aggiunti o cancellati.

Dalla documentazione tecnica presentata dovrà evincersi chiaramente il produttore ed il modello offerto.

• Sarà obbligo della ditta indicare su ogni scheda tecnica la numerazione della voce e del lotto di riferimento. In caso di inadempienza verrà dichiarata la "non valutabilità" del prodotto offerto in quanto non costituirà obbligo della Commissione la ricerca della voce e del lotto cui potrebbe riferirsi il prodotto offerto dalla ditta.

• Indicazione del CND e del numero di repertorio, ove previsto.

• Le schede tecniche o i dépliant presentati dovranno consentire di risalire a tutte le informazioni tecniche richieste in capitolato. Non costituirà obbligo per la Commissione effettuare valutazioni di tipo "intuitivo o induttivo" e pertanto i prodotti per i quali non è possibile risalire con esattezza, sulla base delle informazioni fornite dalla ditta partecipante, ai dati richiesti in capitolato, saranno dichiarati "Non Valutabili"

• La dichiarazione di non valutabilità, al pari di quella di non conformità, escluderà la ditta dalla fase di aggiudicazione provvisoria.

- Certificazioni o indicazioni sulla conformità alla normativa vigente

- Indicazione della durata del periodo di garanzia, di almeno 24 mesi, evidenziando la eventuale validità della garanzia oltre detto termine, senza oneri economici aggiuntivi;

N.B.: a pena di esclusione dalla gara, non devono essere inseriti nella documentazione amministrativa e/o tecnica riferimenti ai prezzi dell'offerta economica o qualunque indizio che possa comprometterne il principio di segretezza.

E' ammessa la presentazione di ulteriore documentazione tecnica che la Ditta concorrente ritiene idonea per una più approfondita conoscenza delle caratteristiche e dei requisiti posseduti dall'attrezzatura offerta.

La suddetta documentazione costituisce parte integrante e sostanziale.

Dovrà essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà avere allegata la relativa traduzione.

Su richiesta di questa Azienda, le Ditte concorrenti sono tenute a fornire ulteriori informazioni e/o elaborati tecnici.

Dovrà inoltre essere presentata una distinta dichiarazione contenente un elenco completo dei seguenti elementi, connessi al funzionamento e all'utilizzo delle apparecchiature:

-materiali di consumo, precisando se si tratta di materiale monouso o pluriuso;

-accessori;

-parti di ricambio.

Per ciascun elemento indicato il suddetto elenco deve riportare:

- i codici commerciali,

- i prezzi di listino vigenti alla data di presentazione dell'offerta,

- la percentuale di sconto praticata sui prezzi di listino,

- il periodo di validità dell'offerta relativa a detta percentuale di sconto, che comunque non potrà essere inferiore a 4 (quattro) anni,

- indicazione precisa degli articoli per i quali la Ditta è esclusivista.

Si precisa che detta dichiarazione non costituisce oggetto di valutazione ai fini della selezione della migliore

offerta, ma le indicazioni di sconto ivi riportate costituiranno condizioni minime vincolanti per la ditta che, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, verrà individuata quale privato contraente per la fornitura delle apparecchiature di cui al superiore art. 1.

2) COPIA DELL'OFFERTA ECONOMICA, PRIVA DI QUOTAZIONI,

3) SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il concorrente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 13 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.). In base a quanto disposto dall'art. 13 comma 5 (Accesso agli atti e divieti di divulgazioni) del D. Lgs. n.163/2006 e s.m., il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. Non sono ammesse dichiarazioni generiche riguardanti l'offerta nel suo complesso, sicché l'offerente deve espressamente indicare le parti dell'offerta interessate.

Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente.

La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza, dovrà essere accompagnata da idonea documentazione che:

a) argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;

b) fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Art. 5

Offerta

L'offerta dovrà essere unica, eventuali offerte in alternativa non verranno prese in considerazione.

L'offerta deve avere validità di 180 giorni successivi alla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile. A richiesta dell'ASP deve essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 180 gg.

Dovrà essere inviata tramite la piattaforma MEPA e firmata digitalmente.

Art. 6

Aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta migliore, selezionata con il criterio dell'offerta più basso di cui all'art. 82 del D.Lgs. 163/06, previa verifica di conformità tecnica.

ART. 7

Garanzie

Le ditte concorrenti dovranno presentare, a corredo dell'offerta, garanzia provvisoria pari al 2% (dueper cento) dell'importo a base di gara, per singolo lotto, con le modalità di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e secondo le indicazioni riportate sul portale MEPA (invio tradizionale per posta).

La garanzia prestata dall'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; con riferimento ai concorrenti non aggiudicatari la garanzia verrà svincolata entro i termini previsti dall'art. 75 comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006.

La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'A.S.P. si riserva, nel corso della procedura, di chiedere il rinnovo della garanzia provvisoria, fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; a tal fine l'offerta deve essere corredata anche di una dichiarazione di impegno, da parte del garante, al suddetto rinnovo a seguito di semplice richiesta da parte dell'A.S.P.

Dovrà contenere l'impegno del fideiussore a garantire anche la sanzione pecuniaria di cui all'art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/06 che sarà calcolata nella misura del 3 per mille per singolo lotto e sarà irrogata se ne ricorrono i presupposti previsti dall'art. citato.

Qualora la cauzione dovesse essere parzialmente escussa ai sensi dell'art. 38 2 bis del D.Lgs. 163/06, il fidejussore sarà tenuto al reintegro.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a costituire garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, nella misura e con le modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e all'art. 7 della L. R. n. 12/2011.

La mancata costituzione della garanzia definitiva entro il termine assegnato dall'A.S.P. determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è svincolata e restituita al contraente solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Le garanzie prestate mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima, previa semplice richiesta scritta dell'A.S.P., entro quindici giorni dalla stessa.

ART. 8

Esecuzione della fornitura

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le prescrizioni e modalità di cui al presente capitolato ed alla relativa offerta oggetto di aggiudicazione.

Le apparecchiature dovranno essere consegnate a cura e spese dell'impresa aggiudicataria:

- entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'ordine;
- nei locali indicati in ordinativo;
- perfettamente imballata.

In caso di inosservanza del termine di consegna l'A.S.P. provvederà ad applicare la penalità di cui al successivo art. 11.

Non meno di cinque giorni lavorativi prima della consegna la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all'Ufficio Provveditorato dell'A.S.P. apposita comunicazione riguardo al giorno previsto per la consegna e relative modalità.

L'emissione dell'ordine è subordinata alla effettiva disponibilità dei locali presso l'Ospedale G.P. II, su cui sono in corso i lavori di ultimazione.

ART. 9

Collaudo

Il collaudo verrà effettuato da apposita commissione tecnica dell'A.S.P. in contraddittorio con un rappresentante della ditta aggiudicataria.

La data di esecuzione del collaudo verrà fissata dall'A.S.P. e comunicata con congruo anticipo alla ditta aggiudicataria.

Il collaudo dovrà accertare che la fornitura, così come realizzata, sia conforme all'offerta approvata in sede di aggiudicazione definitiva, nonché alle leggi e regolamenti vigenti in materia, oltre che perfettamente funzionante e funzionale per come espressamente richiesto.

Le apparecchiature dovranno essere corredate della seguente documentazione, che dovrà essere consegnata al momento del collaudo all'apposita commissione:

- certificazione di conformità alle norme CEI;
- certificato di conformità CE;
- approvazione di organismi nazionali o internazionali all'uso clinico;
- schede tecniche;
- manuale d'uso in lingua italiana in formato cartaceo;
- manuale d'uso in lingua italiana in formato elettronico
- manuale di servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria completo di schemi

elettrici e part-list, possibilmente sia in formato cartaceo sia in formato elettronico

- Delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale.

Nel caso in cui il collaudo evidenzi aspetti di difformità della fornitura, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a provvedere in modo conforme e a regolarizzare la fornitura entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di difformità. In caso di inosservanza di tale prescrizione il collaudo verrà dichiarato con esito negativo in via definitiva.

ART.10

Assistenza tecnica in garanzia

La garanzia per l'intera fornitura avrà durata minima di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di collaudo con esito positivo.

Durante il periodo di garanzia l'impresa aggiudicataria dovrà assicurare l'assistenza tecnica e manutentiva "Full Risk" comprendente tutte le operazioni di manutenzione programmata e correttiva e tutti i materiali e ricambi necessari per assicurare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura.

Pertanto per tutta la durata del periodo di garanzia la ditta aggiudicataria dovrà riparare tempestivamente a proprie spese tutti i guasti o malfunzionamenti che si verificassero per carenza di qualità dei materiali o per difetti di funzionamento o fabbricazione o per qualunque altra causa non imputabile all'ASP.

In particolare gli interventi di manutenzione correttiva dovranno essere garantiti entro un termine di 24 ore lavorative dalla richiesta inoltrata dall'A.S.P. o dal Servizio di Ingegneria Clinica.

Durante il periodo di garanzia, in caso di guasto che comporti un'interruzione del funzionamento superiore a 24 ore lavorative, il fornitore si impegna a sostituire l'apparecchio con altro di uguali caratteristiche senza oneri aggiuntivi per l'A.S.P.

Durante il periodo di validità della garanzia, la Ditta aggiudicataria si impegna a rendicontare tutti gli interventi manutentivi atti a mantenere o ripristinare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, rilasciando dettagliati rapporti di lavoro.

Nel caso in cui decorso il periodo di garanzia si dovessero manifestare inconvenienti che palesano la presenza di vizi occulti, la ditta dovrà provvedere alla riparazione o alla sostituzione anche integrale dell'apparecchiatura.

ART. 11

Inadempimento e penalità

Mancato rispetto del termine di adempimento.

Scaduto il termine di 30 (trenta) giorni previsto per la consegna verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all'A.S.P. né a caso fortuito o forza maggiore, una penale pari allo 0,10% (zerovirgoladiecipercento) del corrispettivo della fornitura (considerato al netto dell'I.V.A.) e per un massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi.

Decorso il termine di giorni 30 + 10 l'A.S.P. si riserva la facoltà, in considerazione dell'andamento della fornitura, di considerare il fornitore inadempiente e di conseguenza:

- dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
- incamerare integralmente il deposito cauzionale;

Con riferimento alle sopra specificate fattispecie si precisa che:

- le penali verranno applicate nella misura corrispondente all'ammontare determinato dall'A.S.P., mediante incameramento, anche parziale, della cauzione definitiva;
- all'incameramento, integrale o parziale, della cauzione definitiva consegue l'obbligo del fornitore di ricostituire o reintegrare la garanzia fino all'ammontare originario;
- è fatto salvo sempre e comunque il risarcimento per l'eventuale maggior danno subito.

ART. 12

Fatturazione e pagamento della fornitura

La fattura dovrà riportare gli estremi della RDO, dello stipulaRDO, generato dal MEPA e del documento di trasporto relativo alla consegna.

L'aggiudicatario è tenuto, in osservanza delle disposizioni di cui alla L. 136/2010, ad indicare un numero di conto corrente dedicato sul quale l'Azienda Sanitaria Provinciale provvederà a far confluire tutte le somme relative al presente contratto; inoltre l'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi del suddetto conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale.

Il termine di pagamento previsto è di 60 (sessanta) giorni dalla presa in carico della fattura elettronica da parte dell'A.S.P. di Ragusa.

Di seguito i dati per la fatturazione elettronica:

Denominazione dell'Ente Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa		
IPA a_88	Codice univoco ufficio UFIMYK	Codice fiscale del servizio di fatturazione 1426410880
ultima data di validazione del C.F. 23/03/2015	Data di avvio del servizio 31/03/2015	Comune dell'ufficio Ragusa
Indirizzo dell'ufficio P.zza Igea, 1	cap dell'ufficio 97011	

ART. 13

Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria.

Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Ragusa.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo, facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte saranno raccolti presso la Direzione Attività di Provveditorato ed Economato dell'A.S.P., per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli artt. 19 e ss. del D. Lgs. 196/03.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati in questione è l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.

Art. 16

Clausole vessatorie

La Ditta concorrente dichiara di avere preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa o eccettuata. In particolare, a norma dell'art. 1341 del C.C., accetta e specificatamente sottoscrive le clausole di cui agli articoli di seguito indicati: Art. 8 , 9, 10, 11, 12 e 13 del Capitolato Speciale.

Art. 17

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia al D.Lgs. 163/06 s.m.i. in quanto applicabile, nonché alle leggi e regolamenti in vigore.

