

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1546 del 23 LUG. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

Sig. Marcello Gugliotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 26 LUG. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Aggiornamento tecnologico Sistema analisi da sforzo CAMBRIDGE HEART inv. n. 114897 installato presso la U.O. Cardiologa P.O. Vittoria. Ditta Radiomedica di Ignazio Arceri - Francofonte (SR). Importo totale € 7.930,00 IVA compresa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE
SERVIZIO TECNICO
SETTORE TECNICO
IL DIRETTORE
Ing. LORENZO APRILE

Il 23 LUG. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 31 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Settore Affari Tecnici e Patrimoniali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che il Responsabile della U.O. di Cardiologia del P.O. di Vittoria aveva richiesto un intervento tecnico sul Sistema Analisi da sforzo CAMBRIDGE HEART inv. n. 114897 in quanto "all'accensione dà problemi con il software";

CHE per l'effettuazione di tale intervento è stata interpellata la Ditta aggiudicataria del Global Service la quale, dopo visione del guasto, ha proceduto a ritirare l'apparecchiatura ed inviarla alla ditta Radiomedica di Ignazio Arceri – Francofonte (SR), agente di zona per l'assistenza tecnica delle macchine di Cardiologia Cambridge Heart;

VISTA la dichiarazione di obsolescenza inviata alla ditta Radiomedica di Ignazio Arceri dalla Casa Madre relativa al computer del sistema acquistato nell'anno 2006 per l'importo di € 35.150,00 in quanto "a causa della rapida evoluzione dei prodotti informatici, non è possibile procedere alla sua riparazione";

VISTO pertanto il preventivo del 29/06/2015 inviato dalla ditta Radiomedica di Arceri Ignazio dell'importo complessivo di € 6.500,00 IVA esclusa, relativo all'aggiornamento tecnologico dell'hardware/software del computer della prova da sforzo compatibile con la restante parte del sistema ancora in buono stato;

VISTA la nota prot. N. 726 del 09/07/2015 con la quale il Servizio Apparecchiature Elettromedicali chiede un parere al Direttore della U.O. di Cardiologia in merito alla opportunità di procedere all'intervento di che trattasi;

PRESO ATTO del parere favorevole all'intervento sopra descritto espresso dal Dott. Giulio Vladimiro Lettica in riscontro alla nota su descritta in data 22/07/2015;

ATTESA, per quanto sopra esposto, la opportunità di provvedere a tale intervento procedendo pertanto ad approvare il preventivo del 29/06/2015 inviato dalla Ditta Radiomedica dell'importo complessivo di € 7.930,00 IVA compresa relativo ad un aggiornamento tecnologico del computer a servizio del Sistema Analisi da sforzo Cambridge Heart inv. n. 114897 in dotazione alla U.O. di Cardiologia del P.O. di Vittoria prendendo atto che la spesa rientra nella aut. n. 50/12 del conto di costo 503030301 denominato "Manutenzione e riparazione attr .tecniche scientifiche e sanitarie";

SENTITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario ognuno per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Approvare il preventivo di spesa inviato dalla Ditta Radiomedica di Arceri Ignazio di Francofonte (SR) relativo all'aggiornamento tecnologico del computer del Sistema Analisi da sforzo Cambridge Heart inv. n. 114897 in dotazione alla U.O. di Cardiologia del P.O. di Vittoria dell'importo complessivo di € 7.930,00 IVA compresa;

- Affidare l'intervento in argomento alla suddetta Ditta;
- Prendere atto che la spesa di € 7.930,00 IVA compresa rientra nella aut. n. 50/12 del Conto di Costo 503030301 denominato "Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecn.- scient. e sanitarie";
- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di procedere in tempi celeri all'intervento di che trattasi.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	50/12		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			