
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

Elvira Amata

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

Giuseppe Drago

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

Maurizio Aricò

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 9 AGO. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

**REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1629 del 6 AGO. 2015

DIREZIONE PROVVEDITORATO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Determina a contrarre e avvio di procedura in e-procurement sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per la fornitura di arredi e attrezzature varie da destinare all'U.O. di Gastroenterologia del P.O. di Vittoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Cecilia Leone

Cecilia Leone

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott.ssa Maria Sigona

Maria Sigona

Il 6 AGO. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
 - Direttore Amministrativo
 - Dott. Giuseppe Drago
 - Direttore Sanitario
- e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta della Direzione del Provveditorato che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che il Direttore dell'U.O. di Gastroenterologia del P.O. di Vittoria dr. Nunzio Belluardo ha fatto richiesta, di arredi e attrezzature varie a seguito del trasferimento nei nuovi locali destinati all'U.O. e di cui si allega relativo elenco;

Ritenuto di provvedere all'acquisto;

Considerato che, per la fornitura dei beni richiesti, si stima il valore della spesa presunta in € 29.850,00 oltre iva;

Visto l'art. 7 della Legge 6 luglio 2012, n. 94, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 con il quale è stato disposto che: comma 2. "(...) le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328";

Visto l'art. 1 della Legge 7 agosto 2012, n. 135 in virtù del quale (...) i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

Visto l'art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture che disciplina l'utilizzo del MEPA da parte delle Stazioni appaltanti;

Visto il regolamento - tipo approvato dall'assessorato Regionale della Salute con D. A. n. 01283/13 del 03/07/2013, recepito con deliberazione n. 1652 del 09/08/2013, con il quale sono stati disciplinati i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi e, in particolare, l'art. 13 il quale dispone che "l'amministrazione è tenuta ad effettuare acquisti di beni e di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA)";

Ritenuto di procedere all'acquisto mediante ricorso al MEPA, ove detti beni sono presenti;

Accertato che i metaprodotto di cui all'allegato prospetto, sono tutti presenti sulla vetrina del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

Atteso di dover provvedere in merito;

Vista la delega del 22/05/2015 del Direttore Generale alla dott.ssa Maria Sigona - Direttore del Servizio Provveditorato - all'esercizio delle funzioni di acquisto sul MEPA;

Ritenuto, pertanto, di esperire gara elettronica in e-procurement sul mercato digitale della P.A.;

Ravvisata l'opportunità di dare immediata esecutività al presente atto, data l'urgenza di dotare l'U.O. di Gastroenterologia del P.O. di Vittoria, dei beni di cui all'allegato elenco;

Preso atto che la documentazione citata è custodita presso il Servizio proponente;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di propria competenza;

DELIBERA

Per le ragioni esposte in narrativa che qui s'intendono riportate e confermate;

Di autorizzare l'esperimento di gara elettronica in e-procurement per l'acquisizione dei suddetti beni da destinare all'U.O. di Gastroenterologia del P.O. di Vittoria;

Di far gravare la presunta spesa di € 36.417,00 iva compresa, così suddivisa:

- € 27.755,00 iva compresa, sul conto di patrimonio 101020601 denominato "Mobili e arredi" del bilancio corrente aut. n. _____;
- € 2.684,00 iva compresa, sul conto di patrimonio 101020501 denominato "Attrezzature sanitarie e scientifiche" del bilancio corrente aut. n. _____;



- € 732,00 iva compresa sul conto di patrimonio 10102090104 denominato "Altri beni non compresi nelle precedenti categorie" del bilancio corrente aut. n. _____;

- € 3.050,00 iva compresa sul conto di patrimonio 10102090101 denominato "Attrezzature generiche economali e tecniche" del bilancio corrente aut. n. _____;

- € 2.196,00 iva compresa sul conto di costo 50102010605 denominato "Beni non sanitari ammortizzabili nell'esercizio" del bilancio corrente aut. n. _____;

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza come sopra motivata.

Il funzionario istruttore
Raf. Raffaele Latino

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	101/49 10/16 105/11	30/13	330/11
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			

390

DESCRIZIONE PRODOTTO RICHIESTO	GASTROENTEROLOGIA VITTORIA ARREDO SANITARIO	COSTO PRESUNTO	NM	TOTALE
BANCO LAVORO 6 CASSETTI IN ACCIAIO INOX	SALA ENDOSCOPICA	1500	1	1500
BANCO LAVORO SU RUOTE 3 CASSETTIERE TOP IN CORIAN	SALA ENDOSCOPICA	2000	2	4000
LETTIGA PNEUMATICA RADIOTRASPARENTE	SALA ENDOSCOPICA	3000	2	6000
ARMADIO PORTAENDOSCOPI N. 6 MINIMO	SALA LAVAGGIO	1500	1	1500
CARRELLO PER FARMACI (TERAPIA)	SALA FARMACI/SALA RISVEGLIO	1400	1	1400
POLTRONA PER INFUSIONE	SALA INFUSIONE FARMACI	1400	2	2800
LETTO DEGENZA CON ACCESSORI	SALA RISVEGLIO	1400	1	1400
	TOTALE IMPONIBILE		10	18600
	TOTALE IVA			4092
	TOTALE IVA INCLUSA			22692

DESCRIZIONE PRODOTTO RICHIESTO	GASTROENTEROLOGIA VITTORIA ARREDO TECNICO	COSTO PRESUNTO	NM	TOTALE
MONITOR MEDICALE INGRESSO VIDEO COMPOSITO O RGB 26"	SALA ENDOSCOPICA	1000	1	1000
STAFFA MEDICALE PORTA MONITOR A SOFFITTO MONTAGGIO ON-SITE	SALA ENDOSCOPICA	1200	1	1200
	TOTALE IMPONIBILE		2	2200
	TOTALE IVA			484
	TOTALE IVA INCLUSA			2684

DESCRIZIONE PRODOTTO RICHIESTO	GASTROENTEROLOGIA VITTORIA ARREDO TECNICO	COSTO PRESUNTO	NM	TOTALE
PANCHE A TRE POSTI	REPARTO	350	3	1050
PANCHE A QUATTRO POSTI	REPARTO	400	2	800
APPENDIABITI A COLONNA	REPARTO	30	2	60
TAVOLO BASSO COLOR NOCE	REPARTO	70	1	70
CLASSIFICATORE A TRE CASSETTI	REPARTO	350	1	350
BANCONE RECEPTION MT 1,50	REPARTO	800	1	800
SEDIA DATILO 626 RIVESTIMENTO BLU'	REPARTO	80	4	320
ARMADIO ANTE SCORREVOLI MT 1,50	REPARTO	300	2	600
SCAFFALATURE APERTE A 5 RIPIANTI	REPARTO	50	2	100
	TOTALE IMPONIBILE		18	4150
	TOTALE IVA			913

	TOTALE IVA INCLUSA		5063
--	---------------------------	--	-------------

LOTTO 4				
DESCRIZIONE PRODOTTO RICHIESTO	GASTROENTEROLOGIA VITTORIA ARREDO TECNICO	COSTO PRESUNTO	NM	TOTALE
TELEVISORE SMART LED 40" CON STAFFA A MURO	SALA ATTESA	600	1	600
	TOTALE IMPONIBILE		1	600
	TOTALE IVA			132
	TOTALE IVA INCLUSA			732

LOTTO 5				
DESCRIZIONE PRODOTTO RICHIESTO	GASTROENTEROLOGIA VITTORIA ARREDO TECNICO	COSTO PRESUNTO	NM	TOTALE
CUCINETTA COMPLETA DI MOBILI E UTENSILI	REPARTO	2500	1	2500
	TOTALE IMPONIBILE		1	2500
	TOTALE IVA			550
	TOTALE IVA INCLUSA			3050

LOTTO 6				
DESCRIZIONE PRODOTTO RICHIESTO	GASTROENTEROLOGIA VITTORIA TENDE	PREZZO MQ.	MQ.	TOTALE
N. 12 TENDE VERTICALI MQ. 53,08	REPARTO	34	53,08	1804,72
	TOTALE IMPONIBILE		53,08	1804,72
	TOTALE IVA			397,0384
	TOTALE IVA INCLUSA			2201,7584





**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
DIRETTORE
DOTT.SSA MARIA SIGONA**

**RDO PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE VARIE DA DESTINARE ALL'U.O. DI
GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. DI VITTORIA.
ALLEGATO TECNICO**

Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Cecilia Leone tel. 0932 234474 fax 0932 999293 cecilia.leone@asp.rg.it

Funzionario istruttore:

Sig. Raffaele Latino tel. 0932 447142 fax 0932 999293 e-mail raffaele.latino@asp.rg.it

Art. 1

Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato speciale ha per oggetto la fornitura in cinque lotti dei seguenti beni:

- N. 3 Banchi di lavoro in acciaio inox e materiale plastico con cassettiere;
- N. 2 Barelle pneumatiche radiotrasparenti;
- N. 1 Armadio porta endoscopi;
- N. 1 Carrello terapia;
- N. 1 Letto degenza completo di accessori con movimentazione pneumatica;
- N. 2 Poltrone per infusione con movimentazione elettrica;
- N. 1 Monitor completo di braccio porta monitor a soffitto montaggio on-site;
- N. 1 Televisore 40" con staffa;
- N. 1 Cucina attrezzata;
- Mobili per ufficio;
- Mq. 50 Tende verticali;

da destinare alle UU.OO. dell'ASP, aventi le seguenti caratteristiche tecniche minime:

Lotto n. 1 CIG _____

Importo a base di gara € 18.600,00 oltre IVA

- **Lotto 1 voce 1 Descrizione: N. 2 banchi di lavoro su ruote:**
 - Corpo strutturale, in tubolari di acciaio verniciato, provvisto di coperture in materiale plastico antiurto, dotato di serie di 5 ruote gemellate diametro 150 mm circa, di cui 2 dotate di freno e una antistatica;
 - Top realizzato in Corian con profilo perimetrale di contenimento dei liquidi;
 - Basamento con 3 cassette a 6 cassette ad estrazione totale, dotati di inserti organizzativi interni, con porta etichette frontale, scorrimento su guide, serratura laterale, misura cassette: larghezza cm 60 circa, profondità cm 60 circa, altezza: misure diverse;
 - Dimensioni cm 205x65x95 H circa;
 - Dispositivo Medico, in Classe I, conforme alla Direttiva Comunitaria 93/42/CEE, modificata dalla Direttiva 2007/47/CE;
 - Garanzia 12 mesi a decorrere dalla data di consegna positivamente riscontrata;
 - L'attrezzatura offerta dovrà riportare la marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE così come emendata dal 2007/47/CE, recepita dal Dlgs n. 37 del 25/01/2010 con indicato l'eventuale numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciato;
 - Norme di Qualità: UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004;
 - La certificazione richiesta è ritenuta essenziale e quindi richiesta a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.

- **Lotto 1 voce 2 Descrizione: N. 1 banco da lavoro in acciaio inox con cassette:**
 - Struttura interamente realizzata in acciaio inox 18/10 AISI 304 con gambe saldate a ponte della misura di cm 200x75x90 circa;
 - Top realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304 spessore 10/10 con profilo perimetrale su tre lati per il contenimento dei liquidi;

- Basamento con cassetiera a 6 cassette realizzati in lamiera d'acciaio verniciata ad estrazione totale, scorrimento su guide con cuscinetti, dotati di inserti organizzativi interni, con porta etichette frontale, serratura laterale, misura cassette: larghezza cm 60 circa, profondità cm 60 circa, altezza: misure diverse;
- Garanzia 12 mesi a decorrere dalla data di consegna positivamente riscontrata;
- L'attrezzatura offerta dovrà riportare la marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE così come emendata dal 2007/47/CE, recepita dal Dlgs n. 37 del 25/01/2010 con indicato l'eventuale numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciato.
- Norme di Qualità: UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004;
- La certificazione richiesta è ritenuta essenziale e quindi richiesta a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.

- **Lotto 1 voce 3 Descrizione: N. 2 Barelle oleodinamiche per endoscopia ad altezza variabile:**

- Barella a 4 sezioni altezza variabile con Trendelenburg su colonne;
- Comandi a pedale oleodinamici posti in entrambi i lati (trendelenburg, controtrendelenburg, altezza variabile);
- Piano di coricamento interamente realizzato in laminato stratificato radiotrasparente a 4 sezioni;
- Basamento dotato di carter, maniglione lato piedi asportabile e maniglioni lato testa abbattibili;
- Sponde a compasso con abbattimento rapido;
- Ruote del diametro di 200 mm circa con sistema di bloccaggio contemporaneo;
- Dotata di quinta ruota direzionale, disinseribile con comando a pedale;
- Dotata di guide per l'inserimento del potter porta lastre, dotato di riferimento di posizione tramite fibbia colorata necessaria per il trascinarsi dello stesso;
- Trattamento antibatterico;
- Completa di materasso antistatico e antibatterico in similpelle ignifuga classe IIM lavabile privo di cuciture, imbottitura anatomica in schiuma di poliuretano ignifuga classe I IM,
- Dotata di asta porta flebo e maniglioni;
- Carico di lavoro sicuro 240 kg circa;
- Dimensioni: cm 210x80x60/90h. circa;
- Garanzia 24 mesi a decorrere dalla data di consegna positivamente riscontrata;
- L'attrezzatura offerta dovrà riportare la marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE così come emendata dal 2007/47/CE, recepita dal Dlgs n. 37 del 25/01/2010 con indicato l'eventuale numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciato;
- Norme di Qualità: UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004;
- La certificazione richiesta è ritenuta essenziale e quindi richiesta a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.

- **Lotto 1 voce 4 Descrizione: N. 1 Armadio porta endoscopi:**

- Struttura in alluminio estruso anodizzato e in lamiera di acciaio elettrolitico zincata spessore 7-8/10 circa, verniciatura con polveri epossidiche spessore 70 – 80 micron circa e cottura a forno;

- Frontali con telaio perimetrale in alluminio estruso completo di profilo para polvere, specchiature interne in laminato plastico spessore 4 mm circa maniglia in alluminio, integrata nel telaio dell'anta;
- Cerniere con apertura a 230° e scatto automatico di chiusura;
- Anta dotata di feritoie nella parte inferiore e superiore per permettere il ricircolo dell'aria;
- Basamento inferiore di sostegno (altezza 21 cm circa) con piedini regolabili;
- Anta verniciata con polveri epossidiche con trattamento antimicrobico biocote o equivalente, dotate di fermo a magnete per una chiusura perfetta, completa di serratura a chiave;
- Interno con 2 divisori estraibili ed ognuno con 4 supporti per endoscopi, nella parte inferiore dotato di vassoio in plastica, internamente alla porta rastrelliera per sonde;
- Dimensioni cm 66x70x210 h circa;
- Garanzia 12 mesi a decorrere dalla data di consegna positivamente riscontrata;
- L'attrezzatura offerta dovrà riportare la marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE così come emendata dal 2007/47/CE, recepita dal Dlgs n. 37 del 25/01/2010 con indicato l'eventuale numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciato;
- Norme di Qualità: UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004;
- La certificazione richiesta è ritenuta essenziale e quindi richiesta a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.

- **Lotto 1 voce 5 Descrizione: N. 1 carrello terapia:**

- Carrello con struttura in acciaio inox dotato di 8 cassetti (4 a destra e 4 a sinistra) su guide ad estrazione totale con fermo;
- Piano di lavoro superiore realizzato in materiale plastico antigraffio dotato di alzatina su tre lati, bordo frontale per contenimento liquidi e doppio maniglione di spinta integrato in tubolare di acciaio inox Ø 25 mm circa;
- Completo di:
- mensola inox per dispenser o strumentario;
- dispenser superiore 10 vani in abs trasparente a ribalta;
- dispenser porta bicchieri;
- asta flebo inox a due gangi regolabile con morsetto;
- cassetti dotati di inserti organizzativi interni;
- chiusura centralizzata;
- porta rifiuti in abs con capienza di lt. 10 circa e apertura a ginocchio;
- porta bottiglia in tondino inox;
- piano estraibile stampato in ABS con bordi di contenimento e maniglia scorrevole su guide con fermo di fine corsa;
- porta flaconi in acciaio inox a 4 fori del Ø 80 mm circa;
- barra verticale porta accessori in acciaio inox;
- supporto universale porta aghi competa di cinghia in nylon con ganci adatto per qualsiasi contenitore porta aghi in dotazione all'ente;
- bacinella in acciaio inox con supporto e morsetto;
- Dimensioni carrello: cm 90x60x97 h (altezza piano) circa;
- Base con bordo perimetrale in ABS;
- Base con 4 ruote girevoli del Ø 125 mm circa lavabili antistatiche e antitraccia di cui due con freno;

- Garanzia 12 mesi a decorrere dalla data di consegna positivamente riscontrata;
 - L'attrezzatura offerta dovrà riportare la marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE così come emendata dal 2007/47/CE, recepita dal Dlgs n. 37 del 25/01/2010 con indicato l'eventuale numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciato;
 - NORME di qualità: UNI EN 980 - UNI EN 1041 - UNI CEI EN ISO 14971;
 - La certificazione richiesta è ritenuta essenziale e quindi richiesta a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.
- **Lotto 1 voce 6 Descrizione: N. 2 poltrone per infusione:**
- Seduta in unico piano sagomato e anatomico, schienale, seduta e poggia gambe completamente imbottiti e rivestiti in sky lavabile e ignifugo;
 - Movimentazione di Trendelenburg mediante attuatore elettrico con comando a pulsantiera libera posizionata sullo schienale della poltrona;
 - Poggia braccia, imbottiti e rivestiti, regolabili in tutte le direzioni e reclinabili completamente all'indietro;
 - Predisposizione per il supporto orientabile degli accessori, asta flebo, porta bacinella in acciaio inox e porta lenzuolino;
 - Caratteristiche tecniche:
 - Basamento e corpo in tubolare e lamiera di acciaio plastificato con copertura in ABS termoformato;
 - Parti snodabili e struttura sedile in acciaio cromato;
 - Movimentazione di reclinazione e Trendelenburg elettrica;
 - Schienale e poggiapiedi a regolazione continua;
 - kit ruote per movimentazione;
 - Supporto porta lenzuolino realizzato in acciaio, posizionato posteriormente alla poltrona;
 - Bacinella in acciaio inox aisi 304;
 - Porta flebo Realizzata con tubo in acciaio cromato e supporto a due ganci in acciaio inox;
 - Braccio orientabile in acciaio per alloggiamento posteriore polivalente, per il fissaggio della bacinella e/o del gancio porta flebo, comprensivo degli accessori per il fissaggio;
 - Impianto elettrico a norme CEI composto da:
 - 2 attuatori 24Vcc (spinta 400N);
 - Centralina in classe II a doppio isolamento 220Vca 50Hz.
 - Pulsantiera a 4 tasti in bassa tensione;
 - Dimensioni L 185 / P 60 / H 60-145 cm circa;
 - Garanzia 24 mesi a decorrere dalla data di consegna positivamente riscontrata;
 - L'attrezzatura offerta dovrà riportare la marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE così come emendata dal 2007/47/CE, recepita dal Dlgs n. 37 del 25/01/2010 con indicato l'eventuale numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciato;
 - Norme di Qualità: UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004;
 - La certificazione richiesta è ritenuta essenziale e quindi richiesta a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.
- **Lotto 1 voce 7 Descrizione: N. 1 letto degenza con materasso e guanciali:**
- Letto ad altezza fissa 4 sezioni, di cui 3 snodate ed 1 fissa centrale completo di materasso e guanciali;

- Piano di coricamento realizzato in ABS termoformato senza spigoli vivi, facilmente amovibile e sanificabile, completo di ferma materasso integrato;
 - Materasso statico in schiuma poliuretana espansa, a cellule aperte, per degenza, corredato di fodera, impermeabile, traspirante, bielastica, antistatica, trattata con sistema batteriostatico-fungostatico, marchiato CE, requisiti prestazionali certificati UNI 10707 rev. 2003, certificazione indice di comfort e antidecubito, omologato nella classe 1 IM di reazione al fuoco, prodotto Latex Free, radiotrasparente, imbottitura a struttura alveolare con elevata traspirazione, fodera impermeabile ed inattaccabile dai liquidi biologici, traspirante, omologato nella classe di reazione al fuoco 1 IM a norma CSE RF 4/83 DM 26/06/84 (UNI 9175 UNI 9175/FA1 DM 03/09/2001);
 - Guanciali n. 2 imbottiti con falda di fibra poliestere ignifuga, ipoallergenica, cardata e sovrapposta in veli, omologato in classe IIM, federa di rivestimento realizzata in tessuto 100% poliestere ignifugo;
 - Telaio intermedio in tubi di acciaio verniciato sostenente il piano rete dotato di sponde abbattibili, barra porta accessori su ambo i lati (drenaggi) con N.2 ganci scorrevoli e riposizionabili in materiale plastico, ognuno con portata minima di 3 kg circa, dotato di apposite sedi per l'inserimento di asta solleva malato e asta flebo, angoli del letto protetti da apposite ruote paracolpi girevoli, in materiale plastico;
 - Schienale, dotato di movimento di roto-traslazione;
 - Schienale e femorale regolabili tramite comando a gas ad azione graduale, regolabili manualmente con leve di comando poste su ambo i lati, la zona gambale regolabile manualmente mediante cremagliere e dotata di controllo meccanico di sicurezza onde evitare un'errata angolazione/controllo rotazione;
 - Gambe con ruote antistatiche e anti traccia del Ø di. 125 mm circa, lavabili, con sistema di bloccaggio contemporaneo e direzionale;
 - Spalle inserite sul letto dotate di blocco di sicurezza anti sfilamento, sbloccabile tramite levette ad eccentrico integrate nella struttura con maniglione di spinta ergonomico;
- Dati tecnici:
- Dimensione L 215 / P 95 / H 45-85 cm circa;
 - Inclinazione schienale: 0°- 70° circa;
 - Inclinazione femorale: 0°- 25° circa;
- Garanzia 12 mesi a decorrere dalla data di consegna positivamente riscontrata;
 - L'attrezzatura offerta dovrà riportare la marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE così come emendata dal 2007/47/CE, recepita dal Dlgs n. 37 del 25/01/2010 con indicato l'eventuale numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciato;
 - Norme di Qualità: UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004, CEI EN 60601-1; UNI CEI EN 60601-2-52;
 - La certificazione richiesta è ritenuta essenziale e quindi richiesta a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.

Lotto n. 2 CIG _____

Importo a base di gara € 2.200,00 oltre IVA.

- **Lotto 2 Descrizione: N. 1 monitor con braccio medicale porta monitor a soffitto incluso di montaggio on-site;**
- Monitor medicale con ingresso video composito (YLC) o RGB da 26";

- Staffa medicale porta monitor tipo modello FPMA-HAC100HC o equivalente, completa di piastre di ancoraggio per il montaggio a soffitto on-site;
- Garanzia 24 mesi a decorrere dalla data di consegna positivamente riscontrata;
- L'attrezzatura offerta dovrà riportare la marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE così come emendata dal 2007/47/CE, recepita dal Dlgs n. 37 del 25/01/2010 con indicato l'eventuale numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciato.
- Norme di Qualità: UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004;
- La certificazione richiesta è ritenuta essenziale e quindi richiesta a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.

Lotto n. 3 CIG _____

Importo a base di gara € 4.150,00 oltre IVA.

- **Lotto 3 voce 1 Descrizione: N. 3 panche a tre posti:**
 - Panca attesa a 3 posti con braccioli e tavoletta porta riviste;
 - Struttura portante in tubo d'acciaio cromato lucido a forma di T rovesciata, con piedini regolabili, portata minima garantita kg. 300 circa;
 - Sedute e spalliere realizzate in lamiera di acciaio forata e piegata sui bordi di colore argento;
 - Garanzia 12 mesi a decorrere dalla data di consegna positivamente riscontrata;
 - Norme di Qualità: UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004;
 - La certificazione richiesta è ritenuta essenziale e quindi richiesta a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.
- **Lotto 3 voce 2 Descrizione: N. 2 panche a quattro posti:**
 - Panca attesa a 4 posti con braccioli e tavoletta porta riviste;
 - Struttura portante in tubo d'acciaio cromato lucido a forma di T rovesciata, con piedini regolabili portata minima garantita kg. 400 circa;
 - Sedute e spalliere realizzate in lamiera di acciaio forata e piegata sui bordi di colore argento;
 - Garanzia 12 mesi a decorrere dalla data di consegna positivamente riscontrata;
 - Norme di Qualità: UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004;
 - La certificazione richiesta è ritenuta essenziale e quindi richiesta a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.
- **Lotto 3 voce 4 Descrizione: N. 2 appendiabiti a colonna:**
 - Portabiti a piantana con struttura in acciaio verniciato lucido con polveri epossidiche, testa in policarbonato nero con 8 pomelli, anello portaombrelli e vaschetta raccogli gocce in tecnopolimero;
 - Garanzia 12 mesi a decorrere dalla data di consegna positivamente riscontrata;
 - Norme di Qualità: UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004;
 - La certificazione richiesta è ritenuta essenziale e quindi richiesta a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.
- **Lotto 3 voce 5 Descrizione: N. 1 tavolo basso per sala d'attesa:**

- Tavolo basso in pannello ligneo con finitura melaminica, piano in legno e fianchi pannellati di cm 60x60x40h colore noce;
 - Garanzia 12 mesi a decorrere dalla data di consegna positivamente riscontrata;
- Norme di Qualità: UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004;
- La certificazione richiesta è ritenuta essenziale e quindi richiesta a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.

- **Lotto 3 voce 6 Descrizione: N. 1 classificatore a tre cassette:**

- Classificatore costruito in lamiera d'acciaio dello spessore di 8/10, verniciato a polveri epossipoliesteri, cassette montati su guide telescopiche ad estrazione totale con sistema di chiusura simultanea e centralizzata di tutti i cassette e sistema di antiribaltamento, dotati di aste porta cartelle sospese, maniglie integrate, finestrella porta cartellino, e cassette predisposti per l'inserimento di cartelle sospese da cm. 39,8 a 33.
- Dimensioni: larghezza cm. 50 circa, profondità cm. 65 circa, altezza cm. 105 circa;
- **PESO:** Kg. 50 circa;
- Garanzia 12 mesi a decorrere dalla data di consegna positivamente riscontrata;
- Norme di Qualità: UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 13485:2004, BS EN 14074:2004, BS EN 14073:2004;
- La certificazione richiesta è ritenuta essenziale e quindi richiesta a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.

- **Lotto 3 voce 7 Descrizione: N. 1 Bancone reception:**

- Bancone reception lineare con top di cortesia struttura in legno colore noce;
- Struttura interamente realizzata in nobilitato melaminico ad alta resistenza, con fianchi chiusi, piano di lavoro e top in melaminico antigraffio dello spessore minimo di cm. 3 circa, e la rimanente parte strutturale dello spessore cm. 3 circa, con bordi arrotondati, attrezzato per le funzioni di accoglienza, esso deve prevedere 1 postazione di lavoro per PC. Il computer potrà essere collocato al suo interno in modo da non creare barriere tra il personale e gli utenti;
- L'interno del bancone dovrà essere opportunamente attrezzato con cassette e contenitori per la raccolta di materiale (depliant, cancelleria etc.);
- Dimensioni: cm. L. 150 x P. 62 x H. 110, circa;
- Garanzia 12 mesi a decorrere dalla data di consegna positivamente riscontrata;
- Norme di Qualità: UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 13485:2004, DIN-EN 120 e UNI EN 717-2;
- La certificazione richiesta è ritenuta essenziale e quindi richiesta a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.

- **Lotto 3 voce 8 Descrizione: N. 4 poltrone operative:**

- Poltroncina operativa composta da struttura interna del sedile e dello schienale in multistrato di faggio pressato e curvato a caldo spessore 12 mm circa, carter di copertura del sedile e dello schienale in polipropilene antiurto e antigraffio, imbottitura con rivestimento in similpelle, braccioli in polipropilene, base a 5 razze; regolazione tramite meccanismo asincron a tre leve per la regolazione del sedile, dello schienale e dell'altezza della seduta in acciaio stampato, regolazione dello schienale in altezza con il meccanismo up-down, movimentazione, in elevazione, a gas con struttura portante in tubo d'acciaio;

- Il prodotto deve essere conforme al prototipo omologato al Ministero dell'interno (D.M. 26.6.84), in classe 1 IM di reazione al fuoco;
- Garanzia 12 mesi a decorrere dalla data di consegna positivamente riscontrata;
- Norme di Qualità: UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 13485:2004, UNI EN 1335-1-2-3;
- La certificazione richiesta è ritenuta essenziale e quindi richiesta a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.

- **Lotto 3 voce 9 Descrizione: N. 2 armadi metallici ante scorrevoli 120x45x200h:**

- Armadio metallico ante scorrevoli rinforzate, realizzato con lamiera d'acciaio dello spessore 8/10, ante, montate su cuscinetti a sfera, appese ad appositi binari metallici posti sul cappello dell'armadio, dotate di serratura tipo Yale con doppia chiave pieghevole anti infortunistica, e maniglia ad incasso in materiale antiurto, dotato di ripiani interni spostabili;
- Garanzia 12 mesi a decorrere dalla data di consegna positivamente riscontrata;
- Norme di Qualità: UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 13485:2004, UNI EN ISO 14001: 2004;
- La certificazione richiesta è ritenuta essenziale e quindi richiesta a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.

- **Lotto 3 voce 10 Descrizione: N. 2 scaffalature metalliche a 5 ripiani:**

- Scaffalatura metallica rinforzata a 5 ripiani dimensioni: 100x40x200h;
- Garanzia 12 mesi a decorrere dalla data di consegna positivamente riscontrata;
- Norme di Qualità: UNI EN ISO 9001:2008 ;
- La certificazione richiesta è ritenuta essenziale e quindi richiesta a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.

Lotto n. 4 CIG _____

Importo a base di gara € 600,00 oltre IVA.

- **Lotto 4 Descrizione: N. 1 apparecchio televisivo Smart TV da 40":**

- televisore con tecnologia led da 40" full hd, 100hz, Smart wifi - 2 hdmi, 1 usb, media player, completo di staffa a muro orientabile orizzontalmente e verticalmente, comprensiva del necessario per la collocazione a parete dell'apparecchio televisivo.
- Classe di efficienza energetica A +;
- Garanzia 24 mesi full-risk a decorrere dalla data d'installazione positiva;
- Norme di Qualità: UNI EN ISO 14024-1;
- La certificazione richiesta è ritenuta essenziale e quindi richiesta a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.

Lotto n. 5 CIG _____

Importo a base di gara € 2.500,00 oltre IVA.

- **Lotto 5 Descrizione: arredo cucina di reparto:**

- Struttura interamente realizzata in nobilitato con rivestimento in melaminico ad alta resistenza nella finitura BEIGE;
- Ante in MDF rivestite in materiale polimerico nella finitura beige, con maniglie in acciaio;
- Modulo base lavello (voce "A") con 2 ante a battenti con apertura su cerniere ammortizzate dimensioni cm. L 90x60x80H circa, completo di lavello ad 1 vasca in acciaio inox antigraffio con gocciolatoio e di miscelatore monocomando con doccetta estraibile in acciaio inox cromato, e cesto pattumiera;
- Modulo pensile sopra lavello (voce "A") ad ante battenti con apertura su cerniere ammortizzate della dimensione di cm 90x36x75h circa, completo di scolapiatti in acciaio inox estraibile;
- Modulo base 1 anta (voce "B") ad una anta con cerniere ammortizzate internamente dotata di ripiani interni dimensioni cm L 60x60x80H circa;
- Modulo base con 4 cassette (voce "B") dotati di sistema di apertura ammortizzato, e completo di portaposate in plastica della dimensione di cm 60x60x80H circa;
- Modulo base per piano cottura e forno (voce "B") della dimensione di cm 60x60x80H circa;
- Foro per elettrodomestico;
- Modulo colonna frigo (voce "B") completo di frigo in classe energetica A+ a doppia anta con parte superiore freezer delle dimensioni di cm 60x60x 210H circa;
- Mensola (voce "C") in laminato dello spessore di cm. 4 della dimensione di cm 160x45P con superficie di colore bianco antigraffio completa di accessori per il montaggio a muro;
- N. 3 sgabelli da cucina con spalliera, poggia piedi, e alzatina a gas con seduta in legno multistrato ricoperto di PVC liscio struttura portante in acciaio cromato, regolabile in altezza da 55 a 80 cm circa con pistone pneumatico, rotazione 360;
- **ELETTRODOMESTICI:**
- **FORNO ELETTRICO A MICROONDE L 60**
- Apertura porta laterale;
- Cinque livelli di potenza (max. 800W);
- Contaminuti elettronico con segnale sonoro di fine cottura;
- Otto cotture rapide preimpostate;
- Tre tipi di cottura: microonde, grill, microonde + grill;
- Griglia a due livelli;
- Cavità in acciaio inox;
- Scongelo automatico;
- Piatto rotante di diametro 245 mm circa;
- Volume: 20 litri circa;
- Potenza grill: 1,0 kW;
- Potenza massima assorbita: 2,25 kW;
- Classe energetica A+
- **Frigorifero da incasso con doppia anta con parte superiore freezer in classe A+ ;**
- **PIANO COTTURA:**
- **PIANO COTTURA CON QUATTRO PIASTRE ELETTRICHE L 60 INOX**
- Accensione elettronica a manopola;

- Piano monoscocca;
- Due piastre elettriche diametro 145 mm. circa;
- Due piastre elettriche diametro 180 mm. circa;
- Potenza elettrica installata: 7 kW;
- **MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVELLO CON DOCCETTA IN ACCIAIO INOX CROMATO;**

➤ **In allegato planimetria dei locali;**

- **Condizioni di fornitura**

- Merce resa franco Ns. Sede
- Montaggio: da intendere “chiavi in mano”;
- Consegna: 30 gg;

L'apparecchiatura offerta dovrà riportare la marcatura CE ai sensi della direttiva 93/42/CE così come emendata dal 2007/47/CE, recepita dal Dlgs n. 37 del 25/01/2010 con indicato l'eventuale numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciato.

Lotto n. 6 CIG _____

Importo a base di gara € 1.800,00 oltre IVA.

- **Lotto 6 Descrizione: N. 12 tende a bande verticali complete di binario incluso montaggio on-site:**
- N. 12 Tende a bande verticali della larghezza di cm 13 ignifughe in Shanthung di colore bianco/panna per un totale di mq 53,08 circa, totale ottenuto con l'applicazione della misurazione del minimo di fatturazione “Altezza minima fatturabile cm.200”;
- Descrizione tecnica: Tenda a bande verticali larghe cm 13, in tessuto ignifugo, cl. 1, Trevira-Poliestere, montate su binario in alluminio di colore bianco, a doppio comando, montaggio a soffitto ON-SITE;
- Garanzia 12 mesi a decorrere dalla data di consegna positivamente riscontrata;
- Norme di Qualità: UNI EN ISO 9001:2008;
- La certificazione richiesta è ritenuta essenziale e quindi richiesta a pena di esclusione dalla presente procedura di gara.

Art. 2

Offerta tecnica

L'offerta tecnica, è costituita dalla documentazione tecnica.

Documentazione tecnica: le caratteristiche ed i requisiti posseduti dalle attrezzature offerte sono comprovate dalle schede tecniche originali del produttore, catalogo o depliant illustrativi;

E' ammessa la presentazione di ulteriore documentazione tecnica che la Ditta concorrente ritiene idonea per una più approfondita conoscenza delle caratteristiche e dei requisiti posseduti dai sistemi offerti.

La suddetta documentazione costituisce parte integrante e sostanziale dell'offerta.

La documentazione tecnica dovrà essere completa e riferita agli articoli riportati nell'offerta economica.

Dovrà essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, dovrà avere allegata la relativa traduzione.

Su richiesta di questa Azienda, le Ditte concorrenti sono tenute a fornire ulteriori informazioni e/o elaborati tecnici.

Art. 3

Offerta

L'offerta dovrà essere unica, eventuali offerte in alternativa non verranno prese in considerazione.

L'offerta deve avere validità di 180 giorni successivi alla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice civile.

L'A.S.P. si riserva, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D. Lgs. 163/06, di chiedere agli offerenti, nel corso della procedura, il differimento di tale termine.

Art. 4

Aggiudicazione

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del prezzo più basso, previa verifica di conformità tecnica, ai sensi dell'art. 82 d.lgs.163/06 e s.m.i.;

Art. 5

Garanzie

Le ditte concorrenti dovranno presentare, a corredo dell'offerta per il lotto 1 garanzia provvisoria pari al 2% (dueper cento) dell'importo a base di gara, con le modalità di cui all'art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e secondo le indicazioni riportate sul portale MEPA (invio tradizionale per posta).

La garanzia prestata dall'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto; con riferimento ai concorrenti non aggiudicatari la garanzia verrà svincolata entro i termini previsti dall'art. 75 comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006.

La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'A.S.P. si riserva, nel corso della procedura, di chiedere il rinnovo della garanzia provvisoria, fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; a tal fine l'offerta deve essere corredata anche di una dichiarazione di impegno, da parte del garante, al suddetto rinnovo a seguito di semplice richiesta da parte dell'A.S.P.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a costituire garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, nella misura e con le modalità di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e all'art. 7 della L. R. n. 12/2011.

La mancata costituzione della garanzia definitiva entro il termine assegnato dall'A.S.P. determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia definitiva è svincolata e restituita al contraente solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Le garanzie prestate mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché

l'operatività della garanzia medesima, previa semplice richiesta scritta dell'A.S.P., entro quindici giorni dalla stessa.

Art. 6

Esecuzione della fornitura

La fornitura dovrà essere realizzata secondo le prescrizioni e modalità di cui al presente capitolato ed alla relativa offerta oggetto di aggiudicazione.

L'attrezzatura dovrà essere consegnata a cura e spese dell'impresa aggiudicataria:

- entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'ordine;
- nei locali indicati in ordinativo e ubicati nel P.O. di Vittoria ala vecchia piano 5°;
- perfettamente imballata.

In caso di inosservanza del termine di consegna l'A.S.P. provvederà ad applicare la penalità di cui al successivo art. 8.

Non meno di cinque giorni lavorativi prima della consegna la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all'Ufficio Provveditorato dell'A.S.P. apposita comunicazione riguardo al giorno previsto per la consegna e relative modalità.

Art. 7

Collaudo

Il collaudo del lotto 1 e 2 verrà effettuato da apposita commissione tecnica dell'A.S.P. in contraddittorio con un rappresentante della ditta aggiudicataria.

La data di esecuzione del collaudo verrà fissata dall'A.S.P. e comunicata con congruo anticipo alla ditta aggiudicataria.

Il collaudo dovrà accertare che la fornitura, così come realizzata, sia conforme all'offerta approvata in sede di aggiudicazione definitiva, nonché alle leggi e regolamenti vigenti in materia, oltre che perfettamente funzionante e funzionale per come espressamente richiesto.

Le apparecchiature dovranno essere corredate della seguente documentazione, che dovrà essere consegnata al momento del collaudo all'apposita commissione:

- certificazione di conformità alle norme CEI;
- certificato di conformità CE;
- approvazione di organismi nazionali o internazionali all'uso clinico;
- schede tecniche;
- manuale d'uso in lingua italiana in formato cartaceo;
- manuale d'uso in lingua italiana in formato elettronico
- manuale di servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria completo di schemi elettrici e part-list, possibilmente sia in formato cartaceo sia in formato elettronico
- Delle operazioni di collaudo verrà redatto apposito verbale.

Nel caso in cui il collaudo evidenzia aspetti di difformità della fornitura, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a provvedere in modo conforme e a regolarizzare la fornitura entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione di difformità. In caso di inosservanza di tale prescrizione il collaudo verrà dichiarato con esito negativo in via definitiva e l'A.S.P. provvederà ad applicare la penalità di cui al successivo art. 9.

Art. 8

Assistenza tecnica in garanzia

La garanzia per l'intera fornitura relativa ai lotti 1-2-3-4-5-6- avrà durata minima come riportato in ciascuno nella descrizione tecnica alla voce garanzia.

Per tutta la durata del periodo di garanzia la ditta aggiudicataria dovrà riparare tempestivamente a proprie spese tutti i guasti o malfunzionamenti che si verificassero per carenza di qualità dei materiali o per difetti di funzionamento o fabbricazione o per qualunque altra causa non imputabile all'Azienda.

Art. 9

Inadempimento e penalità

Mancato rispetto del termine di adempimento.

Scaduto il termine di 30 (trenta) giorni previsto per la consegna verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo non imputabile all'A.S.P. né a caso fortuito o forza maggiore, una penale pari allo 0,10% (zerovirgolandiecipercento) del corrispettivo della fornitura (considerato al netto dell'I.V.A.) e per un massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi.

Decorso il termine di giorni 30 + 10 l'A.S.P. si riserva la facoltà, in considerazione dell'andamento della fornitura, di considerare il fornitore inadempiente e di conseguenza:

- dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.;
- incamerare integralmente il deposito cauzionale;

Con riferimento alle sopra specificate fattispecie si precisa che:

- le penali verranno applicate nella misura corrispondente all'ammontare determinato dall'A.S.P., mediante incameramento, anche parziale, della cauzione definitiva;
- all'incameramento, integrale o parziale, della cauzione definitiva consegue l'obbligo del fornitore di ricostituire o reintegrare la garanzia fino all'ammontare originario;
- è fatto salvo sempre e comunque il risarcimento per l'eventuale maggior danno subito.

Art. 10

Fatturazione e pagamento della fornitura

La fattura dovrà riportare gli estremi della RDO, della stipula RDO, generata dal MEPA e del documento di trasporto relativo alla consegna.

L'aggiudicatario è tenuto, in osservanza delle disposizioni di cui alla L. 136/2010, ad indicare un numero di conto corrente dedicato sul quale l'Azienda Sanitaria Provinciale provvederà a far confluire tutte le somme relative al presente contratto; inoltre l'aggiudicatario è tenuto ad avvalersi del suddetto conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale.

Il termine di pagamento previsto è di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica.

Art. 11

Direzione dell'esecuzione della fornitura

La direzione dell'esecuzione del presente contratto è affidata al **Direttore dell'U.O.C. Facility Management.**

Art. 12

Controversie

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'Autorità Giudiziaria.

Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Ragusa.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo, facendo presente che i dati personali forniti dalle ditte saranno raccolti presso la Direzione Attività di Provveditorato ed Economato dell'A.S.P., per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara, pena l'esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli artt. 19 e ss. del D. Lgs. 196/03.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati in questione è l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente capitolato si rinvia al D. Lgs. 163/06 s.m.i. in quanto applicabile, nonché alle leggi e regolamenti in vigore.

