

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1632 del 6 AGO. 2015

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Avvio indagine di mercato per l'acquisizione di "Dispositivi specialistici per Nefrologia, da destinare alle UU.OO.CC. di Nefrologia e Dialisi Aziendali.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Vincenza Piccione

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott.ssa Maria Sigona

Il giorno 6 AGO. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il

Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo

- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante,

adotta la seguente deliberazione:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

Sig. Marcello Gugliotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n.

30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi,

dal 9 AGO. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Servizio Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con nota/e-mail dell'08/06/2015 e successiva del 14/06/2015, il Responsabile della Farmacia Ospedaliera ha inviato il capitolato tecnico per l'acquisizione di "Dispositivi specialistici per Nefrologia", da destinare alle UU.OO.CC. di Nefrologia e Dialisi;

Visto il capitolato tecnico, articolato in n. 10 lotti, quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

Che i suddetti dispositivi sono forniti in esclusiva, per quanto di conoscenza, dai seguenti operatori economici:

- Lotto n. 1: BELLCO S.r.l. di Mirandola (MI).
- Lotto n. 2: Presifarm di Gravia di Catania (CT).
- Lotto n. 3: C. Medica. di Catania.
- Lotto n. 4: M.G. di Zarbo di Agrigento.
- Lotto n. 5: Covidien di Segrate (MI).
- Lotto n. 6: Baxter Italia di Bologna.
- Lotto n. 7: B. Braun Milano S.p.A. di Milano.
- Lotto n. 8: Gambro Hospal di Bologna.
- Lotto n. 9: TORAY di Milano.
- Lotto n. 10: Medicalti S.p.A. di Catania.

Ritenuto, al fine di verificare la presenza sul mercato di altri operatori economici (*produttori/distributori*) in Italia dei prodotti in argomento, di procedere ad avviare apposita indagine di mercato, sulla base dell'allegato schema di avviso, da pubblicare sia sul sito internet aziendale che sulla GUCE, atteso che trattassi di fornitura di importo superiore alla soglia comunitaria;

Dato atto che per le specifiche tecniche vale il principio dell'equivalenza di cui all'art. 68 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

Rilevato che la fornitura dei suddetti beni non è acquisibile mediante ricorso a convenzione CONSIP S.p.A. né sul MEPA, ai sensi dell'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i., in quanto non sono attive convenzioni né bandi aventi per oggetto i prodotti in argomento;

Ritenuto, nelle more della definizione delle suddetta procedura ed al fine di garantire la continuità e regolarità dell'assistenza sanitaria, di prorogare i contratti in essere di cui alla *deliberazione n. 57 del 15/01/2015*, fino al *31/12/2015* e, comunque, fino all'individuazione del nuovo contraente, prevedendo una spesa complessiva presunta, riferita al periodo luglio-dicembre 2015, di € 170.000,00 iva compresa;

Atteso di dover provvedere in merito;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per gli aspetti di rispettiva competenza;

DELIBERA,

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- avviare indagine di mercato, sulla base della schema di avviso allegato al presente atto, al fine di verificare la presenza sul mercato di altri operatori economici (*produttori/distributori*) in Italia di "Dispositivi specialistici per Nefrologia", indicati nell'allegato capitolato tecnico;

- pubblicare il suddetto avviso sul sito internet aziendale e sulla GUCE, atteso che trattassi di fornitura importo superiore alla soglia comunitaria;


- prorogare i contratti in essere relativi ai "Dispositivi specialistici per Nefrologia", di cui alla *deliberazione n. 57 del 15/01/2015*, fino al *31/12/2015* e, comunque, fino all'individuazione del nuovo contraente, prevedendo una spesa complessiva presunta, riferita al periodo luglio-dicembre 2015, di € 170.000,00 iva compresa, così distinta:

- € 20.000,00 sul conto 501010501;
- € 30.000,00 sul conto 501010502;
- € 20.000,00 sul conto 501010503;
- € 100.000,00 sul conto 501010506;

- dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di garantire la continuità e regolarità dell'assistenza sanitaria nonché l'urgente avvio dell'indagine di mercato;

- dare atto che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso il Servizio Provveditorato.

| Data _____ | | Esercizio _____ | |
|---|-------------|-----------------|-------|
| Importo | Autorizzato | Ordine | Conto |
| | | | |
| | | | |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario | | Il Contabile | |
| | | | |



DATA
08/08/2015

PROT. N.
_____/RG/Prov.to

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

DIREZIONE
PROVVEDITORATO ECONOMATO
Via G. Di Vittorio, 51
97100 Ragusa

Telefono
0932-600736-729

FAX
0932-654653

EMAIL
maria.sigona@asp.rg.it

WEB
www.asp.rg.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Questa Azienda intende procedere, mediante apposita procedura di gara, alla fornitura triennale di “*Dispositivi Specialistici per Nefrologia*”, per le UU.OO.CC. di Nefrologi e Dialisi dell’A.S.P. di Ragusa, articolata in **10 lotti**, di cui all’allegato capitolato tecnico (*Allegato A*), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Per le specifiche tecniche, di cui sopra, vale il principio dell’equivalenza di cui all’art. 68 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

I nomi degli operatori economici individuati, per ciascun lotto, sono:

- *Lotto n. 1: BELLCO S.r.l. di Mirandola (MI).*
- *Lotto n. 2: Presifarm di Gravia di Catania (CT).*
- *Lotto n. 3: C. Medica. di Catania.*
- *Lotto n. 4: M.G. di Zarbo di Agrigento.*
- *Lotto n. 5: Covidien di Segrate (MI).*
- *Lotto n. 6: Baxter Italia di Bologna.*
- *Lotto n. 7: B. Braun Milano S.p.A. di Milano.*
- *Lotto n. 8: Gambro Hospal di Bologna.*
- *Lotto n. 9: TORAY di Milano.*
- *Lotto n. 10: Medicalti S.p.A. di Catania.*

Valore stimato della fornitura, riferito al triennio: € 378.250,00, iva esclusa.

Pertanto, al fine di verificare la presenza sul mercato di altri operatori economici (*produttori / distributori*) in Italia dei prodotti in argomento, le *Ditte interessate* dovranno far pervenire, *entro le ore 13,30 del giorno _____*, a mezzo fax (0932-654.653) e/o e-mail (maria.sigona@asp.rg.it e/o vincenza.piccione@asp.rg.it), quanto segue:

- a) *Dichiarazione* attestante la possibilità di fornire i prodotti in argomento (*specificare i lotti di riferimento*);
- b) *Documentazione tecnica* (*schede tecniche, depliant illustrativi, ecc.*) atta ad illustrare ampiamente quanto offerto;
- c) *Certificazioni* attestanti il possesso dei requisiti di conformità e qualità (*certificazione CE, conformità UNI EN, qualità ISO, ecc.*), in corso di validità;

d) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'eventuale produzione/commercializzazione sul mercato, in regime di esclusività, dei prodotti in argomento.

La suddetta documentazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e, se redatta in lingua straniera, dovrà avere allegata la relativa traduzione.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Vincenza Piccione, Servizio Provveditorato, (Tel. 0932/600729).

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Vincenza Piccione

Il Direttore Servizio Provveditorato
Dott.ssa Maria Sigona

| Lotto | Voce | CND | DESCRIZIONE | U.M. | Quantità annua presunta |
|--------------|-------------|------------|--|-------------|--|
| 1 | | F900202 | <p>KIT CATETERI DI TESIO in CARBOTHANE , per incannulazione vena femorale/giugulare; doppio catetere mono lume con possibilità di tunnellizzazione sottocutanea. Varie lunghezze: cm 19/22; cm 22/25; cm 27/30.</p> <p>Il kit deve essere composto da:</p> <p>n° 2 CATETERI di TESIO, 10 Fr, con mandrino e cuffia di ancoraggio;</p> <p>n° 2 AGHI 18Gx cm.7;</p> <p>n° 2 Dilatatori DUAL STEP;</p> <p>n° 2 Dilatatori con guaina peel-away 11 Fr.;</p> <p>n° 2 Fili Guida calibrati a J /FLEX 0.038"x 70 cm;</p> <p>n° 2 Tunnellizzatori ricurvi ;</p> <p>n° 2 Siringhe monouso;</p> <p>n° 2 Valvole antireflusso</p> <p>n° 2 Raccordi prolunga;</p> <p>n° 2 Raccordi LUER TESIO;</p> <p>n° 1 Clamp Cat. Rossa</p> <p>n° 1 Clamp Cat. Blu</p> <p>n° 2 Tappi di chiusura perforabili</p> <p>n° 1 Estensione terminale Arteriosa per catetere di tesio</p> <p>n° 1 Estensione terminale Venosa per catetere di tesio</p> | KIT | 150 |
| 2 | | A018002 | <p>KIT per SITE RITE II STERILE NEEDLE GUIDE, da utilizzare con apparecchio eco-doppler SITE RITE in dotazione al Reparto.</p> | pz | 300 |
| 3 | | | <p>Accessori monouso dedicati all' ecografo "Sono Site Ultra Pro II", in dotazione, per il posizionamento di cateteri venosi centrali:</p> | | |
| | | A018002 | <p>KIT per SONO SITE ULTRA PRO II guida per ago 14 x 91,5 cm, con staffa pluriuso</p> | pz | 50 |
| 4 | | P07010199 | <p>PROTESI VASCOLARE BIOSINTETICA costituita da una rete di poliestere e collagene ovino, curva ad U cm 35, diametro mm 6, per pazienti che non tollerano le normali protesi in PTFE</p> | pz | 15 |
| 5 | a | F900101 | <p>Catetere retto per dialisi peritoneale tipo TENCKHOFF in silicone per adulti con 2 cuffie in dacron e striscia radiopaca. Lunghezza totale da 36 a 45 cm circa</p> | pz | 5 |
| | b | F900101 | <p>Catetere curvo per dialisi peritoneale tipo SWANN NECK per adulti, con 2 cuffie in dacron . Varie misure</p> | PZ | 30 |
| 6 | | | <p>Adattatore al titanio, sistema di raccordo tra il catetere peritoneale di cui sopra ed il set di trasferimento.</p> | pz | 30 |

| <i>Lotto</i> | <i>Voce</i> | <i>CND</i> | <i>DESCRIZIONE</i> | <i>U.M.</i> | <i>Quantità annua presunta</i> |
|--------------|-------------|---------------|---|-------------|--|
| | | | | | |
| 7 | | H90010102 | COLLA ISTOLOGICA a base di n-butil-2 cianoacrilato in fiale di plastica da 0,5 ml, con beccuccio per l' applicazione, monouso per singolo paziente | pz | 250 |
| | | | | | |
| 8 | | F010701 | FILTRI per emoperfusione a cartuccia con carbone attivato; le particelle di carbone devono essere rivestite con acetato di cellulosa | pz | 10 |
| | | | | | |
| 9 | | F01060299 | FILTRI per dialisi in POLIMETILMETACRILATO (PMMA); membrana simmetrica tridimensionale adatta a massimizzare l' eliminazione per adsorbimento, da utilizzare con tecnica EAD per la rimozione delle catene monoclonali libere leggere (FLC), in pazienti affetti da mieloma .Filtri con coefficiente di ultrafiltrazione di 18 - 35 ml/h/mmHg | pz | 600 |
| | | | | | |
| 10 | | H010201010501 | Suture in monofilamento non riassorbibile in PTFE, in confezioni da 12 fili : | | |
| | <i>a</i> | | ago 3/8 c. punta tagliente 13 mm; filo USP 7-0 lunghezza filo 60 cm , circa | pz | 240 |
| | <i>b</i> | | ago 3/8 c. punta tagliente 9 mm; filo USP 8-0 lunghezza filo 60 cm , circa | pz | 60 |
| | <i>c</i> | | ago 1/2 c. punta tagliente 13 mm; filo USP 6-0 lunghezza filo 75 cm , circa | pz | 60 |

