
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

[Signature]

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

[Signature]

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

[Signature]

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2.147 del 22 OTT. 2015

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

Esecutiva: _____
Atto sottoposto a controllo: _____

OGGETTO: Procedura in e-procurement sul MEPA per l'affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali (defibrillatori ed elettrocardiografi) destinate a varie UU.OO. dell'ASP di Ragusa – Aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEL PROVVEDITORATO
Dott.ssa Maria Sigona

[Signature]

Il 22 OTT. 2015, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata nell'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 25 OTT. 2015

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

[Signature]

La presente copia è conforme all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su Proposta della Direzione del Servizio Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che, con delibera n. 1240 del 18/06/2015, è stato autorizzato l'esperimento di gara elettronica in e-procurement sul MEPA, per l'affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali (defibrillatori ed elettrocardiografi) destinate a varie UU.OO. dell'ASP, articolata in due lotti indivisibili, per la spesa complessiva presunta di € 159.000,00 (oltre IVA);

Vista la delega prot. n. 11348 del 22/05/2015 del Direttore Generale alla dott.ssa Maria Sigona, Direttore del Servizio Provveditorato, all'esercizio delle funzioni di acquisto sul MEPA;

Rilevato che, per quanto sopra, con RdO 880802 del 26/06/2015 è stata esperita procedura di gara elettronica in e-procurement sul MEPA, per l'affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali defibrillatori ed elettrocardiografi destinate a varie UU.OO. dell'ASP di Ragusa, articolata in due lotti indivisibili, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.), anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica della documentazione amministrativa/tecnica, e precisamente:

- Lotto 1: n. 16 defibrillatori – prezzo posto a base di gara € 96.000,00;
- Lotto 2: n. 9 elettrocardiografi – prezzo posto a base di gara € 63.000,00;

Che alla scadenza, fissata alle ore 12:00 di giorno 13/07/2015, sono pervenute le seguenti offerte:

Lotto 1 – n. 16 defibrillatori

- 1) FORMEDICAL - offerta del 10/07/2015
- 2) SATO - offerta del 13/07/2015
- 3) SEDA - offerta del 13/07/2015
- 4) SIRIMED - offerta del 13/07/2015
- 5) TECNOMED - offerta del 10/07/2015
- 6) ULTRAMED - offerta del 10/07/2015

Lotto 2 – n. 9 elettrocardiografi

- 1) HALSA - offerta del 13/07/2015
- 2) MEDICALWAVE - offerta del 10/07/2015
- 3) SIRIMED - offerta del 13/07/2015
- 4) TECNOMED - offerta del 10/07/2015
- 5) TEOTRONIK - offerta del 10/07/2015
- 6) ULTRAMED - offerta del 10/07/2015

Rilevato che dall'analisi delle schede tecniche inviate dalle ditte partecipanti, effettuata dal Direttore dell'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, dott. Luigi Rabito, all'uopo individuato, risulta quanto segue:

Lotto 1 – n. 16 defibrillatori

- 1) FORMEDICAL: non conforme in quanto *“l'energia erogabile è max 200 J e non 360 J come richiesto dal capitolato tecnico”*;
- 2) SATO: non conforme in quanto *“il display è da 7” e non da almeno 8”, manca la predisposizione per la seconda batteria in contemporanea, manca la possibilità di rilevamento della temperatura”*;
- 3) SEDA: conforme;
- 4) SIRIMED: conforme;
- 5) TECNOMED: conforme;
- 6) ULTRAMED: conforme;

Lotto 2 – n. 9 elettrocardiografi

- 1) HALSA: conforme;
- 2) MEDICALWAVE: conforme;
- 3) SIRIMED: conforme;
- 4) TECNOMED: conforme;
- 5) TEOTRONIK: conforme;
- 6) ULTRAMED: conforme;

Che in data 13/10/2015, in seduta pubblica MEPA, si è proceduto all'apertura delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria come di seguito riportato:

Lotto 1 – n. 16 defibrillatori

- 1) SEDA - offerta del 13/07/2015 € 76.000,00 oltre IVA
- 2) TECNOMED - offerta del 13/07/2015 € 83.120,00 oltre IVA
- 3) ULTRAMED - offerta del 10/07/2015 € 91.200,00 oltre IVA
- 4) SIRIMED - offerta del 10/07/2015 € 92.944,00 oltre IVA

Lotto 2 – n. 9 elettrocardiografi

- 1) TECNOMED - offerta del 10/07/2015 € 13.131,00 oltre IVA
- 2) SIRIMED - offerta del 13/07/2015 € 25.110,00 oltre IVA
- 3) TEOTRONIK - offerta del 10/07/2015 € 30.141,00 oltre IVA
- 4) ULTRAMED - offerta del 10/07/2015 € 31.230,00 oltre IVA
- 5) MEDICALWAVE - offerta del 10/07/2015 € 33.399,00 oltre IVA
- 6) HALSA - offerta del 13/07/2015 € 57.600,00 oltre IVA

Rilevato che, relativamente al lotto 2 (n. 9 elettrocardiografi), la ditta TECNOMED e la ditta SIRIMED hanno presentato offerte economiche anormalmente basse e che pertanto è stata loro inviata richiesta di giustificazioni rispettivamente prot. n. 2498 del 14/10/2015 e prot. n. 2499 del 14/10/2015;

Ritenuto di accettare le giustificazioni prodotte rispettivamente dalla ditta TECNOMED, giusta nota prot. n. 066/15/SG/dd del 14/10/2015 e dalla ditta SIRIMED, giusta nota prot. n. 0207/2015/RL del 19/10/2015;

Rilevato che, per quanto sopra, la fornitura in argomento risulta essere aggiudicata, in via provvisoria, come di sotto specificato:

- Lotto 1 (n. 16 defibrillatori): ditta SEDA;
- Lotto 2 (n. 9 elettrocardiografi): ditta TECNOMED;

Quantificata la spesa complessiva in € 108.739,82 (compresa IVA);

Preso atto della regolarità della procedura esperita;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:


- 1) **aggiudicare** la fornitura di apparecchiature elettromedicali (n. 16 defibrillatori e n. 9 elettrocardiografi) destinate a varie UU.OO. dell'ASP di Ragusa, per l'importo complessivo di € 108.739,82 (compresa IVA) come sotto specificato:


Lotto 1 CIG 6302715CF1 – n. 16 defibrillatori: ditta SEDA, offerta del 13/07/2015, P.U. € 4.750,00 oltre IVA – Totale fornitura € 76.000,00 oltre IVA;

Lotto 2 CIG 6302746688 - n. 9 elettrocardiografi: ditta TECNOMED, offerta del 10/07/2015, P.U. € 1.459,00 oltre IVA – Totale fornitura € 13.131,00 oltre IVA;

- 2) **autorizzare** la spesa complessiva di € 108.739,82 (compresa IVA) sul conto 101020501 (attrezzature sanitarie scientifiche) del bilancio corrente;
- 3) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;
- 4) **dare atto** che i documenti richiamati nella presente delibera sono custoditi e conservati presso la Direzione del Servizio Provveditorato.

Il funzionario istruttore
Daniela Girlando



Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	10136		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
		Plus	
.....		