
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1181 del 25 MAG. 2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 29 MAG. 2016

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Giuseppina Cianchino

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott.ssa Maria Sigona

Il 25 MAG. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Servizio di Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con deliberazione n. 642 del 22/03/2016 è stato disposto l'avvio della procedura di gara per procedura aperta per la scelta del privato contraente per la stipula dei contratti relativi alla fornitura di dispositivi specialistici per le UU.OO.CC di Urologia e di Otorino dell'A.S.P. di Ragusa, per la durata di 3 (*tre*) anni., articolata in n. 41 lotti;

Che a seguito di richiesta di chiarimenti la Società ARS CHIRURGICA S.R.L., relativamente al lotto n. 29 ha comunicato quanto di seguito:

“La gamma di prodotti indicati all'interno del lotto 29 identifica, a nostro parere, un unico concorrente / operatore economico specifico in grado di offrire tutte le voci in esso contenute: a) b) c) d); infatti, esiste sul mercato solo un'azienda che ha quelle peculiari ed uniche caratteristiche specifiche rispondenti esattamente a tutte le singole voci del lotto ed in grado di "completarlo. Per cui, sembra non essere possibile ad altri operatori economici, con una gamma di prodotti ANALOGHI ed EQUIVALENTI poter partecipare e completare tutte le voci richieste nel lotto, perchè le sue specifiche tecniche così strutturate non consentono pari accesso agli offerenti. Si richiede la possibilità comunque di poter partecipare alla procedura, senza pena esclusione, anche se l'eventuale gamma di prodotti offerta non ci consente di offrire e completare tutte le voci contenute all'interno del lotto 29”.

Rilevato che con mail del 17/05/2016 è stato chiesto al Direttore di Farmacia, Dr.ssa G. Rizza di voler esprimere parere in merito al fine di provvedere alla eventuale rettifica/integrazione dell'allegato tecnico allegato 1;

Vista la mail di riscontro del 19/05/2016 con la quale la Dr.ssa Salvina Meli, Dirigente Farmacista comunica che si può suddividere il lotto n. 29 in quattro lotti singoli corrispondenti a ciascuna voce del lotto attuale;

Rilevato altresì che a seguito di ulteriore richiesta di chiarimenti la Società MEDICA S.P.A., relativamente al lotto n. 23 ha comunicato quanto di seguito:

“Relativamente al lotto 23 “Dispositivi dedicati per l'apparecchiatura in dotazione PICO 2000” comunichiamo che, il materiale richiesto per la suddetta apparecchiatura è monouso e non pluriuso. Si chiede quindi di modificare la dicitura del lotto 23 a) - Trasduttori di pressione pluriuso in Trasduttori di pressione monouso e modificare la quantità necessaria. Si chiede altresì di voler eliminare la voce 23 b) - Cupola monouso per trasduttore essendo parte integrante del trasduttore monouso. Alla luce di quanto sopra segnaliamo che la base d'asta di € 10.650,00 è assolutamente insufficiente per n° 450 trasduttori monouso e n° 450 linee pompa e chiediamo dunque che sia rivista”.

Rilevato che con mail del 24/05/2016 è stato chiesto al Direttore di Farmacia, Dr.ssa G. Rizza di voler esprimere parere in merito al fine di provvedere alla ulteriore eventuale rettifica/integrazione dell'allegato tecnico allegato 1 e della relativa previsione di spesa del lotto n. 23;

Viste le mail di riscontro del 24/05/2016 e del 25/05/2016 con la quale la Dr.ssa Salvina Meli, Dirigente Farmacista comunica che si può provvedere alla modifica del citato lotto n. 23 indicando i relativi quantitativi;

Ritenuto per quanto sopra, di provvedere alle suddette rettifiche/integrazioni dell'allegato tecnico allegato 1 e alla rettifica della base d'asta del lotto n. 23 da € 10.650,00 a € 8.200,00 oltre Iva;


lotto n. 23 da:

Codice CND	Lotto	Voce	Descrizione	Mis.	Q.tà Triennio	Base D'asta
C019004 C019004 U0580	23		Dispositivi dedicati per l'apparecchiatura in dotazione PICO 2000			10.650,00
		a	Trasduttore di pressione pluriuso	Pz.	6	
		b	Cupola monouso per trasduttore	Pz.	450	
		c	Tubo pompa monouso	Pz.	450	

a:

Codice CND	Lotto	Voce	Descrizione	Mis.	Q.tà Triennio	Base D'asta
C019004 U0580	23		Dispositivi dedicati per l'apparecchiatura in dotazione PICO 2000			8.200,00
		a	Trasduttore di pressione monouso	Pz.	150	
		b	Tubo pompa monouso	Pz.	150	

2. Rettificare la base d'asta del lotto n. 23 rideterminandola in € 8.200,00 oltre Iva;
3. Dare atto che restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni di cui alla citata delibera n. 642 del 22/03/2016 relativa alla procedura di gara per procedura aperta per la scelta del privato contraente per la stipula dei contratti relativi alla fornitura di dispositivi specialistici per le UU.OO.CC di Urologia e di Otorino dell'A.S.P. di Ragusa, per la durata di 3 (tre) anni., articolata in n. 41 lotti;
4. Dare atto, altresì, che a seguito della suddetta ulteriore rettifica il valore economico complessivo dell'appalto, può essere quantificato complessivamente in € 525.650,00 oltre Iva;
5. Provvedere nelle forme previste a dare adeguata pubblicità alle superiori modifiche;
6. Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore del Settore Economico – Finanziario		Il Contabile	
			

Ritenuto altresì che a seguito della suddivisione del lotto n. 29 in quattro lotti distinti l'articolazione complessiva dell'appalto risulta essere di n. 44 lotti;

Rilevato che a seguito della suddetta rettifica il valore economico complessivo dell'appalto, è ulteriormente rideterminato complessivamente in € 525.650,00 oltre Iva;

Atteso di dover provvedere in merito;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dai Direttori Amministrativo e Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

1. rettificare/integrare l'allegato tecnico allegato 1 relativamente ai lotti n. 29 e n. 23 come di seguito indicato:

lotto n. 29 da:

Codice CND	Lotto	Voce	Descrizione	Mis.	Q.tà Triennio	Base D'asta
L149003	29		Retrattore monouso elastico in silicone e acciaio tipo LONE STAR			45.600,00
		a	Misura 20 mm x 16 mm	Pz.	300	
		b	Misura 6,5 mm x 16 mm	Pz.	300	
		c	Misura 3 mm x 16 mm	Pz.	300	
		d	Misura 5 mm x 16 mm	Pz.	300	

a:

Codice CND		Lotto	Descrizione	Mis.	Q.tà Triennio	Base D'asta
L149003		29	Retrattore monouso elastico in silicone e acciaio tipo LONE STAR misura 20 mm x 16 mm	Pz.	300	15.000,00
L149003		42	Retrattore monouso elastico in silicone e acciaio tipo LONE STAR misura 6,5 mm x 16 mm	Pz.	300	15.000,00
L149003		43	Retrattore monouso elastico in silicone e acciaio tipo LONE STAR misura 3 mm x 16 mm	Pz.	300	7.800,00
L149003		44	Retrattore monouso elastico in silicone e acciaio tipo LONE STAR misura 5 mm x 16 mm	Pz.	300	7.800,00