
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1240 del 31 MAG. 2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 2 GIU. 2016

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gugliotta

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

Esecutiva: SI
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: Intervento tecnico Fibroscopio per intubazione KARL STORZ inv. n. 12140-asp in uso presso la U.O. Rianimazione P.O. Modica.
Ditta C. Bua srl di Bagheria (PA).
Importo totale € 4.880,00 IVA compresa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE
SERVIZIO TECNICO

A. S. P. D. RAGUSA
SETTORE TECNICO
IL DIRETTORE
Ing. LORENZO APRILE

Il 31 MAG. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il

Direttore Generale, Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 31 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Amministrativo
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Su proposta della Direzione Servizio Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

PREMESSO che presso la U.O. di Rianimazione del P.O. di Modica è in uso un Fibroscopio da intubazione mod. 11301 BN1 matr. 2189017 inv. 12140-asp acquistato presso la Ditta KARL STORZ e collaudato in data 27/02/2015 in riferimento al quale in data 18/04/2016 era stato richiesto intervento tecnico in quanto presentava " guaina terminale rotta";

CHE per l'effettuazione di tale intervento è stata interpellata la Ditta aggiudicataria del Global Service ATI Draeger la quale, dopo visione del guasto e considerato che trattavasi di intervento in garanzia, ha proceduto ad inoltrare richiesta alla Ditta fornitrice C. Bua, concessionario esclusivo per la Sicilia della Casa Madre Karl Storz;

VISTA pertanto la nota prot. n. 28RG/2016 del 17/05/2016 nella quale l'ATI Draeger, nel relazionare quanto effettuato, trasmette la nota prot. 101 del 17/05/2016 inviata dalla Ditta C.Bua la quale chiarisce che l'intervento non è da considerare in garanzia in quanto "il fibroscopio ha la guaina distale lacerata, una vertebra del segmento distale spezzata ed il fascio di luce immagine danneggiato" e pertanto ne propone la sostituzione secondo il programma "REPAIR EXCHANGE" adottato dalla casa madre K.Storz per l'importo di € 4.111,00 IVA esclusa;

VISTA la mail del 19/05/2016 con la quale l'Ufficio Manutenzione apparecchiature elettromedicali, nel prendere atto della dichiarazione della Ditta C. Bua e della proposta di repair exchange avanzata dalla stessa, chiede che l'ATI si faccia portavoce presso la ditta C. Bua affinché effettui un congruo sconto ed inoltre chiede il costo della riparazione qualora si decidesse di affidare l'intervento alla stessa ai sensi dell'art.10.1/3 del CSA;

VISTA la mail del 20/05/2016 nella quale l'ATI, oltre ad inoltrare il preventivo scontato inviato dalla ditta C. Bua (prot. n. 102 del 20/05/2016) dell'importo di € 4.000,00 IVA esclusa, nel contempo comunica che una delle ditte dell'ATI, specialista nelle riparazioni di endoscopi flessibili, a causa della particolarità del guasto, non può procedere ad effettuare la riparazione del fibroscopio;

VISTO il listino prezzi inviato dalla ditta C. Bua nel quale si evince che il costo di un fibroscopio nuovo ammonta ad € 12.708,00 IVA esclusa a fronte del costo del fibroscopio in repair exchange di € 4.000,00 IVA esclusa;

PRESO ATTO che con mail del 19/05/2016 l'Ufficio Manutenzione apparecchiature elettromedicali chiede parere al Responsabile della U.O. di Rianimazione in merito alla proposta di repair exchange;

VISTA la mail di riscontro del 26/05/2016 con la quale il Responsabile della U.O. di Rianimazione Concorda per l'intervento proposto dalla Ditta;

CONSTATATO, per quanto sopra esposto, l'opportunità e la convenienza di procedere alla sostituzione del fibroscopio in regime di repair exchange per un importo complessivo di € 4.000,00 IVA esclusa (pari ad € 4.880,00 IVA compresa);

PRESO ATTO che la Ditta K. STORZ di cui la ditta C. Bua di Bagheria è concessionario esclusivo per la Sicilia, è produttrice e detentrica in esclusiva di ricambi originali e che pertanto, per dette condizioni di unicità, può adottarsi procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell'art. 63, comma 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs.50;

PRENDERE ATTO che tale la spesa rientra nella aut. n. 75/8 del conto di costo 503030101 denominato "Manutenzione e riparazione attrezzature tecniche scientifiche e sanitarie";

SENTITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario ognuno per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Approvare l'intervento di Repaire Exchange del Fibroscopio da intubazione mod. 11301 BN1 matr. 2189017 inv. 12140-asp in dotazione alla U.O. di Rianimazione del P.O. di Modica proposto dalla Ditta fornitrice C. Bua, concessionario esclusivo per la Sicilia della Casa Madre Karl Storz, per l'importo complessivo scontato pari ad € 4.880,00 IVA compresa;
- Prendere atto che la spesa complessiva di € 4.880,00 IVA compresa rientra nella aut. n. 75/8 del Conto di Costo 503030101 denominato " Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecn.-scient. e sanitarie";
- Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo al fine di procedere in tempi celeri all'intervento di che trattasi.

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	75/8		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
			