

\*\*\*\*\*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Elvira Amata

*[Signature]*

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dott. Giuseppe Drago

*[Signature]*

REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1397 del 16 GIU. 2016

\*\*\*\*\*

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

Esecutiva: SI NO  
Atto sottoposto a controllo: SI NO

**OGGETTO:** Procedura aperta per la fornitura in service di "sistemi diagnostici", per i Servizi di Patologia Clinica, i Servizi Trasfusionali (SIMT) ed i Servizi di Anatomia Patologica, in unione d'acquisto, tra l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa (azienda capofila) e l'Azienda Ospedaliera "Cannizzaro" di Catania. Revoca aggiudicazione del lotto n.6 alla società Medical Systems S.p.A. e aggiudicazione alla società Dasit S.p.A.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2, della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 19 GIU. 2016

IL SEGRETARIO  
Sig. Marcello Gugliotta

*[Signature]*

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Vincenza Piccione

*[Signature]*

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA

Dott.ssa Maria Sigona

*[Signature]*

\*\*\*\*\*

La presente copia è conforme  
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

Il 16 GIU. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata
- Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago
- Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Marcello Gugliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Servizio Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con *deliberazione n. 2775 del 29/12/2015*, a seguito di procedura di gara aperta, è stata disposta, *tra l'altro*, l'aggiudicazione in favore della *società Medical Systems S.p.A.* della fornitura in service di "*sistemi diagnostici per l'esecuzione dell'esame emocromocitometrico (ad alta produttività) (lotto n. 6)*", per i Servizi di Patologia Clinica e i Servizi Trasfusionali (S.I.M.T.) Aziendali, *per la durata di 5 anni*, sulla base dell'*offerta n. 1418 MK/SC/av del 06/10/2015*, per l'importo complessivo, *nel quinquennio*, di € 986.319,49 iva compresa 22%, di cui:

- *costo noleggio strumentazione:* € 45.750,00;
- *costo assistenza tecnica e manutenzione "full-risk":* € 10.675,00;
- *costo interfacciamento (quinquennale):* € 12.200,00;
- *costo reagenti/calibratori/controlli/consumabili:* € 917.694,49;

Che, in esecuzione della suddetta deliberazione, *con note prot. n. 175-178-179/Rg/Prov. to del 27/01/2016*, ai sensi dell'*art. 79, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.*, è stata data comunicazione rispettivamente alle *società Medical Systems S.p.A.*, quale ditta aggiudicataria, *Dasit S.p.A. e Siemens Healthcare Diagnostics S.r.l.*, *seconda e terza in graduatoria*, quanto disposto con la citata *deliberazione n. 2775/2015*;

Vista la *nota del 10/02/2016 e successiva di integrazione del 19/02/2016* con la quale la *società Dasit S.p.A.* ha evidenziato "*alcune non rispondenze ai requisiti minimi indicati nel capitolato, in merito ad alcune caratteristiche relative sia agli analizzatori che ai reagenti offerti dalla società Medical Systems S.p.A.*";

Rilevato che le suddette osservazioni sono state trasmesse alla Commissione tecnica per le relative controdeduzioni;

Rilevato che la *Commissione tecnica*, appositamente convocata, riesaminata l'offerta tecnica, ha ribadito la "*conformità tecnica di entrambi gli strumenti*", *giusto verbale del 18/02/2016 e successivo del 23/02/2016*;

Rilevato che con *note prot. n. 4904 e 4905 del 23/02/2016* le predette controdeduzioni sono state trasmesse alla *società Dasit S.p.A.*;

Vista la *successiva nota del 25/02/2016* con la quale la *società Dasit S.p.A.* ha ulteriormente evidenziato che "*il sistema offerto dalla società Medical Systems S.p.A. per quanto attiene l'esecuzione del conteggio e la valorizzazione dei parametri ipercromiche ed ipocromiche, non è rispondente a tutti i parametri obbligatori richiesti nel capitolato tecnico*";

Rilevato che le suddette ulteriori osservazioni sono state trasmesse alla Commissione tecnica per le relative controdeduzioni;

Rilevato che la *Commissione tecnica*, appositamente riconvocata, riesaminata ulteriormente l'offerta tecnica, ha rilevato che "*l'offerta della società Medical Systems S.p.A. non è conforme, poiché il parametro di quantificazione delle emazie ipocromiche ed ipercromiche è un requisito minimo richiesto nel capitolato*", *giusto verbale del 18/03/2016*;

Rilevato che, per quanto sopra, con *nota prot. n. 8068 del 30/03/2016* è stato comunicato alla *società Medical Systems S.p.A.* che questa Azienda procederà alla revoca dell'aggiudicazione del *lotto n. 6*, assegnando un termine di *10 giorni*, ai sensi dell'*art. 10 della L.n.241/1990*, per le eventuali osservazioni;

Vista la *nota di riscontro del 06/04/2016 e successiva di integrazione del 12/04/2016* della *società Medical Systems S.p.A.*;

Rilevato che, in riscontro alle controdeduzioni prodotte dalla *società Medical Systems S.p.A.*, la *Commissione tecnica*, appositamente riconvocata, esaminate le stesse, ha ribadito la "*non conformità dell'offerta*", *giusto verbale del 02/05/2016*;

Rilevato che, per quanto sopra, con *nota prot. n. 14507 del 20/05/2016* è stata confermata alla *società Medical Systems S.p.A.* l'avvio della procedura di revoca dell'aggiudicazione del *lotto n. 6*;

Preso atto di quanto sopra;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ritenuto, per le suddette considerazioni, di dover revocare l'aggiudicazione del *lotto n. 6* disposta con *deliberazione n. 2775 del 29/12/2015* in favore della *società Medical Systems S.p.A.*

Ritenuto, pertanto, di dover aggiudicare alla *società Dasit S.p.A.*, seconda in graduatoria, la fornitura in service di "*sistemi diagnostici per l'esecuzione dell'esame emocromocitometrico (ad alta produttività) (lotto n. 6)*", per l'importo complessivo, *nel quinquennio*, di *€ 900.000,20 iva esclusa 22% (ribasso del 14,28 sul prezzo a base di gara)*, di cui:

- *costo noleggio strumentazione:* € 154.360,90;
- *costo assistenza tecnica e manutenzione "full risk":* € 164.785,10;
- *costo interfacciamento (quinquennale):* € 24.669,40;
- *costo reagenti/calibratori/controlli/consumabili:* € 556.184,80;

Atteso di dover provvedere in merito;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per gli aspetti di rispettiva competenza;

## D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti di:

- *revocare* l'aggiudicazione del *lotto n. 6* disposta con *deliberazione n. 2775 del 29/12/2015* in favore della *società Medical Systems S.p.A.*;

- *aggiudicare* alla *società Dasit S.p.A.*, seconda in graduatoria, la fornitura in service di "*sistemi diagnostici per l'esecuzione dell'esame emocromocitometrico (ad alta produttività) (lotto n. 6)*", per i Servizi di Patologia Clinica e i Servizi Trasfusionali (*S.I.M.T.*) Aziendali, *per la durata di 5 anni*, e precisamente:



**Lotto n. 6, (CIG: 625628842E)**

**(Servizi di Laboratorio Analisi di Ragusa, Modica e Vittoria e Servizio Trasfusionale di Ragusa)**

**Fornitura in service di sistemi diagnostici per l'esecuzione dell'esame emocromocitometrico (ad alta produttività).**

- **Importo complessivo nel quinquennio: € 900.000,20 iva esclusa 22%, di cui:**

- **costo noleggio strumentazione:** € 154.360,90;
- **costo assistenza tecnica e manutenzione "full-risk":** € 164.785,10;
- **costo interfacciamento (quinquennale):** € 24.669,40;
- **costo reagenti/calibratori/controlli/consumabili:** € 556.184,80;

- **quantificare** la spesa complessiva presunta, riferita alla durata di 5-anni, di € 1.098.000,24 iva compresa 22%, come di seguito articolata:

- **costo noleggio strumentazione:** € 188.320,30;
- **costo assistenza tecnica e manutenzione "full-risk":** € 201.037,82;
- **costo interfacciamento (quinquennale):** € 30.096,67;
- **costo reagenti/calibratori/controlli/consumabili:** € 678.545,45;

- **quantificare** la spesa complessiva annua presunta di € 91.500,02 iva compresa 22%, come di seguito articolata:



- **costo noleggio strumentazione:** € 15.693,36;
- **costo assistenza tecnica e manutenzione "full-risk":** € 16.753,15;
- **costo interfacciamento (quinquennale):** € 2.508,06;
- **costo reagenti/calibratori/controlli/consumabili:** € 56.545,45;

- **dare atto** che la spesa complessiva presunta per il noleggio, assistenza tecnica e manutenzione e interfacciamento, riferita alla durata di 5 anni, è di € 350.829,79 iva compresa 22%, come di seguito articolata:

- **costo noleggio strumentazione:** € 142.570,30;
- **costo assistenza tecnica e manutenzione "full-risk":** € 190.362,82;
- **costo interfacciamento (quinquennale):** € 17.896,67;

- **dare atto** che la spesa complessiva presunta, per il periodo agosto-dicembre 2016, è stata già prevista con *deliberazione n. 2775 del 29/12/2015 - Aut. n. 60/2 e n. 75/1*;

- **dare atto** che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso il Servizio Provveditorato;

|  |             |  |       |
|--|-------------|--|-------|
| Data _____   |             | Esercizio _____  |       |
| Importo  | Autofornito | Ordine   | Conto |
|  | 6012        |  |       |
|  | 7511        |  |       |
| Visto: Il Direttore Economico Finanziario  |             | Il Contabile   |       |
| .....<br> |             | .....<br> |       |

372

