


IL DIRETTORE: ING. LORENZO APRILE



REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
R A G U S A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di determinazione, ai sensi dell'art. 53 comma 2 della L.R. 03/11/1993 n.30, viene pubblicata all'albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 gg. consecutivi, dal

7 AGO. 2016


DETERMINAZIONE

N. 688 del 3 AGO. 2016

DIREZIONE SERVIZIO TECNICO

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gugliotta



OGGETTO: Fornitura urgente di n. 2 coppie di tappi completi di o-ring per i vessel 4040 installati negli impianti di bi-osmosi per l'U.O. di Dialisi dei P.O. "Busacca" Scicli e "Maggiore" di Modica. CIG Z131ACDA3F.

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

Il 3 AGO. 2016, il Direttore dell'U.O.C. Servizio Tecnico Ing. Lorenzo Aprile, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n.1702 del 13/08/2014 e 346 del 17/02/2015 adotta la seguente determinazione:

SU proposta del Direttore del Settore Tecnico, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità.

PREMESSO che a servizio dell’U.O. di Dialisi dei vari presidi Ospedalieri, sono installati gli impianti di bio-osmosi, che visto il delicato compito cui sono destinati ad assolvere, necessitano, di una manutenzione continua, alla quale provvedono in parte i tecnici interni dell’Unità di Dialisi, per la straordinaria è necessario interpellare la Ditta specializzata;

CHE, il Responsabile dell’U.O. di dialisi Dr. Salvatore Musso , ha fatto pervenire a mezzo e-mail richiesta di acquisto urgente per materiale di consumo “ n. 2 coppie tappi vessel con guarnizioni” per il ripristino ottimale degli impianti;

RILEVATA la necessità di provvedere con la massima tempestività ;

CONSIDERATO che i suddetti beni non sono acquisibili mediante Consip, in quanto non è attiva alcuna convenzione per la fornitura in argomento;

ACCERTATO pertanto, si rende necessario provvedere all’acquisizione mediante procedura autonoma;

RITENUTO, in considerazione dell’entità della spesa di €. 311,10 iva compresa e in conformità al regolamento tipo per la disciplina dei procedimenti di acquisizione in economia di Sanità con D.A n. 3086/09, recepito con delib 778 del 29/11/2009 e successiva di integrazione n. 532 del 25/03/2001, di poter fare ricorso all’acquisto in economia;

RILEVATO che, in applicazione del suddetto regolamento, è stata invitata la Ditta Acqualudo in qualità di ditta fornitrice e produttrice dell’impianto di che trattasi, a formulare offerta;

CONSIDERATO che la Ditta ha fatto pervenire preventivo di spesa per €.300,00 oltre iva;

RILEVATO che essendo in presenza di offerta unica è stato richiesto un migliorativo del prezzo offerto e modificato per €. 255,00 oltre iva (applicando sconto del 15%);

VISTO il parere di conformità tecnica da parte del Responsabile dell’Istruttoria geom. Rosario Cannata;

VISTA la nota di autorizzazione di questa Direzione Amministrativa, in calce al preventivo di spesa della Ditta AcquaLudosrl con sede Legale Via G. Garibaldi,375 -98121 Messina, P.I. 03276950833;

RILEVATO che la spesa complessiva è di €. 311,00 iva compresa da far gravare sul conto 50102010501 denominato “ Materiale per manutenzione impianti ” Aut. 59 del corrente esercizio finanziario 2016;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa che qui s’intendono ripetuti e trascritti di:

- 1) **APPROVARE** l’offerta economica per l’importo di €.311,00 iva compresa della Ditta AcquaLudo srl di Messina P.I 03276950833, relativa alla fornitura del materiale di consumo di “n 2 coppie di tappi completi ingresso e uscita Vessel” per l’U.O. di Dialisi dei P.O.“ Busacca” di Scicli e “ Maggiore” di Modica.
- 2) **IMPUTARE** la suddetta spesa complessiva di €. 311,00 con iva di Legge (22%) derivante dal presente atto, compresa sull’autorizzazione n 59 del corrente esercizio finanziario al conto di costo economico n.50102010501 denominato “ Materiale per manutenzione”.
- 3) **ATTRIBUIRE**, alla fornitura di che trattasi il CIG Z131ACDA3F.
- 3) **DARE** immediata esecuzione al presente atto, al fine di evitare ulteriori disagi per i pazienti in dialisi.

data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato 5914	Ordine	Conto
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....		

Tabella da inserire in calce al dispositivo della delibera

Numero gara: (in caso di gara centralizzata o di bacino)	Anno gara: 2016
Oggetto :Fornitura urgente di n. 2 coppie di tappi completi ingresso e uscita di O – ring per i vessel 4040 installati negli impianti di biosmosi per l’U.O. di Dialisi dei P.O. “”Busacca” e “Maggiore”.	
Modalità di aggiudicazione: · X Prezzo più basso Offerta economicamente più vantaggiosa	
Tipologia procedura gara (inserire codice di riferimento): 04	Tipo contratto (inserire codice di riferimento): 01
Contratto per cui è prevista la “ripetizione di servizio analogo” (ex art. 57 D.Lgs. 163/2006): · SI · NO X	Contratto oggetto di estensione: X No · Sesto quinto · Complementare
Contratto oggetto di proroga: · SI · X NO	RTI: · RTI orizzontale · RTI verticale X NO
Tipo provvedimento di adozione aziendale: · Delib.di aggiudicazione capofila · Delib.recepimento gara regionale/bacino/consorzata Delibera/determina aziendale X · Lettera di commessa · Altro	
Ambito di valenza del contratto: · Nazionale · Regionale · Sovranazionale/consortile · Bacino · X Aziendale · Provinciale · Cassa economale (no procedura) · Altro	
Ricorso al MEPA: · SI · NO X	Soglia: · Soprasoglia Sottosoglia x

L’estensore
(Giovanna Occhipinti)