
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Elvira Amata

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Drago

Assente

IL SEGRETARIO

Sig. Marcello Gagliotta

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1921 del 11 AGO. 2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2, della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 14 AGO. 2016

IL SEGRETARIO
Sig. Marcello Gagliotta

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

DIREZIONE SERVIZIO PROVVEDITORATO

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura in service e in somministrazione di "Sistemi diagnostici, sistemi per trattamenti della funzione renale (CRRT), materiale specialistico per immunoematologia, kit per la determinazione di Quantiferon TB su prelievo di sangue intero", per il Servizio di Patologia Clinica di Ragusa, per i Servizi di Anestesia e Rianimazione e per il Servizio Trasfusionale (S.I.M.T) aziendali, per la durata di 3 anni". Revoca aggiudicazione del lotto n. 5 alla società Roche Diagnostics S.p.A. e aggiudicazione alla società Alere S.r.l.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Vincenza Piccione

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
Dott.ssa Maria Sigona

Il 11 AGO. 2016, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Maurizio Aricò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 201 del 24 giugno 2014, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Elvira Amata - Direttore Amministrativo
- Dott. Giuseppe Drago - Direttore Sanitario *Assente*

e con l'assistenza Sig. Marcello Gagliotta, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su proposta del Servizio Provveditorato, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con *deliberazione n. 653 del 22/03/2016*, a seguito di procedura di gara aperta, è stata disposta, *tra l'altro*, l'aggiudicazione in favore della *società Roche Diagnostics S.p.A.* della fornitura in service di un "*sistema analitico per la determinazione dell'HbA1c (lotto n. 5)*", per i Servizi di Patologia Clinica Aziendali, *per la durata di 3 anni*, sulla base dell'*offerta n. 59141/59143/O12964/EC del 18/01/2016*, per l'importo complessivo, *nel triennio*, di € 10.542,84 iva esclusa 22%, di cui:

- *costo noleggio strumentazione:* € 0,00;
- *costo assistenza tecnica e manutenzione "full risk":* € 0,00;
- *costo reagenti/consumabili/controlli:* € 10.542,84;

Che, in esecuzione della suddetta deliberazione, con *note prot. n. 715 e 716 del 30/03/2016*, ai sensi dell'*art. 79, comma 5, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.*, è stata data comunicazione rispettivamente alla *società Roche Diagnostics S.p.A.*, quale ditta aggiudicataria, e alla *società Alere S.r.l.*, seconda in graduatoria, di quanto disposto con la citata *deliberazione n. 653/2016*;

Vista la *nota prot. n. 235/2016 del 02/05/2016* con la quale la *società Alifax S.r.l.* ha evidenziato la "*non rispondenza alle caratteristiche richieste dal capitolato tecnico del sistema "COBAS b 101 System", offerto dalla società Roche Diagnostics S.p.A.*";

Rilevato che le suddette osservazioni sono state trasmesse alla Commissione tecnica per il relativo esame;

Rilevato che la *Commissione tecnica*, appositamente convocata, riesaminata l'offerta tecnica della *società Roche Diagnostics S.p.A.*, giusto verbale del 01 luglio 2016, ha dichiarato che "*lo strumento "COBAS b 101 System" non è conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico, per le motivazioni di seguito riportate:*

- A) "*il Cobas b 101 System per la determinazione dell'HbA1c, proposto dalla società Roche Diagnostics S.p.A., fornisce il risultato della misura con una velocità analitica di 5 minuti per il profilo analitico dell'HbA1c; ciò non è conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico, in cui era richiesto il risultato entro 3 minuti;*
- B) *la società Roche Diagnostics S.p.A. propone un metodo in cui la concentrazione dell'HbA1c viene determinata misurando il legame dell'HbA1c con l'anticorpo anti-HbA1c (metodo di inibizione della agglutinazione); ciò non è conforme, in quanto il metodo di determinazione, richiesto nel capitolato tecnico, fa riferimento alla determinazione di affinità con il boronato, privo di interferenza di varianti emoglobiniche";*

Rilevato che con *nota prot. n. 15151 del 04/07/2016* è stata data comunicazione alla *società Roche Diagnostics S.p.A.* di quanto dichiarato dalla Commissione tecnica in merito alla "*non conformità dello sistema "COBAS b 101 System"*", assegnando un termine di 5 giorni, per le eventuali osservazioni;

Rilevato che, non essendo pervenuto alcun riscontro, con *nota prot. n. 21023 del 03/08/2016* è stato comunicato alla *società Roche Diagnostics S.p.A.* che questa Azienda procederà alla revoca dell'aggiudicazione del *lotto n. 5*;

Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, di:

- *revocare* l'aggiudicazione del lotto n. 5, disposta con *deliberazione n. 653 del 22/03/2016* in favore della società *Roche Diagnostics S.p.A.*;
- *aggiudicare* alla società *Alere S.r.l.*, *seconda in graduatoria*, la fornitura in service di un "sistema analitico per la determinazione dell'HbA1c (lotto n. 5)", per la durata di 3 anni, per l'importo complessivo, nel triennio, di € 12.780,00 iva esclusa 22% (ribasso del 14,80% sul prezzo a base di gara), di cui:

- costo noleggio strumentazione: € 4.500,00 iva esclusa;
- costo assistenza tecnica e manutenzione "full risk": € 1.260,00 iva esclusa;
- costo reagenti/calibratori/controlli/consumabili: € 7.020,00 iva esclusa;

Atteso di dover provvedere in merito;

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per gli aspetti di rispettiva competenza;

Mnic

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- *revocare* l'aggiudicazione del lotto n. 5, disposta con *deliberazione n. 653 del 22/03/2016* in favore della società *Roche Diagnostics S.p.A.*;
- *aggiudicare* alla società *Alere S.r.l.*, *seconda in graduatoria*, la fornitura in service di un "sistema analitico per la determinazione dell'HbA1c (lotto n. 5)", per i Servizi di Patologia Clinica Aziendali, per la durata di 3 anni, nella configurazione ed alle condizioni economiche di cui all'offerta n. 015/2016/pm del 11/01/2016, e precisamente:

Lotto n. 5, (C.I.G.: 6489581BA5)

(Servizi di Patologia Clinica di Ragusa)

Fornitura in service di un sistema analitico per la determinazione dell'HbA1c.

- *Importo complessivo nel triennio: € 12.780,00 iva esclusa 22%, di cui:*

- costo noleggio strumentazione: € 4.500,00 iva esclusa;
- costo assistenza tecnica e manutenzione "full risk": € 1.260,00 iva esclusa;
- costo reagenti/calibratori/controlli/consumabili: € 7.020,00 iva esclusa;

- *quantificare* la spesa complessiva presunta, riferita alla durata di 3 anni, di € 15.591,60 iva compresa 22%, come di seguito articolata:

- costo noleggio strumentazione: € 5.490,00 iva compresa;
- costo assistenza tecnica e manutenzione "full-risk": € 1.537,20 iva compresa;
- costo reagenti/calibratori/controlli/consumabili: € 8.564,40 iva compresa;

- *quantificare* la spesa complessiva annua presunta di € 5.197,20 iva compresa 22%, come di seguito articolata:

- costo noleggio strumentazione: € 1.830,00 iva compresa;
- costo assistenza tecnica e manutenzione "full-risk": € 512,40 iva compresa;
- costo reagenti/calibratori/controlli/consumabili: € 2.854,80 iva compresa;



- *dare atto* che, relativamente ai reagenti/calibratori/controlli/consumabili, la spesa complessiva presunta, per il periodo ottobre-dicembre 2016, è stata già prevista con deliberazione n. 653 del 22/03/2016 (Conto 501010701);

- *prevedere* la spesa complessiva presunta per il noleggio, assistenza tecnica e manutenzione "full-risk", per il periodo ottobre-dicembre 2016, di € 585,60 iva compresa 22%, come di seguito articolata:

- costo noleggio strumentazione (Conto 504020101): € 457,50 iva compresa;
- costo assistenza tecnica e manutenzione "full-risk" (Conto 503030101): € 128,10 iva compresa;

- *dare atto* che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso il Servizio Provveditorato;

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	60/30		504020101
	FS/17		503030101
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....			

